

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-058/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. **MICAELA TANIA DEGALES MORALES** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; LA LIC. **MARÍA ESTEBAN RAMÍREZ JIMÉNEZ**, COORDINADORA ESTATAL DE ENFERMERÍA PRIMER NIVEL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; LA L.E. **LUCERO SALOME DÍAZ ARROLLO**, ÁREA DE SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA DE HOSPITALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; LA LIC. **MODESTA FLORES VAZQUEZ**, JEFA ESTATAL DE ENFERMERÍA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **EDSON AMARAL NAVA CARRO**, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ADÁN RAMÍREZ CANTE** COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-058/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

DENTILAB, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDAS 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI LAS CANTIDADES REQUERIDAS SON CORRECTAS?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
2	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDA 35.- LA CLAVE QUE REQUIEREN ES INCORRECTA, SEGÚN EL CUADRO BASICO LA CLAVE ES 060 168 6595, FAVOR DE CORREGIR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO, NOS REFERIMOS A LA CLAVE 060 168 6595 CON DESCRIPCIÓN SONDA SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 10 FR.
3	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDA 61.- LA CLAVE QUE REQUIEREN ES INCORRECTA, SEGÚN EL CUADRO BASICO LA CLAVE ES 060 456 0359, FAVOR DE CORREGIR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO, NOS REFERIMOS A LA CLAVE 060 456 0359 CON DESCRIPCIÓN GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 8.

DISTRIBUIDORA LHAG, S.A. DE C.V.

4	REFERENCIA	PUNTO 3.14 PAGINA 4.- OFICIO ORIGINAL DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE TLAXCALA
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LO SIGUIENTE, SI MI PADRÓN DE PROVEEDORES MENCIONA EL GIRO DE

		(OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR) ES NECESARIO INCLUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICAN EN EL PUNTO 3.1 3.2 3.3 Y 3.4 PARA COMPROBAR QUE SI CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 (GIRO DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.)
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	REFERENCIA	PUNTO 4.5.8. PAGINA 6.- CARTA DE APOYO DE LABORATORIO FABRICANTE
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DE PROVEEDOR MAYORISTA O DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

6	REFERENCIA	PARTIDA 73 MAX 974 MIN 811.8 060.820.0366 SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NEONATAL. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARARE SI SE REFIERE A UN SISTEMA DESECHABLE?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
7	REFERENCIA	PARTIDA 74 MAX 588 MIN 490 060.820.0374 SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARARE SI SE REFIERE A UN SISTEMA DESECHABLE?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
8	REFERENCIA	PARTIDA 75 MAX 264 MIN 220 060.820.0382 SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 3. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARARE SI SE REFIERE A UN SISTEMA DESECHABLE?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
9	REFERENCIA	PARTIDA 93 MAX 720 MIN 480 531.784.0204-A EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCION DE LA VENTILACION POR TODO NO

		INVASIVO, EN PACIENTES ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 3 A 5 LT. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DESECHABLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
10	REFERENCIA	PARTIDA 94 MAX 720 MIN 480 531.784.0204-N EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES NEONATOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 250 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DESECHABLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
	REFERENCIA	PARTIDA 95 MAX 420 MIN 280 531.784.0204-P EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 1 A 3 LT. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO.
11	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DESECHABLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

INFUSOMED, S.A. DE C.V.

12	REFERENCIA	3.13.- CON EL OBJETO DE TENER CERTEZA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL LICITANTE SE DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS 2014 EN HOJA MEMBRETADA, ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO, FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO TITULADO, LOS CUALES CONTEMPLÉN CAPITAL CONTABLE MAYOR A \$30,000,000.00, CON COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO
-----------	-------------------	--

	PREGUNTA	CON EL OBJETO DE GARANTIZAR UNA SOLVENCIA MAS ACTUAL SE SOLICITA PODER PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DE 2015, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
13	REFERENCIA	25.4.- LA CONTRATANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN ESTA LICITACIÓN.
	PREGUNTA	EN VIRTUD DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS SE SOLICITA SE ACEPTE OTORGAR ANTICIPO DEL 40%, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, NO SE OTORGAN ANTICIPOS.
14	REFERENCIA	25.3.- EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES DENTRO DE LOS 40 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA FACTURA ANTE EL ÓRGANO PAGADOR CORRESPONDIENTE:
	PREGUNTA	SE SOLICITA SE AUTORICE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, LOS PAGOS SE REALIZARAN A LOS 40 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA RECEPCION DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA.

ABASTECEDORA DE INSUMOR PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

15	REFERENCIA	PÁGINA 3 DE 29, NUMERAL 3, PUNTO 3.1
	PREGUNTA	SOLICITAN PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR CON DICHO REQUISITO, PRESENTANDO EL DOCUMENTO OBTENIDO MEDIANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
16	REFERENCIA	PÁGINA 5 DE 29, NUMERAL 4.5, PUNTO 4.5.4 Y 4.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INFORME EL DÍA, LUGAR Y HORA QUE SE DEBERÁN ENTREGAR LAS MUESTRAS O FOLLETOS, FICHA TÉCNICA, MANUAL O CATÁLOGO DE LAS PARTIDAS A OFERTAR.
	RESPUESTA	SERÁ EN LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS. EN EL CASO DE LOS FOLLETOS, DEBERÁN ANEXAR EN SUS PROPUESTAS TÉCNICAS UN JUEGO PARA LA CONTRATANTE (RECOPIADOR DE COPIAS) Y UN JUEGO PARA LA CONVOCANTE (RECOPIADOR DE ORIGINALES).
17	REFERENCIA	PÁGINA 5 DE 29, NUMERAL 4.5, PUNTO 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA MUESTRA PRESENTADA SIRVA PARA EL ANALISIS TÉCNICO.
18	REFERENCIA	PÁGINA 5 DE 29, NUMERAL 4.5, PUNTO 4.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA LAS PRODUCTOS QUE SE REQUIERAN MENOS DE 50 PIEZAS, COPIA SIMPLE DEL FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA Y/O MANUAL Y/O CATÁLOGO. FAVOR DE CONSIDERAR.

		PODRÁN PRESENTAR COPIAS A COLOR, LEGIBLE, YA QUE HAY VECES QUE LAS COPIAS NO SON LEGIBLES Y NO SE PUEDE DICTAMINAR CORRECTAMENTE, POR LO QUE EN CASO DE PRESENTAR COPIAS ILEGIBLES SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.
19	REFERENCIA	PÁGINA 6 DE 29, NUMERAL 4.5, PUNTO 4.5.10
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y/O JUNIO DE 2015.
	RESPUESTA	SE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT DEL MES DE JUNIO DE 2015.
20	REFERENCIA	PÁGINA 6 DE 29, NUMERAL 4.6, PUNTO 4.6.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA EN CD'S. FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
21	REFERENCIA	PÁGINA 6 DE 29, NUMERAL 4.6, PUNTO 4.6.6
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE SOLO SE PRESENTARÁ EN ORIGINAL Y COPIA NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, ES DECIR, ÚNICAMENTE EL ANEXO B. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE CONFIRMAR.
	RESPUESTA	TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, POR TANTO SE SOLICITA TODA LA DOCUMENTACIÓN EN DOS JUEGOS, UNO DE ORIGINALES Y UNO DE COPIAS.
22	REFERENCIA	PREGUNTA GENERAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA VIGENCIA QUE TENDRÁ EL CONTRATO A ADJUDICAR.
	RESPUESTA	UN AÑO.
23	REFERENCIA	PREGUNTA GENERAL
	PREGUNTA	ES CORRECTO ENTENDER QUE CUANDO SE MENCIONA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE A RENGLÓN SEGUIDO, SE REFIERE A QUE SOLO ANOTAREMOS ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS A OFERTAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE CONFIRMAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.

HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

24	REFERENCIA	PUNTO 3.13
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ PARTICIPAR CON CAPITAL CONTABLE MAYOR A \$ 20,000,000.00 LO CUAL GARANTIZA PLENAMENTE LA SOLVENCIA DE NUESTRA EMPRESA COMO PODRÁ OBSERVARSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTAREMOS Y AVALADO POR LA CARACTERÍSTICA DE SER LOS IMPORTADORES DIRECTOS DE LOS BIENES QUE OFERTAREMOS MISMOS QUE REPRESENTAMOS A NIVEL NACIONAL SIENDO AL MISMO TIEMPO LOS PROPIETARIOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS, PRODUCTOS CUYA CALIDAD SE ENCUENTRA AVALADA CON LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES NECESARIAS, PERMITIENDO AL MISMO CON ELLO UNA PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA EN BENEFICIO DE

		LA INSTITUCIÓN Y DEMOSTRADA NUESTRA CAPACIDAD Y SOLVENCIA A TRAVÉS DE ANTERIORES OPERACIONES COMERCIALES QUE HEMOS SOSTENIDO CON LA DEPENDENCIA MEDIANTE PROCESOS COMO LO SON LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS, COMPROMISOS QUE HEMOS CUMPLIDO CABALMENTE SIN PERJUICIO PARA LA INSTITUCIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
25	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MUESTRA POR FAMILIA DE AQUELLOS PRODUCTOS EN LOS CUALES LA UNICA VARIANTE ES LA MEDIDA O TAMAÑO, REFERENCIANDO DEBIDAMENTE EN LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN LAS PARTIDAS QUE SE AMPARAN
	RESPUESTA	SERÁ POR PARTIDA.
26	REFERENCIA	PARTIDA NO. 93
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS REANIMADORES DE LA FUNCIÓN CARDIOPULMONAR (RESUCITADORES) LOS REQUIEREN DE SILICÓN, REUSABLES, DESARMABLES Y ESTERILIZABLES EN VAPOR, PROVISTO EN UNA CAJA DE PLASTICO TRANSPARENTE QUE RESGUARDE Y PROTEGA EL EQUIPO PARA SU MEJOR CONSERVACIÓN, O MANIFESTAR SI SON DESECHABLES DE PVC
	RESPUESTA	EQUIPO DESECHABLE.
27	REFERENCIA	PARTIDA NO. 94
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS REANIMADORES DE LA FUNCIÓN CARDIOPULMONAR (RESUCITADORES) LOS REQUIEREN DE SILICÓN, REUSABLES, DESARMABLES Y ESTERILIZABLES EN VAPOR, PROVISTO EN UNA CAJA DE PLASTICO TRANSPARENTE QUE RESGUARDE Y PROTEGA EL EQUIPO PARA SU MEJOR CONSERVACIÓN, O MANIFESTAR SI SON DESECHABLES DE PVC
	RESPUESTA	EQUIPO DESECHABLE.
28	REFERENCIA	PARTIDA NO. 95
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS REANIMADORES DE LA FUNCIÓN CARDIOPULMONAR (RESUCITADORES) LOS REQUIEREN DE SILICÓN, REUSABLES, DESARMABLES Y ESTERILIZABLES EN VAPOR, PROVISTO EN UNA CAJA DE PLASTICO TRANSPARENTE QUE RESGUARDE Y PROTEGA EL EQUIPO PARA SU MEJOR CONSERVACIÓN, O MANIFESTAR SI SON DESECHABLES DE PVC
	RESPUESTA	EQUIPO DESECHABLE.

DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

29	REFERENCIA	PUNTO 2.4.7.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA RESPETUOSA, NOS ACLARE LA FECHA EN LA QUE DEBEMOS ENTREGAR EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO DEL PAGO REALIZADO POR LA BASES, YA QUE EN ESTE PUNTO INDICA QUE HAY QUE ENTREGARLO DOS DÍAS ANTES DE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PUNTO 2.4.8. DE LAS MISMAS BASES, INDICA QUE LA FECHA PARA ENTREGAR DICHO COMPROBANTE DE PAGO SERÁ INDICADA EN JUNTA DE ACLARACIONES. POR FAVOR ACLARAR.

	RESPUESTA	DE ACUERDO AL PUNTO 2.4.7, EL LICITANTE DEBIÓ HABER ENTREGADO <i>FICHA BANCARIA ORIGINAL</i> EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN, DOS DÍAS ANTES DE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA. EN EL PUNTO 2.4.8 DE LA BASES, ESTABLECE QUE EL LICITANTE DEBERÁ CANJEAR SU <i>COPIA DE FICHA BANCARIA</i> POR EL RECIBO OFICIAL ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA FECHA QUE INDIQUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. DE LO ANTERIOR, EL CAMBIO DE SU COPIA DE FICHA BANCARIA, DEBERÁN LLEVARLO A CABO EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN LAS NOTAS GENERALES DE ESTA JUNTA.
30	REFERENCIA	3.13
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS 2014 CON UN CAPITAL CONTABLE A PARTIR DE \$ 20,000,000.00, YA QUE ESTE PUNTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL PROCEDIMIENTO Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE PRESENTARÁN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO VEINTICUATRO DE ESTA JUNTA.
31	REFERENCIA	4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE LAS MUESTRAS SOLICITADAS DE LAS PARTIDAS DONDE SOLICITAN 50 PIEZAS O MÁS SERÁN ENTREGADAS EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICAS PROGRAMADA PARA EL 12 DE JUNIO DE 2015. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.

HI TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.

32	REFERENCIA	2.3 CARACTER DE LA LICITACIÓN
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y SIENDO ESTA UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, NOS PERMITA OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, SIN EMBARGO DEBERÁN ESPECIFICAR SU PROCEDENCIA Y/O PAÍS DE ORIGEN, ASÍ MISMO DEBERÁN APEGARSE A LOS ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.6.2 DE LAS BASES.
33	REFERENCIA	PUNTO 4.5.8 CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O MAYORISTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
34	REFERENCIA	ANEXO 1 COLUMNA CANTIDAD
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA

		CANTIDAD ESTABLECIDA ES SOLICITADA EN PIEZAS O EN PESOS.
	RESPUESTA	EN PIEZAS.
35	REFERENCIA	ANEXO B PROPUESTA TECNICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA DESCRIPCION DETALLADA QUE REQUIEREN EN DICHO ANEXO, SE TIENE QUE SEÑALAR TAL CUAL APARECE EN EL ANEXO 1 O UNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE BIEN ELIMINANDO LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS ASI COMO TAMBIEN LAS CLAVES.
	RESPUESTA	ELIMINANDO MAXIMOS, MINIMOS Y CLAVE, QUEDARÁ SOLO LA DESCRIPCION DEL INSUMO.
36	REFERENCIA	ANEXO C PROPUESTA ECONOMICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA DESCRIPCION DETALLADA QUE REQUIEREN EN DICHO ANEXO, SE TIENE QUE SEÑALAR TAL CUAL APARECE EN EL ANEXO 1 O UNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE BIEN ELIMINANDO LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS ASI COMO TAMBIEN LAS CLAVES.
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA ANTERIOR.
37	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 73
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE CANTIDAD MINIMA REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA, YA QUE EN EL ANEXO 1 APARECE LA CANTIDAD DE 811.8
	RESPUESTA	812
38	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL REQUERIMIENTO MINIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE RESPECTO A ESTA PARTIDA CORRESPONDE A 50 LITROS DE SOLUCIÓN PREPARADA POR FRASCO DE UN LITRO.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
39	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO DEMOSTRAR CON ESTUDIOS LA ESTERILIZACION MENOR A UNA HORA.
	RESPUESTA	SE REQUIERE EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LA EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN.
40	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA PARTIDA SON TOTALMENTE BIODEGRADABLES.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
41	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBE PRESENTAR ESTUDIOS QUE CERTIFIQUEN QUE LA CONCENTRACION DE VAPORES DE LA SOLUCION SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LA NORMA.
	RESPUESTA	SE REQUIERE EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LA EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN.
42	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 51

	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN DE MALASIA MISMOS QUE CUENTAN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD COMO ISO 9001:2008 Y DIRECTIVE/93/42/EEC. ESTO DEBIDO A QUE EN EL PUNTO 4.6.2. DE LAS BASES DICE: " NO SE ACEPTARA PRODUCTO DE ORIGEN CHINO, COREANO, TAIWANES, PAKISTANI O DE MALASIA" HAGO MENCION QUE EL LATEX CON QUE ESTA FABRICADO EL PRODUCTO DE LA PARTIDA MENCIONADA ES DE MALASIA, EL CUAL ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE LATEX A NIVEL MUNDIAL, ASIMISMO ALGUNOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION TAMBIEN SON DE LATEX (GUANTES, SONDAS FOLEY, ETC) POR LO CUAL HAGO ESTA SOLICITUD.
	RESPUESTA	SE ACEPTA EN LOS CASOS CUYA COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTENGA LATEX.

GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.

43	REFERENCIA	3.14 PADRON DE PROVEEDORES
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, QUE DOCUMENTACION DEBEMOS INGRESAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, DEBIDO A QUE NUESTRA RENOVACION SE ENCUENTRA EN FIRMA.
	RESPUESTA	TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS PUNTO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Y 3.5 DE LAS BASES.
44	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ENTREGA SE REALIZARA 20 DIAS POSTERIORES AL FALLO O A LA ENTREGA DEL PEDIDO POR PARTE DE SALUD DE TLAXCALA, YA QUE DICHO PEDIDO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER ENTREGAR, DE LO CONTRARIO EL ALMACEN CENTRAL NO RECIBE LOS BIENES.
	RESPUESTA	SERÁ 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ENTREGARSE EL PEDIDO GENERADO POR SALUD DE TLAXCALA.
45	REFERENCIA	4.5.4.- PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE REQUIERA MÁS DE 50 PIEZAS (CANTIDAD MAXIMA)
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SERÁ EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
46	REFERENCIA	22.1 CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON RESPECTO A LA ETIQUETA, A QUE SE REFIEREN CON: PROGRAMA Y SI SE TIENE QUE PONER EL NUMERO DE FACTURA, YA QUE ACTUALMENTE EL ALMACEN RECIBE CON REMISION, PARA POSTERIORMENTE FACTURAR E INDICAR QUE ESE DOCUMENTO SE DERIVA DE LA TAL REMISION Y ASI PODER INGRESAR A REVISION.
		EN LA ETIQUETA DEBERÁ LLEVAR PARTIDA, CLAVE DEL INSUMO, DESCRIPCION DETALLADA, NUMERO DE LICITACION Y PROVEEDOR.

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

47	REFERENCIA	PARTIDA 5 060.088.0843 APOSITO HIDROCELULAR. ADHESIVO. HIPOALERGENICO DISEÑADO PARA ADHERIRSE A LA PIEL INTACTA MAS NO A LA HERIDA. COMPUESTA DE UNA MATRIZ DE POLIURETANO A PRUEBA DE AGUA Y BARRERA BACTERIANA QUE PERMITE LA EVAPORACION DEL EXUDADO E INTERCAMBIO DE OXIGENO. MEDIDA DE 7.5X7.5 CM.
	PREGUNTA	1.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDA 10X10 CM ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, EN LA PARTIDA 8 SE SOLICITA DICHA DESCRIPCIÓN.
48	REFERENCIA	PARTIDA 7 060.088.0868 APOSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:22.0 X 22.0 CM. PIEZA
	PREGUNTA	2.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDA 21X21 CM ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V.

49	REFERENCIA	PUNTO 3.8 PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2015 (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE) CON EL ACUSE DE RECIBO DEL SAT Y CON LA LIGA DIGITAL CORRESPONDIENTE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION NOS CONFIRME QUE PARA LOS LICITANTES QUE PRESENTAMOS EL PAGO DE IMPUESTOS POR INTERNET SOLO SE PRESENTARA EN COPIA SIMPLE CON EL SELLO DIGITAL QUE EMITE EL SAT ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	DEBERÁ PRESENTAR IMPRESIÓN DE LA PÁGINA DEL SAT, COMO ORIGINAL, ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA EN EL FOLDER CORRESPONDIENTE.
50	REFERENCIA	PUNTO 3.14
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION NOS CONFIRME QUE NO ES OBLIGATORIO PARA LA PRESENTE LICITACION TENER EL PADRON DE PROVEEDORES VIGENTE, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO. SIN EMBARGO, EN CASO DE TENER SU REGISTRO DE PADRÓN DE PROVEEDORES VENCIDO, DEBERÁN PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS PUNTO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Y 3.5 DE LAS BASES.
51	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3 REGISTROS SANITARIOS
	PREGUNTA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS, SE PRESENTARA UNICAMENTE LA ULTIMA ACTUALIZACION DEL REGISTRO, Y PARA LOS QUE TENGAN PRORROGA DE REGISTRO SE PRESENTARA COPIA SIMPLE DEL REGISTRO INICIAL CON SU PRORROGA ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	REGISTRO COMPLETO O PRORROGA 2014 COMPLETA Y LEGIBLE
52	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4 MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION PODER ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	POR PARTIDA.
53	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4 MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION PODER ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, EJEMPLO EN CASO DE QUE PIDAN CAJAS CON 25, 50 Ó 100 PIEZAS PODER ENTREGAR UNA PIEZA SOLA PIEZA PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
54	REFERENCIA	PARTIDA 67 MAX 360 MIN 300 060.550.2517 JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, ON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PODER COTIZAR SIN CLAVE JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, ON AGUJA CALIBRE 20 G Y 38 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, REQUERIMOS QUE TODOS LOS INSUMOS CUENTEN CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO NACIONAL.

GRUPO AM TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.

55	REFERENCIA	PUNTO 1, INCISO 1.4 CONVOCATORIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL.
	RESPUESTA	APEGARSE AL PUNTO 4.6.2.
56	REFERENCIA	4.5.8 CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
57	REFERENCIA	PUNTO 22.1 LUGAR DE ENTREGA DE BIENES
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUES SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA OCASIÓN JUNTO CON LA ENTREGA DEL PEDIDO NOS ENTREGARA EL CUADRO DE LOS PROGRAMAS POR LOS CUALES SE DEBERÁ FACTURAR, ASI MISMO SOLICITO NOS CONFIRME SI EL ALMACEN RECIBIRÁ CON FACTURA Y NO CON REMISION COMO ELLOS LO SOLICITAN. ESTO PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN BASES.
	RESPUESTA	SE DEBERÁ ENTREGAR CON REMISION, YA QUE POSTERIORMENTE SE DARA EL CUADRO DE FACTURACION.
58	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS SON LAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
59	REFERENCIA	PUNTO 4.6.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE PROCEDENCIA MALASIA, ESTO DEBIDO A QUE ES EL

		PRINCIPAL EXPORTADOR DE LATEX.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA 42
60	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 18
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIURETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD: 41 CM. CALIBRE: 3.5 FR. CON ACOTACIONES DESDE EL CM 4 AL 40.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
61	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 19
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIURETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD: 41 CM. CALIBRE: 5.0 FR. CON ACOTACIONES DESDE EL CM 4 AL 40.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
62	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 20
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL, DE <u>SILICON</u> , RADIOPACA, CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR <u>125 CM</u> CON GUIA METALICA, BOLSA DE PLASTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTERIL. 10 FR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
63	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 21
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL, DE <u>SILICON</u> , RADIOPACA, CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR <u>125 CM</u> CON GUIA METALICA, BOLSA DE PLASTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTERIL. 12 FR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
64	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 73
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE <u>130 CM</u> . DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NEONATAL. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
65	REFERENCIA	ANEO 1 PARTIDA 74
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE <u>130 CM</u> . DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

67	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 75
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 130 CM.DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 3. MATERIAL PARA VENTILADORES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
68	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DESINFECTANTE ES CON PRESENTACIÓN DE ENVASES CON 6 FRASCOS O ES FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.
	RESPUESTA	ENVASE CON 6 FRASCOS.
69	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 56
	PREGUNTA	SE SOLICITA ATENTAMENTE A ESTA CONVOCANTE RATIFIQUE A MI REPRESENTADA SI PARA EL GORRO DE TELA NO TEJIDA, LA CANTIDAD QUE SOLICITAN ES LA CORRECTA EN CASO DE SER POR PIEZA.
	RESPUESTA	NO, LA PRESENTACIÓN REQUERIDA ES ENVASE CON 100 PIEZAS.

IMEDIC, S.A. DE C.V.

70	REFERENCIA	NUMERAL 3.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ORIGINAL LA IMPRESIÓN SIMPLE QUE NOS DA EL SISTEMA SAT, CON SU LIGA DIGITAL, YA QUE ASÍ SE TRAMITAN ESTOS DOCUMENTOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
71	REFERENCIA	NUMERAL 3.8, 3.9, 4.5.10
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ORIGINAL LA IMPRESIÓN SIMPLE QUE NOS DA EL SISTEMA SAT, CON SU LIGA DIGITAL, YA QUE ASÍ SE TRAMITAN ESTOS DOCUMENTOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
72	REFERENCIA	4.5.4, 4.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES LA FECHA Y EL HORARIO LIMITE PARA ENTREGAR LAS MUESTRAS FÍSICAS O CATÁLOGOS, SEGÚN CORRESPONDA.
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 16.
73	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4 CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA QUIEN A SU VEZ COMPRUEBE MEDIANTE CARTA, PODER, TESTIMONIO O SIMILAR DE MANERA LEGAL TENER EL APOYO DEL LABORATORIO FABRICANTE. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
74	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 76
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA CLAVE DE SECTOR SALUD DE LA PARTIDA 76 CORRESPONDE CON LA

		DESCRIPCIÓN SEÑALADA; YA QUE ANTERIORMENTE SE HA SURTIDO ESA MISMA DESCRIPCIÓN PERO CON LA CLAVE 060 833 0247. FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	ES CORRECTO, LA CLAVE LICITADA CORRESPONDE A LA 060.833.0353
75	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 76 4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	EN CASO DE SER ADJUDICADOS CON LA PARTIDA EN CUESTIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGARLO CON UN PERIODO DE GARANTÍA DE 6 A 8 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN SU ALMACÉN ENTREGANDO CARTA CANJE, YA QUE ESTE PRODUCTO ES DE IMPORTACIÓN, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

LUCILA GABRIELA TEJEDA MAGOS

76	REFERENCIA	PUNTO 3.14. RELATIVO AL PUNTO 3.5
	PREGUNTA	MENCIONA QUE EL LICITANTE QUE TENGA PADRON PODRA PRESENTAR EL ORIGINAL EN EL SOBRE UNO. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE NO CONTAR CON EL REGISTRO DEL PADRON PODREMOS REALIZAR EL TRAMITE POSTERIORMENTE Y PRESENTARLO EN LA PRESENTACION?
	RESPUESTA	NO ES CORRECTO. PODRÁN REALIZAR EL TRÁMITE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, Y LO DEBERÁN PRESENTAR ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO Y/O PEDIDO. QUIEN NO CUENTE CON EL ALTA DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Y 3.5 EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.
77	REFERENCIA	PUNTO 3.14. RELATIVO AL PUNTO 3.5
	PREGUNTA	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA SE PIDE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR MAYOR PROVEDURIA A ESTA H. INSTITUCION PERMITA OFERTAR A LICITANTES SIN PADRON PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE SE COMPROMETA A PRESENTAR EL PADRON ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
78	REFERENCIA	PUNTO 4.13 PARRAFO TERCERO
	PREGUNTA	PIDEN QUE SE ENTREGUE UN DISPOSITIVO USB DONDE DEBE DE VENIR LA INFORMACION SIN ESCANEAR DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTO NO APLICA PARA LAS CARTAS DE APOYO DE LOS FABRICANTES O CUAL QUIER OTRA CARTA AJENA AL LICITANTE? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION??
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
79	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3 PARRAFO SEGUNDO
	PREGUNTA	PIDEN REGISTROS SANITARIOS VIGENTES Y EN SU CASO CON PRORROGAS SIN QUE ESTAS EXCEDAN DEL 2014? SE REFIERE A QUE PODREMOS PRESENTAR DE ACUERDO A LA LEY Y LEGISLACION VIGENTE PRORROGAS QUE SE HAYAN SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA ANTES DE FEBRERO DEL 2010? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION
	RESPUESTA	PRORROGA 2014 LEGIBLE Y COMPLETA.
80	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3 PARRAFO SEGUNDO

	PREGUNTA	PIDEN REGISTROS SANITARIOS VIGENTES Y EN SU CASO CON PRORROGAS SIN QUE ESTAS EXCEDAN DEL 2014? SE PIDE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA LEY Y LEGISLACION VIGENTE PERMITA PRORROGAS QUE SE HAYAN SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA ANTES DE FEBRERO DEL 2010. SIEMPRE Y CUANDO DE ACUERDO A LA LEY EL REGISTRO ESTE VIGENTE
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA ANTERIOR.
81	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3 PARRAFO SEGUNDO
	PREGUNTA	EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 SE LE PIDE A LA CONVOCANTE NOS DIGA SOBRE QUE ARTICULOS DE LA LEY Y LEGISLACION VIGENTE DELIMITA LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN CON ESTE PUNTO.
	RESPUESTA	LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES FUE ACEPTADA. REFERENCIA. PUNTO 4.5.8. PAGINA 6.- CARTA DE APOYO DE LABORATORIO FABRICANTE.
82	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4
		DONDE Y CUANDO SE PRESENTARAN LAS MUESTRAS DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPEMOS.
		REFERIRSE A LA PREGUNTA 16.

SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

83	REFERENCIA	NUMERAL BASES 3.13
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN LA SOLVENCIA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS QUE SON PROPIOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS QUE EL REQUISITO DE CAPITAL MÍNIMO CONTABLE SEA MAYOR A \$15,000,000.00, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
84	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTEN REGISTROS SANITARIOS EXPEDIDOS A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE COMERCIALIZA LOS PRODUCTOS EN MÉXICO, NO SIENDO EstrictAMENTE EL FABRICANTE; CONSIDERANDO QUE LA CARTA DE APOYO LA EXTIENDE EL TITULAR DEL MISMO REGISTRO SANITARIO. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
85	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EXISTE MODIFICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE, ES SUFICIENTE PRESENTAR ÉSTE Y OMITIR TODOS LAS MODIFICACIONES Y REGISTROS ANTERIORES NO VIGENTES?, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
86	REFERENCIA	NUMERAL BASES 3.14 NOTA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS EN MICAS TRANSPARENTES YA QUE ESTO PERMITE LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
87	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.8

	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO, SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUIEN ES EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO YA QUE POR LO GENERAL EL FABRICANTE NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN MÉXICO..
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
88	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA, PARA EVITAR DUPLICAR DOCUMENTOS QUE SON CONFORMADOS POR GRANDES VOLUMENES DE HOJAS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	POR PARTIDA.
89	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAN SE REMARQUE LA CLAVE EN EL REGISTRO SANITARIO. GENERALMENTE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO NO VIENE INDICADA EN LOS REGISTROS, ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS ANOTARLA DE FORMA MANUAL Y REMARCARLA?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
90	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.5 FOLLETOS A COLOR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PRESENTAR COPIA Y/O IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE FOLLETO, FICHA TÉCNICA, MANUAL O CATALOGO, ESTO DEBIDO A QUE YA NO SE IMPRIMEN ORIGINALES POR PARTE DE LOS FABRICANTES, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	A COLOR O COPIA LEGIBLE.
91	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.6.6, Y 5.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA YA SEA EN RECOPIADORES LEFORD DE DOS ARGOLLAS O EN CARPETA DE TRES ARGOLLAS TANTO LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA PROPUESTA ECONÓMICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
92	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR COPIA Y/O IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE FOLLETO, FICHA TÉCNICA, MANUAL O CATALOGO EN SUSTITUCIÓN DE LAS MUESTRAS, PARA AQUELLOS PARTIDAS EN LAS CUALES SE REQUIERA MÁS DE 50 PIEZAS DE LA CANTIDAD MÁXIMA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	CANTIDADES MAYORES A 50 PIEZAS, MUESTRA FÍSICA, MENORES A 50, COPIA LEGIBLE.
93	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.4.
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR UNIDAD (NO POR UNIDAD DE MEDIDA), SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
94	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.4.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR MUESTRA FÍSICA POR FAMILIA PARA AQUELLAS PARTIDAS MAYORES A 50 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÁXIMA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	POR PARTIDA.
95	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.4.

	PREGUNTA	DEBIDO A QUE OFERTAREMOS DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN SI LAS MUESTRAS DE LAS PARTIDAS QUE NO SEAN ADJUDICADAS SERÁN DEVUELTAS, OFRECIENDO PARA ESTE CASO UNA FECHA COMPROMISO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE DEVOLVERÁN A LOS 15 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDO EL FALLO, POSTERIOR A ESTA FECHA SI EL PROVEEDOR NO LAS RECOGE, SERÁN ENVIADAS A UNIDADES MÉDICAS PARA SU POSIBLE USO, CABE HACER MENCIÓN QUE LAS MUESTRAS PUEDEN SER ABIERTAS PARA SU ANÁLISIS TÉCNICO, POR LO CUAL PODRÍAN QUEDAR INSERVIBLES.
96	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS CONSIDERAR PARA LA PRIMERA ENTREGA 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE (CANTIDADES MÍNIMAS), SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 44.
97	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 3
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA MEDIDAS 10.2 X 12.1 CM ENVASE CON 50 PIEZAS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
98	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO LIBRE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS 20.3X20.3CM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
99	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 5
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO EN ESPUMA DE POLIURETANO NO ADHESIVO HIDROFILICO ALTAMENTE ABSORBENTE SEMIOCLUSIVO IMPREGNADO CON POLIEXAMETILENO DE BIGUANIDA MEDIDAS 10.2X10.2CM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, LA PARTIDA 8 INDICA DICHAS MEDIDAS.
100	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 6
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO EN ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADHESIVO IMPREGNADO CON POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA MEDIDAS 12.5X12.5CM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
101	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO EN ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADHESIVO IMPREGNADO CON POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA MEDIDAS 20.3X20.3CM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
102	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 8
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO EN ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADHESIVO IMPREGNADO CON POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA MEDIDAS 10.2X10.2CM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
103	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 9
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO EN ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADHESIVO CON IMPREGNADO DE POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA MEDIDAS 15.2X15.2CM, SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
104	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 20
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA PARA NUTRICIÓN ENTERAL ELABORADA DE POLIURETANO RADIOPACO, LONGITUD 109 CM Y MARCAS NUMÉRICAS; CON GUÍA METÁLICA, CON PESO DE 5GR EN LA PUNTA ACERO INOXIDABLE Y 4 ORIFICIOS DISTALES, PUERTO EN Y DE COLOR MORADO PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN EMPAQUE EN BOLSA INDIVIDUAL, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LOS FRECH INDICADOS.
105	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 21
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA PARA NUTRICIÓN ENTERAL ELABORADA DE POLIURETANO RADIOPACO, LONGITUD 109 CM Y MARCAS NUMÉRICAS; CON GUÍA METÁLICA, CON PESO DE 5GR EN LA PUNTA ACERO INOXIDABLE Y 4 ORIFICIOS DISTALES, PUERTO EN Y DE COLOR MORADO PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN EMPAQUE EN BOLSA INDIVIDUAL, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LOS FRECH INDICADOS.
106	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 67
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON CAPACIDAD DE 10 ML CON AGUJA CALIBRE 20 X 38, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO.
107	REFERENCIA	NUMERAL 3.13 Y 15.1 BASES
	PREGUNTA	CONSIDERANDO QUE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ A LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA POR PARTIDA, SOLICITAMOS SE REDUZCA EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO NECESARIO A \$15,000,000.00 DE PESOS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
108	REFERENCIA	NUMERAL 3.13 Y 15.1 BASES
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS RECONSIDEREN QUE ESTA LICITACIÓN NO ES BAJO LA MODALIDAD INTEGRAL Y PODREMOS OFERTAR PARTIDAS CON IMPORTES MUY POR DEBAJO DEL CAPITAL CONTABLE SOLICITADO, TANTO EN FORMA INDIVIDUAL O LA SUMA DE ÉSTAS, POR LO QUE EL COMPROBAR UN CAPITAL CONTABLE MAYOR A \$15,000,000.00 DE PESOS,, GARANTIZARÍA Y DA CERTEZA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL LICITANTE PARA EL CUMPLIMIENTO CABAL DEL CONTRATO QUE PUEDE DERIVARSE DE DICHO CONCURSO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 107 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
109	REFERENCIA	NUMERAL 3.13 Y 15.1 BASES
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A LAS 2 PREGUNTAS ANTERIORES Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y LA CONTRATANTE PUEDA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE PROVEEDORES, SOLICITAMOS ACEPTEN OFERTAS ECONÓMICAS POR LICITANTE HASTA POR UN MÁXIMO DE SU CAPITAL CONTABLE Y TOMANDO UN MÍNIMO DE \$15,000,000.00 DE PESOS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 107 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
110	REFERENCIA	NUMERAL BASES 3.13

	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA CON OTRA(S) EMPRESA(S) Y CUMPLIR CON EL REQUISITO PARA ESTE PUNTO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
111	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 78
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON MISMAS CARACTERÍSTICAS, CON AGUJA AHUSADA DE 17MM, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SU VALIDACIÓN TÉCNICA.
112	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.8.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
113	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.6.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE PRODUCTO DE MALASIA PARA EL CASO DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LATEX YA QUE ESTE PAÍS ES EL PRODUCTOR DE LATEX MÁS GRANDE DEL MUNDO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA 59.
114	REFERENCIA	NUMERAL BASES 24.5 BASES
	PREGUNTA	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE ENTREGA CON RETRASO Y OBTENIENDO UN PLAZO MAYOR DE ENTREGA LA PENA CONVENCIONAL A PARTIR DEL SEXTO DÍA CORRESPONDERÁ AL 0.7% POR DÍA DE RETRASO HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE IVA. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.

PICS PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

115	REFERENCIA	4.5.4 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS CUANDO SEA POSIBLE, CON LA DEBIDA REFERENCIACIÓN DE LAS PARTIDAS Y CLAVES QUE AMPARA CADA MUESTRA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	POR PARTIDA.
116	REFERENCIA	4.5.4 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA ENTREGA DE MUESTRA POR PIEZA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SEA UNA CAJA CON VARIAS PIEZAS (50 PIEZAS, 100 PZAS, 200 PZAS), SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
117	REFERENCIA	4.5.4 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LAS MISMAS DEBERAN SER ENTREGADAS EL DÍA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, FAVOR DE ATENDER.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
118	REFERENCIA	3.1 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, Y PRESENTAR LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE LA SHCP HA

		DETERMINADO PARA MI REPRESENTADA, ESTO DE ACUERDO AL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014, CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS INCISO A "ACTIVIDADES ECONOMICAS", YA QUE ESA ACTIVIDAD ES LA QUE MAS SE AJUSTA A NUESTRO GIRO Y QUE SE DETERMINO COMO "COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS", SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
119	REFERENCIA	3.1 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DETERMINE Y ESPECIFIQUE CON EXACTITUD CUALES SON LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PERMITIDAS DE ACUERDO AL CITADO ANEXO (SE ADJUNTA PARA PRONTA REFERENCIA), MENCIONANDO GRUPO, SUBGRUPO, CLAVE Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 118 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
120	REFERENCIA	4.5.3.- COPIA LEGIBLE DE REGISTROS SANITARIOS
	PREGUNTA	RESPECTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS SOLICITAN EN EL TERCER PARRAFO DEL NUMERAL CITADO QUE SI SE PRESENTA PRORROGA DEBE SER MAXIMO DEL AÑO 2014, ESTE TEXTO QUEDA UN POCO INCOMPREENSIBLE, ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A AQUELLOS REGISTROS SANITARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN AUN PRORROGADOS, YA QUE TODAS LAS PRORROGAS DE LOS REGISTROS SANITARIOS MENCIONAN UNA FECHA DE EMISION Y DE VENCIMIENTO DEL MISMO, PODRIAN ESPECIFICAR EN SU CASO A QUE SE REFIEREN CON ESE TEXTO, FAVOR DE ACLARAR?
	RESPUESTA	SE HACE LA SIGUIENTE CORRECCIÓN: SI SE PRESENTA PRÓRROGA DEBERÁ SER MÍNIMO DEL AÑO 2014 Y COMPLETA.
121	REFERENCIA	4.1.1 ANEXO B Y 5.1.1 ANEXO C
	PREGUNTA	RESPECTO DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS (ANEXO B) Y ECONOMICAS (ANEXO C), ¿PODEMOS PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS SOLAMENTE DE LOS RENGLONES EN QUE PARTICIPEMOS A RENGLON SEGUIDO, ES DECIR, ELIMINANDO TODAS LAS PARTIDAS QUE NO ESTAMOS COTIZANDO? ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
122	REFERENCIA	4.1.3 Y 5.1.1
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE EL ANEXO B Y EL ANEXO C, SEAN CAPTURADOS EN DISPOSITIVOS USB, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ESTOS (LOS DISPOSITIVOS USB) SERAN DEVUELTOS, Y SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBE SER UN DISPOSITIVO USB PARA CADA ANEXO, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO. ESTOS DIPOSITIVOS LES SERÁN DEVUELTOS DURANTE LOS EVENTOS RESPECTIVOS. ASÍ MISMO ES UN DISPOSITIVO POR ANEXO, DENTRO DE SUS RESPECTIVOS SOBRES.
123	REFERENCIA	4.1.3 Y 5.1.1
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE LOS DISPOSITIVOS USB NO SEAN DEVUELTOS POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR LA INFORMACION EN CD O DVD EN LUGAR DE LA USB SOLICITADA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMIRTIRSE A LA PREGUNTA 122 DE ESTA JUNTA Y APEGARSE A BASES.
124	REFERENCIA	4.3.- ENTREGA DE LOS BIENES.
	PREGUNTA	RESPECTO DE LA 2DA. ENTREGA, FAVOR DE INFORMAR CUANTOS DIAS SON PARA REALIZAR LA ENTREGA A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL PEDIDO RESPECTIVO EN CASO DE ASIGNACION, FAVOR DE ACLARAR.

	RESPUESTA	LA FECHA DEPENDE DE LA EMISIÓN DEL FALLO.
--	------------------	--

NOTAS GENERALES:

1.- MEDIANTE OFICIO RM/923/06/2015, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA SOLICITA QUE LOS LICITANTES TOMEN EN CONSIDERACIÓN PARA SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS LO SIGUIENTE:

- PARTIDA 51. SE MODIFICAN CANTIDADES.
- PARTIDA 66, SE MODIFICAN CANTIDADES.
- 22 CLAVES AGREGADAS AL ANEXO 1.

POR LO QUE EN ESTE MOMENTO SE LES PROPORCIONA EL NUEVO ANEXO QUE SUSTITUYE AL PROPORCIONADO EN BASES.

No.	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MINIM O	MAXIM O
1	060.058.0153	ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO.	ENV 300 GR	1653	1983
2	060.066.0880	DESINFECTANTES. SOLUCION CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRIO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCION DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGANICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE INDICAN REUSO, SE DEBE COMPROBAR SU ACTIVIDAD QUIMICA O AUSENCIA DE CONTAMINACION MEDIANTE CULTIVOS. LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.	ENV 6 FCO	330	396
3	060.088.0025	APOSITO TRANSPARENTE RECTANGULAR ESTERIL TEGADERM 10 X 12 CM.	CAJA CON 50 PIEZAS	240	360
4	060.088.0678	APOSITO HIDROCOLOIDE CON MATRIZ ELASTOMERICA, COMPUESTO POR UNA PELICULA INTERNA DE TRES HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA), POLIISOBUTILENO Y POLÍMEROS ELASTOMERICOS. LA PELÍCULA EXTERNA ESTA COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO. 20X20	PIEZA	1296	1550
5	060.088.0843	APOSITO HIDROCELULAR. ADHESIVO. HIPOALERGENICO DISEÑADO PARA ADHERIRSE A LA PIEL INTACTA MAS NO A LA HERIDA. COMPUESTA DE UNA MATRIZ DE POLIURETANO A PRUEBA DE AGUA Y BARRERA BACTERIANA QUE PERMITE LA EVAPORACION DEL EXUDADO E INTERCAMBIO DE OXIGENO. MEDIDA DE 7.5X7.5 CM.	PIEZA	6720	8060
6	060.088.0850	APOSITO HIDROCELULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO 12.5 X 12.5 CM.	PIEZA	4800	5760
7	060.088.0868	APOSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.	PIEZA	6720	8060
8	060.088.0876	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 X 10 CM.	PIEZA	5760	6910
9	060.088.0884	APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 15.0 X 15.0 CM.	PIEZA	4800	5760
10	060.088.0900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO EN FORMA ANATOMICA DE TALON. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	11520	13820
11	060.125.0582	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMANO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA	PIEZA	3752	4502

		RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.			
12	060.132.0054	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.	ENV C 100 PZS	1448	1737
13	060.132.0203	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL.	ENV C 100 PZS	1	2
14	060.166.1903	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA 1 PZA	575	690
15	060.167.4922	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 26 FR.	PZA 1 PZA	140	168
16	060.167.4930	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 28 FR.	PZA 1 PZA	150	180
17	060.167.4948	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 30 FR.	PZA 1 PZA	145	174
18	060.167.6638	CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIURETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD: 35 A 38 CM. CALIBRE: 3.5 FR. CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM..	PZA 1 PZA	738	885
19	060.167.6646	CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIURETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD: 35 A 38 CM. CALIBRE: 5.0 FR. CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM.	PZA 1 PZA	540	648
20	060.167.8766	SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA, CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUIA METALICA, BOLSA DE PLASTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTERIL. 10 FR.	BSA 1 BSA	80	96
21	060.167.8774	SONOTRODOS PARA NUTRICION ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA, CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUIA METALICA, BOLSA DE PLASTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTERIL. 12 FR.	BSA 1 BSA	80	96
22	060.168.0945	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/- 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 9.4 MM +/- 0.6 MM LONGITUD. 70 MM +/- 5 MM.	PZA 1 PZA	62	75
23	060.168.1356	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.0 MM CALIBRE. 20 FRP	PZA 1 PZA	685	822
24	060.168.1752	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 8 FR.	PZA 1 PZA	630	756
25	060.168.2214	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.5 MM CALIBRE. 22 FR	PZA 1 PZA	270	324
26	060.168.2495	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.5 MM CALIBRE. 26 FR.	PZA 1 PZA	840	1008

27	060.168.2511	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM CALIBRE. 28 FR.	PZA 1 PZA	1782	2138
28	060.168.2529	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.5 MM CALIBRE. 30 FR.	PZA 1 PZA	1958	2349
29	060.168.2552	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.5 MM CALIBRE. 34 FR.	PZA 1 PZA	825	990
30	060.168.2560	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.0 MM CALIBRE. 36 FR.	PZA 1 PZA	350	420
31	060.168.2578	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.5 MM CALIBRE. 38 FR.	PZA 1 PZA	270	324
32	060.168.2594	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 10.5 MM CALIBRE. 40 FR.	PZA 1 PZA	145	174
33	060.168.5365	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. CALIBRE (FR). 16.	PZA 1 PZA	850	1020
34	060.168.5381	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. CALIBRE (FR). 18.	PZA 1 PZA	890	1068
35	060.168.6595	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 10 FR.	PZA 1 PZA	755	906
36	060.168.6611	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 12 FR.	PZA 1 PZA	1025	1230
37	060.168.6637	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 14 FR.	PZA 1 PZA	9570	11484
38	060.168.6652	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 16 FR.	PZA 1 PZA	7100	8520
39	060.168.6678	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 18 FR.	PZA 1 PZA	1321	1585
40	060.168.8138	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 74 MM +/-5 MM.	PZA 1 PZA	85	102
41	060.168.8211	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL	PZA 1 PZA	24	29

		Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO. 6.0 MM +/-0.2 MM DIÁMETRO EXTERNO. 8.5 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 64 MM +/- 5 MM.			
42	060.168.8302	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 20 FR.	PZA 1 PZA	214	257
43	060.168.8310	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 22 FR.	PZA 1 PZA	80	96
44	060.168.8328	SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 24 FR.	PZA 1 PZA	78	93
45	060.189.0015	CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.	PZA 1 PZA	252488	302985
46	060.231.0104	COMPRESAS PARA VIENTRE. DE ALGODON CON TRAMA OPACA A RAYOS X. LONGITUD. 70 CM ANCHO. 45 CM.	ENV 6 PZA	96000	115200
47	060.243.0514	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES, INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO 3.	ENV 5 PZA	28	33
48	060.272.0021	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.	PAR 1 PAR	14200	17040
49	060.272.0039	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADOLESCENTES.	PAR 1 PAR	14600	17520
50	060.272.0047	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADULTOS.	PAR 1 PAR	10	12
51	060.308.0177	CONDON MASCULINO. DE HULE LATEX.	ENV 100 PZA	29264	36580
52	060.345.3788	EQUIPO MIXTO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA MODELO TOUTHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM, AGUJA ESPINAL WHITACRE CALIBRE 27G, SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS, CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 G., LONGITUD 900 A 1050 MM, JERINGA DE PLÁSTICO DE 20 ML, JERINGA DE PLÁSTICO DE 10 ML, JERINGA DE 10 ML. PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA, JERINGA DE PLÁSTICO DE 3 ML, 3 AGUJAS HIPODÉRMICAS DE CALIBRE 18 G X 38 MM, 25G X 16 MM Y 21G X 38 MM, CUATRO GASAS SECAS, SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA, 40 ML, TRES APLICADORES, CHAROLA PARA ANTISÉPTICO, CAMPO HENDIDO Y CAMPO DE TRABAJO	EQUIPO	8000	12000
53	060.426.0323	FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, CAPACIDAD DE 125 ML. Y 146 ML. AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM. DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO Y EN LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM. EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML. EMPEZANDO EN LOS 10 HASTA 120 ML Y NUMERADO CADA 30 ML. HASTA 120 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	PZA 1 PZA	4387	5264
54	060.436.0057	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. AREA: 432 CM2.	ENV 200 PZA	19500	23400
55	060.436.0107	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. AREA: 1152 CM2.	ENV 200 PZA	27700	33240
56	060.439.0039	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE.	PIEZA	3022	3626

57	060.456.0037	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMAÑOS: MEDIANO.	CJA 100 PZA	3	4
58	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 6 1/2.	PAR 1 PAR	141000	169200
59	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 7.	PAR 1 PAR	211120	253344
60	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 7 1/2.	PAR 1 PAR	107500	129000
61	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 8.	PAR 1 PAR	52000	62400
62	060.456.0383	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO.	CJA 100 PZA	15000	18000
63	060.456.0391	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO.	CJA 100 PZA	70000	84000
64	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE.	CJA 100 PZA	6200	7440
65	060.550.0354	JERINGAS DE PLASTICO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2, CON AGUJA CALIBRE. 20 G Y LONGITUD 32 MM.	PIEZA	12324	14788
66	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLASTICO GRADO MEDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	2880000	3600000
67	060.550.2517	JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, ON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.	PZA 1 PZA	300	360
68	060.551.2078	JERINGA HIPODERMICA, REUTILIZABLE, PARA CARTUCHO ANESTESICO. TIPO CARPULE.	PZA 1 PZA	340	408
69	060.593.0106	LOSETAS PARA BATIR CEMENTO. DE VIDRIO. TAMAÑO: 8 X 12 X 0.5 CM.	PZA 1 PZA	330	396
70	060.626.0040	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA: MEDIANA LARGA.	ENV 1 PAR	4200	5040
71	060.626.0065	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA: GRANDE LARGA.	ENV 1 PAR	4100	4920
72	060.797.0019	ALGODONES PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM.	ENV 500 RLL	1377	1652
73	060.820.0366	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMAÑO NEONATAL. MATERIAL PARA VENTILADORES.	PZA 1 PZA	811.8	974
74	060.820.0374	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMAÑO NO. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES.	PZA 1 PZA	490	588
75	060.820.0382	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMAÑO NO. 3. MATERIAL PARA VENTILADORES.	PZA 1 PZA	220	264
76	060.833.0353	SOLUCIÓN DE LAVADO Y PRESERVACIÓN MULTIORGANOS, CONTIENE AMORTIGUADORES, DEPURADORES; INERTE A RADICALES LIBRE; PH DE 7.0 A 7.4. CONSERVAR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE A TEMPERATURA AMBIENTE O EN REFRIGERACIÓN (DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS). ESPECIALIDAD O SERVICIO UNIDAD DE TRASPLANTES.	ENVASE CON UN LITRO	56	67

		FUNCIÓN PRESERVACION DE ÓRGANOS A TRASPLANTAR, RIÑÓN, HIGADO, PÁNCREAS, PULMÓN Y CORAZÓN.			
77	060.841.0262	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM).	ENV 12 PZA	110	132
78	060.841.2565	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE (19 - 20 MM).	ENV 12 PZA	1	2
79	060.889.0158	TIRAS DE CELULOIDE PARA CON-FORMAR RESTAURACIONES DE RE-SINA, ANCHO 8 A 10 MM, C ALI-BRE FINO.	ENV 50 PZA	445	534
80	060.889.0208	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO. TIRAS DOBLES.	ENV 150 PZA	220	264
81	060.908.0890	TUBOS PARA TORNIQUETE. DE LATEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE PARED DE 1.13 - 1.37 MM.	MTO 1 MTO	270	324
82	060.908.0924	TUBOS PARA ASPIRADOR. DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM.	ENV 10 MTO	1580	1896
83	060.953.0282	VENDAS DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M. ANCHO 8 CM.	PIEZA	432	519
84	060.953.0969	GUATAS TUBULAR DE ALGODON, STOKINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD. 22.81 M ANCHO. 7.5 CM	ROLLO	46	55
85	060.953.3302	VENDA ELASTICA COMPUESTA DE ALGODON IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC DE 7.5 CM DE ANCHO X 6 M DE LARGO	PIEZA	11520	13820
86	130.258.0400	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. MEDIANO	PIEZA	464	696
87	130.258.0426	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. GRANDE	PIEZA	344	516
88	130.258.0434	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. PEDIÁTRICO	PIEZA	168	252
89	130.258.0608	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA, PEDIÁTRICO	PIEZA	166	250
90	130.258.0616	COLLARIN TIPO: FILADELFIA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. CHICO	PIEZA	160	260
91	130.258.0624	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA, MEDIANO	PIEZA	352	528
92	130.258.0632	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA, GRANDE	PIEZA	384	576

93	531.784.0204 -A	EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 3 A 5 LT. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO.	PIEZA	480	720
94	531.784.0204 -N	EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES NEONATOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 250 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO	PIEZA	480	720
95	531.784.0204 -P	EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 1 A 3 LT. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO	PIEZA	280	420
96	537.836.9101	SIERRAS MANUAL GIGLI. ELABORADA CON 6 HILOS DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. LONGITUD DE 40 CM $\pm$ 2% Y TERMINACIÓN CON BORDES ROMOS.	PIEZA	308	463
97	060.016.0261	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN	ENV. CON 240 ML	308	771
98	060.040.2341	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. REESTERILIZABLES. TIPO: GREEN. LONGITUD. 11.5 CM. CALIBRE. 25 G.	PIEZA	1916	4790
99	060.046.0133	ASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO DEL NO 8.	BOLSA CON 12 PIEZAS	6	15
100	060.082.0278	APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES	ENVASE CON DOS O TRES APLICADORES.	26472	66180
101	060.088.0694	APOSITO ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ALTA ABSORCIÓN, DERIVADO DE ALGAS MARINAS, A 120 GRAMOS POR M2, COMPUESTO POR DOS MOLÉCULAS DE ÁCIDO GULURÓNICO POR CADA MOLÉCULA DE ÁCIDO MANURÓNICO. MEDIDAS DE 10 X 20 CM.	PIEZA	888	2220
102	060.088.0702	APOSITOS EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM 0.5 CM (2 G).	PIEZA	83	208
103	060.088.0892	APOSITO HIDROCELULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 22 X 22.	PIEZA	816	2040
104	060.164.0014	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 8 FR	PIEZA	312	780
105	060.164.0022	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 10 FR	PIEZA	352	882

106	060.164.0030	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 12 FR	PIEZA	211	528
107	060.165.0856	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 9.6 FR	PIEZA	9	24
108	060.165.0864	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 12.0 FR	PIEZA	5	12
109	060.165.0872	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM CALIBRE, 14 FR	PIEZA	36	91
110	060.166.1663	CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM CALIBRE, 20 FR	PIEZA	49	123
111	060.166.3008	CÁNULAS PARA TRAQUEOSTOMÍA, NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO: 3.0 MM $\pm$ 0.15 MM, DIÁMETRO EXTERNO: 4.5 MM $\pm$ 0.5 MM, LONGITUD: 32 MM $\pm$ 5 MM	PIEZA	2	5
112	060.166.3339	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 12 FR	PIEZA	1468	3672
113	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 14 FR	PIEZA	2088	5220
114	060.166.3354	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 16 FR	PIEZA	2203	5508
115	060.166.3362	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE, TAMAÑO: ADULTO, LONGITUD: 55 CM, CALIBRE: 18 FR, DIÁMETRO EXTERNO: 6.0 MM	PIEZA	3916	9792
116	060.166.4238	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 18 G, LONGITUD 28 - 34 MM	PIEZA	62168	155422
117	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 20 G, LONGITUD 28 - 34 MM	PIEZA	24240	60600
118	060.166.4279	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 22 G, LONGITUD 23 - 27 MM	PIEZA	16554	41387
119	060.166.4287	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 24 G, LONGITUD 17 - 24 MM	PIEZA	28848	72120
120	060.167.0920	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA, DIÁMETRO INTERNO 4.00 MM. LONG 41 MM.	PIEZA	1	2
121	060.167.0946	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA, DIÁMETRO INTERNO 4.5 MM LONG. 45 MM	PIEZA	1	2
122	060.167.0979	CÁNULAS PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR	PIEZA	2	5

		INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM $\pm$ 0.15 MM, DIÁMETRO EXTERNO: 7.8 MM $\pm$ 0.5 MM, LONGITUD: 48 MM $\pm$ 5 MM			
123	060.167.3965	CATÉTERES URETERALES EN DOBLE ""J"", DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES, LONGITUD: 26 CM, CALIBRE: 7 FR	PIEZA	48	121
124	060.167.6935	CÁNULAS PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO: 3.5 MM $\pm$ 0.15 MM, DIÁMETRO EXTERNO: 5.3 MM $\pm$ 0.5 MM, LONGITUD: 40 MM $\pm$ 5 MM	PIEZA	2	5
125	060.167.8170	SONDAS PARA MANEJO DE EPISTAXIS, ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARANASALES, DE DOS VÍAS, CON GLOBO HEMOSTÁTICO, CON CAPACIDAD DE 10 ML Y GLOBO ANTERIOR DE 30 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	14	36
126	060.167.8725	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRCIA, DIAMETRO INTERNO 5.0 MM LONG. 45 MM	PIEZA	1	2
127	060.167.8758	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL, CALIBRE: 8 FR	BOLSA	24	60
128	060.168.1422	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON BALON Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTERIL, CON PVC CON ESPIRAL DE ALAMBRE CURVADO 8.0 MM. CON GLOBO	PIEZA	12	30
129	060.168.9607	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA, TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE 10 FR	PIEZA	48	120
130	060.168.9805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 26 FR	PIEZA	37	93
131	060.339.0022	CASCO CEFALICO PEDIATRICO PARA APLICACIÓN DE OXIGENO O AEROSOLES DE 50X30X30 DE ACRILICO	PIEZA	72	180
132	060.339.0030	CASCO CEFALICO PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA.	PIEZA	108	271
133	060.426.0331	FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA	PIEZA	1256	3140
134	060.483.0091	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 10	ENV. CON 100 PIEZAS	36	91
135	060.483.0117	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 12	ENV. CON 100 PIEZAS	21	51
136	060.483.0125	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 11	ENV. CON 100 PIEZAS	30	77
137	060.483.0141	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 15	ENV. CON 100 PIEZAS	390	977
138	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 23	ENV. CON 100 PIEZAS	326	816
139	060.506.2777	IMPLANTE O MATRIZ ESPONJA DE COLAGENO 5X5 CM ESTERIL	PIEZA	24	60
140	060.598.0226	LLAVES DE CUATRO VÍAS SIN EXTENSIÓN. ESTÉRIL, DESECHABLE, DE PLÁSTICO.	PIEZA	6150	15376
141	060.621.0037	MASCARILLAS DESECHABLE CON CONEXIÓN PARA MICRONEBULIZADOR DE AEROSOLES. ADULTO.	PIEZA	381	953

142	060.621.0078	MASCARILLA PARA ANESTESIA DE HULE, CON CONECTOR Y COJIN INFLABLE MEDIDA NO. 00 (LATEX FREE)	PIEZA	15	39
143	060.621.0425	MASCARILLAS DESECHABLE CON CONEXIÓN PARA MICRONEBULIZADOR DE AEROSOL. INFANTIL.	PIEZA	393	984
144	060.623.0860	ESPACIADOR DE VOLUMEN DE PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, QUE SE ADAPTE A LOS DIFERENTES MEDICAMENTOS BRONCODILATADORES EN AEROSOL. CON MASCARILLA NEONATAL VIDA ÚTIL: TRES MESES	PIEZA	69	174
145	060.681.0034	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLE, PARA NIÑOS MEDIDA: CHICO	PIEZA	165296	413240
146	060.681.0042	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLE, PARA NIÑOS MEDIDA: MEDIANO	PIEZA	37008	92520
147	060.701.0360	PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, DE HULE NO. 2	PIEZA	1039	2598
148	060.711.0145	INDICADOR INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CLASE V CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERATURA TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A VAPOR Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR	PIEZA	19680	49200
149	060.771.0068	RASTRILLOS DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFEITAR, SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO, REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA, DESECHABLES	PIEZA	42220	105551
150	060.820.0341	LÍNEA DE CONTROL DE FLUJO, DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MÉDICO, CON CONECTOR LUER-MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y LUER-HEMBRA EN EL DISTAL, PARA ADAPTARSE A LA JERINGA DE 10 ML PARA LA INFUSIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. FLUJO 10 ML EN 24 HORAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	48	120
151	060.820.0390	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL CONTIENE UNA CANULA NASAL 2 CODOS PARA CONECCIÓN UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN 2 TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180CM LOG UNA LÍNEA PARA MONITORIZAR PRECIOS UN GORRO Y UNA CINTA DE VELCRO ESTÉRIL Y DESECHABLEKIT CPAP N 4 CANULA CAT.1688 MCA HUDSON TAMAÑO NO.4	KIT	117	294
152	060.830.7195	SÓNDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD: 45 A 51 CM, CALIBRE: 28 FR	PIEZA	56	140
153	060.841.0049	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. QUIRÚRGICAS, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: ½ CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	2	7
154	060.841.0072	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. QUIRÚRGICAS, LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: ½ CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	2	6
155	060.841.0106	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. QUIRÚRGICAS, LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: ½ CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	1	2
156	060.841.0353	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 8 A 13 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 9-0, CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO AHUSADA	ENV. C/12 PZAS	1	1
157	060.841.0973	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 67 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (24 MM) VICRYL	ENV. CON 12 PIEZAS	63	159
158	060.841.1393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-27 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	14	35

159	060.841.1435	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (25-30 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	5	14
160	060.842.0097	SUTURA VICRYL Sintéticas absorbibles de poligliconato con aguja. Longitud de la hebra: 67-75 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). RB-1	ENV. CON 12 PIEZAS	3	8
161	060.842.0147	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO (25 A 26 MM) MONOCRYL	ENV. CON 36 PIEZAS	4	12
162	060.842.0402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA, DE 1/2 CÍRCULO (15 A 17 MM) 70 CM	ENV. CON 36 PIEZAS	5	14
163	060.842.0428	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA, DE 1/2 CÍRCULO (25 A 26 MM) 70 CM	ENV. CON 36 PIEZAS	9	24
164	060.842.0477	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXONONA CON AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 70 A 75 CM CAL. DE LA SUTURA 5/0 CARACTERÍSTICAS DE LA GUJA 3/8 DE CÍRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE ARMADO (11-13MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	4	12
165	060.908.5113	TUBO DE EXTENSION, DE POLIVINILO CON LONGITUD DE 3 M. ESTERIL. EXTENSION DE OXIGENEO.	PIEZA	782	1956

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.



3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 08 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:






LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 19:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	

C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES		
M.S.P. MODESTA FLORES VÁSQUEZ		
L.E. LUCERO SALOME DÍAZ ARROLLO		
LIC. MARÍA ESTEBAN RAMÍREZ JIMÉNEZ		
LIC. EDSON AMARAL NAVA CARRO		
LIC. ADÁN RAMÍREZ CANTE	NO SE PRESENTÓ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA		
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ		

LICITANTES

ABASTECEDORA DE INSUMOR PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
DENTILAB, S.A. DE C.V.	
GRUPO AM TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.	
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	
COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.	
PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V.	
CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.	
HI TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	

-FIN DE TEXTO