

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-084/2015  
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
 PARA VARIAS DEPENDENCIAS**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX., SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDIENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. **PAOLA NAVA JUÁREZ**, JEFE DE RECURSOS MATERIALES ITAES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL **DR. ANSELMO ROMERO CHAMORRO**, JEFE DE DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE C4; EL LIC. **ISAURO SERRANO RUÍZ**, JEFE DE OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-084/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----  
**HECHOS:** SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

**AMARO & KING, S.A DE C.V.**

<b>1</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B ITAES PARIDAS: 6, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26 Y 27
	<b>PREGUNTA</b>	1.- ¿LOS REACTIVOS QUE ESTAN SOLICITANDO EN ESTAS PARTIDAS SON PARA UN EQUIPO A COMODATO O ES PROPIEDAD DEL ITAES? 2.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO PARA QUE NOS PUEDA COTIZAR EL PROVEEDOR? YA QUE SI ES EQUIPO A COMODATO SOLO PUEDE SURTIR LOS REACTIVOS EL PROVEEDOR DUEÑO DEL EQUIPO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>RESPUESTAS:</b> 1.- <b>TODOS LOS REACTIVOS SOLICITADOS SON PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL ITAES</b> 2.- <b>ES UN EQUIPO DE INMUNOENSAYO "TOSOH" MODELO AIA- 360 CON NÚMERO DE SERIE 11807012</b>
<b>2</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1B ITAES PARIDAS: 23
	<b>PREGUNTA</b>	EN ESTA PARTIDA SE ESTÁ SOLICITANDO PAPEL DE IMPRESIÓN PARA EQUIPO TOSOH NO. CAT. 00890001 ¿NOS PUEDE ESPECIFICAR MEDIDAS, SI ES EN ROLLO O EN Z Y SI EL NUMERO DE CATALOGO ES CORRECTO O ALGUNA OTRA ESPECIFICACION?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>RESPUESTA:</b> <b>ES PAPEL TERMICO EN ROLLO PARA IMPRESORA DE EQUIPO TOSOH CON MEDIDAS DE 5.5 CM DE ANCHO. EL NÚMERO DE CATÁLOGO ES CORRECTO 00890001</b>
<b>3</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 C ITAES PARIDAS: 6, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 27
	<b>PREGUNTA</b>	1.- ¿LOS REACTIVOS QUE ESTAN SOLICITANDO EN ESTAS PARTIDAS SON PARA UN EQUIPO A COMODATO O ES PROPIEDAD DEL ITAES? 2.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO PARA QUE NOS PUEDA COTIZAR EL PROVEEDOR? YA QUE SI ES EQUIPO A COMODATO SOLO PUEDE SURTIR LOS REACTIVOS EL PROVEEDOR DUEÑO DEL EQUIPO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>RESPUESTAS:</b> 1.- <b>TODOS LOS REACTIVOS SOLICITADOS SON PARA EQUIPOS</b>

		<b>PROPIEDAD DEL ITAES</b> <b>2.- ES UN EQUIPO DE INMUNOENSAYO "TOSOH" MODELO AIA- 360 CON NÚMERO DE SERIE 11807012</b>
4	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 F ITAES PARTIDAS: 6, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Y 33
	<b>PREGUNTA</b>	1.- ¿LOS REACTIVOS QUE ESTAN SOLICITANDO EN ESTAS PARTIDAS SON PARA UN EQUIPO A COMODATO O ES PROPIEDAD DEL ITAES? 2.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO PARA QUE NOS PUEDA COTIZAR EL PROVEEDOR? YA QUE SI ES EQUIPO A COMODATO SOLO PUEDE SURTIR LOS REACTIVOS EL PROVEEDOR DUEÑO DEL EQUIPO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>RESPUESTAS:</b> 1.- <b>TODOS LOS REACTIVOS SOLICITADOS SON PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL ITAES</b> 2.- <b>ES UN EQUIPO DE INMUNOENSAYO "TOSOH" MODELO AIA- 360 CON NÚMERO DE SERIE 11807012.</b>
5	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1I COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL PARTIDA: 1
	<b>PREGUNTA</b>	ESTA SOLICITANDO 80 PIEZAS KIT DE CALIBRACIÓN PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA Y QUÍMICA SANGUÍNEA LA CUAL CONSTA DE 4 PIEZAS POR EQUIPO. ¿NOS PUEDE INDICAR MODELO, MARCA Y SI NO ESTA A COMODATO EL EQUIPO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA GENERAL NÚMERO UNO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.</b>  <b>LOS EQUIPOS ESTÁN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.</b>

**NOTAS GENERALES:**

1.- MEDIANTE OFICIO CCEC/13.I.6.C/1036/2015 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015, LA CONTRATANTE HACE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL ANEXO 1I COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL:

**PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FLEXOR EL 200**

**REACTIVOS**

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	KIT	2	Glucosa PAP 6 X 100 ML GPSL-0507	ELITECH
2	KIT	4	urea 4X62.55 ml	ELITECH
3	KIT	4	Creatinina 2 X 125 ML CRCO-0600	ELITECH
4	KIT	2	AcidoUrico MONO SL 6X50 ml * STD NO. CAT AUML-0427	ELITECH
5	KIT	2	Colesterol SL 1 X 100 ML NO. CAT. CHSL-0490	ELITECH
6	KIT	2	ELITECH Trigliceridos 6X50 ML TGML-0427	ELITECH

**CONTROLES Y CALIBRADORES**

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	KIT	1	ELITROL I NORMAL 10X5 ml NO. CAT. CONT-0060	ELITECH
2	KIT	1	ELITROL II ABNORMAL 10X5 ml NO. CAT. CONT-0160	ELITECH
3	KIT	1	ELICAL 2 MULTIPARAMETRIC CALIBRATOR 4X3 ml NO. CAT CALI-0550	ELITECH
4	KIT	1	CKMB 4X3 ml NO. CAT CKMB-0900	ELITECH
5	KIT	1	CALIBRATOR HbA1c 4X0.5 ml NO. CAT HBAC-0043	ELITECH

6	KIT	1	ELITECH CONTROL Hb1c L+H 4X0.5 ml NO. CAT. HBAC-0049	ELITECH
7	KIT	1	HDL CHOLESTEROL 2G CALIBRATOR 1 X 1 mL HDLL-0011	ELITECH
8	KIT	1	HDL CHOLESTEROL 2G CALIBRATOR 4 X 1 mL HDLL-0041	ELITECH
9	KIT	1	LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR2G 1 X 1 mL LDLL-0011	ELITECH
10	KIT	1	LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR 2G 4 X 1 ML LDLL-0041	ELITECH

**CONSUMIBLES DE OPERACION**

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	FRASCO	4	SystemLiquid para equipo floxor EL 200	
2	FRASCO DE UN LITRO	2	SolucionHipoclorito de Sodio NO. CAT. 7668	J.T BAKER
3	FRASCO DE UN LITRO	2	Solucion de Hcl 0.1 N NO. CAT 5621-02	J.T BAKER
4	FRASCO DE UN LITRO	2	Solucion de Na OH 0.1 N NO. CAT 5636-02	J.T BAKER
5	FRASCO DE UN LITRO	2	Dichromate 8 Abs	J.T BAKER
6	FRASCO DE UN LITRO	2	Sample Cups para equipo floxor EL 200	
7	CAJA CON 3 ROTORES	4	Rotor de Cubetas de Reacción para equipo floxor EL 200 CAT 6002-706	SIEMENS

**PRODUCTOS QUÍMICOS PARAMICROS ES-60 REACTIVO**

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	KIT	1	MINIPACK ADVIA 60 145 ASPIRACIONES CODIGO 08-H0606051	SIEMENS
2	KIT	1	CAL CHEX CALIBRADOR ADVIA-60 3ML STRECK CODIGO 08-H221103	SIEMENS
3	KIT	1	PARA 12 EXTEND KIT CONTROL LNH 3x2.5 MLCODIGO 08-H10718871	SIEMENS

**PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CLINITEK ADVANTUS CONTROLES Y CALIBRADORES**

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	FRASCO CON 100 TIRAS	20	MULTISTIX 10 SG NO. CAT. 2300	SIEMEN
2	CAJA CON 5 ROLLOS	4	PAPEL TERMICO RA-50 CTK-200 C/5 PZS	SIEMEN
3	CAJA CON 25 TIRAS +	3	CHEK-STIX COMBO CONTROL (+)	SIEMEN
4	CAJA CON 25 TIRAS -	3	CHEK-STIX COMBO CONTROL (-)	SIEMEN
5	CAJA	3	URIN-TEK 500 TUBOS SIEMENS	SIEMEN

*Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large arrow pointing upwards and several illegible signatures.*

*Handwritten mark resembling a large '4' or similar symbol at the bottom center of the page.*

LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL EQUIPO POR SU USO, ASÍ TAMBIEN CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS PRODUCTO DE LAS EVALUACIONES DE LABORATORIO. POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EN SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.-----




2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.-----

3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 17:30 HRS.-----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: -----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 14:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. PAOLA NAVA JUÁREZ	
DR. ANSELMO ROMERO CHAMORRO	
LIC. ISAURO SERRANO RUÍZ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	

