

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-086/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
PARA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; EL **ING. ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; EL **LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL **LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-086/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	GENERALES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EN ESTE PROCESO LICITATORIO SE PODRÁN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, YA QUE EL TITULO DE LA LICITACIÓN ES LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL?
	RESPUESTA	DICHA SITUACIÓN SE RESPONDE EN EL PUNTO 4.6.2 DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "NO SE ACEPTA PRODUCTO DE ORIGEN CHINO, TAIWANES, COREANO O PAQUISTANI".
2	REFERENCIA	PUNTO 4.5.2 CATÁLOGOS Y FOLLETOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS O FOLLETOS QUE VENGAN EN IDIOMA QUE NO SEA ESPAÑOL, PODEMOS PRESENTAR UNA CARTA CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA LOS BIENES A OFERTAR?
	RESPUESTA	PRESENTAR CATALOGO EN IDIOMA ORIGINAL ASÍ COMO SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.
3	REFERENCIA	PARTIDA NO. 9
	PREGUNTA	REQUIEREN DE SIERRA ELÉCTRICA TIPO: CORTE DE HUESO TIPO STRIKER CON ASPIRADORA INCLUYE DISCOS Y ACCESORIOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHO BIEN CORRESPONDE A UNA SIERRA ELÉCTRICA CORTA YESO CON ASPIRADORA?
	RESPUESTA	NO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN SOLICITADO SE ENCUENTRAN PLASMADAS TAL COMO APARECE EN EL ANEXO 1A, PARTIDA 9 (SIERRA ELÉCTRICA STRIKER TIPO: CORTE DE HUESO.)
4	REFERENCIA	PARTIDA NO. 9
	PREGUNTA	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UNA DESCRIPCIÓN MAS AMPLIA DE LA SIERRA QUE REQUIEREN?

	RESPUESTA	SIERRA STRIKER MOTOR DE 17 MIL REVOLUCIONES POR MINUTO, OSCILANTES QUE OFRECE HASTA 32000 OSCILACIONES POR MINUTO, CON 10 PIES DE PLOGA, GRADO HOSPITAL, CUCHILLAS REMOVIBLES CON LLAVE ALLEN WRENCH, CUCHILLA DE 2 PULGADAS Y MEDIA, SECCIÓN BLADE DE 1.125 PULGADAS.
--	------------------	---

LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

5	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 11 (TERMOCICLADOR DE PUNTO FINAL MODELO VERITI THERMAL CYCLER APPLIED BIOSYSTEM.)
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL RESPALDO DEL FABRICANTE, ASEGURAR CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO DE ESTE PRODUCTO SOLICITAMOS SEA REQUERIDA LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA OFERTAR ESTA PARTIDA.
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
6	REFERENCIA	APARTADO 4 DE ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y DE NO HABER INCONVENIENTE CONSIDERE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y REQUIEREN DE UN PROCESO DE IMPORTACIÓN.
	RESPUESTA	EN VIRTUD DE QUE VARIAS PARTIDAS DE ESTA LICITACIÓN REQUIEREN DE UN PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN, SE ACEPTA EL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS MÁXIMO.
7	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 4 (MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MARCA CARL ZEISS O LEICA AUMENTO DE 6.3X/40X CON INDICADOR, SISTEMA DE ILUMINACION SCHOTT KL 1500 LCD O LED INDIVIDUAL).
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES PERO EN OTRA MARCA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.
8	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 5 (ESTUFA DE SECADO GABINETE DE EXTRACCION Y SECADO DE EVIDENCIA MOD. DRYSAFE, MARCA SIRCHIE, DE 152.5 CM*71CM*213CM, CON FILTRO HEPA)
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES PERO EN OTRA MARCA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.
9	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 16 (ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO CÁMARA CON FUENTE DE LUZ UV PARA PCR CAMPANA DE BIOSEGURIDAD DE ACRILICO, PARA PCR MARCA AIRCLEAN MOD. 600 CON FILTRO DE CARBON Y LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA)
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES PERO EN OTRA MARCA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.

LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

10	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	LAS MARCAS QUE INDICAN SON SOLO DE REFERENCIA?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA NO. 1
	PREGUNTA	CUANTOS METROS DE TUBO Y CUANTOS CODOS?
	RESPUESTA	2 CODOS Y 4 METROS, SIN EMBARGO SI SE REQUIERE MÁS MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN DEBERÁ CONSIDERARSE.
12	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA NO. 2
	PREGUNTA	EL ROTOR QUE REQUIEREN ES DE ANGULO FIJO O ANGULO LIBRE?
	RESPUESTA	ROTOR DE ÁNGULO FIJO.
13	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA NO. 2
	PREGUNTA	PARA CUANTOS TUBOS Y QUE VELOCIDAD REQUIEREN?
	RESPUESTA	8 TUBOS Y 14 MIL REVOLUCIONES POR MINUTO.
14	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA NO. 11
	PREGUNTA	PARA CUANTOS TUBOS REQUIEREN EL BLOCK DEL TERMOCICLADOR
	RESPUESTA	72 TUBOS.
15	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA NO. 13
	PREGUNTA	EL ROTOR PARA TUBOS DE 5 ML. ES DE ANGULO FIJO?
	RESPUESTA	ROTOR DE ÁNGULO FIJO.
16	REFERENCIA	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA
17	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO YA QUE SE TRATA DE BIENES DE IMPORTACION
	RESPUESTA	DICHA SITUACIÓN SE CONTESTÓ EN EL NUMERAL 6.
18	PREGUNTA	3. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA PUNTO 3 PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, 3.3 EN CASO DE QUE HUBIESE MODIFICACIONES SUSTANTIVAS A LOS ESTATUS SE DEBERÁ DE PRESENTAR LOS DOS ÚLTIMAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE YA QUE TENEMOS VARIAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA PODER PRESENTAR SOLO LA PRIMERA Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

NOTAS GENERALES:




1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) **PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX.**, Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS **24 Y 25 DE AGOSTO DE 2015**, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN **DE 9:00 A 14:00 HORAS.**

2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA **26 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 17:30 HRS.**


LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **13:30 HORAS.** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
ING. ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

INFUSOMED, S.A. DE C.V.	
RESPVITAL, S.A. DE C.V.	
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	

A

LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	

Handwritten signature

-----FIN DE TEXTO-----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature