

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-117/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS
PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. MARÍA ELENA PICAZO SÁNCHEZ, LIC. EMILIO ALFREDO RAMÍREZ GONGORA COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; EL LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-117/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: A CONTINUACION SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES -----

ADAMED SA DE CV		
1	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	EN RELACIÓN AL ANEXO 1 A Y 1B, SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA YA QUE EN 20 DÍAS HÁBILES NO SE PUEDEN ENTREGAR LAS 14 AMBULANCIAS SOLICITADAS, A MENOS DE QUE YA SE TENGAN LISTAS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 50 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA A MAXIMO 90 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO
2	REFERENCIA	4.5.2 REGISTROS SANITARIOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE DICHOS REGISTROS SE SOLICITEN AL LICITANTE GANADOR AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO, POR QUE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS MÉDICOS, NO FACILITAN A CUALQUIER EMPRESA ESTE TIPO DE DOCUMENTOS, YA QUE SE PRESTAN A MANIPULACIONES, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
3	REFERENCIA	4.5.6 NORMAS DE CALIDAD
	PREGUNTA	PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA QUE TENGA LA CERTEZA DE QUE LA EMPRESA QUE FABRICARA LAS AMBULANCIAS NO SEA UN TALLER IMPROVISADO, SOLICITE UN CERTIFICADO ISO 9001:2008 CON ALCANCE EN FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, ESTE REQUISITO LO CUMPLE CUALQUIER EMPRESA QUE TIENE ESTE GIRO Y SE DEDICA A ESTE FIN. POR LO TANTO NO LO CONSIDEREN COMO UN CANDADO MAL INTENCIONADO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES
4	REFERENCIA	4.5.7 CARTA DE RESPALDO DE PLANTA
	PREGUNTA	SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE DE RESPALDO AL DISTRIBUIDOR, PARA EL SUMINISTRO DE REFACCIONES POR 5 AÑOS. (SE INFORMA QUE ESTA YA ES UNA POLÍTICA DE TODAS LAS PLANTAS ARMADORAS) SOLICITAMOS PODER PARTICIPAR CON CARTA DE APOYO DE LA AGENCIA DISTRIBUIDORA DE LA MARCA, YA QUE LA PLANTA ARMADORA NO PROPORCIONA CARTAS DE APOYO A LOS CARROCEROS SIENDO ESTO UNA LIMITANTE PARA NUESTRA PARTICIPACIÓN, CONTRAPONIÉNDOSE AL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FAVOR DE CONSIDERAR YA QUE LO QUE SE SOLICITAN SON AMBULANCIAS NO VEHÍCULOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR TAMBIEN CARTA DE APOYO DE LA AGENCIA DISTRIBUIDORA DE LA MARCA, A FAVOR DEL LICITANTE E INDICANDO SU APOYO A ESTA LICITACION.
5	REFERENCIA	4.5.8 FOLLETOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ENLISTE DE QUE EQUIPO QUE SOLICITA FOLLETOS, PROPONEMOS QUE SEA DE LOS EQUIPOS MÁS IMPORTANTES, TENIENDO

		ASÍ LA CERTEZA QUE EQUIPO SE VA A RECIBIR, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	DEBERA PRESENTAR FOLLETO DEL VEHICULO ASÍ COMO DE TODOS LOS EQUIPOS MEDICOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1 A Y 1 B INDICANDO NÚMERO DE PARTIDA Y DE ANEXO Y NOMBRE DEL EQUIPO.----- SOLICITAMOS DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE SOLICITAN PARA TENER LA CERTEZA DE LO QUE SE VA A RECIBIR, DEBEN SER EN ORIGINALES
6	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	VEHICULO: EL CONVOCANTE SOLICITA LA ADECUACION DE UN VEHICULO CARGO VAN PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE AMBULANCIA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIAS DAR MAS INFORMACION DEL VEHICULO EN CUANTO A POTENCIA, TORQUE, CAPACIDAD DE CARGA, DIMENSIONES INTERNAS DEL AREA DE CARGA, TIPO DE COMBUSTIBLE, TRANSMISION, ETC. PARA CONSIDERAR LOS MATERIALES Y ACABADO INTERIOR DE LA AMBULANCIA.
	RESPUESTA	LOS DETALLES DE LA DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS EN CUANTO A CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEBERAN APEGARSE COMO MINIMO A LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-237-SSAI-2004, LA NOM-034-SSA3-2013 Y LA NORMA KKK-A-1822F FEDERAL SPECIFICATION FOR THE STAR-OF-LIFE AMBULANCE , ASÍ COMO A LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS 1 A Y 1 B, SOLO SE PODRA OFERTAR ALGO DIFERENTE SI ES SUPERIOR
7	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	PISO: EL CONVOCANTE SOLICITA UN PISO DE PANEL DE MADERA DE 3/8" DE ESPESOR CON FIBRA DE VIDRIO REFORZADO (FRP) CON CUBIERTA EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE FABRICADO EN COMPUESTOS DE RESINA PVC; FORMULACION ANTIBACTERIANA RESISTENTE AL IMPACTO, DE FACIL LIMPIEZA, PROPAGACION A INCENDIO, DENSIDAD DE HUMO, Y EN UNA SOLA PIEZA SIN EMPALMES, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN PISO A BASE DE PANELES DE MADERA DE 12 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS, SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
8	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	MAMPARA DIVISORIA: EL CONVOCANTE SOLICITA UNA MAMPARA DELANTERA DIVISORIA DE CABINA Y AREA MEDICA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO ACABADO TRASERO EN COLOR BLANCO DE FACIL LIMPIEZA, FORRADA EN LA CADA HACIA LA CABINA CON DUVETINA, CON UNA VENTANILLA ENMARCADAS QUE COMUNICA EL AREA DE CABINA CON LA PARTE DE ATENCION MEDICA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA MAMPARA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18 ELECTROSOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN FORRADO POR AMBAS CARAS EN PLASTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE LISA Y DE FACIL LIMPIEZA GARANTIZANDO UNA CICLO DE VIDA MAYOR, CON TOLERANCIA A SOLVENTES Y QUIMICOS, ANTIHONGOS Y EN UNA SOLA PIEZA DANDO UN MEJOR ACABADO Y PRESENTACION CON UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA, ADEMÁS QUE LA MAMPARA DIVISORIA DEBE SER MÓVIL
9	REFERENCIA	ANEXO 1 A

	PREGUNTA	MUEBLE PORTA MALETAS: EL CONVOCANTE SOLICITA UN MUEBLE PORTA MALETAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO TERMINADO EN COLOR BLANCO, DE FACIL LIMPIEZA, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DERECHA JUNTO A PUERTA CORREDIZA LATERAL, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO PARA ACOMODO DE MALETIN TRAUMA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN MUEBLE PORTA MALETAS FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO LOS COMPARTIMIENTOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
10	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	ASIEN TO PARAMEDICO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN ASIEN TO PARAMEDICO FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE VARIAS MEDIDAS Y PERFIL CUADRADO PTR DE 3"X4" CALIBRE 14 ELECTROSOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCION DE GIRO DE 90° CON UN SEGURO DE TRABA CONTROLADO EN LA SECCION SUPERIOR DERECHA DEL RESPALDO PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL PARAMEDICO, CON ASIEN TO Y RESPALDO CON FORRADO EN VINIL DE TIPO AUTOMOTRIZ DEL COLOR QUE ELIJA EL CONVOCANTE Y CON ACABADO EN CUBIERTAS PARA ASIEN TO Y RESPALDO FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER EN COLOR GRIS, CON CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL DE 3 PUNTOS Y HEBILLA METALICA, CONSIDERAR QUE LA FUNCION DE GIRO DEL ASIEN TO PARAMEDICO BENEFICIE EN LAS MULTIPLES FUNCIONES QUE ESTE LLEVA A CABO EN LA AMBULANCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
11	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	CHASE LONG: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BANCA (CHASE LONG) FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS COMO CINTURON DE SEGURIDAD QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
12	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	GABINETE MEDICO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE MEDICO (MUEBLE LATERAL IZQUIERDO) FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
13	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON UNA MIRILLA EN POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL DE 4.5 MM DE ESPESOR PARA VISUALIZAR EL REGULADOR DEL TANQUE, Y UNA PUERTA DE ACCESO. CONSIDERAR QUE ESTE

		MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
14	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	TOMAS DE OXIGENO: SE ENTIENE QUE LAS DOS TOMAS DE OXIGENO IRAN EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	UNA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DE CONTROL Y OTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CHASE LONG
15	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	TOMAS DE OXIGENO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA QUE CONFIRME SI LAS DOS TOMAS DE OXIGENO CUBREN LAS MISMAS CARACTERISTICAS
	RESPUESTA	SI AMBAS CUBREN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
16	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	TOMA DE VACIO: SE ENTIENDE QUE LA TOMA DE VACIO SE INSTALARA EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
17	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	SIRENA ELECTRONICA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA SIRENA ELECTRONICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIONES INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACION DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRAFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MAS EL HORN, ASI TAMBIEN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES, CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICROFONO, SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
18	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	BARRA DE LUCES ELECTRONICA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES ELECTRONICA (BARRA DE TRAFICO) DE 8 MODULOS DE LOS CUALES 6 VAN EN COLOR AMBAR Y DOS EN ROJO A LOS EXTREMOS DE LA BARRA, CON 4 FUNCIONES BASICAS, DE DERECHA-IZQUIERDA, IZQUIERDA-DERECHA- CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y UNA SECUENCIA ALEATORIA PROGRAMABLE, CON UNA LONGITUD DE 1.10M, CON CONTROL DE FUNCIONES INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
19	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	BARRA DE LUCES: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES (TORRETA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS. 4 MÓDULOS DE 9 LEDS EN LAS ESQUINAS, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
20	REFERENCIA	ANEXO 1 A
	PREGUNTA	CENTRO DE CARGA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN CENTRO DE CARGA DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS, IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO DE COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA

		ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA, PARA UBICAR ALGUNA FALLA (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES: DEBERÁ TENER NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADEMÁS DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELLAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA, EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O TRASERA), EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PACIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOR LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO DE: ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA), EXTRACTOR, TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
21	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	VEHICULO: EL CONVOCANTE SOLICITA LA ADECUACION DE UN VEHICULO CARGO VAN PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE AMBULANCIA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIAS DAR MAS INFORMACION DEL VEHICULO EN CUANTO A POTENCIA, TORQUE, CAPACIDAD DE CARGA, DIMENSIONES INTERNAS DEL AREA DE CARGA, TIPO DE COMBUSTIBLE, TRANSMISION, ETC. PARA CONSIDERAR LOS MATERIALES Y ACABADO INTERIOR DE LA AMBULANCIA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
22	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	PISO: EL CONVOCANTE SOLICITA UN PISO DE PANEL DE MADERA DE 3/8" DE ESPESOR CON FIBRA DE VIDRIO REFORZADO (FRP) CON CUBIERTA EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE FABRICADO EN COMPUESTOS DE RESINA PVC; FORMULACION ANTIBACTERIANA RESISTENTE AL IMPACTO, DE FACIL LIMPIEZA, PROPAGACION A INCENDIO, DENSIDAD DE HUMO, Y EN UNA SOLA PIEZA SIN EMPALMES, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN PISO A BASE DE PANELES DE MADERA DE 12 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
23	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	MAMPARA DIVISORIA: EL CONVOCANTE SOLICITA UNA MAMPARA DELANTERA DIVISORIA DE CABINA Y AREA MEDICA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO ACABADO TRASERO EN COLOR BLANCO DE FACIL LIMPIEZA, FORRADA EN LA CADA HACIA LA CABINA CON DUVETINA, CON UNA VENTANILLA ENMARCADA QUE COMUNICA EL AREA DE CABINA CON LA PARTE DE ATENCION MEDICA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA MAMPARA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18 ELECTROSOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN FORRADO POR AMBAS CARAS EN PLASTICO

		REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE LISA Y DE FACIL LIMPIEZA GARANTIZANDO UNA CICLO DE VIDA MAYOR, CON TOLERANCIA A SOLVENTES Y QUIMICOS, ANTIHONGOS Y EN UNA SOLA PIEZA DANDO UN MEJOR ACABADO Y PRESENTACION CON UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
24	REFERENCIA	ANEXO I B
	PREGUNTA	MUEBLE PORTA MALETAS: EL CONVOCANTE SOLICITA UN MUEBLE PORTA MALETAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO TERMINADO EN COLOR BLANCO, DE FACIL LIMPIEZA, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DERECHA JUNTO A PUERTA CORREDIZA LATERAL, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO PARA ACOMODO DE MALETIN TRAUMA, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN MUEBLE PORTA MALETAS FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO LOS COMPARTIMIENTOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
25	REFERENCIA	ANEXO I B
	PREGUNTA	ASIENTO PARAMEDICO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN ASIENTO PARAMEDICO FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE VARIAS MEDIDAS/ PERFIL CUADRADO PTR DE 3"X4" CALIBRE 14 ELECTROSOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCION DE GIRO DE 90° CON UN SEGURO DE TRABA CONTROLADO EN LA SECCION SUPERIOR DERECHA DEL RESPALDO PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL PARAMEDICO, CON ASIENTO Y RESPALDO CON FORRADO EN VINIL DE TIPO AUTOMOTRIZ DEL COLOR QUE ELIJA EL CONVOCANTE Y CON ACABADO EN CUBIERTAS PARA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER EN COLOR GRIS, CON CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL DE 3 PUNTOS Y HEBILLA METALICA, CONSIDERAR QUE LA FUNCION DE GIRO DEL ASIENTO PARAMEDICO BENEFICIE EN LAS MULTIPLES FUNCIONES QUE ESTE LLEVA A CABO EN LA AMBULANCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
26	REFERENCIA	ANEXO I B
	PREGUNTA	CHASE LONG: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BANCA (CHASE LONG) FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS COMO CINTURON DE SEGURIDAD QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
27	REFERENCIA	ANEXO I B
	PREGUNTA	GABINETE MEDICO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE MEDICO (MUEBLE LATERAL IZQUIERDO) FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO

		RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
28	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO FABRICADO EN POLIMERO PLASTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON UNA MIRILLA EN POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL DE 4.5 MM DE ESPESOR PARA VISUALIZAR EL REGULADOR DEL TANQUE, Y UNA PUERTA DE ACCESO. CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTIFLAMA, DE FACIL LIMPIEZA, ANTIHONGOS, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY OPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
29	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	TOMAS DE OXIGENO: SE ENTIENE QUE LAS DOS TOMAS DE OXIGENO IRAN EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	UNA SE ENCUENTRA EN EL TABLERO DE CONTROL Y OTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CHASE LONG
30	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	TOMAS DE OXIGENO: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA QUE CONFIRME SI LAS DOS TOMAS DE OXIGENO CUBREN LAS MISMAS CARACTERISTICAS
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
31	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	TOMA DE VACIO: SE ENTIENE QUE LA TOMA DE VACIO SE INSTALARA EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
32	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	SIRENA ELECTRONICA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA SIRENA ELECTRONICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIONES INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACION DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRAFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MAS EL HORN, ASI TAMBIEN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES, CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICROFONO, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
33	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	BARRA DE LUCES ELECTRONICA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES ELECTRONICA (BARRA DE TRAFICO) DE 8 MODULOS DE LOS CUALES 6 VAN EN COLOR AMBAR Y DOS EN ROJO A LOS EXTREMOS DE LA BARRA, CON 4 FUNCIONES BASICAS, DE DERECHA-IZQUIERDA, IZQUIERDA-DERECHA, CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y UNA SECUENCIA ALEATORIA PROGRAMABLE, CON UNA LONGITUD DE 1.10M, CON CONTROL DE FUNCIONES INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
34	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	BARRA DE LUCES: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS. 4 MÓDULOS DE 9 LEDS EN LAS ESQUINAS, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA, ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA

35	REFERENCIA	ANEXO 1 B
	PREGUNTA	CENTRO DE CARGA: SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN CENTRO DE CARGA DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS, IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO DE COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA, PARA UBICAR ALGUNA FALLA (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES: DEBERÁ TENER NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADEMÁS DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELLAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA, EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O TRASERA), EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PACIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOR LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO DE: ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA), EXTRACTOR, TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV
36	REFERENCIA	PUNTO 4.4 SOBRE ANEXO 1 A Y 1B
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA GARANTÍA QUE OFRECE EL PROVEEDOR DE CADA EQUIPO MÉDICO, VEHÍCULO ETC. FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIMPRE Y CUANDO SEA MAYOR A DOS AÑOS APARTIR DE LA ENTREGA
37	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DADA LA NATURALEZA DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SE AMPLIÉ A POR LO MENOS 40 DÍAS NATURALES, ¿ES ACEPTADO? EN CASO DE NEGATIVA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS MOTIVOS
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA
38	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	PIDEN UNA ADAPTACIÓN EN CAMIONETA CARGO VAN, SIN EMBARGO NO ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO, AHORA BIEN EL NOMBRE CARGO VAN ES UN NOMBRE COMERCIAL PARA EL VEHÍCULO DE LA MARCA CHEVROLET, SOLICITAMOS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA, IGUALDAD Y LIBRE PARTICIPACIÓN QUE RIGEN A TODO PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODER OFERTAR UNA UNIDAD TRANSIT VAN TOLDO ALTO ORIGINAL CON MOTOR A GASOLINA PARA CARGA, VEHÍCULO QUE AL IGUAL QUE EL SOLICITADO CUMPLE CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ¿ES ACEPTADO? EN CASO DE NEGATIVA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS MOTIVOS
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA, SIN EMBARGO LA UNIDAD QUE USTED PROPONE SE DESCARTA POR TAMAÑO INTERIOR MENOR Y TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, YA QUE SE REQUIERE ESTÁNDAR
39	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B

	PREGUNTA	PIDEN MODELOS 2016, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DADO EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y CON LA FINALIDAD DE OFERTAR PRECIOS ACCESIBLES Y COMPETITIVOS, YA QUE POR LEY DEBEN SOLICITAR VEHÍCULOS DEL AÑO QUE SE ESTA CURSANDO PIDO A LA CONVOCANTE ACEPTE UNIDADES NUEVAS MODELO 2015, ¿ES ACEPTADO? EN CASO DE NEGATIVA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS MOTIVOS
	RESPUESTA	SE DEBERA OFERTAR UNIDADES MODELOS 2016
40	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	PIDEN QUE TODOS LOS MUEBLES Y RECUBRIMIENTOS SEAN EN FIBRA DE VIDRIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MADERA RECUBIERTA CON MELAMINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, YA QUE ES UN TERMINADO EN PLASTICO Y ES TOTALMENTE IMPERMEABLE Y ACEPTICO, ¿ES ACEPTADO? EN CASO DE NEGATIVA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS MOTIVOS
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
41	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	PIDEN PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA LO SIGUIENTE: MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE PODER Y CABLEADO CONSISTENTE EN UN ARNÉS DE CABLEADO ELÉCTRICO, CONFIGURADO PARA AMBULANCIA, CON 27 CIRCUITOS CON PROTECCIÓN DE FUSIBLES, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS: CAJA DE CONEXIONES, CONSTRUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA POR LA ALEACIÓN COMPUESTA DE POLICARBONATO + POLIBUTILENO TEREFTALATO (FLAMABILIDAD SEGÚN UL94-5VA), CON TAPA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO CON BISAGRA POR TANTO LOS FUSIBLES ESTARÁN VISIBLES SIN NECESIDAD DE QUITAR LA TAPA, PROTECCIÓN IP66. TODOS LOS CABLES EN TODO EL ARNÉS DEBERÁ SER GXL O TXL CON UN AISLAMIENTO RETICULADO XLP POLIETILENO, CUMPLIMIENTO SAE J1128, FORD ESB-M1L85-A Y CHRYSLER ESPECIFICACIONES MS-8900. TEMPERATURA NOMINAL SERÁ DE -40°C A 125° C CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 60 V DC. TODOS LOS CABLES DEBERÁN ETIQUETARSE CLARAMENTE CADA 2 PULGADAS CON LA DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN ALTERNADA SOBRE CUALQUIER OTRA IMPRESIÓN PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CABLE INMEDIATO, SIN IMPORTAR LA COLOCACIÓN DEL CABLE. LA CAJA DE 27 CIRCUITOS DEBERÁ PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: UN FUSIBLE MINI ATO DE ENTRADA DE ENCENDIDO MAESTRO PARA LA PROTECCIÓN DE RELEVADOR. UN MINI CIRCUITO DE FUSIBLE DEDICADO A UN TEMPORIZADOR. EN EL CASO DE SE FUNDA O REMUEVA, LOS CIRCUITOS DEL TEMPORIZADOR CONTROLADO CAMBIARAN AL INSTANTE A CONTROL DE ENCENDIDO PARA QUE EL VEHÍCULO PUEDA SEGUIR EN SERVICIO. UNA PORCIÓN DE LA PLACA DE CIRCUITO DEBERÁ SER DEDICADA PARA RECIBIR UN COMPLEMENTO OPCIONAL EN EL TEMPORIZADOR. SIETE CIRCUITOS DEBERÁN ESTAR ENERGIZADOS, CON AL MENOS 2 CIRCUITOS SIENDO PORTA FUSIBLES ATO. TODOS LOS DEMÁS SON MINI FUSIBLES. UN CIRCUITO DE DERIVACIÓN FUSIONADO QUE CONTIENE UN ALAMBRE DE LONGITUD SIN ALIMENTACIÓN, COMPLETA ARNÉS. CABLES DE LA BOCINA DE SIRENA DE LONGITUD COMPLETA, UNO DE LOS CUALES CUENTA CON FUSIBLE DE PROTECCIÓN DENTRO DEL PANEL. CON EL FUSIBLE INSTALADO COMO UNA DERIVACIÓN, LA SIRENA OPERARÁ TODO VOLUMEN. UNA RESISTENCIA DE TAMAÑO MINI FUSIBLE SERÁ SUMINISTRA PARA SILENCIAR LA SIRENA CUANDO SE DESEE, A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE DE LA SIRENA. ESTA RESISTENCIA MINI DEBERÁ RESIDIR EN SU PROPIO LUGAR DENTRO DE LA CAJA DEL PANEL. CUATRO MINI FUSIBLE Y AL MENOS 2 CIRCUITOS DE FUSIBLES ATO QUE PUEDE SER TANTO DE CONTROLADO POR ENCENDIDO (PREDETERMINADO) O CONTROLADO A TRAVÉS DE UN TEMPORIZADOR. LA POTENCIA DEBERÁ SER CONTROLADA A TRAVÉS DE UN RELÉ DE SERVICIO CONSTANTE 70AMP CONTENIDA DENTRO DE LA CAJA. AL MENOS DOS RANURAS DE PORTA FUSIBLE DE REPUESTO: 1 ATO Y DE 1 MINI ATO CONTENIDAS DENTRO DE LA CAJA. LA ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN SERÁ PROVISTA CON NO MENOS DE DOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DE CALIBRE 10. DOS RELEVADORES ADICIONALES 70 AMPERIOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PUEDEN SER ENCENDIDOS DEL TEMPORIZADOR CONTROLADO. CADA RELÉ DEBERÁ PROPORCIONAR LA ENERGÍA PARA 6 CIRCUITOS ADICIONALES, 4 MINI-ATO, Y 2 PORTA FUSIBLES ATO. 6 DE LAS SALIDAS EN EL ARNÉS SE CONTROLA A TRAVÉS DE UN INTERRUPTOR QUE PERMITE AL INSTALADOR PARA SELECCIONARLOS YA SEA

		ENCENDIDO O SALIDAS CRONOMETRADAS, INDEPENDIENTE DE TODOS LOS DEMÁS CIRCUITOS. EL ARNÉS CONTARÁ EN SU CAJA DE FUSIBLES Y CONEXIONES CON UN TEMPORIZADOR MODULAR PREINSTALADO. TENDRÁ AJUSTES DEL TIEMPO AJUSTABLE DESDE 0 SEGUNDOS A 4 HORAS DESPUÉS DE RETIRAR LA SEÑAL DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD LA CUAL PRESENTA LA OPCIÓN DE RECONOCER UNA SEÑAL DE ENCENDIDO, SIN NECESIDAD DE SER UN CABLE EXTRA A UN CIRCUITO DE ENCENDIDO. ESTA OPCIÓN DEBERÁ SER SELECCIONABLE POR EL USUARIO. CONTINUARÁ LA FUNCIÓN APROPIADA DE SECUENCIAS DE TIEMPO INDEPENDIENTEMENTE DE UNA SEÑAL DE CORRIENTE PRESENTE. DEBERÁ ANULAR LOS AJUSTES DEL TIEMPO ESTABLECIDO POR EL USUARIO EN CASO DE BATERÍA BAJA. ESTA BATERÍA BAJA ANTICIPADA DEBERÁ APAGAR A 11,5 VOLTIOS. UN CABLE DE SEÑAL DEL PRE-EVENTO SERÁ PROVISTO. ESTA SEÑAL ALERTARÁ AL OPERADOR DE QUE LA BATERÍA SE ESTÁ ACERCANDO LOS PARÁMETROS DE APAGADO ANTICIPANDO. EL TEMPORIZADOR ESTARÁ CONSTRUIDO DE TAL MANERA QUE SI EL TEMPORIZADOR FALLA EN CUALQUIER MOMENTO, POR DEFECTO ES UNA SEÑAL DE ENCENDIDO DE MANERA QUE TODOS LOS EQUIPOS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL TEMPORIZADOR SEGUIRÁ FUNCIONANDO. DEBERÁ CONTAR CON LED INDICADOR MULTIFUNCIÓN: UNA SEÑAL PULSANTE DEBERÁ ESTAR INDICANDO TAN PRONTO COMO LA ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN SEA SUMINISTRADA A LA CAJA DE FUSIBLES. EL LED DEBERÁ PERMANECER ENCENDIDO FIJO HASTA QUE LA SEÑAL DE IGNICIÓN SEA RETIRADA. EL TEMPORIZADOR DEBERÁ INICIAR DESDE EL MOMENTO QUE LA SEÑAL DE IGNICIÓN SEA RETIRADA, EL LED DEBERÁ PARPADEAR REPETIDAMENTE INDICANDO QUE EL CONTROL DEL TEMPORIZADOR ESTÁ OCURRIENDO. EN UN EVENTO DE BAJA BATERÍA LA SEÑAL DEL LED DEBERÁ CAMBIAR DE COLOR INDICANDO LA CONDICIÓN DE BAJA BATERÍA COMO UNA CARACTERÍSTICA REDUNDANTE A LA SEÑAL DE SALIDA PREVENTIVA. UNA VEZ TERMINADA LA SECUENCIA DEL TEMPORIZADOR EL ESTATUS PULSANTE DEL LED DEBERÁ INICIAR NUEVAMENTE.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
42	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	SOLICITAN UNA TORRETA DE 48", SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA TORRETA DE 47", ¿ES ACEPTADO? EN CASO DE NEGATIVA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS MOTIVOS.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 DE ESTA ACTA
43	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO A EJERCER DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE ORIGEN FEDERAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISE EL TIPO DEL RECURSO FEDERAL DEL QUE SE TRATA Y LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE ESTÁ SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO BAJO LOS LINEAMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (FEDERAL) Y SIN EMBARGO LA PRESENTE LICITACIÓN SE LLEVA A CABO EN EL SISTEMA FEDERAL COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVIENE DE RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL (SEGURO POPULAR), POR LO QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 77 BIS 16, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA EJERCICIO DE DICHO RECURSO DEBEN APLICAR LAS LEYES LOCALES, ES DECIR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SU REGLAMENTO
44	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	ASIMISMO Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "LAS SOLICITUDES DE ACLARACION, PODRAN ENVIARSE A TRAVES DE COMPRANET O ENTREGARLAS PERSONALMENTE DEPENDIENDO DEL TIPO DE LICITACION DE QUE SE TRATE, A MAS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES.", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRECISE LA RAZÓN POR LA CUAL LIMITA A LOS PARTICIPANTES A REMITIR LAS PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES CUATRO DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA SEÑALADA PARA QUE SE LLEVE A CABO LA JUNTA ACLARATORIA
	RESPUESTA	EN VIRTUD DE QUE ESTA LICITACION SE RIGE, TAL COMO SE SEÑALA EN LAS BASES POR LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

		GOBIERNO DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO VIGENTE
45	REFERENCIA	REFERENTE AL ANEXO 1A Y 1B
	PREGUNTA	CON EL ÁNIMO DE PROPICIAR Y CREAR CERTEZA JURÍDICA A TODOS LOS PARTICIPANTES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISE DE MANERA CLARA Y CONCRETA CUÁLES SERÁN LOS CRITERIOS QUE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, YA QUE SE LIMITAN A DECIR QUE SE CUMPLA CON LO SOLICITADO CON EL ANEXO 1 A, B Y C Y QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS YA QUE TODOS LOS PUNTOS SON IMPORTANTES, SIN EMBARGO NO SE ESTABLECE LA FORMA DE CALIFICAR A LOS PARTICIPANTES NI LA MANERA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS.
	RESPUESTA	EN EL PUNTO 10 DE LAS BASES SE ESTABLECE "LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES QUE NO CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SERÁN DESECHADAS" ES DECIR SE REVISARAN CADA REQUISITO SOLICITADO TANTO POR LA CONVOCANTE COMO POR LA CONTRATANTE Y POSTERIORMENTE UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON LOS MISMOS SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA POR PARTIDA
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV		
46	REFERENCIA	4.3 – TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE MODIFIQUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 90 DÍAS, ESTO POR EL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES Y TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA
47	REFERENCIA	PUNTO 4.5.2 – COPIA LEGIBLE POR AMBOS LADOS DEL REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	EL REGISTRO SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD (ARTICULO 376), ES UNA AUTORIZACIÓN SANITARIA, LA CUAL SE LE OTORGA A ESTABLECIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE MEDICAMENTOS, ESTUPEFACIENTES, SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y PRODUCTOS QUE LOS CONTENGAN; EQUIPOS MÉDICOS, PRÓTESIS, ÓRTESIS, AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS, DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ESTOS ÚLTIMOS EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 262 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ASÍ COMO LOS PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO YA QUE NO ES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.
	RESPUESTA	SE SOLICITA PARA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO, MATERIAL DE CURACION QUE CONFORMAN LAS AMBULANCIAS, FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LO INDICADO EN EL RESPUESTA DE LA PREGUNTA 2 DE ESTA ACTA
48	REFERENCIA	ANEXO 1A – LUGAR DE GABINETE PORTA-TANQUE
	PREGUNTA	¿HABRÍA INCONVENIENTE AL CAMBIAR EL LUGAR DEL GABINETE DEL TANQUE DE OXÍGENO DE 3 M ³ A LA PARED FRONTAL? ESTO SE SOLICITA POR CUESTIÓN DE DISEÑO Y ESPACIOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO, SIEMPRE QUE EL TANQUE SE ENCUENTRE FIJO, SIN PROBLEMAS PARA EL CAMBIO Y SU RÁPIDO ACCESO
49	REFERENCIA	ANEXO 1A – EQUIPAMIENTO (COLLARÍN CERVICAL SEMIRRÍGIDO)
	PREGUNTA	SE SOLICITAN COLLARINES DE TRES MEDIDAS (CHICO, MEDIANO Y GRANDE). ¿SE PUEDE ACEPTAR COLLARÍN DE 3 MULTIPOSICIONES, EN SUSTITUCIÓN DE LAS TRES MEDIDAS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
50	REFERENCIA	ANEXO 1A – EQUIPAMIENTO (REANIMADOR PARA ASISTENCIA VENTILATORIA)
	PREGUNTA	SE SOLICITA QUE EL MATERIAL SEA DE CAUCHO, SILICONA O HULE CORRUGADO, ¿SE PUEDEN COLOCAR DENTRO DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA, REANIMADORES DE MATERIAL SEBS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
51	REFERENCIA	ANEXO 1A – EQUIPAMIENTO (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Y/O MONITOR-DESFIBRILADOR

	RESPUESTA	SE REQUIEREN AMBOS , EL DEA EN LAS AMBULANCIA DE TRASLADOS Y EL MONITOR DESFIBRILADOR EN AMBULANCIAS DE CUIDADOS INTENSIVOS O ALTA TECNOLOGÍA
52	REFERENCIA	ANEXO 1B – LUGAR DE GABINETE PORTA-TANQUE
	PREGUNTA	¿HABRÍA INCONVENIENTE AL CAMBIAR EL LUGAR DEL GABINETE DEL TANQUE DE OXÍGENO DE 3 M³ A LA PARED FRONTAL? ESTO SE SOLICITA POR CUESTIÓN DE DISEÑO Y ESPACIOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO , SIEMPRE QUE EL TANQUE SE ENCUENTRE FIJO , SIN PROBLEMAS PARA EL CAMBIO Y SU RÁPIDO ACCESO
53	REFERENCIA	ANEXO 1B – EQUIPAMIENTO (COLLARÍN CERVICAL SEMIRRÍGIDO)
	PREGUNTA	SE SOLICITAN COLLARINES DE TRES MEDIDAS (CHICO, MEDIANO Y GRANDE). ¿SE PUEDE ACEPTAR COLLARÍN DE 3 MULTIPOSICIONES, EN SUSTITUCIÓN DE LAS TRES MEDIDAS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
54	REFERENCIA	ANEXO 1B – EQUIPAMIENTO (REANIMADOR PARA ASISTENCIA VENTILATORIA)
	PREGUNTA	SE SOLICITA QUE EL MATERIAL SEA DE CAUCHO, SILICONA O HULE CORRUGADO, ¿SE PUEDEN COLOCAR DENTRO DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA, REANIMADORES DE MATERIAL SEBS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
55	REFERENCIA	ANEXO 1B – EQUIPAMIENTO (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Y/O MONITOR-DESFIBRILADOR
	RESPUESTA	SE REQUIEREN AMBOS , EL DEA EN LAS AMBULANCIA DE TRASLADOS Y EL MONITOR DESFIBRILADOR EN AMBULANCIAS DE CUIDADOS INTENSIVOS O ALTA TECNOLOGÍA
56	REFERENCIA	INCISO 3.11, PUNTO 3 “INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS”
	PREGUNTA	¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN, DE QUE LAS COPIAS SOLICITADAS DE 3 FACTURAS DEL LICITANTE A FAVOR DE CLIENTES A LOS QUE SE LES HAYA VENDIDO BIENES, DEBERÁN SER DE BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS LICITADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBEN SER DE AMBULANCIAS
57	REFERENCIA	ANEXO 1A “AMBULANCIA DE ALTA TECNOLOGÍA UNIDAD NUEVA 2016”
	PREGUNTA	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL ALCANCE DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO” SOLICITADO?
	RESPUESTA	DEBERAN PRESENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE AMBULANCIAS Y VEHICULAR, ASI COMO EQUIPO BIOMEDICO YA SEA CON EL DISTRIBUIDOR O EL FABRICANTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBERA DE SER DE MINIMO DOS AÑOS ASI COMO LA GARANTIA
58	REFERENCIA	ANEXO 1B “AMBULANCIA BÁSICA DE TRASLADO UNIDAD NUEVA 2016”
	PREGUNTA	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL ALCANCE DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO” SOLICITADO?
	RESPUESTA	DEBERAN PRESENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE AMBULANCIAS Y VEHICULAR, ASI COMO EQUIPO BIOMEDICO YA SEA CON EL DISTRIBUIDOR O EL FABRICANTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBERA DE SER DE DOS AÑOS MINIMO ASI COMO LA GARANTIA
RIVERA APIZACO SA DE CV		
59	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 3.11 COPIA DE 3 FACTURAS
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE SE PUEDAN PRESENTAR FACTURAS DEL BIEN LICITADO SIN QUE ESTE TENGA LA CONVERSION PARA AMBULANCIA, YA QUE SE TIENE LA EXPERIENCIA EN VENTA DE UNIDADES TIPO VAN PERO NO SE TIENE JUSTIFICADO COMO USO DE AMBULANCIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE NOS LIMITE LA PARTICIPACION SIENDO RIVERA APIZACO PROVEEDOR LOCAL. SOLICITO SE ACEPTE
	RESPUESTA	DEBERA COMPROBAR CON FACTURAS EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN CONVERSION DE AMBULANCIAS

60	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 4.4 PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE ACEPTAR QUE LA GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS SOLICITADA, SEA DE 2 AÑOS O 40000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO ESTO POR QUE ES LA GARANTIA QUE OTORGA LA PLANTA ARMADORA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA COMO GARANTIA MÍNIMA DEBIENDO ANEXAR AL VEHICULO GARANTIA DEL FABRICANTE EN ESAS CONDICIONES
61	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS UNIDADES SEA DE CUANDO MENOS 60 DIAS HABILES, ESTO A RAZON DE QUE LAS UNIDADES LLEVAN EQUIPO ESPECIAL DE ACUARDO A LOS ANEXOS EN BASES. SOLICITO SE ACEPTAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA
62	REFERENCIA	SE REFIERE ANEXO 1A Y 1B UNIDAD TIPO VAN
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE, SE ACEPTAR OFERTAR UNIDAD TIPO VAN MARCA FIAT DUCATO LARGA DE 15M3 MODELO 2016, MISMA QUE SE ADECUA AL ADAPTACION SOLICITADA. SOLICITO SE ACEPTAR.
	RESPUESTA	VALORAR SI LA UNIDAD SE PUEDE PRESENTAR CON MAMPARA MÓVIL ENTRE EL CONDUCTOR Y CABINA DE PACIENTE YA QUE DE NO SER ASÍ NO SE ACEPTARÍA

NOTAS GENERALES:

1.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE DEBERAN INCLUIR EN SUS PROPUESTAS TECNICAS Y PROPUESTAS ECONOMICAS, AMBAS PARTIDAS LO SIGUIENTE: -----

- ❖ CAMILLA TIPO FERRO PARA RCP -----
- ❖ SOLICITA UNA MAMPARA DELANTERA DIVISORIA DE CABINA Y AREA MÉDICA MÓVIL -----
- ❖ CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS -----
- ❖ PORTA SUEROS DOBLES 2 DOBLES O 4 SENCILLOS DESACUERDO A NOM 034 -----
- ❖ TANQUE DE OXÍGENO TIPO M CON REGULADOR DE ALTA PRESIÓN Y VÁLVULA DE ALIVIO -----
- ❖ INVERSOR DE CORRIENTE DE USO RUDO GRADO MEDICINAL DE 12 VOLTS A 110 VOLTS DE 3000 WATTS CON DOS TOMA CORRIENTES DÚPLEX CON SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN Y TERMINALES AISLADAS. -----
- ❖ SISTEMA DE BATERÍA SECUNDARIA DE RESPALDO TIPO GEL DE 12 VCD @ 75 AH LIBRE DE MANTENIMIENTO -----
- ❖ TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO D O E CON MANÓMETRO REGULADOR DE ALTA PRESIÓN TIPO YUGO -----

2.- LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AMBULANCIA BÁSICA SE DEBERAN OMITIR EN DICHA PARTIDA Y ANEXAR A LA DE AMBULANCIA DE ALTA TECNOLOGÍA: -----

- ❖ PANTALON NEUMATICO ANTI CHOQUE. -----
- ❖ PERILLA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES -----
- ❖ TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION NUM 9 -----
- ❖ TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION NUM 8.5 -----

3.- LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AMBULANCIA DE ALTA TECNOLOGIA SE DEBERAN OMITIR DE DICHA PARTIDA Y ANEXAR A LA PARTIDA DE AMBULANCIA BASICA: -----

- ❖ MASCARILLA LARINGEA -----
- ❖ TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA -----
- ❖ APOSITOS Y GASAS ESTERILES -----
- ❖ APOSITOS Y GASAS NO ESTERILES -----
- ❖ ORINALES -----
- ❖ TORUNDERO -----

4.- ASIMISMO POR DISPOSICION DE LA CONTRATANTE, SE DETERMINA QUE AL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE LES OTORGARA UN ANTICIPO DEL 40%, UNA VEZ QUE SE FIRME CONTRATO Y ENTREGUEN LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% DE LO ADJUDICADO) Y LA DEL ANTICIPO POR EL 100% DEL MISMO -----



5.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) **PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX.**, Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS **25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015**, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE **9:00 A 14:00 HORAS.**-----

6.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:30 HRS.** EN ESTE MISMO RECINTO, SE DEBERAN PRESENTAR CON PUNTUALIDAD, YA QUE A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO-----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **11:55 HORAS.** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO Representante de la Convocante	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ Representante de la Contratante	
LIC EMILIO ALFREDO RAMIREZ GONGORA	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA Representante de la Contraloría del Ejecutivo	

LICITANTES

ADAMEY, S.A. DE CV	Carlos Fernando Gutierrez
Rivera Apizaco SA de CV	Anna E. Garcia Pelayo
Telecomunicaciones y Servicios del Norte S.A. de C.V.	Alejandro Lopez Renedo

-----FIN DE TEXTO-----