

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-118/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. **MARÍA ELENA PICAZO SÁNCHEZ**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL LIC. **ADÁN RAMÍREZ CANTE** COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-118/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: A CONTINUACION SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 7 DE LAS BASES. MISMAS SON RESPONDIDAS DE MANERA CONJUNTA POR LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE

DIAGNOTHESIA SA DE CV

1	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA 1 BLOQUE I
	PREGUNTA	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LAS TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PODER OFERTAR TIRAS EN FRASCO CON 50 CON UN MAYOR RANGO DE MEDICIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
2	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA1 BLOQUE I
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE CUÁNTOS GLUCÓMETROS NECESITA SIN COSTO PARA ESTA PARTIDA Y LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES.
	RESPUESTA	45 GLUCOMETROS CON PILAS DE REPUESTO
3	REFERENCIA	ANEXO 1D PARTIDA 1
	PREGUNTA	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EN LA PRUEBA PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLUCOCILADA SE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN DISCO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO RESPECTIVO.
4	REFERENCIA	ANEXO 1B PARTIDA 1 BLOQUE I
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EN LAS PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLUCOCILADA SE NOS PERMITA OFERTAR DISCOS EN KITS DE 10 PRUEBAS CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA, OFRECIENDO EL O LOS EQUIPOS SIN COSTO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE SE REQUIERE CUBETAS DE REACCION PRE-LLENADAS

DIAGNOQUIM SA DE CV

5	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2 BLOQUE DOS
	PREGUNTA	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICARNOS SI ES POSIBLE OFERTAR TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA CON UN RANGO DE MEDICIÓN MÁS AMPLIO (10 A 600 MG/DL) Y PRESENTACIÓN EN FRASCO CON 50 TIRAS ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO SUJETO A VALIDACION DE SU MUESTRA
6	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 2 BLOQUE DOS
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE GLUCÓMETROS QUE NECESITA SIN COSTO, DEBIENDO ENTENDER QUE TANTO LAS LANCETAS COMO

		LOS DISPOSITIVOS CORRESPONDIENTES TAMBIÉN VAN SIN CARGO?
	RESPUESTA	2500 A 3000 GLUCOMETROS, Y LAS LANCETAS DEBERAN SER PROPORCIONALES AL NUMERO DE TIRAS DE GLUCOSA QUE SE ADQUIERAN.
7	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 3 BLOQUE TRES
	PREGUNTA	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI EN LAS PRUEBAS DE PERFIL DE LÍPIDOS SE NOS PERMITE OFERTAR EN CARTUCHOS DE 10 SUMANDO ASÍ EL MÚLTIPLO DEL REQUISITO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO SIEMPRE Y CUANDO CONTEGA EL FRASCO UN MEMOCHIP
8	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 3 BLOQUE TRES
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE APARATOS REQUERIDOS SIN COSTO?
	RESPUESTA	350 APARATOS
9	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4 BLOQUE CUATRO
	PREGUNTA	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LAS TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE MICROALBUMINARIA SE NOS PERMITA OFERTAR FRASCO CON 30 TIRAS OFRECIENDO EL TOTAL DE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE LO QUE REQUERIMOS ES TIRA PARA LA DETERMINACION DE MICROALBUMINA QUE NO REQUIERA DE REFRIGERACION

GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SE DE CV		
10	REFERENCIA	2.3 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN
	PREGUNTA	ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES Y NO SEAN DE LAS PROCEDENCIAS INDICADAS EN EL PUNTO 4.6.2.
11	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	SE HACE REFERENCIA A LA DESCRIPCIÓN DE UN FABRICANTE EN ESPECÍFICO, POR LO ANTERIOR Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA L.A.S.S.P. QUE A LA LETRA SEÑALA: "LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO LOS CUALES NO DEBERAN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA; ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO "PARA LA PARTICIPACION ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS O SEVICIOS, NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN NUNGUN CASO SE DEBERAN ESTABLECER REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UTILICE LA DESCRIPCIÓN QUE APARECE PUBLICADA EN EL CUADRO BÁSICO EDICIÓN 2014: 080.889.2533 TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. ENVASE 25, 50 O 100 TIRAS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO.
12	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR: TIRAS DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA IN VITRO DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, ARTERIAL O VENOSA, CON PUNTA BISELADA PARA UNA MEJOR TOMA DE LA MUESTRA, CON CUBIERTA DE POLIÉSTER HIDROFÍLICO QUE GARANTIZA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE LA MUESTRA PARA UN RESULTADO MÁS EXACTO, CON 4 ELECTRODOS PARA REDUCIR LOS ERRORES EN LA MEDICIÓN, NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE CODIFICACIÓN, SIENDO LA GLUCOSA DESHIDROGENASA SU ACTIVANTE QUÍMICO. REQUIERE MUESTRA DE 0.5µL PARA PROCESAR EL RESULTADO EN SOLO 4 SEGUNDOS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN PLASMA CON RANGO DE 20 - 600 MG/DL.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO.
13	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EL NÚMERO DE GLUCÓMETROS NUEVOS QUE SE REQUIERE EN COMODATO.
	RESPUESTA	SE SOLICITAN DE 2500 A 3000 EQUIPOS
14	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, SE DEBE ENTENDER QUE LOS GLUCÓMETROS EN COMODATO DEBERÁN DE SER TOTALMENTE NUEVOS, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO ANEXAR A SU PROPUESTA SU PEDIMIENTO DE IMPORTACION CON MAXIMO 6 MESES ANTES DE LA APERTURA

15	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA 1
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EL NÚMERO DE GLUCÓMETROS NUEVOS QUE SE REQUIERE EN COMODATO.
	RESPUESTA	45 GLUCOMETROS CON PILAS DE REPUESTO
16	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA 1
	PREGUNTA	PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, SE DEBE ENTENDER QUE LOS GLUCÓMETROS EN COMODATO DEBERÁN DE SER TOTALMENTE NUEVOS, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBIENDO ANEXAR A SU PROPUESTA SU PEDIMIENTO DE IMPORTACION CON MAXIMO 6 MESES ANTES DE LA APERTURA
EXCOM SA DE CV		
17	REFERENCIA	2.3
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SIENDO ESTA UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 10 DE ESTAS BASES
18	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR "BLOQUE I TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LIMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL CON MEMBRANA HIDRIFILICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA GLUCOSA. DESCRIPCION ADICIONAL: CAJA CON 50 TIRAS DEBERA ENTREGAR LOS GLUCOMETROS SIN COSTO"
	RESPUESTA	<u>MISMA DESCRIPCION QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1C PARTIDA 1 DE LAS PRESENTES BASES.</u>
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
19	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	ESTA SOLICITANDO EQUIPOS SIN COSTO ALGUNO, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE GLUCOMETROS QUE NECESITAN.
	RESPUESTA	SE NECESITAN DE 2500 A 3000 GLUCOMETROS
20	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS QUE SE ENTREGUEN A LA INSTITUCIÓN DEBERÁN DE SER NUEVOS Y DE RECIENTE FABRICACIÓN. EN CASO DE SER AFIRMATIVO SOLICITAMOS PARA SUSTENTAR LO REQUERIDO SE INCLUYA PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION Y DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA TECNICA PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN ESTA PARTIDA.
21	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA 1
	PREGUNTA	ESTA SOLICITANDO GLUCOMETROS SIN COSTO, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE GLUCOMETROS QUE NECESITAN.
	RESPUESTA	45 GLUCOMETROS CON PILAS DE REPUESTO
22	REFERENCIA	ANEXO 1C PARTIDA 1

	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS QUE SE ENTREGUEN A LA INSTITUCIÓN DEBERÁN DE SER NUEVOS Y DE RECIENTE FABRICACIÓN. EN CASO DE SER AFIRMATIVO SOLICITAMOS PARA SUSTENTAR LO REQUERIDO SE INCLUYA PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION Y DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA TECNICA PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN ESTA PARTIDA.
23	REFERENCIA	ANEXO 1A PARTIDA 2 / ANEXO 1C PARTIDA 1
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS GLUCOMETROS QUE ESTA SOLICITANDO AL FINAL DEL CONTRATO PASAN A SER PARTE DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
	RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACION YA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO AL TERMINO DEL CONTRATO DEBERA RETIRAR SUS EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATANTE

COMERCIALIZADORA DIFARMALAV SA DE CV		
24	REFERENCIA	22. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	¿CUANTAS ENTREGAS SE REALIZARAN O SERA UNA UNICA ENTREGA?
	RESPUESTA	PARA TODOS LOS ANEXOS Y PARTIDAS DEBERA SER EN UNA SOLA ENTREGA
25	REFERENCIA	22. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	¿EN CASO DE VARIAS ENTREGAS, PUEDEN PROPORCIONAR EL CALENDARIO DE ENTREGA?
	RESPUESTA	DEBERA SER EN UNA SOLA ENTREGA Y EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO SE LE ENTREGARA EL CUADRO DE DISTRIBUCION CON SU PEDIDO
26	REFERENCIA	15. CRITERIOS DE ADJUDICACION
	PREGUNTA	¿SE ASIGNA POR PARTIDA O POR ANEXO?
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA
27	REFERENCIA	4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES EN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS YA QUE LOS BIENES SOLICITADOS SON DE IMPORTACIÓN Y EL TIEMPO COMENTADO ES EL APROXIMADO EN LA IMPORTACIÓN DE DICHOS EQUIPOS.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
28	REFERENCIA	PARTIDA 1 BLOQUE UNO: PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH. CAJA CON 25 PRUEBAS, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA LA DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI OCUPA EN FORMATO INDIVIDUAL LA PRUEBA O EN CAJA CON 25 PRUEBAS GRACIAS
	RESPUESTA	SE SOLICITA CAJA CON 25 PRUEBAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE.
29	REFERENCIA	SOLICITAN: PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH. CAJA CON 25 PRUEBAS, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA LA DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS. PRUEBA RÁPIDA DUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUEROS, PLASMA Y SANGRE TOTAL ANTI VIH 1,2, Y SÍFILIS, INMUNOCROMATOGRÁFICA O MEMBRANA SOLIDA. PRUEBA RÁPIDA CROMATOGRÁFICA EN MEMBRANA SOLIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA EN FORMA SIMULTÁNEA VIH 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM, EN SUERO, PLASMA, SANGRE CAPILAR TOTAL. CAJA CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL. CADA SOBRE DE MANERA INDIVIDUAL DEBE CONTENER: CARTUCHO DE PRUEBA DE DETECCIÓN SIMULTÁNEA VIH 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIMIENTO PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA LANCETA RETRÁCTIL TOALLA SANITIZANTE BANDITA ADHESIVA INSTRUCTIVO DE USO SILICA GEL LOS INSUMOS DEBEN VENIR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO

		SANITARIO PARA SU DEBIDA APLICACIÓN, Y SER INMUNOCROMATOGRÁFICA O POR MEMBRANA SOLIDA. RESULTADOS EN 10 MINUTOS SENSIBILIDAD MÍNIMA 99.7 ESPECIFICIDAD MÍNIMA 98%
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR EN FORMATO PRUEBA INDIVIDUAL VIH Y SÍFILIS. COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PRUEBA INDIVIDUAL QUE CONTIENE: LANCETA RETRACTIL, BUFFER INDIVIDUAL, TOALLITA ALCOHOLADA, CURITA, PIPETA CAPILAR PARA TOMA EXACTA DE MUESTRA, E INSERTO GRÁFICO QUE MUESTRE PASO A PASO LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DERIVADO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ASÍ COMO EL RIESGO DE EXTRAVÍO DE PIEZAS.

DIAGNOSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR SA DE CV		
30	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
31	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REALIZARÁ ENTREGA TOTAL O ENTREGAS PARCIALES.
	RESPUESTA	DEBERÁ SER UNA ENTREGA TOTAL
32	REFERENCIA	4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES: LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD, VICIOS OCULTOS Y CADUCIDAD POR 12 MESES PARA EL ANEXO 1 A, 1B, 1D Y DE 18 MESES 1 C A PARTIR DE SU ENTREGA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR CADUCIDADES MENORES A LAS INDICADAS, ENTREGANDO CARTA COMPROMISO EN LA QUE NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR EL CANJE DE LOS BIENES QUE NO SE LLEGUEN A CONSUMIR DENTRO DEL PERIODO DE VIDA ÚTIL.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA CADUCIDAD MÍNIMA SEA POR 10 MESES CON CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE COMPROMETE HACER EL CANJE DE LOS BIENES.
33	REFERENCIA	4.5.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN LA CUAL MANIFIESTA SU RESPALDO A LA PROPUESTA DEL DISTRIBUIDOR Y GARANTIZA ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS
	PREGUNTA	TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, LOS FABRICANTES CUENTAN CON REPRESENTACIÓN EN TERRITORIO MEXICANO A TRAVÉS DE SU IMPORTADOR PRIMARIO Y TITULAR DE REGISTRO SANITARIO. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA CARTA DE APOYO PUEDA SER EXPEDIDA POR DICHA EMPRESA, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL PODER DE DISTRIBUCIÓN QUE LE EMITE EL FABRICANTE.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO. TODAS LAS CARTAS DE APOYO SEA DE FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEBERÁN SER EN PAPEL ORIGINAL CON FIRMA AUTOGRÁFA Y ANEXAR COPIA DEL IFE (INE) DE LA PERSONA QUE FIRMA
34	REFERENCIA	4.5.5 MUESTRAS FÍSICAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS.
	RESPUESTA	LA ENTREGA DE MUESTRAS SE LLEVARÁ A CABO AL TÉRMINO DEL EVENTO DENOMINADO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. DEBERÁN PRESENTAR SU RELACIÓN DE MUESTRAS EN ORIGINAL Y COPIA PARA ENTREGAR A LA CONTRATANTE.
35	REFERENCIA	4.5.5 MUESTRAS FÍSICAS
	PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIENDO PRESENTARLAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON NÚMERO DE PARTIDA, ANEXO Y LICITACIÓN ASÍ COMO NOMBRE DEL LICITANTE
36	REFERENCIA	4.5.9 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
	PREGUNTA	ES CORRECTO INTERPRETAR QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PUNTO REFERIDO, SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR CERTIFICACIÓN ISO 13485 VIGENTE QUE AVALA LA CALIDAD DE MANUFACTURA DEL BIEN PROPUESTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN O CUALQUIER OTRA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE AVALE AL BIEN
37	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 1 PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH
	PREGUNTA	ESTÁN SOLICITANDO UNA PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE VIH/SÍFILIS CON UNA SENSIBILIDAD

		MÍNIMA DE 99.7% Y ESPECIFICIDAD MÍNIMA DE 98%. PARA PODER GARANTIZAR EL RESULTADO EN EL PACIENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS CON 100% DE ESPECIFICIDAD Y 100% DE SENSIBILIDAD AVALADA POR EL INDRE, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS AL VIH 1/2 Y TREPONEMA PALLIDUM DE SIFILIS POR INMUNOCROMATOGRAFIA MEDIANTE PLATAFORMA DE DOBLE VÍA EN SUERO, PLASMA O SANGRE TOTAL MUESTRA NO MAYOR A 10µ TACT. CON UNA ESPECIFICIDAD DE 100% Y SENSIBILIDAD DE 100%. INCLUYE DISPOSITIVO DE PRUEBA, LOOP PARA MUESTRA, BUFFER DE CORRIMIENTO Y/O BUFFER DE CORRIMIENTO INTEGRADO AL DISPOSITIVO, TOALLA ALCOHOLADA Y LANCETA RETRÁCTIL DE ALTA SEGURIDAD. PRESENTACIÓN CAJA CON 20 PRUEBAS EMPACADAS DE MANERA INDIVIDUAL, AJUSTÁNDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
38	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 1 PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE SOLICITE EL INDRE PARA VALIDAR SU ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA PRUEBA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA Y APLICA PARA TODOS LOS QUE OFERTEN ESTA PARTIDA
39	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 1 PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, REQUIERA QUE TODOS LOS ADITAMENTOS DE LA PRUEBA VENGAN INCLUIDOS EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, NO ES INDISPENSABLE MIENTRAS CADA INSUMO CUENTE CON EL REGISTRO SANITARIO
40	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 3 PERFIL DE LÍPIDOS
	PREGUNTA	¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE PARA ESTA PARTIDA, EN UNA SOLA TIRA DEBERÁ CONSIDERAR COLESTEROL TOTAL; COLESTEROL HDL; COLESTEROL LDL; TRIGLICÉRIDOS E ÍNDICE ATEROGÉNICO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
41	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 3 PERFIL DE LÍPIDOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL EQUIPO QUE REQUIERE PARA LA MEDICIÓN DE LÍPIDOS DEBE DE SER TOTALMENTE PORTÁTIL Y CON LA CARACTERÍSTICA DE LEER CREATININA EN EL MISMO EQUIPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
42	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 3 PERFIL DE LÍPIDOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUANTOS EQUIPOS VAN A REQUERIR PARA ESTA PARTIDA?
	RESPUESTA	350 EQUIPOS
43	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 4 TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE MICRO ALBUMINURIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR TIRA PARA DETERMINACIÓN DE MICROALBUMINA EN ORINA Y QUE REQUIERA DE REFRIGERACIÓN CON UNA ESTABILIDAD DE 2° A 8° GRADOS CENTÍGRADOS EN PRESENTACIÓN TUBO CON 30 TIRAS Y DE ORIGEN ASIÁTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE LO QUE REQUERIMOS ES TIRA PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINA QUE NO REQUIERA DE REFRIGERACION
44	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE EQUIPOS QUE VA A REQUERIR PARA ESTA PARTIDA
	RESPUESTA	50 EQUIPOS
45	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	PREGUNTA	DICE: INSUMO PARA LAS 3 JURISDICCIONES SANITARIAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUALES SON LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA CADA JURISDICCION SANITARIA, ASÍ COMO LA CANTIDAD DE CADA UNO DE ELLOS.
	RESPUESTA	LA ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN ALMACEN GENERAL, LA DISTRIBUCION Y PEDIDO SE LE DARA AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
46	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA - RESULTADO EN 8 MINUTOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR RESULTADO DE 7 MINUTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?






	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
47	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA- RANGO DE MEDICIÓN DE 4-12%
	PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL RANGO DE MEDICIÓN DE 4.5-12% ES ACEPTABLE?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
48	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 1 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUANTOS EQUIPOS VAN A REQUERIR PARA ESTA PARTIDA?
	RESPUESTA	50 EQUIPOS
49	REFERENCIA	ANEXO 1 C PARTIDA 1 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TIRAS REACTIVAS PARA LA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE SON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A, PARTIDA 2, TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CON RANGO DE 20/75 Y RANGO DE MEDICIÓN DE 20/500 MG/DL CAJA CON 50 TIRAS PARA GLUCÓMETRO ELECTRÓNICO SE REQUIERE EQUIPO A SIN COSTO ALGUNO PARA EL SERVICIO, TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE; CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL SIN INTERFERENCIA A LA ICODextrina CON 3 ELECTRODOS Y RE DOSIFICACIÓN EN 60 SEGUNDOS, EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA ASÍ COMO LO INDICADO EN RESPUESTA DE LA PREGUNTAS 11 Y 12 DE ESTA ACTA
50	REFERENCIA	ANEXO 1 C PARTIDA 1 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITAN 2000 PIEZAS O 2000 CAJAS.
	RESPUESTA	2000 CAJAS
51	REFERENCIA	ANEXO 1 C PARTIDA 1 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTOS EQUIPOS VAN A REQUERIR PARA ESTA PARTIDA.
	RESPUESTA	45 GLUCOMETROS CON PILAS DE REPUESTO
52	REFERENCIA	ANEXO 1 C PARTIDA 1 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR
	PREGUNTA	TODA VEZ QUE LOS PRODUCTOS SON DE IMPORTACIÓN, SE REDUCE LA CADUCIDAD ESTABLECIDA DESDE FABRICA POR TIEMPOS DE TRASLADO E INCURSIÓN AL PAÍS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR BIENES CON CADUCIDAD DE 12 MESES, ADJUNTANDO CARTA COMPROMISO PARA REEMPLAZAR LOS BIENES QUE NO SON CONSUMIDOS POR LA CONTRATANTE EN EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL, ESTO SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES

NOTAS GENERALES:

- 1- LA CONTRATANTE MEDIANTE SU OFICIO RM 19444/11/2015 INDICA QUE LA PARTIDA 2 DEL ANEXO 1 A DE LAS BASES TENDRA LA SIGUIENTE MODIFICACION EN LA CANTIDAD SOLICITADA DE 17888 A 16045, LO ANTERIOR PARA QUE SEA CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN SU PROPUESTA-----
- 2- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR **LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.**---
- 3- EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL **DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO**-----
- 4- EN ESTE EVENTO SE HACE LA ACLARACION QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO 50 DE ESTA ACTA DEBE SER 2000 CAJAS O NO 2000 PIEZAS COMO LO ENVIARON EN SUS RESPUESTAS POR OFCIO-----


-LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **13:35 HORAS.** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DIR. JORGE CAPIZ JASSO Representante de la Convocante	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ Representante de la Contratante	
DRA. IVETTE ALONSO LOZADA Coordinadora del Programa del Adulto	
DRA. YURIRIA MEZA CASTILLO Coordinadora Estatal de Salud Materna	
DRA. IMELDA DIAZ SANCHEZ Coordinadora de SINOS	
LIC. ADÁN RAMÍREZ CANTE Representante del Órgano de Control de la Contratante	
C.P. OFELIA ANAYA LARA	

LICITANTES

Diagnostico y Prevencion del Sur. S.A. de C.V.	Luis Humberto Flores Castillo 
---	--

Comercializadora Difarmalau S.A. de C.V. Elio Ramos Hernandez	
Extrom S.A. de C.V.	Edith Alvarez A.
Grupo AM Tecnología Médica S.A. de C.V.	Manoel Martinez 



-----FIN DE TEXTO-----

