

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-001/2016
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS
 PARA OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 13 :30 HRS. DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2016, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015 COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. **VELIA CARRASCO HERNANDEZ** Y LA ENF. **MODESTA FLORES VAZQUEZ** COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-001/2016**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN-----

HECHOS: A CONTINUACIÓN SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES

LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	DEL NUMERAL 4.5.8.-
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE POR LEY LOS AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA DEBEN ESTAR EN ESTABLECIMIENTO EN FUNCIÓN EN TODO MOMENTO Y A LA VISTA DE LAS AUTORIDADES DE LA COFEPRIS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR SOLO LA COPIA SIMPLE O EN SU DEFECTO UNA COPIA CERTIFICADA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTE COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO.
2	REFERENCIA	DEL NUMERAL 4.5.9.-

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several other marks below it.

	PREGUNTA	DADO QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS, ES SABIDO QUE LOS FABRICANTES DE SILLONES CLÍNICOS, FILTROS, MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, CATÉTERES ENTRE OTROS, SON FABRICADAS EN EL EXTRANJERO. DADO LO RECORTADO DE LOS TIEMPOS ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVÓCATE NOS PERMITA QUE LA CARTA SEA FIRMADA POR EL IMPORTADOR PRIMARIO Y/O FILIAL EN MÉXICO, YA QUE ESTA FIGURA ES EL DUEÑO DEL REGISTRO SANITARIO Y RESPONSABLE ANTE LA COFEPRIS POR LOS PRODUCTOS OFERTADOS, O EN SU DEFECTO SE ACEPTEN PRESENTAR ESTAS CARTAS IMPRESAS DE LA RECEPCIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE LOS FABRICANTES, EN CASO DE NO ACEPTAR Y POR LOS TIEMPOS QUE TARDAN EN LLEGAR LOS DOCUMENTOS Y ARMADO DE LA DOCUMENTACIÓN SE IMPOSIBILITARÍA LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA CARTA FIRMADA POR EL IMPORTADOR PRIMARIO Y/O FILIAL EN MÉXICO, DEBIENDO COINCIDIR CON EL NOMBRE INDICADO EN EL REGISTRO SANITARIO. SIN SER RESTRICTIVO
3	REFERENCIA	DEL NUMERAL 4.5.13.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE QUE PARA PRODUCTOS NACIONALES LO APLICABLE ES EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EMITIDO POR LA COFEPRIS Y QUE EL ISO 13485 SERÁ OPCIONAL YA QUE ESTA CERTIFICACIÓN APLICA SOLO A FABRICANTES QUE EXPORTAN.
	RESPUESTA	ES CORRECTO SE REQUIERE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EMITIDO POR LA COFEPRIS PARA PRODUCTOS NACIONALES. EL ISO 13485 SERÁ OPCIONAL
4	REFERENCIA	DEL NUMERAL 4.5.13
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DE ESTE APARTADO LA NOM-001-SSA-SSA-2010 PARA LA PRÁCTICA DE HEMODIÁLISIS, DADO QUE: ESTA ES UNA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE A LA CLÍNICA QUE DA EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS Y NO AL LICITANTE, EN ADICIÓN ESTA NORMA NO OTORGA NINGUNA CERTIFICACIÓN. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE EXPLICAR QUÉ DOCUMENTO SE DEBERÁ ENTREGAR PARA ESTE CUMPLIMIENTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS: PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICA DE FABRICACIÓN, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485 PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, EN60601-2-16, EN60601-2-16, EN60601-1-2.
5	REFERENCIA	4.6.2.-
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA OFERTA DE PRODUCTO O ALGÚN COMPONTE DE LOS BIENES DE CONSUMO PROCEDENTES DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DONDE PARA OFRECER LAS GARANTÍAS DE CALIDAD NECESARIAS SE PRESENTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTOS PRODUCTOS OFERTADOS NO CUENTAN CON ALERTAS MÉDICAS EN EL PAÍS DE ORIGEN, ASÍ COMO PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA. EN CASO CONTRARIO SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
6	REFERENCIA	DEL ANEXO 1. PARTIDA 1, CLAVE 531.340.0169, NUMERAL 4.6.

	PREGUNTA	PARA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS SE APEGUE AL 100% A LA CLAVE MENCIONADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE HACER LA SIGUIENTE CORRECCIÓN, DICE: "SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO DE LA ULTRAFILTRACIÓN CON TASA DENTRO DEL RANGO DE 0.5 A 3 L/H O DE 0.5 A 3 KG/H." DEBE DECIR: "SISTEMA DE CONTROL DE LA ULTRAFILTRACIÓN CON TASA DENTRO DEL RANGO DE 0.0 A 3 L/H. O DE 0.0 A 3 KG/H". EN CASO DE NO HACERLO ESTARÁ BENEFICIANDO A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS DE LA PROVEDURÍA, LO QUE LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
7	REFERENCIA	. DEL ANEXO 1. PARTIDA 1, CLAVE 531.340.0169, NUMERAL 4.8.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE NUMERAL 4.8. YA QUE ESTE NO CORRESPONDE A LA CLAVE MENCIONADA SINO A UNA MÁQUINA DE HEMODIAFILTRACIÓN Y QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS. EN CASO DE NO HACERLO ESTARÁ BENEFICIANDO A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS DE LA PROVEDURÍA, LO QUE LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
8	REFERENCIA	DEL ANEXO 1. PARTIDA 1, CLAVE 531.340.0169, NUMERALES 7 AL 16
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA CORRECCIÓN DE ESTOS NUMERALES Y EL RESTO DE SU REDACCIÓN, YA QUE NO CORRESPONDEN A LA CLAVE 531.340.0169 Y SON ESPECÍFICOS PARA UNA MARCA Y MODELO EN EL MERCADO, LO QUE IMPIDE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR TANTO SOLICITAMOS SE HAGA LA CORRECCIÓN O EN SU DEFECTO SE NOS PERMITA OFERTAR LA MÁQUINA QUE CUMPLA AL 100% CON LA DESCRIPCIÓN DE CLAVE SOLICITADA Y QUE LA NO CONCORDANCIA CON LA TRANSCRIPCIÓN ERRÓNEA EN EL ANEXO 1, NO SERA CAUSAL DE DES ECHAMIENTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA TAMBIEN OFERTAR LA MÁQUINA QUE CUMPLA AL 100% CON LA DESCRIPCIÓN DE CLAVE SOLICITADA
9	REFERENCIA	DEL ANEXO 1. PARTIDA 1.
	PREGUNTA	FAVOR DE ACLARAR A MÍ REPRESENTADA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS CLAVE 531.340.0169 DEL CBYCIYEM CORRESPONDERÁN AL EMITIDO EL PROYECTO DE LA SÉPTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SU FE DE ERRATAS CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015.
	RESPUESTA	SE DEBERA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 531.340.0169 DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SU FE DE ERRATAS CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015.
10	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 2.
	PREGUNTA	SISTEMA CENTRAL DE TRATAMIENTO DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA PARA HEMODIÁLISIS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DE LA DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN 46 EN ADELANTE, YA QUE ESTOS NO CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DEL CENETEC EN ADICIÓN CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL CENETEC YA QUE EL ÚLTIMO RENGLÓN SOLICITA CERTIFICACIÓN FDA, CUANDO EL CENETEC LO SOLICITA SOLO PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO ASÍ COMO OTRAS CERTIFICACIONES PARA OTROS PAÍSES, POR LO QUE ESTA DESCRIPCIÓN (RENGLÓN 46 EN ADELANTE) PARECIERA ESTAR DE MANERA ADICIONAL Y CORRESPONDIENTE A UNA MARCA Y MODELOS ESPECÍFICOS.

		FABRICANTE EN EL MERCADO E IMPOSIBILITA LA PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE LA PROVEEDURÍA. EN CONCURSOS DE LICITACIÓN DE ESTE MISMO SERVICIO A NIVEL NACIONAL, POR GOBIERNOS FEDERALES Y ESTATALES SE SOLICITA ESTE PRODUCTO CON VARIACIONES EN CALCIO Y POTASIO SOLAMENTE.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
16	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 4:
	PREGUNTA	FAVOR DE ACLARAR A MI REPRESENTADA QUE ESTE INSUMO SE TRATA DEL BICARBONATO DE CALCIO YA QUE POR ERROR PARECE SE OMITIÓ.
	RESPUESTA	ES CORRECTO
17	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL D:
	PREGUNTA	CÉDULA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS CATÉTERES. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR LOS TÉRMINOS PERMACATH YA QUE ESTA ES UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS Y EN SU DEFECTO SE PUEDAN ENTREGAR PRODUCTOS QUE CUBRAN LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Y NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DEBE SER CATETER PERMANENTE
18	REFERENCIA	DEL ANEXO 1. CONDICIONES DEL SERVICIO, EL LICITANTE ACEPTA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, NUMERAL 3.
	PREGUNTA	DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO SESIONES DE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS, CON UN VALOR MÁXIMO Y MÍNIMO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS ENCARGADOS DE OPERAR Y REALIZAR LAS SESIONES DE HEMODIÁLISIS SERÁ PERSONAL DEL PROPIO INSTITUTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
19	REFERENCIA	4.5.4.-
	PREGUNTA	SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA SOLO PARA LOS CONSUMIBLES CONTENIDOS EN LA PARTIDA 6 SESIÓN DE HEMODIÁLISIS FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SIN EMBARGO DEBERÁN PRESENTAR FICHA TECNICA DEL RESTO DE LAS PARTIDAS LICITADAS, ASÍ COMO LA PRESENTACION POR CADA UNO DE LOS LICITANTES RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS MAQUINAS.
20	REFERENCIA	4.5.12.- SOLICITAN UN SERVICIO INTEGRAL QUE CONTEMPLA UN MÍNIMO DE 9600 SESIONES A UN MÁXIMO DE 12192 SESIONES
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1 DICE CANTIDAD MINIMA 12,701 Y CANTIDAD MAXIMA 18,144 SESIONES DE HEMODIALISIS ANUALES, CUÁL SERÍA LA CORRECTA FAVOR DE ACLARAR?
	RESPUESTA	LAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 1, PARTIDA 6: CANTIDAD MINIMA 12701 Y CANTIDAD MÁXIMA 18, 144 SESIONES DE HEMODIALIALISIS ANUALES, SON LAS CANTIDADES CORRECTAS, CORRESPONDIENTES A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
21	REFERENCIA	PUNTO 3 INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS. NUMERAL 3.8 Y 3.9
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA REALICE ÉSTOS PAGOS VÍA INTERNET, ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UNA IMPRESIÓN GENERADA POR EL SISTEMA PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS.
	RESPUESTA	TAL COMO LO INDICA LAS BASES , SE ACEPTAN SIEMPRE QUE CUMPLAN CON EL SELLO Y LIGA DIGITAL Y SE ANEXE COMPROBANTE DE PAGO
22	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TECNICOS NUMERAL 4.1.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FIRMAR ÚNICAMENTE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR MI REPRESENTADA E IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADAS DE MI REPRESENTADA, Y EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS, TALES COMO REGISTROS SANITARIOS, MANUALES, ETC, QUE BASTE CON PLASMAR RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
23	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TECNICOS NUMERAL 4.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL FUNDAMENTO LEGAL DEL PORQUE EN CASO DE QUE PRESTEMOS PRORROGA ÉSTA DEBERÁ MÍNIMO DEL 2014. NUESTRA INQUIETUD SE BASA A QUE LA OBTENCIÓN DE LA PRÓRROGA DE UN REGISTRO SANITARIO DEPENDE DE LA COFERPIS, ENTIDAD AJENA A CUALQUIER EMPRESA LICITANTE
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PRORROGA CON LA FECHA EN QUE FUE AUTORIZADA, DEBIENDO PRESENTAR

	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES, SE DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES, EMITIDOS POR LA COFEPRIS, SI EL PRODUCTO ES NACIONAL O FDA, CE, JIS O ISO 13485 PARA PRODUCTOS EXTRANJEROS
11	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 1:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL TERMINO POLISULFONA YA QUE ESTE CORRESPONDE A UNA MARCA Y MODELOS (VARIOS) ESPECÍFICOS DE UN SOLO PROVEEDOR, EN SU LUGAR SUGERIMOS MEMBRANA SINTÉTICA, EL NO HACERLO IMPIDE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE LA PROVEEDURÍA.
	RESPUESTA	LAS MEMBRANAS A OFERTAR PUEDEN SER DE LOS SIGUIENTES TIPOS: <ul style="list-style-type: none"> •CELULOSA REGENERADA. POLÍMERO DEGENERADO DEL ALGODÓN (CUPROFAN). SON MEMBRANAS HIDRÓFILAS Y POCO BIOCOMPATIBLES. •CELULOSA MODIFICADA. LOS GRUPOS HIDRÓXILOS SON SUBSTITUIDOS POR ACETATO, DIACETATO O TRIACETATO. TAMBIÉN SON HIDRÓFILAS Y CON MEJOR BIOCOMPATIBILIDAD. •SINTÉTICAS. DERIVAN DE PLÁSTICOS ESPECIALES (POLISULFONA, POLIAMIDA, POLIACRILONITIRILO, ENTRE OTROS). SON HIDROFÓBICAS Y DE ALTA PERMEABILIDAD. TIENEN UNA MAYOR BIOCOMPATIBILIDAD.
12	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 1:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE LOS PROVEEDORES QUE DESEEN PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTAR AL MENOS 3 DISTINTAS SUPERFICIES ENCONTRADAS DENTRO DE LOS RANGOS DE 0.2 M2 A 2.2 M2.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDERE DENTRO DE LOS RANGOS DE 0.2 M2 A 2.2 M2.
13	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 1:
	PREGUNTA	CON BASE EN LA PREGUNTA ANTERIOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE SI MI REPRESENTADA OFERTARÁ MÁS DE 3 SUPERFICIES SERÁN ACEPTADAS Y NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE BRINDA UN MAYOR RANGO DE SELECCIÓN DE SUPERFICIES PARA LOS MÉDICOS TRATANTES (POR EJEMPLO SUPERFICIES OFERTADAS 0.3, 0.5, 1.2, 1.4, 1.9 2.0 M2) FAVOR DE CONFIRMAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDEREN LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LICITACION.
14	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 2:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR SOLO LÍNEA ADULTA Y PEDIÁTRICA Y OMITIR LOS VALORES DE LOS DIÁMETROS DE SEGMENTOS DE BOMBA ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DE CEBADO YA QUE ESTOS CORRESPONDEN ESPECÍFICAMENTE A UN MODELO Y MARCA EN EL MERCADO Y ESTO IMPOSIBILITA LA PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE LA PROVEEDURÍA.
	RESPUESTA	ES POSIBLE CONSIDERAR LINEA ADULTA Y PEDIATRICA, SIN EMBARGO LOS VOLUMENES DE CEBADO SON IMPORTANTES DE MANERA TECNICA YA QUE AL SER PACIENTES EN LOS QUE LOS LIQUIDOS DEBEN SER MEDIDOS ESTRICTAMENTE, SE DEBE CONOCER ESTE PARAMETRO.
15	REFERENCIA	DEL ANEXO 1, PARTIDA 6: NUMERAL 3:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL TERMINO "OFERTAR POR LO MENOS 5 CONCENTRACIONES DIFERENTES" YA QUE ESTO SOLO BENEFICIA A UN SOLO

		TAMBIEN LA SOLICITUD DE PRORROGA.
24	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TECNICOS NUMERAL 4.6.6
	PREGUNTA	FAVOR DE CONFIRMAR QUE DENTRO DEL SOBRE 2 ÚNICAMENTE DEBEREMOS INTEGRAR 1 SÓLO USB CON EL ANEXO B DEBIDAMENTE REQUISITADO
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
25	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 6.
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE LA PARTIDA 6 CORRESPONDE A LAS SESIONES DE HEMODIÁLISIS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DEBEREMOS REQUISITAR DENTRO DEL ANEXO B Y ANEXO C EN LOS RUBROS DE "MARCA", "FABRICANTE" Y "PROCEDENCIA".
	RESPUESTA	EN LA PARTIDA 6 NO SE DEBERA INDICAR MARCA, "FABRICANTE" Y "PROCEDENCIA".


NOTAS GENERALES

- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) **PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX.**, Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS **16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2016**, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN **DE 9:00 A 14:00 HORAS.**
- 2.- EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA **18 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HRS.** EN ESTE MISMO RECINTO, EL REGISTRO SE REALIZARÁ 15 MINUTOS ANTES Y A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:


LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **13:30 HORAS.** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones	
LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS Representante de la Convocante	
LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ Representante de la Contratante	
ENF. MODESTA FLORES VAZQUEZ	

LICITANTES



LABORATORIOS PISA SA DE CV	Maria Veronica Rdez 
GIFYT SA DE CV	Rafael Vazquez Vazquez 
HI TEC MEDICAL DEL SUR SA DE CV	

-----FIN DE TEXTO-----

