

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-0022016
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DIALISIS
 PARA OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2016, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015 COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. **VELIA CARRASCO HERNANDEZ** COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-002/2016**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

HECHOS: A CONTINUACIÓN SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES -----

LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V		
1	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO DICE FRASCO CON 350 ML SPRAY AL 50%?
	PREGUNTA	FAVOR DE ESPECIFICAR EL PRODUCTO
	RESPUESTA	EXSEPT (SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE, FRASCO CON 350ML SPRAY AL 50%)
2	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO DICE :GALÓN 5000 ML. AL 100%
	PREGUNTA	FAVOR DE ESPECIFICAR EL PRODUCTO
	RESPUESTA	EXSEPT (SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE, GALÓN DE 5000 MI. AL 100%)
3	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO DICE: SE REQUIERE PRESENTAR PARA TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS, CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ASÍ COMO EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE
	PREGUNTA	LAS CARTAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO ES PARA LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN LAS PREGUNTAS 1 Y 2?
	RESPUESTA	ES PARA TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS
4	REFERENCIA	PUNTO 3 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS. NUMERAL 3.8 Y 3.9
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA REALICE ÉSTOS PAGOS VÍA INTERNET, ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UNA IMPRESIÓN GENERADA POR EL SISTEMA PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS.
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES, SE PODRA PRESENTAR SIEMPRE QUE CUENTE CON EL SELLO Y LIGA DIGITAL Y SE ANEXE COMPROBANTE DE PAGO BANCARIO

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

5	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS NUMERAL 4.1.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FIRMAR ÚNICAMENTE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR MI REPRESENTADA E IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADAS DE MI REPRESENTADA, Y EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS, TALES COMO REGISTROS SANITARIOS, MANUALES, ETC, QUE BASTE CON PLASMAR RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
6	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS NUMERAL 4.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL FUNDAMENTO LEGAL DEL PORQUE EN CASO DE QUE PRESENTEMOS PRORROGA ÉSTA DEBERÁ MÍNIMO DEL 2014. NUESTRA INQUIETUD SE BASA A QUE LA OBTENCIÓN DE LA PRÓRROGA DE UN REGISTRO SANITARIO DEPENDE DE LA COFERPIS, ENTIDAD AJENA A CUALQUIER EMPRESA LICITANTE.
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES
7	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS NUMERAL 4.6.6.INCISO A)
	PREGUNTA	FAVOR DE CONFIRMAR QUE DENTRO DEL SOBRE 2 ÚNICAMENTE DEBEREMOS INTEGRAR 1 SÓLO USB CON EL ANEXO B DEBIDAMENTE REQUISITADO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION

HI TEC MEDICAL DEL SUR S.A. DE C.V.		
8	REFERENCIA	3.8 PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2015
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PAGO PROVISIONAL NOVIEMBRE 2015
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES
9	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3.-FOLLETO, FICHA TÉCNICA, MANUAL O CATALOGO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS Y MANUAL O CATALOGO APLICAN PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DEL ANEXO 1, O TAMBIÉN SE DEBERAN INCLUIR FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS Y MANUAL O CATALOGO DE LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERE EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
	RESPUESTA	ES PARA TODAS LAS PARTIDAS
10	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4.-MUESTRA FÍSICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS MUESTRAS FÍSICAS APLICAN PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DEL ANEXO 1, O TAMBIÉN SE DEBERAN INCLUIR MUESTRAS DE LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERE EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
11	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4.- MUESTRA FÍSICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL DÍA DE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES SERA EL DÍA DEL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y REVISION LEGAL
12	REFERENCIA	CARTA RESPALDO FABRICANTE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DEL ANEXO 1, Y NOS INDIQUE EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA SE DEBE INTEGRAR
	RESPUESTA	SI SE REQUIERE, DEBERÁ INCLUIRLA DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL CONSECUTIVO DEL NUMERAL 4.5 (REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA).
13	REFERENCIA	PUNTO.- 4.6.6.-INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN CARPETA DE 3 ARGOLLAS
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
14	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO PUNTO 4 KIT PARA CONEXIÓN DE SISTEMA B FRASCO CON 350 ML SPRAY AL 50% CON CUBRE BOCAS INTEGRADO, 1 POR MES POR PACIENTE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES. GALÓN DE 50 ML. AL 100% PARA USO HOSPITALARIO SE REQUIERE PRESENTAR PARA TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
	PREGUNTA	CONSIDERANDO QUE EL INSUMO MENCIONADO ES UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE DIÁLISIS PERITONEAL Y ES DE UNA MARCA EN PARTICULAR. A FIN DE ABRIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA EN GENERAL, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DICHO INSUMO SEA OPCIONAL, ES DECIR QUE SE PROPORCIONE UNICAMENTE SI EL SISTEMA DE DIALISIS PERITONEAL QUE SE OFERTE LO REQUIERA
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
15	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO PUNTO 4
	PREGUNTA	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER INTEGRAR EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EL PRODUCTO ALKASURF 750, EN SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO EXCEPT (350 ML, 500 ML Y 5000 ML) YA QUE EL PRODUCTO EXCEPT 350 ML, 500, ML Y 5000 ML, ES UN ANTISÉPTICO A BASE DE HIPOCLORITO (CLORO), EL CUAL ESTÁ COMPROBADO QUE NO ELIMINA EL 100% DE VIRUS Y BACTERIAS EXISTENTES EN SUPERFICIES HOSPITALARIAS, EN TANTO QUE EL PRODUCTO PROPUESTO ALKASURE 750 ES UN DETERGENTE DESINFECTANTE SIN ALCOHOL, CON UNA ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA, CON ACCIÓN BACTERICIDA, LEVURICIDA Y ACTIVO SOBRE NOROVIRUS, IDEAL EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE

		SUPERFICIES HOSPITALARIAS DE FÁCIL USO Y ALMACENAMIENTO YA QUE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN ES EN DOSIS HIDROSOLUBLES DE 2 ML.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
16	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIERE DICHO DOCUMENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA O SOLO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES, SE REQUIERE DICHO DOCUMENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
17	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR NOS INDIQUE EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBE INTEGRAR
	RESPUESTA	DENTRO DE SU SOBRE DOS AL FINAL DE LA CARPETA DE LA DOCUMENTACION TECNICA
18	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIERE DICHO DOCUMENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA O SOLO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES SE DEBERA ANEXAR A SU PROPUESTA TECNICA
19	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR NOS INDIQUE EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBE INTEGRAR
	RESPUESTA	TAL COMO SE INDICA EN BASES JUNTO A SU ANEXO B
20	REFERENCIA	ANEXO 1, CONDICIONES DEL SERVICIO
	PREGUNTA	INSUMOS QUE SE CONTEMPLAN COMO CONSUMIBLES DEL SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS: EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE LOS SIGUIENTES INSUMOS; NUMERAL No. 2 2. CLAVE 540.006.024520.12 EQUIPO DE LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA EQUIPO DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA UNIRSE AL CONECTOR CORRESPONDIENTE DEL CATÉTER DEL PACIENTE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. SE SOLICITARA UNA LINEA POR CADA PACIENTE DE NUEVO INGRESO Y EN LOS PACIENTES ACTIVOS DENTRO DEL PROGRAMA SE CAMBIARA CADA 6 MESES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CLAVE CORRECTA PARA ESTE INSUMO DEBE SER 060.345.2012
	RESPUESTA	ES CORRECTO, NOS REFERIMOS A LA CLAVE 060.345.2012
21	REFERENCIA	ANEXO 1, CONDICIONES DEL SERVICIO
	PREGUNTA	SE HACE MENCION QUE EL PROVEEDOR REALIZARÁ LAS ENTREGAS SUBSECUENTES, DE MANERA MENSUAL A PARTIR DE QUE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO SE HAYA ORDENADO POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, DEBIENDO VERIFICAR LAS EXISTENCIAS DE LOS SERVICIOS PRESCRITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE, PROCEDIENDO A ENTREGAR SOLO LA CANTIDAD FALTANTE DEL TOTAL SOLICITADO EN LA RECETA COLECTIVA Y SOLO PROCEDERÁ AL COBRO POR LA CANTIDAD SURTIDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE EN ESTE PUNTO QUE LA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE SE REALICE AL MOMENTO DEL SUMINISTRO DEL PRODUCTO, PERO EL AJUSTE SOLICITADO, ES DECIR EL PROCEDER A ENTREGAR SOLO LA CANTIDAD FALTANTE DEL TOTAL SOLICITADO EN LA RECETA COLECTIVA, SE APLIQUE EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE, TOMANDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN RECADADA EN EL MES ANTERIOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR CONFUSIONES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE PRODUCTO RECOLECTADO DE OTRO

7
R
E

		PACIENTE, MALAS PRÁCTICAS DE ALMACENAJE, CONTAMINACIÓN CRUZADA ASÍ COMO MANIPULACIÓN DE PRODUCTO YA FACTURADO Y PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR. SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
	RESPUESTA	
22	REFERENCIA	ANEXO 1, CONDICIONES DEL SERVICIO
	PREGUNTA	SE HACE REFERENCIA QUE RESPECTO A LA RECOLECCIÓN DE LOS SERVICIOS POR SALIDA Y/O FALLECIMIENTO DEL PACIENTE, EL PROVEEDOR SUSPENDERÁ LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS EN EL MOMENTO QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA BAJA DEL PACIENTE POR CUALQUIER MOTIVO INFORMANDO DE INMEDIATO AL DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE CORRESPONDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA ACEPTADO QUE LA RECOLECCIÓN DE LOS SEA APLICABLE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE SALIDA DEL PACIENTE POR FALLECIMIENTO Y NO ASÍ POR OTROS MOTIVOS COMO PUEDE UNA BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL PROGRAMA POR OTROS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR ASIGNADO
	RESPUESTA	SE ACEPTA YA QUE NO APLICA AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DOMICILIARIA QUE MANEJAN ACTUALMENTE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
23	REFERENCIA	ANEXO 1, CONDICIONES DEL SERVICIO
	PREGUNTA	SE ESTABLECE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ APOYO A PETICIÓN DE SALUD DE TLAXCALA PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS CLAVES DE AQUELLOS PACIENTES QUE POR PRESCRIPCIÓN ASÍ LO AMERITE A TRAVÉS DE UNA BAJA TEMPORAL DEL PROGRAMA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ELIMINAR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTE PUNTO, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ASIGNADO NO DEBE POR CUESTIONES DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN SUS PROCEDIMIENTOS, MANIPULAR PRODUCTO PROPIEDAD DE LA SSA TLAXCALA NI DE CUALQUIER OTRO CLIENTE ESPECÍFICO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA


1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 12 Y 15 DE FEBRERO DE 2016, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.--


2.- EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO. EL REGISTRO SERA 15 MINUTOS ANTES Y A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRA LA ENTRADA DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO.


-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:05 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----



REPRESENTANTES

<p>DIR. JORGE CAPIZ JASSO Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones</p>	
---	---



LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS Representante de la Convocante	
LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ Representante de la Contratante	

LICITANTES

Hi tec medical del sur	Tania Montiel Sánchez 
Laboratorios PISA SA de CV	Veronica Rodríguez 

-----FIN DE TEXTO-----

