


LIC. JORGE CAPIZ JASSO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES.
PRESENTE.



La que suscribe **BIOL. CLAUDIA JUDITH CERVANTES RAMOS**, en mi carácter de asesora técnica de la Licitación Pública Nacional **GET-LPN-004/2016**, referente a la **ADQUISICION DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULO PARA NECROPSIAS**, tomando en consideración que he analizado las propuestas técnicas presentadas por cada uno de los licitantes, en lo que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, emito el siguiente dictamen técnico, bajo protesta de decir verdad.

NOTA: El formato de Dictamen Técnico es llenado de la siguiente manera:

- En el supuesto de que el licitante cumple con todos los requisitos técnicos de su propuesta en relación a lo solicitado en las bases de la licitación, únicamente se anotará la palabra **"CUMPLE"**.
- En el supuesto de que en su propuesta técnica el licitante no cumple con algún requisito, se anotará la frase **"NO CUMPLE"**, y se describirá en forma detallada el requisito que se omite en la propuesta, además de asentar en que punto o puntos de las bases de la licitación se especifica lo requerido.
- En el supuesto de que en su propuesta técnica el licitante no oferte alguna partida, se anotará la frase **"NO PROPONE"**.

Cve	ANEXO 1 B			
Partida 1		DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	ADAMED, S.A. DE C.V.	RIVERA APIZACO, S.A. DE C.V.
	Vehículo para realizar necropsias, montado en un camión Ford F-450 chasis cabina modelo 2016, origen USA. 10 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades, combustible gasolina, motor tritón V-10 encendido electrónico, tanque de combustible 110 lts. Alternador 95 amp., Ejes delanteros barras gemelas, traseros dana 70 flotantes, frenos hidráulicos con reforzador de vacío, delanteros de disco y traseros de tambor, suspensión delantera independiente, trasera muelles de 11 hojas, dirección hidráulica, incluye winch para 2 toneladas. Contiene: COMPUTADORA PORTÁTIL NOTEBOOK ProBook640 G1, MARCA HP Procesador Intel Core i7, Sistema operativo SUSE Linux, Memoria Ram de 8 GB, Disco Duro de 640 GB, Pantalla HD plana con retro-iluminación LED de 14", integrados gráficos Intel® QM87; Windows 7 profesional, 8.1 Pro64, y 10 Home64 original 64 bits, Quemador DVD con Light scribe de doble capa, Bluetooth con WIDI, Cámara Web, Tarjeta Red Integrada, Entrada y Salida de audio, Batería tipo LI-ION, 2 Puertos para USB, Puerto VGA, 512 MB tarjeta de gráficos Memoria de Video IMPRESORA PORTATIL OFFICEJET 100. MARCA HP Velocidad de Impresión 22 ppm en negro, 18 ppm en color, memoria de 64 MB., calidad de impresión en Negro 600x600 dpi, calidad de impresión en color 4800x1200 dpi, ciclo de trabajo mensual hasta 500 páginas, bandeja de entrada 50 hojas, impresión a doble cara, tamaños de impresión A4, A5, A6, C6, DL, L, 2L, B5 (JIS), Compatible	"CUMPLE"	"NO PROPONE"	"NO PROPONE"



TLAXCALA


GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016




**NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL TLAXCALA**
En Tlaxcala, la justicia es para todos




Cve ANEXO 1 B con los sistemas operativos WINDOWS 7, XP, VISTA, SERVER 2003, SERVER 2008, MOBILE 5.0, MAC OS, consumo de energía 40 watts, tiempo de recarga de la batería 3 horas. Software para hechos de tránsito y escena del crimen en 3D incluye medios en CD, manuales y licencia. Fuente de energía interrumpida de 425 watts con regulador de voltaje en línea integrado, 4 contactos, supresor de picos y ruidos de 360 joules, protector de línea telefónica y norma UL1778. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA "CARL ZEISS" Con foto tubo. La óptica es ACHROMAT, I C S (infinity-corrected-color-system), con enfoque préfocalizado y al infinito con corrección acromática completa. Con accesorio para instalar una cámara de video o para cámara fotográfica digital, la platina es móvil y con mandos coaxiales verticales, campo claro, contraste de fase. origenAlemania. MALETÍN PARA PRUEBAS DE SANGRE MARCA SIRCHIE MBT288 origen USA. 1.- 2 papeles-contacto 2.- 6 ampollas reacción luminolmod. 288 L1 3.- 6 ampollas reacción luminolmod. 288 L2 4.- 6 ampollas leucomalaquitamod. 288 LM1 5.- 6 ampollas leucomalaquitamod. 288 LM2 6.- 6 ampollas phenolphthaleinamod. 288 PX1 7.- 6 ampollas phenolphthaleinamod. 288 PX2 8.- 18 pipetas capilares desechables mod. 288DP. 9.- 2 botellas de agua destilada mod. DISW2 10.- 15 bolas de algodón mod. KCP217 11.- 1 spray con tubo mod. SPU1 12.- 2 tubos-recogida de sangre de 7 ml. c/EDTA mod. KCP122 13.- 1 envase de cristal con tapa mod. KCP213. MALETÍN PARA PRUEBAS DE SEMEN MARCA SIRCHIE MOD. SF298. origen USA. 1.- 8 pipetas capilares desechables mod. 288 DP 2.- 2 papeles de contacto 3.- 2 botellas de agua destilada 4.- 10 etiquetas identificación de evidencias-crimen mod. EIL011 5.- 3 viales de cristal con tapa mod. KCP172 6.- 15 bolas de algodón mod. KCP217 7.- 8 ampollas reactivo S1 en cristal de 5 ml. 8.- 8 ampollas reactivo S2 en cristal de 2 ml. 9.- 8 ampollas reactivo S3 en cristal de 1 ml. MALETÍN PARA PRUEBAS DE NARCÓTICOS MARCA SIRCHIE MOD. NARK 200IK origen USA. 1.- 1 caja con 10 test para anfetaminas, heroína, opio y alcaloides. 2.- 1 caja con 10 test para barbituratos. 3.- 1 caja con 10 test para LSD. 4.- 1 caja con 10 test para marihuana, HASHISH. 5.- 1 caja con 10 test para sales de cocaína y cocaína base. 6.- 1 caja con 10 test para metadona. 7.- 1 caja con 10 test para morfina, codeína y heroína. 8.- 1 caja con 10 test para TALWIN 9.- 1 caja con 10 test para efedrina. 10.- 1 caja con 10 test para valium, rohypnol			
---	--	--	--



Cve	ANEXO 1 B		
11.- 1 caja con 10 test para metanfetaminas.			
12.- Ácidos			
MALETIN EXPERTO PARA HUELLAS DACTILARES MARCA SIRCHIE, MOD. MEL500			
1.- 1 fco. De polvo hi-fi negro / seda mod. 101L			
2.- 1 fco. De polvo hi-fi blanco indestructible mod. 10			
3.- 1 fco. De polvo hi-fi negro / plata mod. SB201L			
4.- 1 fco. De polvo hi-fi gris / plata mod. SG202L			
5.- 1 fco. De polvo hi-fi rojo / plata mod. SR301L			
6.- 1 fco. De polvo magnetico negro mod. M114L			
7.- 1 fco. De polvo magnetico blanco mod. M116L			
8.- 1 fco. De polvo magnetico negro / plata mod. SBM			
9.- 1 fco. De polvo magnetico gris / plata mod. SBM1			
10.- 1 fco. De polvo magnetico rojo / plata mod. SBM			
11.- 1 aplicador magneticomod. 125L			
12.- 2 pinceles de fibra de vidrio mod. 122L			
13.- 5 pinceles de pelo de camello mod. 118L			
14.- 4 fumetes de vapores de yodo mod. DF201.			
15.- 4 intensificadores de huellas por yodo mod. DCA			
16.- 1 spray ninhidrinamod. NS1609			
17.- 1 spray nitrato de plata mod. 205C			
18.- 1 reactivo particulas pequeñas mod. SPR1008.			
19.- 1 cinta transparente mod. 144L2			
20.- 1 cinta translucida mod. 145L2			
21.- 12 hojas transparentes 130 LT1			
22.- 12 hojas blancas 130 LW1			
23.- 12 hojas negras 130 LB1			
24.- 4 hojas transparentes 131LT41			
25.- 4 hojas blancas 131LW41			
26.- 4 hojas negras 131LB41			
27.- 1 lupa mod. 316 M			
28.- 1 linterna tipo bolígrafo mod. KCP115			
29.- 2 hojas de goma blanca mod. 125LW1			
30.- 2 hojas de goma negra mod. 125LB1			
31.- 1 paq. 50 hojas mod. LB0011			
32.- 1 cinta métrica retractilmod. KCP114			
33.- 8 bolsas para evidencias mod. ZTE011			
34.- 3 bolsas para evidencias mod. ZTE021			
MALETÍN PARA RESTAURACIÓN DE NÚMEROS MARCA SIRCHIE MNR100 origen USA.			
1.- 1 acelerador eléctrico mod. 284 A			
2.- 1 neutralizador ácido mod. ACN2			
3.- 6 papelemory mod. KCP163			
4.- 1 envase 70/400 mod. KCP197			
5.- 2 gels rest-a aluminio mod. NIA			
6.- 2 gels rest-a cobre mod. NIC			
7.- 2 gels rest-a acero mod. NIS			
8.- 1 gel rest-a acero RAG100			
9.- 1 gel rest-a aluminio RAG200			
10.- 1 gel rest-a cobre RAG300			
11.- 4 baterías alcalinas tamaño d mod. KCP235			
12.- 6 palos de madera			
MALETÍN TINTA VISIBLE TAMAÑO GRANDE MARCA SIRCHIE MOD. VS300 origen USA.			
1.- 1 polvo visible purpura mod. VS301			
2.- 1 polvo visible azul mod. VS302			







Cve	ANEXO 1 B		
3.- 1 polvo visible rojo mod. VS303			
4.- 1 polvo visible plata mod. VS304			
5.- 1 polvo visible negro mod. VS305			
6.- 1 polvo visible cobre mod. VS306			
7.- 1 tubo pasta azul mod. VST308			
8.- 1 tubo pasta rojo mod. VST309			
9.- 1 tubo pasta verde mod. VST310			
10.- 1 tubo pasta negro mod. VST311			
11.- 1 fluido detección 3 dias mod. VS615			
12.- 1 reactivo doble tinta de detección mod. DS100			
13.- 6 pinceles de pelo de camello mod. 118L			
14.- 12 aplicadores de algodón			
MALETÍN DE DETECCIÓN PARA MARCAR DINERO O PULVERIZAR SUELOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PISADAS. MARCA SIRCHIE UV500 origen USA.			
1.- 1 spray cluemod. UVA201			
2.- 4 pinceles de pelo de camello mod. 118L			
3.- 1 polvo uv doble longitud mod. UV214			
4.- 1 polvo uv doble longitud mod. UV215			
5.- 1 polvo uv doble longitud mod. UV216			
6.- 1 lapicero marcador fluorescente invisible mod. UV737			
7.- 1 lapicero marcador fluorescente invisible mod. UV739			
8.- 1 pasta fluorescente invisible verde mod. UVT208			
9.- 1 pasta fluorescente invisible gris mod. UVT211			
10.- 1 fuente de luz uv tigger doble, onda corta / larga mod. 782UV			
11.- 1 botella de laca invisible para monedas mod. UV732			
12.- 1 botella tinta invisible marcador de metal mod. UV731			
13.- 4 pilas alcalinas tipo-c mod. KCP233			
14.- 1 bolígrafo-marcador fluorescente invisible mod. UV-700			
REFRIGERADOR NORCOLD 12 VOLTS. 2.9 PIES CUBICOS			
CAMARA RECUPERADORA DE OJIVAS, MARCA ZOGBI			
Fabricada en fierro fundido			
relleno de material Kevlar y estopa 100% algodón en la parte baja como protección			
Tubo acero al carbón cédula 20 de 1/4" de espesor de 10" de diámetro medida total 124 cms, seccionado en dos tubos			
El primero con una medida de 61 cms			
El segundo con una medida de 63 cms			
Ambos con ventanilla del mismo material medidas 36x46			
c36 x 36 c			
Forro interior en hule de 1/8" y en el fondo de 2"			
Pintura auto color grafito			
Patas desmontables			
Relleno de la cámara en kevlar y estopa 100% algodón en la parte baja como protección.			
2 MARTILLOS PARA CONTROL DE CARGA EXPLOSIVA. MARCA QUINETICS, origen USA.			
BALANZA PARA PESAR ÓRGANOS PARA 30 KILOS CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MARCA IDECNA, origen Colombia.			
4 MASCARILLAS ANTI-PUTREFACCIÓN MARCA SIRCHIE PU001B origen USA. CONSISTE EN:			
1 mascara anti-putrefacción mod. PU004.			
1 recambios de filtros para mascarilla mod. PU002a.			

[Firma]

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Cve	ANEXO 1 B		
	1 par de guantes de latex desechables mod. SF00771. 12 toallitas para limpiar mod. FPT2541. 1 manual de instrucciones mod. TI3102. 1 estuche de transporte mod. PU0011. SELLADOR DE BOLSAS PARA EVIDENCIA (PRECINTADOR). Marca SIRCHIE MOD. 696 E origen USA. KIT PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN CADAVERES. MARCA SIRCHIE MOD. PMFT02 origen USA. 12 etiquetas de grabación postmortemestandar mano izquierda mod. FC345L1. 12 etiquetas de grabación postmortemestandar mano derecha mod. FC345R1. 12 toallitas limpiadora de tinta mod. FPT2541. 1 util de entintado postmortemmod. PM283. 1 estirador de dedos postmortemmod. PMFS500. 1 util tarjetero postmortemmod. PMNS60. 1 estuche de transporte imitación piel, con cremallera mod. PMFT011. CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA NIKON Tipo digital, 14.2 millones de pixeles, montura Nikon F, tamaño de imagen 4.608x3.072 (l), 3.456x2.304 (m), 2.304x1536 (s), formato de archivo NEF, JPEG, JPEG+NEF, sistema de control de imágenes estándar, neutro; vivo, monocromo, retrato, paisaje., Tarjeta de memoria SD, SDHC y SDXC, visor espejo de penta prisma a nivel de los ojos, visor réflex de objetivo único, objetivos compatibles AF-S y AF-I admite todas las funciones, monitor LCD, disparador automático 2S, 10S, interfaz USB, salida HDMI, salida de video PAL, batería recargable de ion-litio SISTEMA DE GRABACIÓN DE VIDEO ADAPTADO A LA PARTE SUPERIOR INTERIOR PARA GRABAR LAS NECRÓPCIAS CONSISTENTE EN: 2.- Cámaras de 1/4" digital de alta resolución 480TV líneas a color movimiento de 360 grados en plano horizontal y 70 grados en plano vertical con zoom 22x y 220x digital. 1.- Control tipotouchtracker para domo con control zoom-Panttiler enfoque y vistas previas con tarjeta IQ-BOARD 1.- Cámara con lente de 3.5 a 8mm. Varifocal a color en mini-domo a plafón de 470 líneas de 12 volts D.C. 1.- Grabadora digital con capacidad de 4 cámaras y Multiplexor integrado de 80gb ESTUCHE PROFESIONAL PARA NECROPSIAS ALEMÁN, MARCA MILTEX, CONTENIENDO: 1 cuchilla para autopsia grande 1 cuchillo para autopsia pequeño 1 cuchillo para autopsia grande 1 cuchillo para cartilagos. 2 tijeras rectas abotonadas 1 tijera para intestino 1 pinza de disección 1 pinza quirúrgica 1 sonda acanalada 2 sondas abotonadas		

[Firma manuscrita]


PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2017



Cve	ANEXO 1 B		
	3 agujas para sutura 1 regla metálica 1 cinta métrica 1 sierra de arco con 3 hojas 1 cizalla para huesos 1 pinza para huesos 1 escoplo 1 cuchara para sangre 1 porta objetos. ADAPTACIONES: origen México. Torreta azul-rojo con 4 reflectores strobicos, 2 domos de poli carbonato, 2 callejeras en los extremos marca whelen. Sirena 3 tonos con 100 watts de potencia, tres tonos oficiales, claxon de aire tipo "horn", altoparlante con micrófono, operación de la sirena desde el volante del vehículo, sistema de auto diagnóstico, inter-fase para radio-transmisor, una bocina reforzada de 100 watts whelen 3. Caseta con una altura de 210 cms., 220 cms., De ancho 370 cms. De largo Piso con aluminio y base de fibracel. Forros de paredes interiores en triplay, lanei panel y acero inoxidable en puerta trasera y puerta lateral. Extractor y ventilador de aire con sensor de lluvia. Centro de carga de distribución eléctrica. Mueble integral de madera con forro de acero inoxidable. Escalonantiderrapante integrado. Lamparas de neón Toldo extendible Escalera para subir al techo Techo con piso antiderrapante Sistema de aire acondicionado con capacidad de 13,500 btu' s. Necesario para conservar los equipos a una temperatura adecuada de operación. Planta de luz 7000 watts alimentación a gasolina, funcionamiento continuo 24 hrs., 110 a 240 volts, silenciador, arranque manual o desde la cabina del operador, alimentación a gasolina conectada directamente al tanque de combustible de la unidad para una alimentación continua, batería de 12 celdas conectada a selenoides que a su vez regulan la carga. Tarja con llave para agua en acero inoxidable, deposito de agua limpia y depósito para aguas residuales. Gaveta para un cuerpo doble puerta con refrigeración con control de temperatura fabricada en acero inoxidable 100%, aislada en forma independiente. Rango de mínimo de -2 a 8 grados., Mesa de necropsias, triturador de residuos, extensión de teléfono para lavado de cadáveres, sierra striker,. Manuales e instructivos de uso y operación de los equipos con traducción al español.		

Tlaxcala de Xicotécatl, Tlax., a 15 de Febrero de 20

BIOL. CLAUDIA JUDITH CERVANTES RAMOS
PERITO EN GENÉTICA DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES
DE LA PGJE TLAXCALA



UNION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y...QUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN- 004 /2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULO PARA NECROPSIAS
 PARA LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISITOS /LICITANTE	RIVERA APIZACO, S.A. de C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI SA DE CV	ADAMED, S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS LEGALES	NO CUMPLE. PRESENTA LA CARTA SOLICITADA EN EL PUNTO 3.6 DE LAS BASES, LA CUAL SE ENCUENTRA INCOMPLETA, YA QUE NO INCLUYE EL PUNTO 4 DEL ANEXO A DE LAS BASES. Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como tampoco se encuentra inhabilitado, o su registro en el Padrón de Proveedores suspendido o cancelado para participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de la Contraloría del ejecutivo. FACTURAS NO ANEXAN LA CONVERSION QUEDA DESCALIFICADO DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 14.10 Y 14.19 DE LAS BASES.	NO CUMPLE. PRESENTA COPIA DE FICHA BANCARIA CON UN COSTO DE \$3,200.00 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SIN EMBARGO EL RECIBO OFICIAL ES ELABORADO POR LA CANTIDAD DE \$2,900.00, ASÍ MISMO LA FECHA DE COMPRA DE BASES FUE DEL 25 AL 28 DE ENERO DE 2015. POR LO QUE INCUMPLE EN LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.10 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. QUEDA DESCALIFICADO DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 14.16 Y 14.19 DE LAS BASES. FACTURAS NO SON POR CONVERSION Y EL RFC NO DICE VENTA O CONVERSION DE VEHICULOS	NO CUMPLE. NO PRESENTA RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS PROVISIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. ÚNICAMENTE PRESENTA ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÓN DE DICIEMBRE DE 2015. NO PRESENTA COPIA DE FICHA BANCARIA DE COMPRA DE BASES SOLICITADA EN EL PUNTO 3.10 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. PRESENTA FACTURAS FUERA DEL TÉRMINO SOLICITADO, FACTURA F 605 DE FECHA 11-01-2013, FACTURA F 2231 DE FECHA 24-07-2014. ÚNICAMENTE SE ACEPTAN FACTURAS DENTRO DEL TÉRMINO DE OCTUBRE DE 2014 A ENERO DE 2016, POR LO QUE INCUMPLE EN LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.11 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. QUEDA DESCALIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO Y 14.19 DE LAS BASES.
REQUISITOS TECNICOS ANEXO B TIEMPO DE ENTREGA	COTIZA LA PARTIDA 1A. SIN EMBARGO NO EXISTE ESA PARTIDA. ASÍ MISMO NO EXPECÍFICA QUE ANEXO COTIZA. NO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

7

X

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-004 /2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULO PARA NECROPSIAS

PARA LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISITOS /LICITANTE	RIVERA APIZACO, S.A. de C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI SA DE CV	ADAMED, S.A. DE C.V
	PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SIN SELLO, SIN FOLIO Y SIN RÚBRICA. POR LO QUE DIFIERE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.2 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.		
TIEMPO DE GARANTIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.1.carta de vicios ocultos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.2. Catálogos del vehículo y de los equipos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.3. Presentar planos tridimensionales	NO CUMPLE. NO LOS PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
4.5.4. copia de los certificados ISO de calidad de los equipos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.5. carta original del fabricante de respaldo al convertidor de la ambulancia	NO CUMPLE. NO LA PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
4.5.6. Opinión de cumplimiento ENERO del 2016	NO CUMPLE. PRESENTA FEBRERO 2016.	CUMPLE.	NO CUMPLE. PRESENTA FEBRERO 2016.
4.5.7. Carta bajo protesta de decir verdad del licitante de que los bienes ofertados cumplen con la norma de calidad	NO CUMPLE. NO LA PRESENTA.	CUMPLE	CUMPLE
4.5.8. carta del fabricante respaldando al distribuidor del	NO CUMPLE. NO LA PRESENTA.	NO CUMPLE. PRESENTA CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOREN LA CUAL GARANTIZA EL SUMINISTRO	CUMPLE.

7

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN- 004 /2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULO PARA NECROPSIAS

PARA LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

REQUISITOS /LICITANTE	RIVERA APIZACO, S.A. de C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI SA DE CV	ADAMED, S.A. DE C.V.
módulo de distribución de poder y el sostenimiento de la garantía, así como el suministro de partes y refacciones hasta por 5 años		DE REFACCIONES POR LO MENOS A LOS 4 AÑOS SIGUIENTES A LA FACTURACIÓN, LO CUALES INFERIOR A LO SOLICITADO.	
4.5.9.- Folletos, fichas o catálogos del vehículo y de cada uno de los componentes del equipamiento y marca, modelo y procedencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDA 1A.	ANEXO 1B. PARTIDA 1.	ANEXO 1A. PARTIDA 1.
DESCRIPCION	NO CUMPLE: NO LLEVÓ A CABO LAS MODIFICACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	CUMPLE	CUMPLE
PARTIDAS ACEPTADAS	NINGUNA	NINGUNA.	NINGUNA.
OBSERVACIONES	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
ELABORO		AUTORIZO	
ALMA LUZ VILLEGAS POZAS		JOSÉ CARLOS JASSO	



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



Tlaxcala, Tlax., Febrero 17 de 2016.

Oficio No. C.E.S./D.A./FASP/090/2016

LIC. JORGE CAPIZ JASSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO.
PRESENTE.

En relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional **GET-LPN-004/2016**, correspondiente a la adquisición de **Ambulancias y Vehículo para necropsias** para la **Comisión Estatal de Seguridad y Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala**, adjunto al presente encontrará dictamen técnico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.


L.A.E. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO

c.c.p. Archivo

JLTASD/sni



**Desarrollo
para Todos**





DICTAMEN TÉCNICO



DEPENDENCIA: COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

RIVERA APIZACO SA DE CV

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA[illegible][illegible]

revisó

Lic. Sandra Nolasco Vázquez
Jefe de Departamento de Control y ASP
de la Comisión Estatal de Seguridad

[illegible]



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-004/2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULO PARA NECROPSIAS

PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA



Tlaxcala, Tlax., Febrero 16 de 2016

DEPENDENCIA: COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

COMERCIALIZADORA ZOGBI, SA DE CV

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA

1 NO COTIZA


UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7	4.5.9
		Carta de garantía, calidad y visto ocultos	Catálogo de vehículo y equipo	Planos tridimensionales	Copias de certificados ISO	Carta de respaldo conversion Ambulancia	Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales	Carta Normas de Calidad	Folleto, fichas o catalogos del vehiculo

Elaboró

Dr. Hugo Rojas Zambrano
Jefe de Area Medica de la
Comision Estatal de Seguridad

Revisó

Lic. Jorge Luis Sánchez
Jefe de Departamento Enlace FASP
de la Comisión Estatal de Seguridad





TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-004/2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULO PARA NECROPSIAS

PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Tlaxcala, Tlax., Febrero 18 de 2016

DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

ADAMERO SA DE CV

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA

AMBULANCIA PARA TRASLADO VEHICULO FORD TRANSIT A VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIESEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS. POTENCIA DE 115HP@3.500RPM TURBO-DIESEL. TORQUE DE 220LB-PIE@3.750RPM. TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. SISTEMA ELÉCTRICO SWITCH SELECTOR DE BATERÍA ORIGINAL IMPORTADO COLOCADO EN LA CABINA. METALES 100% ANTICORROSIVOS DE GRADO MARINO. DE 375AMPS. DC Y HASTA 32 VOLTS. NORMA SAE-J1171 CERTIFICACIÓN ISO 8846 CC. PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 94/25/EC. SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS). DOBLE CIRCUITO HIDRÁULICO DE FRENO DE DISCO DELANTEROS, FRENO DE TAMBOR PARA LAS RUEDAS TRASERAS. SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL. APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 180°. RADIO INSTALADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. ALTAVoces INSTALADOS EN LA CABINA DEL PASAJERO. EN EL TECHO LOS CUALES ESTÁN CONECTADOS CON EL RADIO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR. MARCA: FORD, MODELO 2016. VERSION VAN LARGA DIESEL AIRE ACONDICIONADO. PROCEDENCIA TURQUÍA EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA. MARCA FERBEL SE ANEXA CERTIFICADO ISO9001:2008. MARCA: FERBEL. MODELO AMBULANCIA DE TRASLADO. PROCEDENCIA MEXICO. ESCALÓN TRASERO. CONTARÁ CON DOS LAMPARAS QUE EMITAN LUCES ROJAS Y BLANCAS A LOS COSTADOS, DE LAS CUALES SON 7 ROJAS (ORILLAS) Y LA CENTRAL BLANCA EN LA PARTE POSTERIOR 4 LUCES, 2 ROJAS Y 2 BLANCAS. MARCA CODE 3 SERIE 85 (SEGÚN PREGUNTA NO. 11 EN JUNTA DE ACLARACIONES). Y UNA TORRETA CON LAMPARAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS O ESTROBOSCÓPICAS O INTERMITENTES QUE PROYECTEN LUZ ROJA, VISIBLES DESDE UNA DISTANCIA DE 150 METROS. MARCA CODE 3 MODELO TORUS LED-X2100 CATALOGO 2. CONTARÁ CON UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 MODELO 389216, QUE GENERE SONIDOS DE 124 DECIBELES EN PROMEDIO. CONTARÁ CON 3 MODELOS 2100HP (SEGÚN PREGUNTA NO. 12) CATALOGO 3 Y 4. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y FRECUENCIAS EMPLEADAS. SE ELIMINA ESTE EQUIPO SEGÚN PREGUNTA NO. 9 Y 10 EN JUNTA DE ACLARACIONES. BARRA DIRECCIONA DOÑA MARCA CODE 3 MODELO XT464S PROCEDENCIA USA. INSTALADA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD. CATALOGO 5 CENTRO DE CARGA. MARCA RIMP PROCEDENCIA MEXICO. DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS. IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO DE COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS. SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA. PARA UBICAR ALGUNAS FALLAS (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES. TENDRÁ NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADemás DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA. EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O IZQUIERDA). EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PASAJERO FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO DE ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA). EXTRACTOR. TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA. CATALOGO 6 EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA. 1.2. EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO. JUEGO DE DESARMADORES DE CRUZ DIFERENTE MEDIDAS. JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DIFERENTES MEDIDAS. LLAVE DE CRUZ. PINZAS MECÁNICAS. PINZAS DE ELECTRICISTA. JUEGO DE MATRACA CON DADOS DIFERENTES MEDIDAS. CABLES PASA CORRIENTE. TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULO AUTOMOTOR. 1.2.2. EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN. 1.2.3. NEUMÁTICO DE REFECCIÓN CON ACCESORIOS (GATO Y LLAVE DE CRUZ). 1.2.4. JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE. 1.2.5. UN EXTINGUIDOR CONTRA FUEGO. 1.2.6. CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS. 1.2.7. LAMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA. 1.2.8. AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR ADICIONAL. TRASERA PARA PROPORCIONAR A/C A LA CABINA DE PACIENTES CON CAPACIDAD DE 1800BTU'S CON CONTROL DE INTENSIDAD UBICADO EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES. SEGÚN PREGUNTA NO. 15 EN JUNTA DE ACLARACIONES. 1.2.9. CONTARÁ CON EXTRACTOR DE AIRE. PARA EL DESALOJO DEL AIRE VICIADO UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DEL MUEBLE IZQUIERDO. VENTILACIÓN DE AIRE: PARA PROPORCIONAR UN MAYOR NIVEL DE AIRE EN EL CUBICULO, UBICADO EN LA PARED FRONTAL DE LA AMBULANCIA. SEGÚN PREGUNTA NO. 16 EN JUNTA DE ACLARACIONES. 1.2.11. PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO UBICADO EN EL TECHO A TODO LO LARGO DE LA CABINA DE PACIENTES. DOS PASAMANOS UNA POR CADA PUERTA TRASERA Y UNO UBICADO EN LA MAMPARA DIVISORIA. (SEGÚN PREGUNTA NO. 18 EN JUNTA DE ACLARACIONES) 1.2.12. BANCA TIPO CHASE LONG. COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD. LA BASE DEL MISMO SIRVE PARA LA GUARDA DE EQUIPO MÉDICO. ASIENTO TIPO TAPA ABATIBLE Y RESPALDO CORRIDO. AMBOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE HULE ESPUMA Y FORRO DE VINIL SIN COSTURAS, DE UNA SOLA PIEZA. (SEGÚN PREGUNTA NO. 18 EN JUNTA DE ACLARACIONES). 1.2.13. MUEBLE IZQUIERDO BAJO: INSTALADO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON DIVERSOS COMPARTIMIENTOS CUBIERTOS CON PUERTA TIPO CORTINA PLÁSTICAS EN COLOR GRIS, PARA LA GUARDA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO DE CURACIÓN. DISEÑADO CON ESPACIOS ESPECIALES PARA GUARDA DE CAMILLA RÍGIDA, TANQUE DE OXÍGENO TIPO "M". MESA DE TRABAJO INTEGRADO AL MUEBLE DONDE SE UBICA LAS TOMAS DE CORRIENTE 110VCA Y 12VCD, UBICACIÓN DE TOMAS DE OXÍGENO. TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y ACCESORIOS. ESPACIO PARA GUARDA DE TANQUE DE OXÍGENO DE ALUMINIO TIPO "M" DE 3000LTS, UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA SER COLOCADO DE FORMA VERTICAL, CON SOPORTE DE ACERO Y MIRILLA PARA EL CONTROL DE SU CONSUMO (SEGÚN PREGUNTA NO. 20 EN JUNTA DE ACLARACIONES). 1.2.14. INVERSOR CARGADOR DE CORRIENTE. CON CAPACIDAD DE 1800 WATTS, CON CONTROL REMOTO UBICADO EN EL PANEL DE LA CABINA DE PACIENTES. INCLUYE DOS SALIDAS DE 127 VOLTS POLARIZADAS DE FÁCIL ACCESO PARA ALIMENTAR EQUIPO MÉDICO TAL COMO DESFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORAS, ETC. MARCA XANTREX. MODELO FREEDOM HF 1800. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 7 SISTEMA DE BATERÍA AUXILIAR: QUE CONSISTE DE LA INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA ADICIONAL, DEL Y CICLO PROFUNDO, LA CUAL SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL ALTERNADOR ORIGINAL DEL VEHICULO. EL CONSUMO DE LAS BATERÍAS SON INDEPENDIENTES. LA PRINCIPAL ALIMENTA TODO EL SISTEMA ORIGINAL DE LA UNIDAD, MIENTRAS QUE LA AUXILIAR ALIMENTA TODOS LOS ACCESORIOS ESPECIALES DE LA AMBULANCIA, COMO SON LAS LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA, INVERSOR DE CORRIENTE ETC. LAS DOS BATERÍAS SE AISLAN MEDIANTE UN SOLENOIDE ELECTROMECÁNICO PARA PERMITIR QUE LA BATERÍA PRINCIPAL SIEMPRE ESTÉ LISTA PARA EL ARRANQUE DE LA AMBULANCIA AUNQUE LA BATERÍA AUXILIAR SE LLEGARA A DESCARGAR POR COMPLETO. SEGÚN PREGUNTA NO. 21 EN JUNTA DE ACLARACIONES. LA SEGUNDA BATERÍA ES INDISPENSABLE PARA QUE FUNCIONE EL INVERSOR. 2. EQUIPO MÉDICO: 2.1. CARRO CAMILLA DE TIJERA. MARCA FERRO. MODELO 35A. PROCEDENCIA USA. RODANTE Y CAMILLA ADICIONAL TIPO MARINA O MILITAR. MARCA EFA; SEMIRRIGIDOS. TAMAÑOS CHICO, MEDIANO Y GRANDE, ASI COMO DISPOSITIVO PARA INMOVILIZAR LA CABEZA: MARCA PHILADELPHIA PHILADELPHIA. PROCEDENCIA ESPAÑA. CATALOGO 11. 2.5. EQUIPO DE CANDULAS OROFARINGEAS; MARCA HUDSON RCI. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 12. 2.6. GANCHOS PORTA SUEROS. MARCA CRI. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 13. 2.7. REANIMADORES DE BALON CON VALVULA DE NO REINHALACION, CON VIAS DE ENTRADA DE OXIGENO; DISPOSITIVOS DE CONCENTRACION Y VALVULAS DE LIBERACION. EN EL CASO DEL NEONATO CON BALON DE 250 MILILITROS, LACTANTE CON BALON DE 500 MILILITROS. PEDIATRIC CON BALON DE 750 MILILITROS Y ADULTOS CON BALON DE 1000 MILILITROS, Y UN JUEGO DE MASCARILLAS TRANSPARENTES EN TAMAÑOS 0.1, 2, 3, 4 Y 5; MARCA KONIT. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 14. 2.8. ESTETOSCOPIO DE PINARDO. MARCA TOP. PROCEDENCIA MEXICO. CATALOGO 15. 2.9. TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL, MINIMO TAMAÑO D, CON MANÓMETRO REGULADOR Y FLUJÓMETRO; MARCA WESTERN MODELO "M". PROCEDENCIA USA. CATALOGO 16. 2.10. TANQUE FUE DE OXIGENO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON MANÓMETRO, FLUJÓMETRO Y CON FLUJÓMETRO TIPO BALA DESMONTABLE Y HUMIDIFICADOR. (SEGÚN PREGUNTA NO. 13 EN JUNTA DE ACLARACIONES). 2.11. EQUIPO ESTERILIZADO PARA ATENCIÓN DE PARTO, EL CUAL CONTARÁ POR LO MENOS CON: CHAROLA DE MAYO, BUDINERA, 1 PINZA FOERSTER (ANILLOS), 3 PINZAS ROCHSTER CURVAS O 2 PINZAS KELLY CURVAS, 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES, 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES, ONFALOTOMO, TIJERA MAYO, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, CINTA UMBILICAL O SIMILAR, PERILLA PARA ASPIRACIÓN Y SEIS CAMPOS; MARCA TOP. PROCEDENCIA MEXICO. CATALOGO 18. 2.12. CAMILLA RÍGIDA Y TABLA CORTA CON UN MÍNIMO DE CINCO BANDAS DE SUCCIÓN DE EXTRACCIÓN; MARCA DEVILBISS Y PORTÁTIL. MARCA PRECISION MEDICAL. MODELO EAST-VAC PM60. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 19. CHALECO DE EXTRACCIÓN MARCA TOP. PROCEDENCIA MEXICO. CATALOGO 19-A. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PREGUNTA NO. 14. 2.13. EQUIPOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, FLUJO Y PORTÁTIL. MARCA DEVILBISS Y PORTÁTIL. MARCA PRECISION MEDICAL. MODELO EAST-VAC PM60. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 20 Y 21. AMBOS CONTARÁN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A. GENERALES A01 UNIDAD PORTÁTIL DE SOBREMESA PARA USO EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. A02 VACUÓMETRO, GRADUADO Y CALIBRADO PARA LECTURA DE PRESIÓN NEGATIVA DE SUCCIÓN. A03 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. B. COMPONENTES PRESIÓN NEGATIVA B01 RANGO DE PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0 A 550 MMHG O MAS B02 PRESIÓN DE SUCCIÓN REGULABLE. B03 DE BAJA NIVEL DE RUIDO. MENOR A 65 DB. B04 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 28 LPM O MÁS. FRASCO RECOLECTOR B05 CAPACIDAD DEL FRASCO DE 600 CC O MÁS. B06 FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN CC. INDELEBLE, FÁCILMENTE DESMONTABLE, LAVABLE Y AUTOCLEABLE. B07 TRANSPARENTE E IRROMPIBLE. B08 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALLE O SOBREFLUJO. C. ACCESORIOS C01 UN (01) FRASCO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS. C02 CINCUENTA (50) CÁMULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTO CON Sonda, DESCARTABLES. C03 CINCUENTA (50) CÁMULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS CON Sonda, DESCARTABLES. C04 VEINTE (20) FILTROS BACTERIALES. C05 VEINTE (20) FILTROS BACTERIALES. C06 REQUERIMIENTO DE ENERGÍA D01 220VAC O 230VAC/ 60HZ. 2.14. FÉRULAS PARA MIEMBROS TORÁCICOS Y PÉLVICOS; MARCA EFA MODELO EFA-029 PROCEDENCIA USA. CATALOGO 22. 2.15. CÁMULAS NASOFARINGEAS; MARCA FERRO. PROCEDENCIA USA. CATALOGO 23. 2.16. DESFIBRILADOR PORTÁTIL AUTOMATIZADO EXTERNO; MARCA ZOLL. MODELO DEA PLUS; PROCEDENCIA USA, CATALOGO 24. 2.17. TERMÓMETROS ORAL Y RECTAL. INCLUYE BALIZAJE COMO AMBULANCIA. MARCA HERGOM CATALOGO 25 Y 26.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	4.5.1. Carta de garantía, calidad y visto o autor	4.5.2. Catálogo de vehículo y equipo	4.5.3. Planos bidimensionales	4.5.4. Copia de certificados ISO	4.5.5. Carta de respaldo conversion Ambulancia	4.5.6. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales	4.5.7. Carta Normas de calidad	4.5.9. Carta de garantía, calidad y visto o autor
Pieza	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dr. Hugo Rojas Zambrano
Jefe del Área Médica de la
Comisión Estatal de Seguridad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L. A. de la Secretaría de Gobierno
L. A. de la Secretaría de Gobierno