

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
PARA O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015 COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; **LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-030/2016**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTÍCULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

HECHOS: A CONTINUACIÓN SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES

DISTRIBUCIONES ANRO S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 3.-</u>
	PREGUNTA	DICE CON CONTROL DE TEMPERATURA DE 35°C O MENOS A 37.5°C O MÁS CON LÍMITE SUPERIOR NO MAYOR A 39°C, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR BAJO LOS SIGUIENTES RANGOS: CONTROL DE TEMPERATURA DE 34°C A 37°C CON SISTEMA DE SOBRE GIRO DE 37.1 A 38°C
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA RANGO DE TEMPERATURA DE 34 A 38° C. RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA DE 0.1°C.
2	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 5.-</u>
	PREGUNTA	DICE EN EL MODO MANUAL SE AJUSTAN NIVELES DE CALEFACCIÓN FIJOS ENTRE 1 Y 10, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE OFERTAR Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN INDICADOR DE LA POTENCIA EN BARRA DE 20 SEGMENTOS E INCREMENTOS DEL 5%, PARA UNA MEJOR PRECISIÓN DE LA POTENCIA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
3	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 6.-</u>
	PREGUNTA	DICE CON TECLA EN EL PANEL DE CONTROL QUE PERMITA LA OPCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE LA FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE; EN NUESTRO CASO LA CUNA CUENTA CON SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO, DE FORMA AUTOMÁTICA Y CONTINUA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y EN CASO DE DETECTAR UNA FALLA ACTIVA LA ALARMA CORRESPONDIENTE, SE ACEPTA OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERÍSTICA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
4	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 7.-</u>
	PREGUNTA	DICE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES... POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES

		PRIORIZADAS EN TRES NIVELES DE AUDIO, ES ESTO CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 10.-</u>
	PREGUNTA	DICE CON RADIADORES (FOCOS) INFRARROJOS DE CERÁMICA, SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ELEMENTO CERÁMICO PROTEGIDO CON REJILLA DE METAL, ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 15.-</u>
	PREGUNTA	DICE LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE LUZ BLANCA QUE PERMITA VER LA COLORACIÓN REAL DEL PACIENTE, LÁMPARA DE HALÓGENO, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE OFERTAR TAMBIÉN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA AL ELEMENTO CALEFACTOR A BASE DE LEDS LUZ AZUL CON LONGITUD DE ONDA DE 400 A 550 NM. Y DOS LÁMPARAS DE EXAMINACIÓN A BASE DE LEDS LUZ BLANCA, QUE PERMITE VER LA COLORACIÓN REAL DEL PACIENTE, SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETA EL TIEMPO DE DURACIÓN INDICADO EN BASES.
7	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA PUNTO 18.-</u>
	PREGUNTA	DICE CON CAJONES GIRATORIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR TAMBIÉN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN CUNA CON CAJONERA METÁLICA CON CORREDERA DE APERTURA SILENCIOSA, SE ACEPTA OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERÍSTICA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
8	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA ACCESORIOS.-</u>
	PREGUNTA	ACCESORIOS, DICE 5 SENSORES PARA TEMPERATURA CENTRAL Y 5 PARA TEMPERATURA PERIFÉRICA, CON EL FIN DE NO ENCARECER EL EQUIPO, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON 4 SENSORES EN TOTAL; 2 PARA TEMPERATURA CENTRAL Y 2 PARA TEMPERATURA PERIFÉRICA, SE ACEPTA?.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA APEGARSE A LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN BASES
9	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 20 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 12.-</u>
	PREGUNTA	DICE CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AIRE 20°C O MENOR A MÁXIMO 37°C, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR TAMBIÉN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN CON CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AIRE DE 23°C A 37°C Y SOBRE TEMPERATURA DE 37.1°C A 39°C. SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SI SER RESTRICTIVO
10	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 20 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 5.6.-</u>
	PREGUNTA	DICE CAPACETE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR TAMBIÉN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN CAPACETE FIJO, CON DOBLE PARED DESMONTABLE PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SI SER RESTRICTIVO
11	REFERENCIA	<u>PARTIDA NO. 20 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTOS 1.7.- Y 1.8.-</u>

	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, EN NUESTRO CASO EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS POR SU DISEÑO Y TECNOLOGÍA NO GENERA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD, (NO GENERA GOTAS DE AGUA AL INTERIOR DEL CAPACETE), Y CONSIDERANDO QUE EL HUMIDIFICADOR LO SOLICITAN POR EBULLICIÓN. SOLICITAMOS SEAN OPCIONALES LOS PUNTOS 1.7 Y 1.8, SE ACEPTA QUE SEAN OPCIONALES?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
12	REFERENCIA	ANEXO B
	PREGUNTA	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO ES A RENGLON SEGUIDO SEGÚN LAS PARTIDAS A OFERTAR, ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO SU APRECIACION, DEBIENDO ELIMINAR LAS PARTIDAS QUE NO SE OFERTE
13	REFERENCIA	ANEXO C
	PREGUNTA	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO ES A RENGLON SEGUIDO Y EN LA COLUMNA DONDE SOLICITAN DESCRIPCION UNICAMENTE ANOTAREMOS EL NOMBRE GENERICO DE LOS BIENES YA QUE LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA TECNICA, ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	LA DESCRIPCION EN EL ANEXO C DEBE SER IGUAL A LA SEÑALADO EN EL ANEXO B , ES DECIR COMPLETA CONFORME AL ANEXO 1, INCLUYENDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO S.A. DE C.V.		
14	REFERENCIA	PARTIDA 15. CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: 1.- CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR, QUE PERMITE CONTROLAR TANTO MANUALMENTE COMO POR UN SERVOCONTROL EL AMBIENTE TERMICO DEL NEONATO EN ESTADO CRITICO EN UN MEDIO ABIERTO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EQUIPO CON DESPLIEGUE DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL EQUIPO", CON LO QUE SE DEMUESTRA QUE LA CUNA CUENTA CON UN CONTROL MEDIANTE MICROPROCESADOR, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO, DEBIENDO REFERENCIARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA HACER REFERENCIA AL PUNTO SOLICITADO
15	REFERENCIA	PARTIDA 15. CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: 8.- DESPLIEGUE EN PANTALLA A COLOR DEL PANEL DE CONTROL DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL

	PREGUNTA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA DEL EQUIPO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA TERAPIA DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
16	REFERENCIA	PARTIDA 15. CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: 16. CON OPCIÓN A FUTURO DE CONTAR CON BALANZA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL COLCHON CON PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE, QUE TENGA UN MARGEN DE MEDICIÓN DE 250 G A 7 KG COMO MÍNIMO
	PREGUNTA	PREGUNTA: DADO QUE COMÚNMENTE LAS CUNAS DE CALOR RADIANTE SE OCUPAN PARA BEBES A TÉRMINO O CON PREMATUROS CON NIVELES DE GESTACIÓN AVANZADOS, LO QUE INVOLUCRA UN PESO MAYOR COMPARADO CON LOS INFANTES PREMATUROS CON POCAS SEMANAS DE GESTACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA CUNA CON UN A BALANZA QUE CUENTE CON UN MARGEN DE MEDICIÓN DE 300 G A 7 KG DE PESO, CON LO QUE SE LE PUEDE DAR EL SEGUIMIENTO REQUERIDO AL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
17	REFERENCIA	PARTIDA 20. INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES DICE: 1.1.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
	PREGUNTA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EQUIPO CONTROLADO MEDIANTE CONTROLADOR CON SISTEMA PID", CON LO QUE SE DEMUESTRA QUE LA INCUBADORA CUENTA CON UN CONTROL MEDIANTE MICROPROCESADOR, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
18	REFERENCIA	PARTIDA 20. INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES DICE: 5.12.- NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 47 DBA Y MENOR A 49DBA CON OXÍGENO SERVOCONTROLADO. "
	PREGUNTA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO

		CON: EL NIVEL DE RUIDO MENOR A 47 DBA SIN OXÍGENO SERVOCONTROLADO, DADO QUE EL SISTEMA DE SERVOCONTROL DE OXIGENO TIENE UNA ALTERACIÓN MÍNIMA EN EL RUIDO DENTRO DEL CAPACETE, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SI SER RESTRICTIVO
19	REFERENCIA	PARTIDA 25. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DICE: I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 580 WATTS/ METROS2
	PREGUNTA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA IRRADIANCIA CENTRAL +/-10% EL VALOR REQUERIDO, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SI SER RESTRICTIVO
20	REFERENCIA	PARTIDA 34. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO-HIDRAÚLICA BÁSICA DICE: 13.- LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
	PREGUNTA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON UN ELEVADOR DE RIÑÓN LO CUAL PERMITE REALIZAR CIRUGÍAS DEL MISMO TIPO QUE LAS QUE SE CONSIGUEN CON UNA MESA QUE DE POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SI SER RESTRICTIVO
21	REFERENCIA	PARTIDA 45. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: 7.16.1.-MONITOREO DE OXÍGENO INSPIRADO.
	PREGUNTA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL DESPLIEGUE DEL OXÍGENO INSPIRADO/ FIO2 PODRÁ REALIZARSE EN LA PANTALLA DE LA UNIDAD DE ANESTESIA, VENTILADOR O MONITOR DE SIGNOS VITALES, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
22	REFERENCIA	PROPUESTA TECNICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA RESPALDAR LA GARANTIA DE LOS EQUIPOS NUEVOS, SE ACEPTE CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE. SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
23	REFERENCIA	PROPUESTA TECNICA 4.4 PERIODO DE GARANTIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE PARA GARANTIZAR LA INSTALACION., PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, SE SOLICITE COPIA DEL CERTIFICADO DEL FABRICANTE AL PERSONAL CALIFICADO QUE LO LLEVARA A CABO. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
24	REFERENCIA	PUNTO 3.1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE)
	PREGUNTA	ESTE TIPO DE DOCUMENTOS CUENTAN CON UNA LIGA ORIGINAL, LO QUE COMPRUEBA SU ORIGINALIDAD, ENTENDEMOS QUE PODREMOS PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON SU CADENA ORIGINAL PARA VALIDAR SU ORIGINALIDAD, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO SIEMPRE QUE CONTenga NOMBRE, RFC, GIRO Y DOMICILIO DEL LICITANTE
25	REFERENCIA	PUNTO 3.9. DECLARACION ANUAL DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA PERSONAS MORALES
	PREGUNTA	CONSIDERANDO LAS FECHAS QUE SE RIGEN PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS, SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR PARA LAS PERSONAS MORALES LA DECLARACION ANUAL DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
26	REFERENCIA	PUNTO 4.5.7. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2001
	PREGUNTA	PARA EL CASO DE OFERTAS DE BIENES INTERNACIONALES, ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR COPIA DE LA NORMAS INTERNACIONALES, APLICABLES PARA ESTOS BIENES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
27	REFERENCIA	PARTIDA NO. 17. ELECTROCAUTERIO
	PREGUNTA	PARA PERMITIR A LOS LICITANTES OFERTAR UN PRODUCTO MAS HOMOGENEO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONE ALGUNAS CARACTERISTICAS O EL DESTINO FINAL PARA ESTE EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CON CLAVE DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUBRIDAD 531.328.0181
ESPECTRO BIOMÉDICO S.A. DE C.V.		
28	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECANICA HOSPITALARIA PUNTO 1: "CAMA CON SISTEMA ELÉCTRICO..."

	PREGUNTA	¿SE REFIERE A QUE LA CAMA CUENTE CON TRES MOTORES PARA ALCANZAR LAS ARTICULACIONES?
	RESPUESTA	SIEMPRE QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE LA CAMA A LAS POSICIONES SOLICITADAS
29	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 3. "...BATERÍA DE RESPALDO..."
	PREGUNTA	AL ESTAR EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA RED HOSPITALARIA O CUANDO HAY UNA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE SOPORTE DE BATERÍA QUE REQUIERE LA CONVOCANTE?
	RESPUESTA	30 MINUTOS MINIMO
30	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 4. "...PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA..."
	PREGUNTA	PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE CONTROLES MÓVILES O RUPTURA DEL CABLE DE LOS CONTROLES ALAMBRADOS, ¿LAS TECLAS DE MEMBRANA SE REQUIERE INTERCONSTRUIDAS A LOS BARANDALES?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
31	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 5. "...QUE PERMITA DAR POSICIONES... ANGULACIÓN DE RODILLAS 39°..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER LA ANGULACIÓN DE RODILLAS EN 25°, LO CUAL NO AFECTA LA COMODIDAD DEL PACIENTE NI DEMERITA LA CALIDAD DEL BIEN PROPUESTO; ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA EN UN RANGO DE 25° COMO MÍNIMO Y HASTA 39° COMO MÁXIMO
32	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 6. "TRENDELENBURG Y TREND REVERSO..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SE ACEPTE NUESTRA OFERTA CON TRENDELENBURG EN 12° Y TRENDELENBURG INVERSO EN 12°, ANGULACIONES SUFICIENTES PARA AYUDAR A REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTUBACIÓN Y EMERGENCIA EN HOSPITALIZACIÓN; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE UN RANGO DE +12° HASTA + 15° (+- 5%)
33	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 8. "...RCP..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE EN EL PUNTO 7 YA SE SOLICITA LAS PALANCAS PARA LIBERACIÓN RCP, LA TECLA MENCIONADA EN ESTE PUNTO PARECIERA UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN. SOLICITAMOS SE ACEPTE PALANCA PARA RCP, TAL COMO SE MENCIONA EN EL PUNTO 7 DE LA DESCRIPCIÓN, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA PALANCA PARA RCP SIN RESTRICTIVO
34	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 8. "...TRENDELENBURG..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE LAS POSICIONES TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DEBEN SER APLICADAS SÓLO POR EL PERSONAL MÉDICO, LOS CONTROLES DE ESTOS MOVIMIENTOS DEBEN ESTAR LEJOS DEL ALCANCE DEL PACIENTE. PARA LA APLICACIÓN SEGURA DE LOS DOS MOVIMIENTOS TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, ¿SE ACEPTA SISTEMA DE ACCIONAMIENTO COLOCADO EN LA SECCIÓN DE PIES DE LA

		CAMA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
35	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 10. "...SUPERFICIE RÍGIDA..."
	PREGUNTA	AL SOLICITAR SUPERFICIE RÍGIDA, ¿LA CONVOCANTE REQUIERE MATERIAL RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, DURADERO, QUE NO SE DECOLORE, Y QUE NO SE LE FORMEN GRIETAS, ES DECIR, SUPERFICIE RÍGIDA METÁLICA?
	RESPUESTA	LA SUPERFICIE DEBERÁ SER MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
36	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 10. "...MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN EL ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN..."
	PREGUNTA	EL BIEN QUE OFRECEREMOS TIENE UN SISTEMA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, LLAMADO AUTOCONTORNO, EL CUAL CONSISTE EN LOS MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS DEL RESPALDO Y RODILLAS AL ACCIONAR LA TECLA DE FOWLER (ANGULACIÓN DEL RESPALDO); DICHO MOVIMIENTO SIMULTÁNEO TIENE LA FINALIDAD DE EVITAR EL DESLIZAMIENTO DEL PACIENTE HACIA LA SECCIÓN DE PIES, PREVINIENDO DE ESTA MANERA LA FRICCIÓN QUE PRODUCE LA APARICIÓN DE ÚLCERAS EN LA ZONA PÉLVICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA DEMOSTRANDO EL AUTOCONTORNO COMO EQUIVALENTE A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
37	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 13: "...RUEDAS..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE RUEDAS DE 13 CM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO Y DIRECCIONAMIENTO, LAS CUALES OFRECEN UNA CONDUCCIÓN SUAVE Y SEGURA EN LOS PASILLOS DEL HOSPITAL, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
38	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 14. "...BARANDALES..."
	PREGUNTA	PARA AYUDAR EN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE SIN QUE HAYA ESPACIO ENTRE LA CAMA Y OTRO MUEBLE, LOS BARANDALES DEBEN GUARDARSE POR DEBAJO DEL MARCO DE LA CAMA. ¿LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BARANDALES AL ABATIRSE SE GUARDEN POR DEBAJO DEL MARCO DE LA CAMA PARA HACER ÉSTA MÁS SEGURA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA LICITANTE
39	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 15. "...PIESERA Y CABECERA DE PLÁSTICO..."
	PREGUNTA	PARA UNA FÁCIL CONDUCCIÓN Y MANIOBRA DENTRO DEL ÁREA HOSPITALARIA E INCLUSO TRANSPORTE ENTRE ÁREAS, ¿SE REQUIERE QUE TANTO LA CABECERA COMO LA PIESERA CUENTEN CON ASAS DE EMPUJE QUE FACILITEN LA MANIOBRA DE LA CAMA?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

40	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 17. "...SUPERFICIE DEL PACIENTE..."
	PREGUNTA	EN ESTE PUNTO NO SE DEFINEN TOLERANCIAS, ¿SE ACEPTA ± 5 CM?
	RESPUESTA	SE ACEPTA TOLERANCIA DE MAS MENOS +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES
41	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 18.
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE EL PESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA NI SIQUIERA SE ACERCA A LOS 100 KG, SOLICITAMOS SE ACEPTE LA CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG, SUFICIENTE INCLUSO PARA PACIENTES CON SOBREPESO; ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
42	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 19. "...ALTURA AJUSTABLE..."
	PREGUNTA	PREGUNTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE LÍMITE INFERIOR DE ALTURA EN 46.5 CM, EL CUAL NO HACE MUCHA DIFERENCIA CON EL RANGO DE LA TOLERANCIA MENCIONADA EN LA ESPECIFICACIÓN; ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
43	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 20.4. "...ESTERILIZABLE A VAPOR..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE UN COLCHÓN NO PUEDE INTRODUCIRSE EN UNA AUTOCLAVE, CREEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE DE LA CAMA; ¿SE ACEPTA OMITIR ESTE PUNTO?
	RESPUESTA	NO DEBE SER NECESARIAMENTE ESTERILIZABLE A VAPOR
44	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 20.5. "...POSTE METÁLICO CROMADO..."
	PREGUNTA	¿SE REQUIERE QUE EL POSTE SEA TELESCÓPICO, ES DECIR, MODIFICABLE EN SU LONGITUD?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
45	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 23. "ACCESORIOS OPCIONALES..."
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE ACCESORIOS OPCIONALES, NO ESTAMOS OBLIGADOS A INCLUIRLOS EN LA OFERTA, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	NO ES CORRECTO, SE SOLICITAN 9 GANCHOS CON SOPORTES PARA LA GUARDA DE LOS POSTES
46	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTOS 24, 25, 26 Y 27. "...INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE ESTOS PUNTOS NO SON DEMOSTRABLES EN CATÁLOGOS, FOLLETOS O MANUALES DE USUARIO O SERVICIO, PROPONEMOS AGREGAR A LA OFERTA UNA CARTA EN FORMATO LIBRE INDICANDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EJECUTAREMOS LAS INDICACIONES MENCIONADAS EN LOS PUNTOS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
47	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA PUNTO 28: "...CERTIFICADO EN60601-2-52..."
	PREGUNTA	LA NORMA EN60601-2-52 ES UN LINEAMIENTO A CUMPLIR RESPECTO A LA SEGURIDAD

		DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS, SIN EMBARGO NO GENERA UN CERTIFICADO EN PAPEL, DE AHÍ QUE SEA IMPOSIBLE CUMPLIR CON ESTE PUNTO. SOLICITAMOS SE ACEPTE COMO CERTIFICADOS EL ISO9001 O ISO13485, ADEMÁS DE FDA O CE, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
48	REFERENCIA	PARTIDA 5 BACINETES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADO
	RESPUESTA	LAS ESPECIFICACIONES CON CLAVE IMSS 513. 263. 0079 CARRO CUNA CON BACINETE DE ACRÍLICO
49	REFERENCIA	PARTIDA 9 CARRO PARA CURACIONES
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI REQUIERE CARRO DE CURACIONES ACABADO CROMO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO
	RESPUESTA	SE REQUIERE CARRO DE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADO CROMADO Y SUPERFICIE CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
50	REFERENCIA	PARTIDA 9 CARRO PARA CURACIONES DICE: ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BADEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BADEJA, DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
51	REFERENCIA	PARTIDA 28 MESA DE ENSAMBLE PARA PREPARACION
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE PROPORCIONAR MEDIDAS COMPLETAS DEL LA MESA
	RESPUESTA	LAS MEDIDAS SE INDICAN EN LAS BASES
52	REFERENCIA	PARTIDA 28 MESA DE ENSAMBLE PARA PREPARACION
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE PROPORCIONAR DESCRIPCIONES DEL BIEN SOLICITADO YA QUE NO INDICA EL ACABADO Y EL TIPO DE TUBO DE LA ESTUCTURA
	RESPUESTA	AJUSTARSE A LA CLAVE 513.621.1918 DE 1.80 CM. (IMSS)
53	REFERENCIA	PARTIDA 30 MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL DICE: PUEDE CONTAR CON FUNCIONES BÁSICAS COMO ELEVACIÓN, DESCENSO O INCLINACIÓN.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES QUE PROPORCIONAN, LA MESA NO CONTARA CON LAS FUNCIONES BASICAS QUE DESCRIBEN YA QUE NO LAS INDICAN DENTRO DE LA DESCRIPCION DE LA MESA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54	REFERENCIA	PARTIDA 31 MESA MAYO DICE: ABRAZADERA EN CUERPO DE NYLON COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR Y PALANCA OPRESORA DE ACERO, ACABADO CROMADO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR LA ABRAZADERA SE REFIERE A LA PERILLA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR - SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI REQUIERE PERILLA OPRESORA O PALANCA OPRESORA YA QUE INTEGRARON LAS DOS OPCIONES EN LA DESCRIPCIÓN.
	RESPUESTA	SE REQUIERE CON PERILLA
55	REFERENCIA	PARTIDA 31 MESA MAYO

		- DICE: COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDEADO DE ACERO CAL. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CAL. 18 YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LA MESA. SE ACEPTA
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
56	REFERENCIA	PARTIDA 31 MESA MAYO DICE: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM. (2X2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X V 51 MM. (2X2"), CAL. 18 ACABADO CROMADO, CON CONTRAPESO. SE ACEPTA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
57	REFERENCIA	PARTIDA 31 MESA MAYO DICE: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TUBO CIRCULAR 3.175 CM. (1 1/4"). DE DIÁMETRO CAL. 18 ACABADO CROMADO. SE ACEPTA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
58	REFERENCIA	PARTIDA 33 MESA PASTEUR
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO DE 4" COLOR NEGRO. SE ACEPTA
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
59	REFERENCIA	PARTIDA 35 MESA RIÑÓN
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE PROPORCIONAR DESCRIPCIONES DEL BIEN SOLICITADO
	RESPUESTA	AJUSTARSE A LA CLAVE DEL IMSS 513.621.1355
60	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. PUNTOS 3.2.1 Y 3.2.2: "...6 Y 11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE EL ARREGLO DE LEDS PROPIO DE CADA MARCA, YA QUE SON MUY DIFERENTES LOS DISEÑOS DE MARCA A MARCA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
61	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. PUNTO 3.3: "...TEMPERATURA DE COLOR DE 5500 GRADOS KELVIN..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN, YA QUE CERCANO A LOS 6000 LA LUZ SE TORNA AZULADA Y DEMASIADO BRILLANTE; ¿SE ACEPTA TEMPERATURA DE COLOR EN 4500 GRADOS KELVIN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA YA SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4,200 A 6,000 GRADOS KELVIN
62	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. PUNTO 3.4: "...ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (RA) ... ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (R9)..."
	PREGUNTA	LOS DOS CONCEPTOS MENCIONADOS SON EL MISMO PARÁMETRO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE DEMUESTRE EL QUE SE MENCIONE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO A OFERTAR POR CADA PARTICIPANTE, Y EN VALOR DE AL MENOS

		93; ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. AJUSTARSE A: EL ÍNDICE DE RENDIMIENTO COLOR DE 90% COMO MÍNIMO
63	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. 3.5.2: "...PROFUNDIDAD CONSTANTE..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE EL TAMAÑO DEL CILINDRO DE LUZ NO AFECTA EN LA CALIDAD DE LA LUZ NI EN LA INTENSIDAD, SOLICITAMOS SE ACEPTE PROFUNDIDAD DE 89 CM, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
64	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. 3.6: "...AJUSTE DE INTENSIDAD LUMINOSA DE 40,000 A 160,000 LUXES... Y DE 40,000 A 120,000 LUXES"
	PREGUNTA	ES RECOMENDABLE QUE LAS DOS FUENTES DE LUZ TENGAN LA MISMA INTENSIDAD, YA QUE CUANDO SE UTILIZA LA SEGUNDA CON MENOS CAPACIDAD SE PRODUCE UN CONTRASTE DE LUZ AL APUNTAR AL MISMO CAMPO. ¿LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN QUE DEBE ALCANZAR CADA CABEZAL DE LUZ EN EL SISTEMA SOLICITADO ES DE 160,000 LUXES?
	RESPUESTA	LA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 M. DE DISTANCIA DE LA FUENTE
65	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS. 3.9: "...MODO DE LUZ AMBIENTAL..."
	PREGUNTA	¿SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA TECLA DEDICADA A ESTA FUNCIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
66	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS 3.10.3: "...AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ EN SIETE SEGMENTOS DE LED..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE INDICADOR DE INTENSIDAD EN EL CONTROL DE LA LÁMPARA, INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE SEGMENTOS CON QUE CADA FABRICANTE HAYA DISEÑADO SU MODELO DE LÁMPARA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
67	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS 3.10.4: "...INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA LÁMPARA..."
	PREGUNTA	EN NUESTRO EQUIPO CADA LED ES INDEPENDIENTE, DE TAL MANERA QUE SI LLEGARA A FUNDIRSE O AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL NO AFECTARÍA EL DESEMPEÑO DE LA LÁMPARA Y NO ES NECESARIO HACER MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. FUNDAMENTADOS EN LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE ESTE INDICADOR SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
68	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS 4: "CABEZAL"
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN CUANTO A DISEÑO Y DESEMPEÑO EN QUIRÓFANOS CON FLUJO LAMINAR Y QUE SEAN DE FÁCIL LIMPIEZA; ¿LOS CABEZALES DEBERÁN SER PLANOS Y NO SEMIESFÉRICOS?
	RESPUESTA	CUALQUIERA DE LOS DOS SIEMPRE QUE SEAN SERAN CABEZALES CON SUPERFICIE LISA SIN BORDES NI TORNILLOS, PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
69	REFERENCIA	PARTIDA 24: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LEDS

	PREGUNTA	AUNQUE EN LA LISTA DE CARACTERÍSTICAS NO SE MENCIONA, EL CONSUMO DE POTENCIA ES IMPORTANTE EN EL DESEMPEÑO DE UNA LÁMPARA, YA QUE DERIVA EN GASTOS O AHORROS AL HOSPITAL. ¿EL MÁXIMO CONSUMO DE POTENCIA DEL BIEN SOLICITADO DEBERÁ SER DE 125 WATTS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
70	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. PUNTO 3.2.1: "...11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE EL ARREGLO DE LEDS PROPIO DE CADA MARCA, YA QUE SON MUY DIFERENTES LOS DISEÑOS DE MARCA A MARCA, SIEMPRE QUE SE OFREZCA LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN DE 160,000 LUXES, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
71	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. PUNTO 3.3: "...TEMPERATURA DE COLOR DE 5500 GRADOS KELVIN..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN, YA QUE CERCANO A LOS 6000 LA LUZ SE TORNA AZULADA Y DEMASIADO BRILLANTE; ¿SE ACEPTA TEMPERATURA DE COLOR EN 4500 GRADOS KELVIN?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
72	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. PUNTO 3.4: "...ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (RA) ... ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (R9)..."
	PREGUNTA	LOS DOS CONCEPTOS MENCIONADOS SON EL MISMO PARÁMETRO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE DEMUESTRE EL QUE SE MENCIONE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO A OFERTAR POR CADA PARTICIPANTE, Y EN VALOR DE AL MENOS 93; ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. AJUSTARSE AL ÍNDICE DE RENDIMIENTO COLOR DE 90% COMO MÍNIMO
73	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 3.5.2: "...PROFUNDIDAD CONSTANTE..."
	PREGUNTA	PUESTO QUE EL TAMAÑO DEL CILINDRO DE LUZ NO AFECTA EN LA CALIDAD DE LA LUZ NI EN LA INTENSIDAD, SOLICITAMOS SE ACEPTE PROFUNDIDAD DE 89 CM, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
74	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 3.6: "...AJUSTE DE INTENSIDAD LUMINOSA DE 40,000 A 160,000 LUXES..."
	PREGUNTA	¿LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN QUE DEBE ALCANZAR EL EQUIPO ES DE 160,000 LUXES?
	RESPUESTA	LA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 M. DE DISTANCIA DE LA FUENTE
75	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 3.9: "...MODO DE LUZ AMBIENTAL..."
	PREGUNTA	¿SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA TECLA DEDICADA A ESTA FUNCIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
76	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 3.10.3: "...AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ EN SIETE SEGMENTOS DE LED..."
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE INDICADOR DE INTENSIDAD EN EL CONTROL DE LA LÁMPARA,

		INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE SEGMENTOS CON QUE CADA FABRICANTE HAYA DISEÑADO SU MODELO DE LÁMPARA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
77	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 3.10.4: "...INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA LÁMPARA..."
	PREGUNTA	EN NUESTRO EQUIPO CADA LED ES INDEPENDIENTE, DE TAL MANERA QUE SI LLEGARA A FUNDIRSE O AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL NO AFECTARÍA EL DESEMPEÑO DE LA LÁMPARA Y NO ES NECESARIO HACER MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. FUNDAMENTADOS EN LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE ESTE INDICADOR SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
78	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. 4: "CABEZAL"
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN CUANTO A DISEÑO Y DESEMPEÑO EN QUIRÓFANOS CON FLUJO LAMINAR Y QUE SEAN DE FÁCIL LIMPIEZA; ¿EL CABEZAL DEBERÁN SER PLANO Y NO SEMIESFÉRICO?
	RESPUESTA	CABEZALES CON SUPERFICIE LISA SIN BORDES NI TORNILLOS, PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
79	REFERENCIA	PARTIDA 26: LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA.
	PREGUNTA	PREGUNTA: AUNQUE EN LA LISTA DE CARACTERÍSTICAS NO SE MENCIONA, EL CONSUMO DE POTENCIA ES IMPORTANTE EN EL DESEMPEÑO DE UNA LÁMPARA, YA QUE DERIVA EN GASTOS O AHORROS AL HOSPITAL. ¿EL MÁXIMO CONSUMO DE POTENCIA DEL BIEN SOLICITADO DEBERÁ SER DE 125 WATTS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
80	REFERENCIA	PARTIDA 27: LÁMPARA SENCILLA DE LED.
	PREGUNTA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL BIEN SOLICITADO ES UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA DE LEDS MONTADA AL TECHO, CON INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUXES, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE REQUIERE LÁMPARA SENCILLA DE LED PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. TIPO PLUMA INCLUYE BATERÍAS AAA
81	REFERENCIA	PARTIDA 27: LÁMPARA SENCILLA DE LED.
	PREGUNTA	¿SE REQUIERE SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE POTENCIA, QUE GARANTICE UN CONSUMO MÁXIMO DE 130 WATTS?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 80 DE ESTA ACTA
82	REFERENCIA	PARTIDA 27: LÁMPARA SENCILLA DE LED.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL CABEZAL DEL EQUIPO DEBERÁ SER PLANO, ¿ES ESTO CORRECTO? ENTENDEOS QUE EL CABEZAL DE LUZ DEBERÁ SER PLANO Y CON AGARRADERAS LATERALES, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 80
83	REFERENCIA	PARTIDA 43: SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.
	PREGUNTA	¿EL RECIPIENTE DE POLICARBONATO SE SOLICITA CON VOLUMEN DE 1.2 LITROS Y QUE SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE?
	RESPUESTA	EL RANGO DE CAPACIDAD DE 1000 A 4000 ML
84	REFERENCIA	PARTIDA 43: SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.
	PREGUNTA	PARA GARANTIZAR LA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS VISCOSOS, ¿EL FLUJO SOLICITADO EN

		ESTE EQUIPO ES DE 34 LITROS POR MINUTO?
	RESPUESTA	SUJETARSE A ESPECIFICACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUBRIDAD CLAVE 531.081.0832
85	REFERENCIA	PARTIDA 43: SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.
	PREGUNTA	¿EL EQUIPO SE REQUIERE PORTÁTIL CON PESO NO MAYOR A 5 KG, CON AGARRADERA ERGONÓMICA?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
86	REFERENCIA	PARTIDA 43: SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL NIVEL ACÚSTICO ES IMPORTANTE, ¿EL EQUIPO DEBERÁ SER SILENCIOSO, CON NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 58 DB?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
87	REFERENCIA	PARTIDA 43: SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES
	PREGUNTA	¿SE DEBE GARANTIZAR QUE EL EQUIPO SEA LIBRE DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS DURANTE LAS PRIMERAS 8,000 HORAS DE SERVICIO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
88	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	DICE: "PUERTA RADICAL CON SEGURO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON "PUERTA RADICAL CON SEGURO", SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE PUERTA CON SISTEMA DE APERTURA RADIAL, FABRICADA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR, CON SISTEMA DE SELLADO HERMÉTICO, ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO, DEBIENDO SER PUERTA CON SISTEMA DE APERTURA RADIAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
89	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIERE DE UNA IMPRESORA INTEGRADA PARA DOCUMENTAR LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO, ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
90	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	DICE: "DOS MANOVACUOMETROS, QUE INDICAN UNA MEDICIÓN PRECISA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA," SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, YA QUE EN ESTOS EQUIPOS SE MANEJAN 1 MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESIÓN DENTRO DE LA CÁMARA Y UN MANOVACUOMETRO PARA MEDIR EL VACÍO, POR LO CUAL ESTO SERÍA LO CORRECTO, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN CUANTO A DISEÑO Y DESEMPEÑO EN QUIRÓFANOS CON FLUJO LAMINAR Y QUE SEAN DE FÁCIL LIMPIEZA; ¿EL CABEZAL DEBERÁN SER PLANO Y NO SEMIESFÉRICO?
	RESPUESTA	DEBEN SER CABEZALES CON SUPERFICIE LISA SIN BORDES NI TORNILLOS, PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
91	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	DICE: VOLTAJE DEL GENERADOR 200V/3 FASES" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS

		ACLARE SI TECNICAMENTE LO CORRECTO SOLICITAR UN EQUIPO CON UNA ALIMENTACION DE 220 V/ 3 FASES /NEUTRO/ TIERRA/ 60 HZ. ES ESTO LO CORRECTO.
	RESPUESTA	SE CORRECTA SU APRECIACIÓN
92	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO QUE EL EQUIPO OPERE CON LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS DE OPERACIÓN, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE 121° C - 134° C. ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	SE CORRECTA SU APRECIACIÓN ES PARA TODOS LOS LICITANTES
93	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	NO SE ESTA SOLICITANDO NI CARRO DE TRANSPORTE NI CARRO CARGADOR PARA EL EQUIPO, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEN SER OFERTADOS.
	RESPUESTA	DEBERÁ INCLUIR CARRO DE CARGA TIPO RACK DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 340 MÍNIMO Y CARRO TRANSPORTADOR DE RACK
94	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS OFERTAR QUE LA REMOCION DEL AIRE DE LA CAMARA SEA A TRAVES DE UN SISTEMA VENTURY.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
95	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR
	PREGUNTA	SE ESTA SOLICITANDO UN EQUIPO DE VAPOR AUTOGENERADO POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MATERIAL CON EL CUAL DEBE SER FABRICADO EL GENERADOR DEBE SER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	CÁMARA, CHAQUETAS Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 360 L. CON CAPACIDAD ÚTIL DE 210 A 330 LTS.
96	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE."CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE CAPACIDAD 7.2 PIES3" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA OPCION UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE 7 PIES CUBICOS , SIENDO SOLO LA DIFERENCIA MENOR AL 3% DE LA CAPACIDAD SOLICITADA YA QUE EXISTEN DIFERENTES OPCIONES A ESTA CAPACIDAD Y CON EL FIN DE TENER UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES, SE ACEPTA LA OPCION.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
97	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE:" INDICADOR DE LIMPIEZA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN INDICADOR DE LIMPIEZA Y COMO DEBERA DE OPERAR DENTRO DEL EQUIPO, YA QUE LOS CONGELADORES DE TAPA DE COFRE SON EQUIPOS MUY BASICOS Y NO POSEEN ESTA CARACTERISTICA DE MANERA USUAL, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	SE OMITE ESA CARACTERÍSTICA
98	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE" TAPA SUPERIOR FLEXIBLE PARA ASEGURAR UN SELLADO HERMETICO, ADEMAS DE EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO" LA DEFINICION DEL EQUIPO ES QUE ESTE POSEA UN TAPA DE COFRE LA CUAL ES RIGIDA PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE HERMETICIDAD DEL EQUIPO, POR LO CUAL TODOS LOS EQUIPOS CON TAPA DE COFRE, ESTA TAPA ES RIGIDA Y NO FLEXIBLE COMO

		ESTAN SOLICITANDO. LA TAPA FLEXIBLE, SE OCUPA EN LOS REFRIGERADORES COMERCIALES PARA BEBIDAS, PERO NO SIENDO ESTE EL CASO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO: CON TAPA DE COFRE PARA ASEGURAR LA HERMETICIDAD DEL EQUIPO, SE ACEPTA
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
99	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE. "TERMOSTATO AJUSTABLE" EL TERMINO TERMOSTATO HACE REFERENCIA A UN CONTROL ELECTROMECHANICO DE TEMPERATURA, EN LA ACTUALIDAD TODOS LOS FABRICANTES POSEEN UN CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERISTICA, SE ACEPTA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
100	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE" CANASTAS DESLIZABLES ESTOS EQUIPOS POR LO GENERAL SON CONFIGURADOR CON UNA SOLA CANASTA, ESTO SERIA CORRECTO QUE SE OFERTE PARA ESTOS CONGELADORES, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	SE OMITE ESA CARACTERÍSTICA
101	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	DICE: DIMENSIONES DE 90 CM FRENTE X 62 CM DE FONDO X 90 CM DE ALTURA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE EL HECHO DE PEDIR MEDIDAS EXACTAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS DEMAS OFERENTES, POR LO CUAL PEDIMOS SE PERMITA ESTA OPCION, LA CUAL NO VA EN DETRIMENTO DE LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SE ACEPTA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. LAS DIMENSIONES ESTÁN EN FUNCIÓN AL ESPACIO EN EL CUAL ERA INSTALADO. TOLERANCIA DE +- 5 CM.
102	REFERENCIA	PARTIDA: 13 EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE
	PREGUNTA	NO SE ESPECIFICA EN LA CEDULA POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ALIMENTACION DE ESTOS EQUIPOS ES PARA 120 - 127VOLTS/ 60 HZ. ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
103	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE: "REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE UNA SOLA PUERTA, LA CAPACIDAD SOLICITADA PARA ESTE TIPO DE EQUIPO NO ES COMUN, LAS CAPACIDADES QUE SE MANEJAN EN LAS AREAS DE VACUNACION SON DE 10 FT3 O 17.6 FT3 (PIES CUBICOS), POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL ES LA CAPACIDAD QUE PODEMOS OFERTAR COMO OPCION, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	LA CAPACIDAD SERÁ DE 10 A 12 PIES, CONFORME A CUADRO BÁSICO. CLAVE 533.786.0034
104	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DEBEMOS ENTENDER QUE EL HECHO DE OFERTAR CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES DE LOS EQUIPOS, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, ES ESTO CORRECTO.

	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. ÚNICAMENTE EN LO REFERENTE A CARACTERÍSTICAS RESPETANDO LA CAPACIDAD SOLICITADA
105	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE."CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES, SOLICITAMOS A LA COVOCANTE NOS ACLARE QUE DICHA CERRADURA DEBERA SER COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA Y NO INFERIOR CON EL SELLO HERMETICO NI PERFORAR LA PUERTA, ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO DE LA PUERTA, CON LA LLAVE Y UN DUPLICADO
106	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE."DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, QUEREMOS ACLARAR CON LA CONVOCANTE SI CON DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, SE REFIERE A UN CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA BASADO EN UN MICROPROCESADOR, ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
107	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE."DESHIELO AUTOMATICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS DESHIELOS AUTOMATICOS DEBERAN SER A ATRAVES DE LA CIRCULACION INVERSA DEL GAS REFRIGERANTE, SIENDO ESTE UN METODO QUE NO GENERA UN GASTO MAYOR EN EL CONSUMO DE CORRIENTE DEL EQUIPO, ES ESTO CORRECTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
108	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE."CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MULTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DICHA CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE, YA QUE LA FABRICADA EN ALUMINIO SE ENCUENTRA PATENTADA POR LA MARCA AIRHO, SE ACEPTA COMO OPCION? Y SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTAS CHAROLAS REQUIERE.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO LA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Y DEBE TENER MIN 4 MAX 6 CHAROLAS
109	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	DICE." ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS. QUEREMOS ACLARAR A LA CONVOCANTE QUE ESTOS EQUIPOS POSEEN ADEMAS DE LAS ALARMAS SOLICITADAS, ALARMA DE PUERTA ABIERTA POR MAS DE UN MINUTO Y ALARMA DEL FALLO DEL SENSOR, SE ACEPTA SE INCLUYAN EN LA CEDULA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
110	REFERENCIA	PARTIDA: 39 EQUIPO: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS
	PREGUNTA	QUEREMOS INDICAR A LA CONVOCANTE QUE NO SE ESTA ESPECIFICANDO LOS COSUMIBLES CON LO CUALES DEBERA SER ENTREGADO EL EQUIPO, LO COMUN ES ENTREGAR UN PAQUETE CON 100 GRAFICAS Y 3 PLUMILLAS PARA EL GREEICADOR, SE ACEPTA LA INCLUSION EN LA CEDULA.
	RESPUESTA	DEBERÁ INCLUIR: CAJA CON 100 HOJAS PARA REGISTRO Y DOS PLUMILLAS
111	REFERENCIA	ASPECTOS ECONOMICOS: PUNTO 5.1.10 DICE: "EN EL PRECIO OFERTADO DEBERÁ

		CONSIDERAR LO CONCERNIENTE A SEGUROS, PASAJE, MANEJO, Y CUALQUIER OTRO GASTO DERIVADO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR LO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO, NO SE ACEPTARÁN PROPOSICIONES ESCALADAS DE PRECIOS, LAS PROPUESTAS SERÁN EN PRECIOS FIJOS HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO." DE LAS PARTIDAS 3, 4, 13, 18, 39 Y 40.
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS SEA ESPECIFICADO SI LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS SERÁN EN INSTALACIONES NUEVAS O SERÁN REEMPLAZO DE EQUIPOS EXISTENTES, PARA ASI PODER CONSIDERARLO EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA
	RESPUESTA	AMBAS, ALGUNOS EQUIPOS SERÁN REEMPLAZOS Y OTROS SERÁN INSTALADOS POR PRIMERA VEZ
112	REFERENCIA	ASPECTOS ECONOMICOS: PUNTO 5.1.10 DICE: "EN EL PRECIO OFERTADO DEBERÁ CONSIDERAR LO CONCERNIENTE A SEGUROS, PASAJE, MANEJO, Y CUALQUIER OTRO GASTO DERIVADO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR LO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO, NO SE ACEPTARÁN PROPOSICIONES ESCALADAS DE PRECIOS, LAS PROPUESTAS SERÁN EN PRECIOS FIJOS HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO." DE LAS PARTIDAS 3, 4, 13, 18, 39 Y 40.
	PREGUNTA	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA APRECIACIÓN DE QUE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS OFERTADOS EN INSTALACIONES NUEVAS, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMARNOS SI LAS INSTALACIONES CUENTAN CON LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS, PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS OFERTADOS, SE LE SOLICITA TAMBIEN AUTORIZACIÓN PARA UNA VISITA EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES PARA UN LEVANTAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR LA OFERTA MAS PRECISA
	RESPUESTA	SI SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA. SIN EMBARGO DEBERÁN ENTREGAR GUÍA MECÁNICA DEL EQUIPO
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA S.A. DE C.V.		
113	REFERENCIA	PARTIDA NO.-3 AUTOCLAVE SOLICITAN DIMENSIONES EXTERNAS DE 33.5 X 33 X 46.5 CM.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$ EN LAS MEDIDAS EXTERIORES DEL EQUIPO EN VIRTUD DE QUE ESTO NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD NI ALTERA ESPECIFICACIONES Y/O SE ACEPTE OFERTAR DIMENSIONES EXTERIORES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
114	REFERENCIA	PARTIDA NO.-3 AUTOCLAVE SOLICITAN DIMENSIONES EXTERNAS DE 33.5 X 33 X 46.5 CM.
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA SOLICITUD, FAVOR DE DARNOS EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y EL FUNDAMENTO MÉDICO POR EL CUAL NO SE ACEPTA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
	REFERENCIA	PARTIDA NO.- 21 LÁMPARA DE ILUMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, SOLICITAN FUENTE DE LUZ HALÓGENA.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR TECNOLOGÍA LED Y/O HALÓGENO.

		¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
115	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE COMPUESTA POR UNA LÁMPARA CON 8 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA Y CON UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA.
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE OFERTAR LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE CON UNA LÁMPARA DE 6 SECCIONES CON 20 LEDS CADA SECCIÓN Y UN SATÉLITE DE 6 SECCIONES CON 20 LEDS CADA SECCIÓN Y/O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ESTO TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE INTENSIDAD, COLOR. ETC. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
116	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE COMPUESTA POR UNA LÁMPARA CON 8 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA Y CON UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA.
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA SOLICITUD, FAVOR DE DARNOS EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y EL FUNDAMENTO MÉDICO POR EL CUAL NO SE ACEPTA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
117	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE. SOLICITAN CERTIFICADOS: FDA Y/O CERTIFICADO DE LA CE (COMUNIDAD EUROPEA). "
	PREGUNTA	PODEMOS ENTENDER QUE LA NORMA CE (COMUNIDAD EUROPEA) Y FDA SOLO APLICA PARA EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y QUE EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL SOLO DEBEN PRESENTAR ISO13485 E ISO-9001-2008. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
118	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 REGLETAS
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE OFERTAR LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON 6 SECCIONES DE 20 LEDS CADA SECCIÓN Y/O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ESTO TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE INTENSIDAD, COLOR. ETC. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO
119	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 REGLETAS
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA SOLICITUD, FAVOR DE DARNOS EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y EL FUNDAMENTO MÉDICO POR EL CUAL NO SE ACEPTA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
120	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON PESO APROXIMADO DEL SISTEMA DE 110 KG.

	PREGUNTA	FAVOR DE INDICAR QUE PORCENTAJE DE TOLERANCIA HAY CON RESPECTO A ESTE PESO Y/O SE ACEPTE OFERTAR PESO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
121	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL. SOLICITAN CERTIFICADOS: FDA Y/O CERTIFICADO DE LA CE (COMUNIDAD EUROPEA). "
	PREGUNTA	PODEMOS ENTENDER QUE LA NORMA CE (COMUNIDAD EUROPEA) Y FDA SOLO APLICA PARA EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y QUE EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL SOLO DEBEN PRESENTAR ISO13485 E ISO-9001-2008. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
122	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED, SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE OFERTAR LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON 6 SECCIONES DE 20 LEDS CADA SECCIÓN Y/O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ESTO TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE INTENSIDAD, COLOR. ETC. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
123	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED, SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LED CADA UNA.
	PREGUNTA	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA SOLICITUD, FAVOR DE DARNOS EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y EL FUNDAMENTO MÉDICO POR EL CUAL NO SE ACEPTA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
124	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED
	PREGUNTA	SOLICITAN LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA CON PESO APROXIMADO DEL SISTEMA DE 110 KG. FAVOR DE INDICAR QUE PORCENTAJE DE TOLERANCIA HAY CON RESPECTO A ESTE PESO Y/O SE ACEPTE OFERTAR PESO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
125	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED, SOLICITAN CERTIFICADOS: FDA Y/O CERTIFICADO DE LA CE (COMUNIDAD EUROPEA). "
	PREGUNTA	PODEMOS ENTENDER QUE LA NORMA CE (COMUNIDAD EUROPEA) Y FDA SOLO APLICA PARA EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y QUE EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL SOLO DEBEN PRESENTAR ISO13485 E ISO-9001-2008. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
126	REFERENCIA	NUMERAL 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE AMPLIA A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO
127	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.4 REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS EQUIPOS QUE NO

		REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SE PUEDA CUBRIR ESTE PUNTO, PRESENTANDO EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, DEL DIARIO OFICIAL Y/O OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE EL EQUIPO O PRODUCTO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO
128	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.7 ISO 9001:2000
	PREGUNTA	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ISO 9001:2008 O EL ISO 13485: 2003 ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
129	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDAS DE LA CÁMARA DE 58 X 71.0 X 42CM.
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD ÚTIL DEL ESTERILIZADOR SEA DE 210 A 330 LTS. DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO CON CLAVE 531.385.1056
130	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA.
	PREGUNTA	PUNTO 3. SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN TIEMPO MÍNIMO DE RESPALDO DE 120 MINUTOS, YA QUE ESO GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA UN RANGO MÍNIMO DE 60 A 120 MINUTOS
131	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA.
	PREGUNTA	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR APOYO DE PIERNAS PARA EL PACIENTE DE UN MÍNIMO DE -16 A 11 GRADOS, LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA DEBIDO A LA CIRCULACIÓN DE SANGRE EN EL ÁREA DE LAS PIERNAS EN PACIENTES DE LARGA ESTANCIA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
132	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA.
	PREGUNTA	PUNTO 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTO DE RODILLA DE 0 A 35 GRADOS, LA CUAL NO AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO HACIA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
133	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA.
	PREGUNTA	SIN PUNTO. SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR PINTURA ANTIBACTERIAL EN EL RECUBRIMIENTO DE LOS MATERIALES ASÍ COMO EN LA FABRICACIÓN DE LOS POLÍMEROS DESDE ORIGEN, LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD DEL ÁREA USUARIA, YA QUE ASÍ TENDRÍA UN BACTERICIDA DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO EL CUAL SE MANTIENE ACTIVO AÚN AL REALIZAR LA LIMPIEZA DE RUTINA ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
134	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.2.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISTRIBUCIÓN

		DE LEDS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
135	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE CALOR DE 4350 GRADOS KELVIN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE REQUIERE RANGO DE TEMPERATURA DE 4200 A 6000° KELVIN
136	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.5.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE DE 120 CM. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
137	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.6 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 3.6 MW/M2*LUX, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
138	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTENSIDAD LUMINOSA FIJA DE 150 000 LUX. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	LO SOLICITADO SON 40000 A 160000 LUXES SE ACEPTA
139	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES YA QUE ESE SISTEMA SE OCUPA PARA ENDOSCOPIA
140	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA.
	PREGUNTA	PUNTO 3.10.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INDICADOR LUMINOSO A TRAVÉS DE BARRAS QUE MUESTREN EL NIVEL DE INTENSIDAD. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
141	REFERENCIA	PARTIDA 34 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO-HIDRÁULICA BÁSICA.
	PREGUNTA	PUNTO 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA ELECTRO-HIDRÁULICA, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
142	REFERENCIA	PARTIDA 34 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO-HIDRÁULICA BÁSICA.
	PREGUNTA	PUNTO 14. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POSICIONES DE LA MESA ACCIONADOS DE MANERA ELECTRO-HIDRÁULICA, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
143	REFERENCIA	PARTIDA 34 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO-HIDRÁULICA BÁSICA.
	PREGUNTA	PUNTO 20.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIDAS DE CHAROLA PORTA CHASIS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO

TECNOLOGIAS EOS S.A. DE C.V.

144	REFERENCIA	PUNTO 18.1 (III)
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE LA SIGUIENTE PREGUNTA, ¿EL LICITANTE A PESAR DE NO TENER EL NÚMERO DE PADRÓN DE PROVEEDORES, PUEDE PARTICIPAR EN TODOS LOS PROCESOS Y FASES DE LA LICITACIÓN, LLÁMESE: ENVÍO DE PREGUNTAS, JUNTA DE ACLARACIONES, ENVÍO DE PROPUESTAS, ACTO DE FALLO, HASTA EN EL PUNTO DE QUE, EN CASO DE SER ADJUDICADO, SE CUENTAN CON LOS 5 DÍAS HÁBILES MENCIONADOS EN EL PUNTO 18.1?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
145	REFERENCIA	PUNTO 18.1 (III)
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE LA SIGUIENTE PREGUNTA, EN CASO DE QUE SEAMOS ADJUDICADOS Y NO CONTEMOS CON EL NUMERO DE PADRÓN DE PROVEEDOR NOS PUEDEN INDICAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO UNA VEZ QUE SE OBTENGA DENTRO DEL PERIODO MENCIONADO DE 10 DÍAS
	RESPUESTA	EL TRAMITE SERA EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
146	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4: AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTO GENERADORA DE VAPOR.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICANTE Y SUPERIOR A LO SOLICITADO, POR LO QUE NO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA YA QUE NO INDICA CUALES SON LAS CARACTERISTICAS O TECNOLOGIA OFERTADAS
147	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4: AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTO GENERADORA DE VAPOR.
	PREGUNTA	PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CASAS COMERCIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA HONORABLE QUE CONVOCA QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERAMOS SERÁN DE MUCHA AYUDA PARA EL ÁREA USUARIA. EQUIPO FIJO PARA ESTERILIZAR EN FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO. TIPO GABINETE CON UNA PUERTA DESLIZABLE, ACTIVADA POR PEDAL. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON BATERÍA INTERNA DE RESPALDO. SISTEMA DE VACIO POR MEDIO DE EYECTOR DE AGUA. CÁMARA: DIMENSIONES 20" X 20" X 38" (508X508X965 CM) CAPACIDAD DE 250L EN FORMA INTERNA CILÍNDRICA FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L CHAQUETA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE CLORO Y ASBESTO, IMPREGNADA CON SILICÓN PARA RESISTIR AGUA O ACEITE. CON PUERTA VERTICAL DESLIZABLE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ACTIVADA POR PEDAL CUYO EMPAQUE NO REQUIERA LUBRICACIÓN. SISTEMA DE SEGURIDAD MECÁNICO QUE IMPIDA APERTURA DE LA PUERTA SI EL SELLO

		DE LA MISMA ESTA ENERGIZADO Y HAY UNA PRESIÓN DE MÁS DE 2.0 PSIS EN LA CÁMARA. PANTALLA DIGITAL SENSIBLE AL TACTO DE 30 LÍNEAS X 40 CARACTERES PARA OPERAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ESTERILIZADOR. CICLOS DE PREVACÍO, GRAVEDAD, USO INMEDIATO, CICLO SFPP (STEAM FLUSH PRESSURE PULSE, FLUJO DE VAPOR DE PRESIÓN PULSADA), CICLO LÍQUIDOS, CICLOS PRUEBA: DE FUGA Y BOWIE DICK. CICLOS DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLES Y NOMBRE DE CICLOS PROGRAMABLES POR EL USUARIO. SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. SISTEMA DE VACIO TIPO VENTURY, EFICIENTE, AHORRADOR DE AGUA Y SILENCIOSO. IMPRESORA DE IMPACTO QUE IMPRIME DATOS AUTOMÁTICAMENTE AL PRINCIPIO Y FIN DE CADA CICLO Y DURANTE PUNTOS DE TRANSICIÓN EN CADA CICLO. ALARMAS Y SEÑALES AUDIBLES CON SONIDO AJUSTABLE EN 4 NIVELES. SISTEMA DE DRENAJE Y CONDENSACIÓN AUTOMÁTICA CON SISTEMA QUE MINIMICE EL USO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. GENERADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE ACERO AL CARBÓN DE 30 KW. TUBERÍA DE VAPOR DE COBRE, QUE INCLUYA VÁLVULAS DE CIERRE, TRAMPAS DE VAPOR, SISTEMA DE FLUJO Y REGULADOR DE PRESIÓN. CARRO CARGADOR CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE. CARRO TRANSPORTADOR. 200 PIEZAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE BACILLOUS STEROTHERMOPHILUS. 200 PIEZAS DE INDICADORES QUÍMICOS CLASE V Ó CLASE VI. UNA CAJA CON 200 PIEZAS DE BOLSAS AUTO SELLANTES PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 75X25 CM, 90X150 CM, 90X270 CM. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ PARA CONTROLES Y 208V/60 HZ PARA EL GENERADOR. CERTIFICADO ASME, ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
	RESPUESTA	AJUSTARSE A CUADRO BÁSICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUBRIDAD CLAVE 531.385.10056
148	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4: AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTO GENERADORA DE VAPOR.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE Y PARA GENERAR LIBRE PARTICIPACIÓN DE MARCAS Y EMPRESAS, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE CONSIDERAR AMPLIAMENTE EN BENEFICIO DEL ÁREA USUARIA.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 147 Y 146 DE ESTA ACTA
149	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 17: ELECTROCAUTERIO.
	PREGUNTA	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMPLEMENTAR EL REFERENCIADO CON IMÁGENES PARA DAR UNA IDEA MÁS AMPLIA Y CLARA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE DAR SU OPINIÓN AL RESPECTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
150	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 17: ELECTROCAUTERIO.
	PREGUNTA	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍAS

		EQUIVALENTES Y/O SUPERIORES PARA PODER OFERTAR LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS A LA CONVOCANTE SIN DEMERITAR SUS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA? FAVOR DE DAR SU OPINIÓN AL RESPECTO.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 146 DE ESTA ACTA
151	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 17: ELECTROCAUTERIO.
	PREGUNTA	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE DEBEMOS ENTENDER LO SIGUIENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE A OFERTAR SERÁN LOS SIGUIENTES: ELECTROCAUTERIO 1.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR 2.- SALIDA MONOPOLAR Y BIPOLAR 2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA DE 300 WATTS 2.2.- CON TRES MEZCLAS DE CORTE MONOPOLAR DE 200 WATTS. 2.3 -CON DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA DE 120 WATTS Y UNO DE 80 WATTS. 2.4.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA EN MODO MICRO BIPOLAR DE 50 WATTS. 2.5.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA EN MODO MACRO BIPOLAR DE 90 WATTS. 3.- CON CONTROLINDEPENDIENTE PARA SELECCIÓNDE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR. 4.- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO, MONITOR DE RESPUESTA AUTOMÁTICA (A.R.M.) 4.1.-ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR. 4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. 5. CON TRES MODOS DE OPERACIÓN GENERAL, BIPOLAR Y LAPAROSCÓPICA. 6. CON OPCIÓN DE CONTROL A DISTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE SALIDA MEDIANTE EL USO DE LÁPICES ESTÁNDAR CONTROLADOS CON LA MANO. 7. CON NUEVE CONFIGURACIONES DE MEMORIA PROGRAMABLES. 8.- FRECUENCIA DE SALIDA DE 391KHZ 9.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD: 9.1.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. 9.2.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. 10.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. 11.- CON OPCIÓN A FUTURO DE CONECTAR UN EVACUADOR DE HUMO DE ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. 12. EQUIPO COMPATIBLE CON EL ROBOT DA VINCI. ACCESORIOS: 1.- CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO. (UNA PIEZA) 2.- PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. (UNA PIEZA) 3.- PEDAL BIPOLAR. (UNA PIEZA) CONSUMIBLES:

		1.- PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CABLE DE CONEXIÓN. (UNA PIEZA) 2.- LÁPIZ MONOPOLAR DESECHABLE. (UNA PIEZA) 3.- CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR. (UNA PIEZA) REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO INSTALACION: LA QUE MANEJE LA UNIDAD MÉDICA A 110 A 120 VOLTS A 50-60 HZ. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE DAR SU OPINIÓN AL RESPECTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
152	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ADMITIR UN RANGO DE 3,600K A 5,000K EN LA TEMPERATURA DE COLOR PERMITIENDO A LOS USUARIOS MODIFICAR LA TEMPERATURA DE ACUERDO A SUS NECESIDAD.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 A 6000 ° KELVIN
153	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25 LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ADMITIR CABEZALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS DE FUNCIONAMIENTO SIN IMPORTAR LAS MEDIDAS Y PESO DEL CABEZAL Y ASÍ PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A MÁS FABRICANTES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
154	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25 LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CIERTAS MARCAS Y NO SIGNIFICATIVAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL QUIRÓFANO Y ASÍ PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A MÁS FABRICANTES. COMO: A. DIAMETRO DEL CABEZAL 620 MM B. ALTURA DEL CABEZAL 80MM C. PESO DEL CABEZAL 13 KG 7. B. INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO-CAUSA-SOLUCION C. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS D. IRRADIANCIA CENTRAL DE 580 WATTS/ METROS² J. RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX E. PESO DEL SISTEMA APROXIMADAMENTE 110 KG 16.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
155	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ADMITIR UN RANGO DE 3,600K A 5,000K EN LA TEMPERATURA DE COLOR PERMITIENDO A LOS USUARIOS MODIFICAR LA TEMPERATURA DE ACUERDO A SUS NECESIDAD.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 A 6000 ° KELVIN
156	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 27 LAMPARA SENCILLA DE LED
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PUEDAN PROPORCIONAR UNA DESCRIPCIÓN MÁS EXTENSA
	RESPUESTA	SE REQUIERE LÁMPARA SENCILLA DE LED PARA DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE, TIPO PLUMA INCLUYE BATERÍAS AAA

THECNO HOSPIC S.A. DE C.V.

157	REFERENCIA :	PUNTOS 3.11
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE FACTURAS DE EQUIPOS SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SEA DE EQUIPO MEDICO
158	REFERENCIA :	PUNTOS 3.13 "NOTA2
	PREGUNTA	EN ESTE PUNTO MENCIONAN QUE NÚMERO DE LICITACIÓN Y LA LEYENDA "DOCUMENTACIÓN LEGAL" O SOBRE 1, DE LA CUAL LOS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS ESTARÁN EN UN FÓLDER Y LAS COPIAS SIMPLES INVARIABLEMENTE EN TAMAÑO CARTA EN OTRO FÓLDER CON BROCHE TIPO "BACO", DENTRO DEL SOBRE,..... PERO EN EL PUNTO 4.6.5 INSICO B DICE QUE DEBERA DE PRESNETARSE EN CARPETAS LEFORT, NOS PODRIAN CONFIRMAR SI PODEMOS PRESENTAR TANTO LA DOCUMENTACION DEL SOBRE 1, 2 Y 3 EN SOBRES CON BROCHE BACO O CARPETA LEFORT, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
159	REFERENCIA :	PUNTO 4.1.3 "ANEXO B"
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO B TANTO ELECTRONICO COMO IMPRSO SOLO DEBERA CONTENER LAS PARTIDAS OFERTADAS, A RENGLON SEGUIDO, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO DEBIENDO ELIMINAR LAS PARTIDAS NO COTIZADAS, ASÍ COMO HACER LAS CORRECCIONES DE DESCRIPCION EN LAS PALABRAS QUE TENGA EL SIGNO "?"
160	REFERENCIA :	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLIE ELPLAZO DE ENTREGA A 45 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A BASES
161	REFERENCIA :	PUNTO 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAN: OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL MES DE MARZO 2016. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTARLO AL MES DE FEBRERO O DE ABRIL, YA QUE MI REPRESENTADA SOLICITA ESTA OPINIÓN SOLO A PETICIÓN DE LOS CLIENTES, Y EN EL MES DE MARZO NO TUVIMOS NINGUNA PETICIÓN, CABE ACLARAR QUE MI REPRESNTADA ESTA LA CORRIENTE CON LAS OBLUIGACIONES FISCALES LO CUAL SE PUEDE VERIFICAR CON LA OPINION EMITIDA EL 1° DE ABRIL DE 2016, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ABRIL 2016 O MARZO 2016
162	REFERENCIA :	PUNTO 4.5.7
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO SOLO APLICA PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEN

		BIENES NACIONALES Y LOS QUE OFERTEMOS BIENES EXTRANJEROS SOLO DEBEREMOS MANIFIESTAR QUE ESTE PUNTO NO APLICA, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
163	REFERENCIA	PUNTO 4.5.9
	PREGUNTA	LOS CERTIFICADOS QUE SOLICITAN EN ESTE PUNTO SON LOS LISTADOS DENTRO DEL ANEXO 1 EN LA DESCRIPCION DE CADA PARTIDA, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE REQUIEREN CERTIFICADOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA CASA DEL FABRICANTE POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS SEAN DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL
164	REFERENCIA	PUNTOS 3.2.1 Y 3.2.2, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	EN RELACIÓN A ESTE PUNTO, LO SOLICITADO COMO REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, 8 PARA UNA LÁMPARA Y 11 PARA OTRA, PERTENECE A UNA LÁMPARA DE UN FABRICANTE EN ESPECIFICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR, LAMPARAS CON MATRICES O REGLETAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE EL NÚMERO DE LUXES SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SUJETAS A EVALUACION
165	REFERENCIA	PUNTO 3.2.3, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE AUMENTAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDS A POR LO MENOS 50000 HRS, YA QUE ESTO AUMENTA EL BENEFICIO ECONOMICO PARA LA INSTITUCIÓN MEDICA Y HACE MÁS VIABLE LA INVERSIÓN, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEAN SUPERIORES
166	REFERENCIA	PUNTO 3.3, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	¿SE PERMITE OFERTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR DE 3100°K A 4600°K, EL CUAL PRESENTA EL BENEFICIO DE TENER UN CONTROL DE BALANCE DE ROJOS QUE OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE COLOR, EN MAS DE 5 NIVELES CROMATICOS?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 A 6000 ° KELVIN
167	REFERENCIA	PUNTO 3.4, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE AUMENTAR EL INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA (R9) DE 93 A POR LO MENOS 95, ESTO, PARA AUMENTAR EL EFECTO DE ILUMINACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR DE LOS OBJETOS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE REQUIERE UN ÍNDICE DE 90% COMO MÍNIMO
168	REFERENCIA	PUNTO 3.6, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DISMINUIR LA ENERGÍA DE RADIACIÓN A POR LO MENOS 3.5 MW/M2.LUX O MENOR, YA QUE ESTO REDUCE EL RIESGO DE CUALQUIER CORTO CIRCUITO INCLUSIVE DE UNA EXPLOSIÓN, POR LA MEZCLA DE GASES QUIRÚRGICOS Y LA ENERGÍA DE RADIACIÓN PRODUCIDA POR LA LÁMPARA, SIENDO DE VITAL IMPORTANCIA ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SI SE ACEPTA YA QUE SE REQUIERE ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR

		POR CADA LAMPARA
169	REFERENCIA :	PUNTO 3.7, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SE SUGIERE A LA CONVOCANTE, MANEJAR UN RANGO DE INTENSIDAD LUMINOSA DE POR LO MENOS 6 ETAPAS PORCENTUALES EN UN RANGO DE 5% A 100%, PARA GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD LUMÍNICA, ¿SE ACEPTA?, EN CASO DE QUE NO SE ACEPTE, ¿SE PERMITE OFERTAR MENCIONADAS CONDICIONES?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
170	REFERENCIA :	PUNTO 3.9, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE CORREGIR "EL MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES A POR LO MENOS 10,000 LUXES, YA QUE ESTO NO CORRESPONDE NI AL 0.5% DE LA CAPACIDAD LUMINICA DE LA LAMPARÁ QUE ES DE 160,000 LUXES, POR LO QUE ESTE RANGO SE CONSIDERARIA DESPRECIABLE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
171	REFERENCIA :	PUNTO 3.10.3, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	¿SE PERMITE OFERTAR, UN "AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON INDICADOR DE 6 SEGMENTOS DE LED"?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
172	REFERENCIA :	PUNTO 4.1 Y 4.2, PARTIDA 24.
	PREGUNTA	SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE AGREGAR ALGUN TIPO DE TECNOLOGÍA QUE INCORPORE ALGÚN ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE PERMITA ESTAR LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE BACTERIA QUE SE PUDIERA GENERAR SOBRE LA SUPERFICIE, AUN DESPUES DE HABER SIDO LIMPIADA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
173	REFERENCIA :	PARTIDA NUMERO 25.
	PREGUNTA	SE ME PERMITE OFERTAR, LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA DE LED MONTAJE: COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. BRAZO PORTA LÁMPARA: CON GIRO ROTATORIO DE 360° Y AL MENOS 5 PUNTOS DE ROTACIÓN, ABATIBLE A +/-35° O MAYOR. ARTICULADO. LÁMPARA: RENDIMIENTO SIN SOMBRAS, LEDS CON EMISIÓN DE LUZ FRÍA. TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DESDE 3,100 A 4,600°K EN EL CAMPO OPERATORIO A TRAVÉS DE CONTROL DE BALANCE DE ROJOS PARA OPTIMIZACIÓN DE TEJIDOS. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 O MAYOR A TRAVÉS DE TODO EL ESPECTRO VISIBLE (DESDE R1 HASTA R8). TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: DE 310-140MM A 1M DE DISTANCIA. ENERGÍA DE RADIACIÓN 3.31 MW/M2.LUX O MENOR. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. MANGO: DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE ALUMINIO O PLASTICO, ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE. LEDS: LUZ BLANCA Y FRÍA LIBRE DE INFRARROJO Y ULTRAVIOLETA. ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO O MATERIAL LIGERO Y DURABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. TIEMPO DE VIDA DE LA MATRIZ DE LED DE 60,000 HRS. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO EN CABEZAL CON LAS FUNCIONES DE: ENCENDIDO, APAGADO Y AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ALARMA VISUAL DE INDICADOR DE USO EN CASO DE PERDER LA LUZ PRIMARIA. BATERÍA RECARGABLE: INDICADO DE NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO DE 3 HRS., FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CABEZAL: CERRADA CON SUPERFICIE

		EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. CUBIERTA DE CRISTAL O POLÍMERO. CUERPO DE ALUMINIO Y/O POLÍMERO. ESTAS ESPECIFICACIONES SON SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE SALUBRIDAD
174	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN RELACIÓN AL ANEXO 1, SOLICITAMOS SE PERMITA REALIZAR REFERENCIACIÓN GRÁFICA DE AL MENOS CUATRO PUNTOS DE CADA PARTIDA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
175	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 24 Y 25
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR, ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EN VIRTUD QUE NO INDICA A CUALES ESPECIFICACIONES SE REFIERE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA

DEWIMED S.A. DE C.V.

176	REFERENCIA	NUMERAL 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES POR LO MENOS 45 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAMOS SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN, EMBARQUE Y SALIDA ADUANAL EXTIENDEN EL TIEMPO DE RECEPCIÓN A MÁS DE 20 DÍAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE AMPLIA A MÁXIMO 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO
177	REFERENCIA	PARTIDA: 1 ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE, PUNTO 4.3.
	PREGUNTA	SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON RENDIMIENTO DE LA BOMBA DE 36 L/MIN, Y CON CARRO DE 4 RUEDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
178	REFERENCIA	PARTIDA: 2 ASPIRADOR PORTÁTIL INTERMITENTE. PUNTO 4.3
	PREGUNTA	SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON RENDIMIENTO DE LA BOMBA DE 36 L/MIN, CON DOBLE DEPÓSITO DE SECRECIONES DE VIDRIO, Y CON CARRO DE 4 RUEDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
179	REFERENCIA	PARTIDA 21. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ HALÓGENA.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LUZ LED, CON ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE OFRECE UNA MEJORA TECNOLÓGICA YA QUE PRODUCE UNA LUZ MÁS CLARA Y TOTALMENTE HOMOGÉNEA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR

180	REFERENCIA	PARTIDA 21. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ HALÓGENA.
	PREGUNTA	TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS OTORQUE UNA TOLERANCIA DEL 10% EN LOS GRADOS KELVIN YA QUE NO AFECTA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
181	REFERENCIA	PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED
	PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA OFERTA DE UN EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA CON ESPECIFICACIONES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO
182	REFERENCIA	PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED
	PREGUNTA PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SUPERIORIDAD Y CON EL FIN DE BENEFICIAR A SU INSTITUCIÓN DE SALUD PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS SON DIRIGIDAS A LA MARCA DRAGER, MODELO POLARIS 100/200 LO CUAL DELIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA CON ESPECIFICACIONES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO
183	REFERENCIA	PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.3.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4500° K A 5000°K PARA ASEGURAR LA NITIDEZ Y COLORES REALES EN LA IMAGEN VISTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
184	REFERENCIA	PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.5.1.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN DIÁMETRO DE CAMPO REGULABLE EN UN RANGO DE 15 CM A 28 CM, ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA CORRECTA ILUMINACIÓN EN CAVIDADES PROFUNDAS SIN LA NECESIDAD DE REENFOQUE Y LIBRE DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN PERMITIDO ES DE 18 CM. MÍNIMO
185	REFERENCIA	PARTIDA 24 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.9.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LUZ ESPECIAL PARA ENDOSCOPIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, ESTO ES MEDIANTE UN SISTEMA UBICADO EN EL CABEZAL EL CUAL PERMITE EL CAMBIO ENTRE 20 TONALIDADES O COLORES DISTINTOS ASÍ COMO LA REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA DEL MODO AMBI LIGHT, PERMITIENDO QUE EL USUARIO PUEDA DAR EL CONTRASTE QUE NECESITA EN CADA ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
186	REFERENCIA	PARTIDA 25 LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA
	PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA OFERTA DE UN EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SIEMPRE QUE SEAN IGUALES O SUPERIORES SE ACEPTA
187	REFERENCIA	PARTIDA 25 LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA
	PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SUPERIORIDAD Y CON EL FIN DE BENEFICIAR A SU INSTITUCIÓN DE SALUD

		PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS SON DIRIGIDAS A LA MARCA DRAGER, MODELO POLARIS 100/200 LO CUAL DELIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA CON ESPECIFICACIONES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO
188	REFERENCIA	PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED
	PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA OFERTA DE UN EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA CON ESPECIFICACIONES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO
189	REFERENCIA	PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED
	PREGUNTA	PARA TODA LA PARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SUPERIORIDAD Y CON EL FIN DE BENEFICIAR A SU INSTITUCIÓN DE SALUD PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS SON DIRIGIDAS A LA MARCA DRAGER, MODELO POLARIS 100/200 LO CUAL DELIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA CON ESPECIFICACIONES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO
190	REFERENCIA	PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED, PUNTO 3.3.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4500° K A 5000°K PARA ASEGURAR LA NITIDEZ Y COLORES REALES EN LA IMAGEN VISTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 A 6000 ° KELVIN
191	REFERENCIA	PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED, PUNTO 3.5.1.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN DIÁMETRO DE CAMPO REGULABLE EN UN RANGO DE 15 CM A 28 CM, ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA CORRECTA ILUMINACIÓN EN CAVIDADES PROFUNDAS SIN LA NECESIDAD DE REENFOQUE Y LIBRE DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN ES DE 18 CM. MÍNIMO
192	REFERENCIA	PARTIDA 26 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED, PUNTO 3.9.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LUZ ESPECIAL PARA ENDOSCOPIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, ESTO ES MEDIANTE UN SISTEMA UBICADO EN EL CABEZAL EL CUAL PERMITE EL CAMBIO ENTRE 20 TONALIDADES O COLORES DISTINTOS ASÍ COMO LA REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA DEL MODO AMBI LIGHT, PERMITIENDO QUE EL USUARIO PUEDA DAR EL CONTRASTE QUE NECESITA EN CADA ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
193	REFERENCIA	PARTIDA 27 LAMPARA SENCILLA DE LED
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR EL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS YA QUE PARA ESTA PARTIDA NO FUERON ESTABLECIDAS. 1.- COLUMNA FIJA A TECHO. 2.- LÁMPARA CON: BRAZO PORTA LÁMPARAS CON GIRO DE 360 GRADOS. CAPACIDAD DE MOVIMIENTOS ABATIBLES DE +45°/-50° Y AJUSTE VERTICAL MAYOR DE 100 CM. 3.- LÁMPARA: INTENSIDAD LUMINOSA REGULABLE DE 40, 000 A 160, 000 LUXES. 4.- CARCASA RECTANGULAR EXTREMADAMENTE PLANA HERMÉTICAMENTE CERRADA CON SUPERFICIES EXTERIORES LISAS, SIN BORDES NI TORNILLOS QUE PERMITAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADA. FABRICADA EN ALUMINIO. 5.- CON TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE PARA CONTROL DE:

		ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA, REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA Y ACTIVACIÓN DE LUZ "AMBI LIGHT" PARA AMBIENTES ENDOSCÓPICOS.6.- REGULACIÓN DEL ÁREA DE ILUMINACIÓN EN LÁMPARA DE 15 A 28 CM, ESTO MEDIANTE EL GIRO DEL MANGO CENTRAL. 7.- TEMPERATURA DE COLOR FIJA DENTRO DEL RANGO 4,500 A 5000 °K. 8.- ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR MÍNIMO DE 96%. 8.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE Y SIN REENFOQUE DE 1 M. 9.- CON VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO DE ILUMINACIÓN 50,000 HORAS. 10.- CON ILUMINACIÓN DE RESPALDO SUAVE PARA AMBIENTES ENDOSCÓPICOS (MÍNIMA INVASIÓN) CON LA CAPACIDAD DE COMBINAR MAS DE 10 COLORES, REGULABLE E INTEGRADA EN EL SATÉLITE DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE REQUIERE LÁMPARA SENCILLA DE LED PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE, TIPO PLUMA INCLUYE BATERÍAS AAA
194	REFERENCIA	PARTIDA: 43 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, PUNTO 1.
	PREGUNTA	SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON BATERÍA CON 40 MINUTOS DE USO Ó CON CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA, CON RENDIMIENTO DE LA BOMBA DE 22 L/MIN, CON DEPOSITO DE SECRECIONES DE 1 LITRO, Y CON CARRO DE 4 RUEDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	APEGARSE A LA DESCRIPCION DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUBRIDAD CLAVE 531.081.0832
FEHLMEX S.A. DE C.V.		
195	REFERENCIA	PUNTO 3 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, INCISO 3.11
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS O CONTRATOS DE CLIENTES A LOS QUE SE LES HAYA VENDIDO BIENES IGUALES A LOS LICITADOS, ¿DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARA EN DIFERENTES PARTIDAS, SE PUEDEN REFERENCIAR DIFERENTES PARTIDAS EN UN MISMO CONTRATO, ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER MAS AGIL, RÁPIDA Y MENOS VOLUMINOSA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA MIENTRAS SEAN 3 CONTRATOS O FACTURAS DE CLIENTES DIFERENTES EN EL PERIODO SOLICITADO
196	REFERENCIA	PUNTO 3 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, INCISO 3.11
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS O CONTRATOS DE CLIENTES A LOS QUE SE LES HAYA VENDIDO BIENES IGUALES A LOS LICITADOS, ¿DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARA EN DIFERENTES PARTIDAS, SE PUEDEN REFERENCIAR EQUIPOS POR FAMILIA EN UN MISMO CONTRATO, ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER MAS AGIL, RÁPIDA Y MENOS VOLUMINOSA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA MIENTRAS SEAN 3 CONTRATOS O FACTURAS DE CLIENTES DIFERENTES EN EL PERIODO SOLICITADO
197	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS, INCISO 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR. ¿SE PUEDE PRESENTAR COPIA DE COMUNICADO DEL DIARIO OFICIAL DE FECHA 22 DE DIC DEL 2014. DONDE SE DA A CONOCER LA LISTA DE INSUMOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, REFERENCIANDO LOS EQUIPOS QUE NO LO REQUIEREN Y EN LOS QUE PARTICIPAREMOS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO

		RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, DEL DIARIO OFICIAL Y/O OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE EL EQUIPO O PRODUCTO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO
198	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS, INCISO 4.5.7
	PREGUNTA	SOLICITAN PRESENTAR NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, ¿SE PUEDE PRESENTAR LA NORMA ISO 9001:2008 QUE ES UNA NORMA MAS RECIENTE Y ACTUALIZADA EN LUGAR DE LA 9001:2000?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
199	REFERENCIA	PUNTO 4 ASPECTOS TÉCNICOS, INCISO 4.5.8
	PREGUNTA	PARA EQUIPOS EXTRANJEROS SOLICITAN FDA, CE O JIS, MI REPRESENTADA PARTICIPARA CON EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL, ¿SE PUEDE PRESENTAR UN ESCRITO INDICANDO ESTA SITUACIÓN Y QUE NO NOS APLICA DICHO PUNTO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA
200	REFERENCIA	ANEXO B.
	PREGUNTA	¿SE PUEDE PRESENTAR ESTE ANEXO SOLO CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPAREMOS A RENGLÓN SEGUIDO, O SERÁ UN ANEXO POR CADA PARTIDA EN LA QUE SE PARTICIPARA?
	RESPUESTA	SERAN A RENGLON SEGUIDO EN UN SOLO ANEXO , DEBIENDO ELIMINAR LAS PARTIDAS EN LAS CUALES NO SE COTICE
201	REFERENCIA	ANEXO C
	PREGUNTA	¿SE PUEDE PRESENTAR ESTE ANEXO SOLO CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPAREMOS A RENGLÓN SEGUIDO?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR
202	REFERENCIA	ANEXO C
	PREGUNTA	EN COLUMNA "DESCRIPCIÓN" ¿SE PUEDE PONER ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO B VENDRÁ LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DE LOS BIENES A OFERTAR?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA DEBERA SER LA DESCRIPCION COMPLETA TAL COMO SE INDIQUE EN EL ANEXO B INCLUYENDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA
203	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.2.1
	PREGUNTA	UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER POLARIS 200/100 QUE MANEJA UNA CONFIGURACIÓN DE 66 Y 78 LEDS Y TIENE UN CONSUMO DE 170 WATTS POR CABEZAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN OFRECER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR OFERTANDO UNA LÁMPARA CON 32 LEDS CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE REFLECTORES LEDS INDIVIDUALES, CON UN CONSUMO DE 85 WATTS, ESTO NO AFECTA EN NADA LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO Y MANTIENE UNA CAPACIDAD DE 160,000 LUX Y PRESENTARA UN AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA LARGA Y QUE EL NUMERO DE LEDS SEA DE ACUERDO AL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
204	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.2.2
	PREGUNTA	SOLICITA TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 40,000 HORAS, CON LO CUAL ESTO ES UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
205	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.3
	PREGUNTA	TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600K. PARA LA LÁMPARA DE QUIRÓFANO UNA TEMPERATURA OPTIMA DE COLOR PARA OBSTETRICIA COMO LO INDICA EL TITULO Y DE ACUERDO A LA NORMA DIN5036 PARTE 3, LA TEMPERATURA OPTIMA DEBE SER DE 4,300 A 5,000, ADEMÁS DE SER CARACTERÍSTICA DE LA MARCA: MARCA EN ESPECIAL DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS_5XX_7XX/TR/POLARIS PI 9066476 EN.PDF), Y ES LA ÚNICA EN EL MERCADO CON ESA CARACTERÍSTICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES(REF) POR LO QUE SOLICITAMOS PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,300 A 5,000 K. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE REQUIERE TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 A 6000 ° KELVIN
206	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.5.1
	PREGUNTA	DIÁMETRO DE LUZ HOMOGÉNEO DE 20 CM COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO VARIABLE DE TRABAJO DE 18 CM A 30CM EN EL CAMPO DE TRABAJO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
207	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.9
	PREGUNTA	CON MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES EN CADA LAMPARA ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS_5XX_7XX/TR/POLARIS PI 9066476 EN.PDF), CON BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA MEMBRANA. NUESTRAS LÁMPARAS CUENTAN UN BOTÓN EN EL PANEL DE CONTROL QUE ES MODO DE LUZ AMBIENTAL, CONVENIENTE PARA EL PERSONAL MÉDICO DE ENDOSCOPIA CONOCIDO COMO BACK LIGH. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
208	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA, PUNTO 3.10.3
	PREGUNTA	AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON INDICADOR EN 7 SEGMENTOS, ESTA DESCRIPCIÓN ES DE UNA MARCA PROPIA DE LA MARCA DRAGER POLARIS 100/200, ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTA UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON UN CONTROL TOUCH SCREEN EL CUAL PERMITE AJUSTAR LOS MOVIMIENTOS DESEADOS CON SOLO DEJAR PRESIONADO EL DEDO EN LA PANTALLA HASTA EL RANGO DESEADO HACIÉNDOLO MÁS EFICIENTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEAN CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LA INDICADA EN EL ANEXO 1
209	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA,
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS PRESENTAR LA NOM-003-SCFI-2000 A NOMBRE DEL FABRICANTE Y DONDE SE ESPECIFIQUE EL MODELO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
210	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA,
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA ERGONÓMICA Y

		EFICIENTE PARA EL FLUJO LAMINAR DEL QUIRÓFANO, OFERTANDO UN SATÉLITE CON DOS MEDIAS LUNAS ESTO HACE QUE SE REDUZCA LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C, ESTO SIN AFECTAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEAN SUPERIORES
211	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.2.1.
	PREGUNTA	UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA Y 3.2.2. UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 8 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER POLARIS 200/100 QUE MANEJA UNA CONFIGURACIÓN DE 66 Y 78 LEDS Y TIENE UN CONSUMO DE 170 WATTS POR CABEZAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN OFRECER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR OFERTANDO UNA LÁMPARA CON 32 LEDS Y OTRA DE 24 LEDS CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE REFLECTORES LEDS INDIVIDUALES, CON UN CONSUMO DE 85 WATTS, ESTO NO AFECTA EN NADA LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO Y MANTIENE UNA CAPACIDAD DE 160,000 LUX Y PRESENTARA UN AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA LARGA Y QUE EL NUMERO DE LEDS SEA DE ACUERDO AL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEAN SUPERIORES
212	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.2.3.
	PREGUNTA	SOLICITA TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 40,000 HORAS, CON LO CUAL ESTO ES UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
213	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.3
	PREGUNTA	TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600K. PARA LA LÁMPARA DE QUIRÓFANO UNA TEMPERATURA OPTIMA DE COLOR PARA OBSTETRICIA COMO LO INDICA EL TITULO Y DE ACUERDO A LA NORMA DIN5036 PARTE 3, LA TEMPERATURA OPTIMA DEBE SER DE 4,300 A 5,000, ADEMÁS DE SER CARACTERÍSTICA DE LA MARCA: MARCA EN ESPECIAL DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS_5XX_7XX/TR/POLARIS_PI_9066476_EN.PDF), Y ES LA ÚNICA EN EL MERCADO CON ESA CARACTERÍSTICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES(REF) POR LO QUE SOLICITAMOS PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,300 A 5,000 K. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
214	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.5.1
	PREGUNTA	DIÁMETRO DE LUZ HOMOGÉNEO DE 20 CM COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO VARIABLE DE TRABAJO DE 18 CM A 30CM EN EL CAMPO DE TRABAJO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO

215	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.9
	PREGUNTA	CON MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES EN CADA LÁMPARA, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS_5XX_7XX/TR/POLARIS_PI_9066476_EN.PDF), CON BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA MEMBRANA. NUESTRAS LÁMPARAS CUENTAN UN BOTÓN EN EL PANEL DE CONTROL QUE ES MODO DE LUZ AMBIENTAL , CONVENIENTE PARA EL PERSONAL MÉDICO DE ENDOSCOPIA CONOCIDO COMO BACK LIGTH. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE ACEPTA
216	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, PUNTO 3.10.3
	PREGUNTA	AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON INDICADOR EN 7 SEGMENTOS, ESTA DESCRIPCIÓN ES DE UNA MARCA PROPIA DE LA MARCA DRAGER POLARIS 100/200, ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTA UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON UN CONTROL TOUCH SCREEN EL CUAL PERMITE AJUSTAR LOS MOVIMIENTOS DESEADOS CON SOLO DEJAR PRESIONADO EL DEDO EN LA PANTALLA HASTA EL RANGO DESEADO HACIÉNDOLO MÁS EFICIENTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
217	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS PRESENTAR LA NOM-003-SCFI-2000 A NOMBRE DEL FABRICANTE Y DONDE SE ESPECIFIQUE EL MODELO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
218	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA ERGONÓMICA Y EFICIENTE PARA EL FLUJO LAMINAR DEL QUIRÓFANO, OFERTANDO UN SATÉLITE CON DOS MEDIAS LUNAS ESTO HACE QUE SE REDUZCA LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C, ESTO SIN AFECTAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
219	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO A
	PREGUNTA	ANILLO DE CRISTAL INFERIOR EN ALUMINIO, CON ESTE CARACTERÍSTICA SE ENTIENDE QUE EL LED DEBE DE SER ENSAMBLADO EN UNA BASE DE ALUMINIO.¿ ES CORRECTO? DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	NO ES CORRECTO. SE REFIERE A LOS MATERIALES DE LOS CUALES ESTA COMPUESTA LA LÁMPARA EN SU CONJUNTO
220	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO F
	PREGUNTA	CARRITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO, ¿ESTO SE REFIERE A LA BASE DE LA LÁMPARA MÓVIL?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
221	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO A
	PREGUNTA	DIÁMETRO DEL CABEZAL DE 620MM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR UN DIÁMETRO DE CABEZAL DE 600MM ESTO NO AFECTA EN NADA LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO

222	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO B
	PREGUNTA	SOLICITA TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 40,000 HORAS, CON LO CUAL ESTO ES UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
223	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO C
	PREGUNTA	ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS DE LEDS EN UN ARREGLO DE 11 REGLETAS, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER POLARIS 200/100 QUE MANEJA UNA CONFIGURACIÓN DE 66 Y 78 LEDS Y TIENE UN CONSUMO DE 170 WATTS POR CABEZAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN OFRECER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR OFERTANDO UNA LÁMPARA CON 24 LEDS CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE REFLECTORES LEDS INDIVIDUALES, CON UN CONSUMO DE 85 WATTS, ESTO NO AFECTA EN NADA LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO Y MANTIENE UNA CAPACIDAD DE 130,000 LUX Y PRESENTARA UN AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA LARGA Y QUE EL NUMERO DE LEDS SEA DE ACUERDO AL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
224	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO B
	PREGUNTA	MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES EN CADA LÁMPARA, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LA MARCA DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS 5XX 7XX/TR/POLARIS PI 9066476 EN.PDF), CON BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA MEMBRANA. NUESTRAS LÁMPARAS CUENTAN UN BOTÓN EN EL PANEL DE CONTROL QUE ES MODO DE LUZ AMBIENTAL, CONVENIENTE PARA EL PERSONAL MÉDICO DE ENDOSCOPIA CONOCIDO COMO BACK LIGTH. ¿ES CORRECTO.?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
225	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO D
	PREGUNTA	TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600K. PARA LA LÁMPARA DE QUIRÓFANO UNA TEMPERATURA OPTIMA DE COLOR PARA OBSTETRICIA COMO LO INDICA EL TITULO Y DE ACUERDO A LA NORMA DIN5036 PARTE 3, LA TEMPERATURA OPTIMA DEBE SER DE 4,300 A 5,000, ADEMÁS DE SER CARACTERÍSTICA DE LA MARCA: MARCA EN ESPECIAL DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS 5XX 7XX/TR/POLARIS PI 9066476 EN.PDF), Y ES LA ÚNICA EN EL MERCADO CON ESA CARACTERÍSTICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES(REF) POR LO QUE SOLICITAMOS PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,300 A 5,000 K. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
226	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO G, DIÁMETRO DE LUZ HOMOGÉNEO DE 20 CM COMO MÍNIMO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO VARIABLE DE TRABAJO DE 18 CM A 30CM EN EL CAMPO DE TRABAJO
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
227	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO 13

	PREGUNTA	TENSIÓN DE SALIDA DEL EQUIPO PMAX 120W IMAX A 5A SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN EQUIPO CON UNA POTENCIA DE SALIDA DE 65W A 5A . ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES
228	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PARA EMERGENCIA, PUNTO 15 QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES DATOS MECÁNICOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SEAN PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SOLICITAR MEDIDAS TAN CERRADAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO MÍNIMO REQUERIDO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
229	REFERENCIA	PARTIDA 3 AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA
	PREGUNTA	QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES
	PREGUNTA	TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600K. PARA LA LÁMPARA DE QUIRÓFANO UNA TEMPERATURA OPTIMA DE COLOR PARA OBSTETRICIA COMO LO INDICA EL TITULO Y DE ACUERDO A LA NORMA DIN5036 PARTE 3, LA TEMPERATURA OPTIMA DEBE SER DE 4,300 A 5,000, ADEMÁS DE SER CARACTERÍSTICA DE LA MARCA: MARCA EN ESPECIAL DRAGER MODELO POLARIS 500 (HTTP://WWW.DRAEGER.COM/SITES/ASSETS/PUBLISHINGIMAGES/PRODUCTS/INF_POLARIS_5XX_7XX/TR/POLARIS_PI_9066476_EN.PDF), Y ES LA ÚNICA EN EL MERCADO CON ESA CARACTERÍSTICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES(REF) POR LO QUE SOLICITAMOS PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,300 A 5,000 K. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
230	REFERENCIA	PARTIDA 3 AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, PODER OFERTAR UN CAPACIDAD DE CÁMARA DE 19 LITROS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES
231	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERA NECESARIO CONOCER LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS PARA DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA
232	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE SE ACEPTE UNA TOLERANCIA EN EL VOLTAJE DE +/- 10%.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
233	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR

	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, PODER OFERTAR UN EQUIPO DE 250 LITROS CON MEDIDAS DE LA CÁMARA (50.8 CM X 50.8 CM X 96.5 CM). ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
234	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, PODER OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR EN EL TIPO DE CONTROL DEL EQUIPO (VÁLVULA MÚLTIPLE DE OPERACIÓN) POR UN CONTROL CON MICROPROCESADOR QUE PROPORCIONA UN MEJOR MANEJO Y RENDIMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
235	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, SE ACEPTE UN AISLAMIENTO EN EL GENERADOR CON MELANINA (BASOTEC) DE 50 MM. YA QUE ESTE MATERIAL ES UNA MEJOR OPCIÓN DE AISLAMIENTO QUE LA LANA MINERAL. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
236	REFERENCIA	PARTIDA 4 AUTOCLAVE RECTANGULAR AUTOGENERADORA DE VAPOR PARA EMPOTRAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE TOME EN CUENTA QUE LOS ESTERILIZADORES SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LA ASSP ARTICULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y COMPROBABLE VÍA WEB, PARA EVITAR USOS FRAUDULENTOS DE CERTIFICADOS NO AUTÉNTICOS Y ADEMÁS DE PRESENTAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE EN SU CASO APLIQUEN ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
237	REFERENCIA	PARTIDA 27 LAMPARA SENCILLA DE LED.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE SE NOS FACILITE LA CEDULA DE LA LÁMPARA SENCILLA DE LED PARA PODER REALIZAR UNA POSIBLE OFERTA.
	RESPUESTA	SE REQUIERE LÁMPARA SENCILLA DE LED PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. TIPO PLUMA INCLUYE BATERÍAS AAA
SERVICIO DE VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.		
238	REFERENCIA	PUNTO 2.3 DICE: ESTA LICITACIÓN ES NACIONAL Y PRESENCIAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE NOS CONFIRME SI ES POSIBLE OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN A PESAR DE QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN ES NACIONAL Y CON RECURSO FEDERAL.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE QUE NO SEAN DE LOS PAISES 4.6.2. DE LAS BASES

239	REFERENCIA	PUNTO 3.1 DICE: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
	PREGUNTA	ACTUALMENTE SE PUEDE OBTENER LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL LA CUAL SE IMPRIME DIRECTAMENTE DEL PORTAL DEL SAT, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA IMPRESIÓN DE LA MISMA COMO ORIGINAL ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA
240	REFERENCIA	PUNTO 3.5 CARTA PODER
	PREGUNTA	USUALMENTE EN LAS CARTAS PODER ÚNICAMENTE SE ANEXAN LAS COPIAS DE LAS IDENTIFICACIONES DE LA PERSONA QUE CEDE LAS FACULTADES Y EL QUE LAS RECIBE, A MANERA DE CONFIRMAR, LA CONVOCANTE TAMBIÉN REQUIERE LA COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS DOS TESTIGOS. FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES ESTA CLARO
241	REFERENCIA	PUNTO 3.11 COPIA DE 3 FACTURAS O CONTRATOS
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PERIODO DE EMISIÓN DE LAS FACTURAS O CONTRATOS A 2014 Y 2015 ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
242	REFERENCIA	PUNTO 3.13 PADRÓN DE PROVEEDORES
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE NO ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE TLAXCALA, NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO LICITATORIO ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
243	REFERENCIA	PUNTO 3 NOTA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA OPCIÓN DE PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA EN CARPETA DE TRES ARGOLLAS, LA CUAL A NUESTRO PARECER PROTEGE MÁS LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS CONTIENEN Y PERMITE UNA MEJOR MANEJO DE LOS DOCUMENTOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
244	REFERENCIA	PUNTO 4.1.1 DICE: LA PROPUESTA TÉCNICA ASÍ COMO DEMÁS CARTAS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS, QUE SE ANEXEN A LA MISMA INVARIABLEMENTE DEBERÁN ESTAR IMPRESOS EN PAPEL ORIGINAL MEMBRETADO DEL LICITANTE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN GET-LPN-030/2016 DIRIGIDOS A LA CONVOCANTE, CONTENER FOLIO, SELLO Y FIRMA AL CALCE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO CONFORME AL PODER NOTARIAL.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE LA CONVOCANTE ACEPTÉ QUE EL FOLIO EN LA PROPUESTA PUEDA CONSIDERARSE COMO UN REQUISITO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EL FOLIO ES POR PROTECCION DEL PROPIO LICITANTE Y SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
245	REFERENCIA	PUNTO 4.1.1

		DICE:" DEBIENDO LA ÚLTIMA HOJA ADEMÁS, CONTENER EL NOMBRE Y PUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE Y ENCONTRARSE DENTRO DEL SEGUNDO SOBRE. EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN."
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE ESTE PÁRRAFO HACE MENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE FIRMAR EN LA ÚLTIMA HOJA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL SOBRE 2 ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SOLO APLICA PARA LA PROPUESTA TECNICA ANEXO B Y PROPUESTA ECONOMICA ANEXO C
246	REFERENCIA	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	PARA EL CASO DE OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, SOLICITAMOS SE ACEPTE UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS HÁBILES A 45 DÍAS HÁBILES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA 30 DÍAS HABILES MÁXIMO A PARTIR DE LA EMISION DEL FALLO
247	REFERENCIA	PUNTO 4.5.8 Y 4.5.9 REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA CERTIFICADOS DE CALIDAD :FDA, CE O JIS
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SEÑALADOS ASÍ COMO LOS QUE APLIQUEN A LOS BIENES, PODRÁN SER PRESENTADOS EN COPIA SIMPLE ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE ESTEN LEGIBLES Y CORRESPONDAN A LO OFERTADO
248	REFERENCIA	PUNTO 4.6.5. INTEGRACIÓN DE LAS OFERTAS - INCISO B)
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y COMO OPCIÓN QUE SE ACEPTE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN CARPETA DE TRES ARGOLLAS ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
249	REFERENCIA	PUNTO 4.6.5 INTEGRACIÓN DE LAS OFERTAS - INCISO D) DICE: CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS O NUMERADOS EN TODAS SUS HOJAS TANTO EN EL ORIGINAL COMO EN LA COPIA, INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACIÓN ANEXA, EJEMPLO: CARTAS, ETC. QUE SE LES HAYA SOLICITADO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE LA OPCIÓN DE FOLIADO SE CONSIDERE COMO UN REQUISITO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 244 DE ESTA ACTA
250	REFERENCIA	PUNTO 5.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO C
	PREGUNTA	FAVOR DE ACLARAR SI NUESTRA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SEGÚN LA PROPUESTA TÉCNICA O PODRÁ SER VÁLIDO MANIFESTAR ÚNICAMENTE EL NOMBRE GENÉRICO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
251	REFERENCIA	PUNTO 5.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO C
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE NUESTRA OFERTA ECONÓMICA SOLO INCLUIRÁ LAS PARTIDAS QUE OFERTEMOS Y QUE EL DESGLOSE QUE SE HAGA DE IVA SERÁ RESPECTO AL GRAN TOTAL ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
252	REFERENCIA	PUNTO 4.1. Y 5.1 PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA
	PREGUNTA	EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE NUESTRA OFERTA QUE SE GUARDARA EN USB SERÁ

		ÚNICAMENTE DEL ANEXO B Y C RESPECTIVAMENTE ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
253	REFERENCIA	PUNTO 4.1 Y 5. 1. PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA
	PREGUNTA	FAVOR DE ACLARAR SI LOS ARCHIVOS QUE CONTIENE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO B) Y NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO C), PODRÁN SER PRESENTADOS INDISTINTAMENTE EN FORMATO WORD O EXCEL.
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGAR A LOS FORMATOS INDICADOS EN BASES
254	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA PUNTO 5.- DICE: QUE PERMITA DAR POSICIONES: FOWLER DE 70° O MAYOR, ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 39°
	PREGUNTA	DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CONSIDERAMOS QUE EL EQUIPO QUE SE OFERTE A LA CONVOCANTE DEBE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE ANGULACIÓN DEL PLANO DE RODILLAS DE 45° ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. EL RANGO DE ANGULACIÓN SERÁ DE 25° MÍNIMO Y HASTA 39° MÁXIMO
255	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA PUNTO 6.- DICE: TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG REVERSO INTENSO DE +15°/-15° (+- 5%)
	PREGUNTA	CON EL FIN DE GARANTIZAR A LA CONVOCANTE QUE ADQUIERA UN EQUIPO QUE CUBRA SUS REQUERIMIENTOS CONSIDERAMOS QUE EL EQUIPO DEBA CONTAR CON UN MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO +/- 16 ° O MAYOR ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE UN RANGO DE +- 12° HASTA +- 15° (+- 5%) POR LO QUE SE ACEPTA
256	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA PUNTO 10. DICE: SUPERFICIE RÍGIDA CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE PELVIS 15 CM O MAYOR PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN UN EQUIPO QUE CUENTE CON AUTO REGRESIÓN EN EL PLANO DE TRONCO DE 11 CM Y AUTO REGRESIÓN EN EL PLANO DE PIERNAS DE 7 CM, CUYA FUNCIÓN PERMITE REDUCIR LA PRESIÓN EN LA SECCIÓN LUMBAR ¿SE CONSIDERA NUESTRA TECNOLOGÍA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES
257	REFERENCIA	PARTIDA 7 CAMA ELECTROMECAÁNICA HOSPITALARIA PUNTO 18.- DICE: CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 250 KG O MAYOR
	PREGUNTA	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 230 KG. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
258	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 3.- DICE :QUE SOPORTE UN PESO DE 160 KG COMO MINIMO
	PREGUNTA	CON EL FIN DE GARANTIZAR A LA CONVOCANTE QUE ADQUIERA UN EQUIPO QUE CUBRA TODOS SUS REQUERIMIENTOS CONSIDERAMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200 KG ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
259	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 14.1 DICE: ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM. +/- 10 CM. CON RESPECTO AL PISO.
	PREGUNTA	DE ACUERDO AL MARGEN DE TOLERANCIA ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE ALTURA DESDE 75 A 100 CM ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
260	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 14.2. DICE: FOWLER DE 65 GRADOS COMO MÍNIMO.
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO QUE SE OFERTE PODRÁ TENER UN MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE FOWLER DE HASTA 70° EL CUAL MEJORA EL RANGO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
261	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 14.3.- DICE: TRENDELENBURG DE 25 GRADOS COMO MÍNIMO.
	PREGUNTA	CON EL FIN DE GARANTIZAR A LA CONVOCANTE UN MEJOR EQUIPO QUE CUBRA TODOS SU REQUERIMIENTOS CONSIDERAMOS QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE TRENDELENBURG DE HASTA 30° ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
262	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 14.4.-DICE TRENDELENBURG INVERSO DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO.
	PREGUNTA	CON EL FIN DE GARANTIZAR A LA CONVOCANTE QUE ADQUIERA UN EQUIPO QUE CUBRA CON TODOS SUS REQUERIMIENTOS CONSIDERAMOS QUE LA MESA DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE OFERTAR MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE TRENDELENBURG INVERSO DE HASTA 30° ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
263	REFERENCIA	PARTIDA 34.- MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO – HIDRÁULICA BÁSICA PUNTO 14.5.-DICE INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 GRADOS COMO MÍNIMO.
	PREGUNTA	CON EL FIN DE PRESENTAR UNA MEJOR OFERTAR A LA CONVOCANTE CONSIDERAMOS QUE EL EQUIPO DEBA LOGRAR UN MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. EL MÍNIMO SON 15°
264	REFERENCIA	PARTIDA 7. CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA. PUNTO 18. SOLICITAN CAPACIDAD MAXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE DE 250 KG O MAYOR .
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR UNA CARGA DE TRABAJO SEGURA DE 245 KG , YA QUE 5 KG NO AFECTAN A LA RESISTENCIA DE LA CAMA. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
265	REFERENCIA	PARTIDA 21 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ ÓPTICA
	PREGUNTA	SOLICITAN LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ HALÓGENA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON TRES LEDS YA QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE DE UN LED
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.		
266	REFERENCIA	PARTIDA 21 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ ÓPTICA
	PREGUNTA	SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES
267	REFERENCIA	PARTIDA 21 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ ÓPTICA
	PREGUNTA	SOLICITAN UN RANGO VARIABLE DE APERTURA DEL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN DIÁMETRO DE 14 CM FIJO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES
268	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	4.- PUNTO 3.2.1.- SOLICITAN UNA LÁMPARA COMPUESTA CON 8 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE LÁMPARA COMPUESTA DE 30 LEDS DIVIDIDOS EN 6 MÓDULOS CON 5 LEDS CADA UNO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
269	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	5.- PUNTO 3.2.2.- SOLICITAN UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE LÁMPARA COMPUESTA DE 72 LEDS DIVIDIDOS EN 8 MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
270	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	6.- PUNTO 3.2.3.- SOLICITAN UN TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE VIDA PARA UNA MEJORA DEBE SER COMO MÍNIMO DE 50,000 HRS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
271	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	7.- PUNTO 3.3.- SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5600 LUXES, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000° K, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA, YA QUE ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA LUZ DE DÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
272	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	8.- PUNTO 3.5.1.- SOLICITAN UN DIÁMETRO DE LUZ HOMOGÉNEO DE 20 CM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN DIÁMETRO DE LUZ VARIABLE YA QUE ESTO NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO Y PERMITE TENER UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LOS CUERPOS, DE 18 A 22 CM Y DE 22 A 42 CM ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN SEA DE 18CM. COMO MÍNIMO
273	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.

	PREGUNTA	9.- PUNTO 3.6.- ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENERGÍA DE RADIACIÓN ES DE 370 W/M2 O MENOR POR LÁMPARA ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	LA ENERGÍA DE RADIACIÓN DEBE SER DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA YA POR LO QUE SE ACEPTA
274	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	10.- PUNTO 3.9.- SOLICITAN MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN MODO DE LUZ ENDOSCOPIA DE 9000 LUXES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
275	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.
	PREGUNTA	11.- PUNTO 3.10.3.- SOLICITAN AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LUZ CON INDICADOR EN 7 SEGMENTOS DE LED, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LUZ EN 10 PASOS CON INDICADOR DE LED ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
276	REFERENCIA	PARTIDA 24 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. PUNTOS 3.10.4 Y 5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE ESTOS PUNTOS SEAN OPCIONALES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
277	REFERENCIA	PARTIDA 25 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. SIN PUNTO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE LA DESCRIPCIÓN SEA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CUADRO BÁSICO DE CENETEC, YA QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED NOMBRE GENÉRICO CSG: SIN NOMBRE. CLAVE CUADRO BÁSICO: SIN CLAVE. CLAVE GMDN: 12282 FIRMADA Y CONCLUIDA: MÉXICO, D.F A 25 DE OCTUBRE DEL 2011; EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. ESPECIALIDAD(ES): MÉDICAS QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): QUIRÓFANO, TOCOCIRUGÍA, URGENCIAS Y TERAPIA INTENSIVA. DEFINICIÓN CSG: SIN DEFINICIÓN. NOMBRE GENÉRICO CENETEC: LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED DEFINICIÓN CENETEC: EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO EN FORMA RUTINARIA Y CONTINUA EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. NOMBRE GMDN:

LÁMPARA QUIRÚRGICA
EQUIPO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES. ADEMÁS DE
DEFINICIÓN GMDN:
ILUMINAR ADECUADAMENTE Y MINIMIZAR LA EMISIÓN DE CALOR, REDUCE LAS SOMBRAS Y PROVOCA UNA MÍNIMA DISTORSIÓN CROMÁTICA, LO QUE FACILITA LA EVALUACIÓN DE LOS TEJIDOS Y ESTRUCTURAS. CONSTA DE LEDS QUE REFLEJAN LA LUZ A TRAVÉS DE REFLECTORES O ESPEJOS, DEPENDIENDO DEL MODELO Y FORMA PARTE DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE UNO O MÁS CABEZALES.
CLAVE CABMS:
1.- MONTAJE:
1.1.- COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE
2.- BRAZO PORTA LÁMPARA:
2.1.- CON GIRO ROTATORIO DE 360°
2.2.- AJUSTE A +/- 35° COMO MÍNIMO.
2.3.- ARTICULADO.
3.- LÁMPARA:
3.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS.
3.2.1.- LED BLANCO.
3.2.- FUENTE DE LUZ:
3.2.2.- ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO.
3.2.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS COMO MÍNIMO.
3.3.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4300 GRADOS KELVIN.
3.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 96% COMO MÍNIMO.
3.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 26 A 38 CM COMO MÍNIMO.
3.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO:
3.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 140 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.
3.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 280 W/M² O MENOR
3.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 100,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE.
3.8.1.- DESMONTABLE
3.8.- MANGO:
3.8.2.- ESTERILIZABLE .
3.8.3.- ALUMINIO Y/O PLÁSTICO.
3.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE.
3.9.-PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA.
3.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
5.1.- INDICADOR DE NIVEL DE CARGA.
5.- BATERÍA RECARGABLE:
5.2.- TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO 4 HORAS.
5.3.- FUNCIONAMIENTO CONTINUO.

		5.4.- SIN VARIACIONES EN LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN. 6.- CABLE ALIMENTACIÓN: 6.1.- LONGITUD DE 3.5 METROS COMO MÍNIMO. ACCESORIOS: NO APLICA. CONSUMIBLES: DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DOS MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: 127V / 60 HZ.. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLAN CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, ISO 13485. NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDA POR COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
278	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.2.1
	PREGUNTA	SOLICITAN UNA LÁMPARA COMPUESTA POR 11 REGLETAS DE 6 LEDS CADA UNA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE LÁMPARA COMPUESTA DE 72 LEDS DIVIDIDOS EN 8 MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
279	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.2.2
	PREGUNTA	SOLICITAN UN TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE VIDA PARA UNA MEJORA DEBE SER COMO MÍNIMO DE 50,000 HRS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
280	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.3
	PREGUNTA	SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5600 LUXES, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000° K, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA, YA QUE ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA LUZ DE DÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 61 DE ESTA ACTA
281	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.5.1
	PREGUNTA	SOLICITAN UN DIÁMETRO DE LUZ HOMOGÉNEO DE 20 CM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN DIÁMETRO DE LUZ VARIABLE YA QUE ESTO NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO Y PERMITE TENER UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LOS CUERPOS, DE 22 A 42 CM ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	EL DIAMETRO DE ILUMINACION QUE SE SOLICITA COMO MINIMO ES DE 18 CM POR LO QUE SE ACEPTA
282	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.6
	PREGUNTA	PUNTO 3.6.- ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENERGÍA DE RADIACIÓN ES DE 370 W/M2 O MENOR POR LÁMPARA ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	LA ENERGÍA DE RADIACIÓN DEBE SER DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA YA
283	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.9
	PREGUNTA	PUNTO 3.9.- SOLICITAN MODO DE LUZ AMBIENTAL DE 300 LUXES SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN MODO DE LUZ ENDOSCOPIA DE 9000 LUXES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
284	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.10.3
	PREGUNTA	SOLICITAN AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LUZ CON INDICADOR EN 7 SEGMENTOS DE LED, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LUZ EN 10 PASOS CON INDICADOR DE LED ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
285	REFERENCIA	PARTIDA 26 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. PUNTO 3.10.4 Y 5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE ESTOS PUNTOS SEAN OPCIONALES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
286	REFERENCIA	NUMERAL 4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	FAVOR DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS, YA QUE LOS BIENES SE FABRICAN BAJO PEDIDO Y EL PLAZO QUE SOLICITAN ES DEMASIADO CORTO PARA PODER CUMPLIR CON LA ENTREGA. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 246
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		
287	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 45.- DESCRIPCION
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE Y PARA QUE EL ÁREA TÉCNICA CORROBORE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y A LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS DE ANALIZAR LAS TECNOLOGÍAS DE CADA EQUIPO Y CADA FABRICANTE, SEA REQUISITO PARA ESTA PARTIDA PRESENTAR UN EQUIPO DE MUESTRA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. DICHA REVISIÓN PUEDE HACERSE PÚBLICA SI ASÍ LO CONSIDERAR COMO PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA
288	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN, NO SE ACEPTA REGULADOR NO BREAK
	PREGUNTA	LA CEDULA TÉCNICA DEL CENETEC NÚMERO 531.053.0372, SOLICITA 60 MINUTOS DE

		RESPALDO PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL OBJETIVO CLÍNICO QUE BUSCA AL SOLICITAR UNA BATERÍA DE RESPALDO MÍNIMA DE 120 MIN. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	LA FICHA TÉCNICA DE CENETEC INDICA: BATERÍA DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE 60 MINUTOS O MAS
289	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN, NO SE ACEPTA REGULADOR NO BREAK
	PREGUNTA	PARA RESPETAR EL CUADRO BÁSICO DEL CENETEC, QUE SE PUEDE REVISAR EN SU PÁGINA HTTP://WWW.CENETEC.SALUD.GOB.MX/DESCARGAS/CETPDF/MAQUINASANESTESIA/UNIDADANESTESIAINTERMEDIA.PDF , EN DONDE SOLICITA 60 MINUTOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA; Y RESPETAR EL DERECHO QUE CADA DEPENDENCIA TIENE Y LA LEY LA AMPARA, DE SOLICITAR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA, PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 60 A 120 MINUTOS DE RESPALDO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
290	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN, NO SE ACEPTA REGULADOR NO BREAK
	PREGUNTA	TODOS LOS HOSPITALES CUENTAN CON UNA CASA DE MÁQUINAS LA CUAL ASEGURA QUE EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA, SUMINISTRARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA AL HOSPITAL DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS POSTERIOR A LA FALLA. EN BASE A ESTO, SE SOLICITA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EL RESPALDO DE LA BATERÍA SE ACEPTA DE 60 MINUTOS COMO MÍNIMO HASTA 120 MÍNIMO
291	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN, NO SE ACEPTA REGULADOR NO BREAK
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE PERMITIR OFERTAR ESTE RESPALDO DE LA BATERÍA CON UN SISTEMA ADICIONAL QUE ADEMÁS DE DAR UN RESPALDO DE 240 MINUTOS, OFRECE UN SISTEMA DE SUPRESIÓN DE PICOS DE LA CORRIENTE ALTERNA. EL CUAL AGREGA UN MEJOR RESPALDO QUE LA BATERÍA INTERNA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA
292	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 1.11. CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE "CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO" SOLICITAN ILUMINACIÓN ACTIVADA POR MEDIO DE UN SENSOR EL CUAL REGULE EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DE MODO QUE SE TENGA UN CONSUMO REGULADO EN CASO DE UTILIZAR O NO LA MÁQUINA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE
293	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 2. VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE, Y DESFLUORANE
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI EL PUNTO 2 SOLO SE REFIERE A LOS VAPORIZADORES DE ISOFLORANE Y SEVOFLORANE, YA QUE EN EL PUNTO 2.1.-

		SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES, DE ISOFLORANE Y SEVOFLURANE. SOLO SOLICITA EL SUMINISTRO DE DOS VAPORIZADORES, UNO DE ISOFLORANE Y UNO DE SEVOFLORANE. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	SE REQUIEREN CINCO VAPORIZADORES DE LOS CUALES DEBERÁ SUMINISTRAR 2 DE ISOFLURANE, 2 DE SEVOFLURANE Y 1 DE DESFLURANE
294	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. 2.1.- SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES, DE ISOFLORANE Y SEVOFLURANE.
	PREGUNTA	PARA ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE SE ENTREGARA UN VAPORIZADOR DE ISOFLORANE Y UNO DE SEVOFLORANE. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	DEBERÁ SUMINISTRAR 2 DE ISOFLURANE, 2 DE SEVOFLURANE Y 1 DE DESFLURANE
295	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 4.2. CON TRAMPA DE AGUA Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE, DEBIDO A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES, ÉSTE PUNTO ES OPCIONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SOLO PARA LOS QUE OFERTEN SISTEMA SIDESTREAM SE REQUIERE TRAMPA DE AGUA
296	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 5.3.2. TAMAÑO MÍNIMO DE 10".
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE PERMITIR OFERTAR UNA PANTALLA DE 8.4 "QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE LA VENTILACIÓN, A TRAVÉS DE LA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS QUE CONSTA DE UNA SERIE DE VENTANAS, CADA UNA DE LAS CUALES MUESTRA UN PARÁMETRO QUE SE HA SELECCIONADO PARA MONITORIZAR O UN NIVEL QUE SE HA DEFINIDO PARA LA FUNCIÓN ACTUAL. VISUALIZACIÓN DE 10 VALORES NUMÉRICOS, UN ÁREA DE ALARMAS, UNA CURVA DE VENTILACIÓN A ELEGIR ENTRE PRESIÓN/TIEMPO, FLUJO/TIEMPO Y UN BUCLE A ELEGIR ENTRE, PRESIÓN/VOLUMEN O FLUJO/VOLUMEN SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	LA PANTALLA DEBE SER DE 10.4" O MAYOR
297	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 5.3.3. POLICROMÁTICA.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE "POLICROMÁTICA" POR DEFINICIÓN SE REFIERE A UNA VARIEDAD DE COLORES, O MÁS DE DOS COLORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
298	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 5.4.4. CAPACIDAD DE INCORPORAR MODO CONTROLADO POR SIMV / PS MEDIANTE SOFTWARE
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES OPCIONAL, DEBIDO A QUE SE PUEDE OFERTAR EL MODO CONTROLADO POR SIMV/PS INCLUIDO EN EL VENTILADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
299	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 5.4.4. CAPACIDAD DE INCORPORAR MODO CONTROLADO POR SIMV / PS MEDIANTE SOFTWARE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL VENTILADOR CON EL MODO CONTROLADO POR SIMV/PS INCLUIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
300	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 7.18. MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MÓDULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS

		VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF, Y POSTETANICO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL OBJETIVO CLÍNICO QUE BUSCA AL SOLICITAR EL DESPLIEGUE DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR EN LA PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES.
	RESPUESTA	EL OBJETIVO ES REDUCIR LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD DEL PACIENTE A TRAVÉS DE LA MONITORIZACIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR, EL CUAL ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA MEJORA DEL CUIDADO DEL PACIENTE
301	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 7.18. MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MODULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF, Y POSTETANICO.
	PREGUNTA	DE ACUERDO A LA CEDULA DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y QUE SE PUEDE VERIFICAR EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTP://WWW.CENETEC.SALUD.GOB.MX/DESCARGAS/CETPDF/MAQUINASANESTESIA/UNIDADANESTESIAINTERMEDIA.PDF , LA MONITORIZACIÓN DE LA RELACIÓN MUSCULAR ES UNA PARÁMETRO OPCIONAL. PERO SIENDO QUE LA UNIDAD COMPRADORA PUEDE SOLICITAR ESTA CARACTERÍSTICA, SE SOLICITA QUE PUEDE SER MONITORIZADA EN UNA PANTALLA ADICIONAL, PARA NO INCLUIRLA EN LA PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, Y QUE LE RESTE ESPACIO A LAS SEÑALES VITALES DEL PACIENTE COMO SON ECG, TEMPERATURA, SATURACIÓN, CINOGRAFÍA Y PRESIONES ARTERIALES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA:
	RESPUESTA	SE ACEPTARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
303	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 7.18. MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MODULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF, Y POSTETANICO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO INDEPENDIENTE DE RELAJACIÓN MUSCULAR CON DESPLIEGUE EN SU PROPIA PANTALLA, YA QUE SE CUMPLE CON EL OBJETIVO QUE BUSCA SIN RESTARLE ESPACIO A LA MONITORIZACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
304	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 7.18. MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MODULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF, Y POSTETANICO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA OPCIÓN DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE LA MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR EN UNA MODULO INDEPENDIENTE NO MENOSCABA LA INFORMACIÓN VITAL DEL PACIENTE. ADEMÁS QUE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA
305	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 9.11 PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: DOS SENSORES DE CAPNOGRAFIA, 20 LÍNEAS DEMUESTRA Y 20 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES.

	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE ÉSTE PUNTO ES OPCIONAL, YA QUE SE OFERTA TÉCNICA SIDESTREAM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE DEBEN INCLUIR LOS DOS SENSORES POR TÉCNICA MICROSTREAM
306	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 9.11 PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: DOS SENSORES DE CAPNOGRAFIA, 20 LINEAS DEMUESTRA Y 20 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE ÉSTE PUNTO ES OPCIONAL, YA QUE SE OFERTA TÉCNICA SIDESTREAM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE DEBEN INCLUIR LOS DOS SENSORES POR TÉCNICA MICROSTREAM
307	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 5. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA M?QUINA DE ANESTESIA, CONTROLADO ELECTR?NICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO EL?CTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOM?TICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE)
	PREGUNTA	ESTA CARACTERÍSTICA ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA POR LO QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE
308	REFERENCIA	ANEXO 1: PARTIDA 45. PUNTO 2.5 CAPACIDAD DE 290 ML O MAYOR.
	PREGUNTA	ESTA CARACTERÍSTICA ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR VAPORIZADOR CON CAPACIDAD DE 250 ML. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
NUMEFARM S DE RL DE CV		
309	REFERENCIA	2.3.- ESTA LICITACIÓN ES: NACIONAL Y PRESENCIAL
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE PODREMOS PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS CUYAS OFERTAS ESTÉN CONSTITUIDAS POR BIENES DE ORIGEN NACIONAL O DE PAÍSES CUYO PROPIETARIO DE LA MARCA SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS PAÍSES, QUE TIENEN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, QUE CONTIENE UN TÍTULO O CAPITULO VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	NO ES CORRECTO, FAVOR DE APEGARSE A BASES
310	REFERENCIA	PUNTO 4.6.2.
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE AL SER UNA LICITACIÓN BAJO COBERTURA DE TRATADOS, LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN SER DE MARCA O PATENTE QUE CELEBRE ALGUNO DE LOS

		TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO SUSCRITOS EN LOS NUMERALES 2.1.1 AL 2.1.7 INDEPENDIENTEMENTE DE SU LUGAR DE MANUFACTURA, PUES CON ELLO SE GARANTIZA LA CALIDAD Y NORMATIVIDAD DEL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	NO ES UNA LICITACION BAJO COBERTURA DE TRATADOS, FAVOR DE APEGARSE A BASES
311	REFERENCIA	PUNTO 4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD, SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 246 DE ESTA ACTA
312	REFERENCIA	TODAS LAS PARTIDAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR NUESTRO FABRICANTE SE ENCUENTRE EN IDIOMA INGLÉS NOS PERMITA LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS LO QUE PERMITIRÁ EVALUAR DE MANERA DOCUMENTAL EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS ESPECIFICACIONES ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, EL TOTAL DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL INCLUYENDO MANUALES O FOLLETOS
313	REFERENCIA	TODAS LAS PARTIDAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS NO SE ENCUENTREN NUMERADAS, SE PUEDAN NUMERAR SIN MODIFICAR EL CONTENIDO DE BASES. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
314	REFERENCIA	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" SIN PUNTO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA LICITANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	AL NO INDICAR SUS ESPECIFICACIONES A OFERTAR NO SE PUEDE DAR RESPUESTA
315	REFERENCIA	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 1.
	PREGUNTA	EN EL CASO DEL PUNTO 1, POR MEDIO DE SISTEMA DE TIJERA SE REFIERE AL MECANISMO CON EL CUAL SE REALIZA EL AJUSTE DE ALTURA DE LA CAMA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA SUPERIOR O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE QUE LA CAMA PUEDA SOPORTAR LA CAPACIDAD DE PESO SOLICITADA EN EL PUNTO 18, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA IGUAL O SUPERIOR
316	REFERENCIA	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 5.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CON UNA TOLERANCIA DE +/-5° GRADOS, LO CUAL NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
317	REFERENCIA	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 6.
	PREGUNTA	EN EL PUNTO 6 CREEMOS QUE HAY UN ERROR ORTOGRÁFICO Y LO QUE SE PIDE ES:

		TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE +15?/-15? (+- 5%), ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
318	REFERENCIA :	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 8.
	PREGUNTA	EN EL PUNTO 8 SE PIDE: SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA PRE-ASIGNADOS PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: POSICIÓN DE RCP, TREND REVERSO AL MENOS. ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR Y QUE SE SOLICITA ES QUE EL SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA PRE ASIGNADOS DEBERA SER PARA: TRENDELEMBURG / INVERSO DE TRENDELEMBURG, ANGULACIÓN RESPALDO, ANGULACIÓN DE RODILLAS, AJUSTE DE ALTURA, AL MENOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE REQUIERE QUE MÍNIMO SE INCLUYA LA POSICIÓN RCP Y TRENDELEMBURG (TRENDELEMBURG INVERSO)
319	REFERENCIA :	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 9
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LO SOLICITADO ES UN SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA PARA POSICIÓN RCP UBICADA EN AMBOS LADOS DE LA CAMA, EL CUAL PONE EN POSICIÓN HORIZONTAL TANTO EL RESPALDO COMO LAS RODILLAS. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
320	REFERENCIA :	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 14
	PREGUNTA	EN ESTE PUNTO SOLICITAN: BARANDALES DE MATERIAL ABS EN DOS SECCIONES QUE CUBRAN EN SU TOTALIDAD LOS COSTADOS DEL LECHO CON CONTROL INTEGRADO; ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA CUATRO BARANDALES, DOS EN CADA LADO DE LA CAMA, QUE CUBRAN EL LECHO EN LA REGIÓN DE RESPALDO Y EN LA REGIÓN DE LAS PIERNAS, CON CONTROL INTEGRADO, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
321	REFERENCIA :	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 20.4
	PREGUNTA	SOLICITAN NUCLEO DE COLCHÓN ESTERILIZABLE A VAPOR, CREEMOS QUE LO QUE SE REQUIERE ES QUE EL COLCHÓN CUENTE CON CUBIERTA DESINFECTABLE POR MEDIO DE SOLUCIONES JABONOSAS O DESINFECTABLES LÍQUIDAS. ADEMÁS DE SER RESISTENTE A DERRAME DE LÍQUIDOS, ¿ES CORRECTO? EN CASO CONTRARIO, ¿SE NOS PERMITE OFERTAR COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS? O BIEN SE ACLARE EN QUE CONSISTE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE QUE EL COLCHÓN SEA ESTERILIZABLE A VAPOR
322	REFERENCIA	PARTIDA 7 "CAMA ELECTRICOMECHANICA HOSPITALARIA" PUNTO 20.6
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES LO MISMO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 20.5 (ORIFICIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS), ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	NO ES CORRECTO. EL PUNTO 20.5 CORRESPONDE A ORIFICIOS Y POSTE EL PUNTO 20.6 CORRESPONDE A FUNDA PARA COLCHÓN

323	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 3...CON ELEMENTO CALEFACTOR PARABÓLICO Y PUNTO 13
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE AHORRAR ESPACIO Y PENSANDO EN LA ERGONOMÍA DEL USUARIO, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA CUNA CUENTA CON SISTEMA CALEFACTOR RADIANTE INTEGRADO QUE PERMITA EL ACCESO A RAYOS X. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR A LO SOLICITADO
324	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 3...CON LIMITE SUPERIOR NO MAYOR A 39°C...
	PREGUNTA	COMO MODO DE SEGURIDAD SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE TEMPERATURA DE $\pm 2^{\circ}\text{C}$. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EL MAXIMO DEBE SER DE 39° NO HAY TOLERANCIA
325	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 4.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE AL MENOS UNA TEMPERATURA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DEL DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA
326	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 5
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO SOLICITAMOS LA POTENCIA DEL CALEFACTOR PUEDA EXPRESARSE EN %. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA POTENCIA DE CALEFACTOR DE 0 A 100%
327	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 6...OPCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO EN TODO MOMENTO...
	PREGUNTA	SOLICITAMOS CON FINES DE SEGURIDAD EL AUTODIAGNÓSTICO DEL EQUIPO SE LLEVA A CABO ÚNICAMENTE AL ENCENDER EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA AUTODIAGNÓSTICO DEL EQUIPO EN CUALQUIER MOMENTO
328	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 7
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA HACER REFERENCIA A TRES NIVELES DE ALARMA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR A LO SOLICITADO
329	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 7.6. ALARMA DE 15 MINUTOS
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE UNA ALARMA CON DURACIÓN DE 15 MINUTOS PUEDE TENER CONSECUENCIAS GRAVES, SOLICITAMOS EL SILENCIADO DE ALARMA SEA POR LO MENOS DE DOS MINUTOS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	LA DURACIÓN DE ALARMA SERÁ EN UN RANGO DE 2 A 15 MINUTOS
330	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 9
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA HACER REFERENCIA A BLOQUEO DE LAS TECLAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
331	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 12...DELANTERO DE 15 HACIA ABAJO Y 15 HACIA ARRIBA
	PREGUNTA	CON FINES DE SEGURIDAD Y NO PROVOCAR ACCIDENTES, SOLICIMOS EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN SEA DE POR LO MENOS 12°. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
332	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 15
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE HALÓGENO HA SIDO CAUSANTE DE QUEMADURAS, Y CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON TECNOLOGÍA DE PUNTA SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE LED AZUL. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO TENGA UN RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS
333	REFERENCIA	TODAS LAS PARTIDAS
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS ENLISTADAS COMO "CAPACIDAD A FUTURO" SE DEBERÁN DEMOSTRAR EN MARCAJE QUE EL EQUIPO PUEDE CONTAR CON ELLAS, PERO NO SERÁN INCLUIDAS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
334	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 16...CON PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE...
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE LA BALANZA SE PUEDE CONTROLAR DESDE LE PANEL DE LA CUNA, SOLICITAMOS SE PERMITA DEMOSTRAR ÉSTA CARACTERÍSTICA EN LOS MANUALES. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
335	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 17...POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN CON MONITORES...
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE DICHA CARACTERÍSTICA SE REALIZA EN LAS TENDENCIAS QUE OTORGA LA CUNA, ENTENDEMOS QUE PODRÁ SER OFERTADA DE ACUERDO A NUESTRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
336	REFERENCIA	PARTIDA 15 CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA DICE: PUNTO 18...CAJONES GIRATORIOS
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE DICHA CARACTERÍSTICA NO REPRESENTA UNA VENTAJA CLÍNICA SOBRE EL EQUIPO, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CAJONES DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
337	REFERENCIA	PARTIDA 22 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DICE: PUNTO 7...CON LÁMPARA DE LUZ BLANCA INTERCONSTRUÍDA.... Y PUNTO 8
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QU ELA MAYORÍA D ELAS CUNAS INCLUYEN LA LÁMPARA DE EXAMINACIÓN POR DEFAULT, Y PARA NO ALTERAR EL TRATAMIENTO DE LA FOTOTERAPIA, ENTENDEMOS QUE ÉSTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ OMITIRSE. ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	SI EL EQUIPO DEL FABRICANTE LO INCLUYE ÚNICAMENTE DEBERÁ SEÑALARLO EN SU

		MENOS 120 MINUTOS DE RESPALDO. ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	EL RESPALDO DE LA BATERÍA SE ACEPTA DE 60 MINUTOS COMO MÍNIMO HASTA 120 MÍNIMO
339	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 2 Y PUNTO 2.1
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DOS VAPORIZADORES, UNO DE ISOFLORANE Y UNO DE SEVOFLORANE. ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	SE REQUIEREN CINCO VAPORIZADORES DE LOS CUALES DEBERÁ SUMINISTRAR 2 DE ISOFLUORANE, 2 DE SEVOFLURANE Y 1 DE DESFLURANE
340	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 4.1.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DOS CANISTER CON CAPACIDAD TOTAL DE 1600 GR. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
341	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 4.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON CANISTER DE ACUERDO A NUESTRO FABRICANTE INCLUYENDO FILTRO DE POLVO Y COTENEDOR DE AGUA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
342	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 5...CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL...
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE NINGUN PACIENTE PUEDE SER ANESTESIADO CON AIRE AMBIENTE Y SE REQUIERE DEL O2, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FLUJÓMETRO AUXILIAR DE O2 EN CASO DE FALLA DE GASES MEDICINALES. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR
343	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 5.5.5
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE PEEP DE ACUERDO AL FABRICANTE PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN PULMONAR DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA
344	REFERENCIA	PARTIDA 45 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PUNTO 8...DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA
	PREGUNTA	CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON TIEMPO Y FORMA CON LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE TIPO DE TOMA MURAL (MARCA) TIENE INSTALADA EN LA UNIDAD MÉDICA. FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	UNA VEZ ASIGNADA LA PARTIDA, SE INFORMARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO EL TIPO DE TOMAS EXISTENTE
345	REFERENCIA	PARTIDA 20 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES DICE: PUNTO 2.4
	PREGUNTA	DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA D ENUESTRO FABRICANTE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERATAR MONITOREO DE AL MENOS UNA TEMPERATURA. ¿SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SE REQUIERE DE MONITOREO DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA
346	REFERENCIA	PARTIDA 20 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES DICE: PUNTO 2.8.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE TENDENCIAS EXPRESADO EN HORAS DE AL MENOS 96. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DE 7 DÍAS
347	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NUMERAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE PARTIDA, ESTO PARA UNA MEJOR Y FÁCIL REFERENCIACIÓN DE LA MISMA, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
348	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	CREEMOS QUE HAY UN ERROR DE REDACCIÓN EN LA POSICIÓN DE TRENDELENBURG, YA QUE SE ENTIENDE QUE SE SOLICITA POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE +/-18° O SUPERIOR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SE REQUIERE QUE PERMITA DAR POSICIONES TREDENLENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE 10º COMO MÍNIMO
349	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	SOLICITAN SISTEMA DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, CREEMOS QUE SE REFIERE A SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS ACTIVADO POR PEDALES UBICADOS EN AMBOS LADOS DE LA SILLA TIPO CAMILLA, EL CUAL INCLUYE SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
350	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	SOLICITAN ESTRUCTURA DE ACERO REVESTIDA DE POLÍMERO ENTENDEMOS QUE LO QUE SE SOLICITA ES ESTRUCTURA DE ACERO REVESTIDA O CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLÍMERO EPOXICA, ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
351	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	SOLICITAN SOPORTE GRAFICO INCORPORADO, SE REFIERE A QUE LA CAMILLA DEBE CONTAR CON ETIQUETAS CON LENGUAJE GRÁFICO INCORPORADO QUE INDIQUEN LAS FUNCIONES Y MOVIMIENTO DE CADA PALANCA Y/O PEDAL, ¿ES COREECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
352	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LOS APOYABRAZOS CUBIERTOS, DEBEN SER ACOJINADOS Y ESTAR MONTADOS SOBRE LOS MISMOS BARANDALES ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
353	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES

		SECCIONES"
	PREGUNTA	DADA LA INCIDENCIA DE PACIENTES BAR IÁTRICOS, SUGERIMOS QUE LA CAPACIDAD DE PESO SEA DE AL MENOS 180KG ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
354	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	EN EL AJUSTE DE ALTURA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
355	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO ES CLARA SU PREGUNTA
356	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	EN LAS DIMENSIONES DE LA CAMILLA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LARGO TOTAL DE: 193CM, ANCHO DE 70.0CM, LO CUAL NO AFECTA NI DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
357	REFERENCIA	PARTIDA 41 "SILLA TIPO CAMILLA HIDRO-NEUMATICA DE ALTURA VARIABLE TRES SECCIONES"
	PREGUNTA	EN LAS DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE PACIENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ERMITA OFERTAR UN ANCHO DE SUPERFICIE DE PACIENTE DE 61CM, Y UNA LONGITUD TOTAL DE PACIENTE DE 188CM, LO CUAL PERMITE RECIBIR PACIENTES DE DIFERENTES TALLAS ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
VIASIS OTE S.A. DE C.V.		
358	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LAMANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CALEFACTOR ABATIBLE, YA QUE EL ELEMENTO CALEFACTOR PARABÓLICO QUE SE REFIERE, HACE UNA REFERENCIA PARTICULAR A UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDUURÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEA SUPERIOR A LO SOLICITADO
359	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 5
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE PARA UNA PROGRAMACION MAS EXACTA DE LA TEMPERATURA DEL CALEFACTOR, ADEMAS DE LOS 10 NIVELES DE POTENCIA DEL CALEFACTOR TAMBIÉN PUEDA ESTABLECER LA TEMPERATURA PROGRAMADA DENTRO DE UN RANGO DE 0 A 100% EN INCREMENTOS DEL 5% DE POTENCIA, ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
360	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 6
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE REALIZAR SU AUTODIAGNOSITCO, CADA VEZ QUE SE ENCIENDE EL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?.

	RESPUESTA	EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR EL AUTODIAGNÓSTICO CADA VEZ QUE SE ENCIENDA Y EN CUALQUIER MOMENTO QUE SE REQUIERA
361	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 7
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LOS NIVELES PRIORIZADOS DE LAS ALARMAS (AVISO, ATENCION E INDICACION) QUE SOLICITAN, CORRESPONDEN A PRIORIDADES (ALTA, MEDIA Y BAJA), ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
362	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 8
	PREGUNTA	HACIENDO REFERENCIA A LA SOLICITUD DE PANTALLA A COLOR DEL PANEL DE CONTROL Y DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL, NUESTRA TECNOLOGÍA SEÑALA EN EL PANEL DE CONTROL INDICADORES VISUALES DE ALARMAS, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR ESTE TIPO DE DESPLIEGUE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
363	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 10
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE CON RESPECTO A LA REQUISICION DEL ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE CON RADIADORES INFRARROJOS (FOCOS) DE CERAMICA, NUESTRA TECNOLOGIA DE CALEFACTOR ES A BASE DE UN A RESISTENCIA A TRAVÉS DE LA CUAL SE TIENE UNA EFICIENCIA EN LA FUNCION DE IRRADIAR CALOR RADIANTE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
364	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 11
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR COMO PÁNELES TRANSPARENTES CON SISTEMA DE CAIDA CONTROLADA AL ABATIRLOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
365	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 12
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA POSICION DE TRENDELEMBURG Y CONTRATRENDELEMBURG DEBE SER MÁXIMO DE 15°, ¿ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
366	REFERENCIA	PARTIDA 15, PUNTO 15
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA DE LED QUE PROPORCIONA LUZ TERAPÉUTICA CON RANGO DE 430 A 490 NM AL MENOS, VIDA UTIL DE 50,000 HORAS O MÁS Y CONTADOR DE TERAPIA Y VIDA UTIL DE LA FUENTE LUMINOSA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
367	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 1.2
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE NECESARIAMENTE ESTAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO PARA EL MODO SERVOCONTROLADO DE AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE, ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL RANGO SOLICITADO ES DE 20° C CON RANGO AMPLIADO HASTA 39°C.
368	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 1.6
		ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEB NECESARIAMENTE ESTAR DENTRO DEL

	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL RANGO SOLICITADO ES DE 20° C CON RANGO AMPLIADO HASTA 39°C.
368	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 1.6
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEB NECESARIAMENTE ESTAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO PAR SERVO CONTROL DE LA HUMEDAD ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL RANGO SOLICITADO ES DE 30% A 95%
369	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 1.7
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO DADO QUE PERTENECE A UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SEA OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA.C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. CADA PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EL MODO DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA AL INTERIOR DE LA INCUBADORA
370	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 2.8.1
	PREGUNTA	DENTRO DE LAS TENDENCIA LA DE OXÍGENO, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE MOSTRAR LAS TENDENCIAS EN EL PANEL DE CONTROL SUMINISTRADO A TRAVÉS DEL SERCOCONTROL PARA OXÍGENO, ¿ES ESTO CORRECTO?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
371	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 2.8.2
	PREGUNTA	SE DEBE ENTENDER QUE REQUIEREN QUE SE GUARDEN EN MEMORIA AL MENOS 25 PESAJES PARA REVISIÓN Y DESPLIEGUE ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
372	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 3.11
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA ALARMA DE FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL SE REFIERE A LA ALARMA DEL VENTILADOR, ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
373	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 5.16
	PREGUNTA	SE REFIERE A QUE EN EL INTERIOR TIENE QUE GENERARSE UNA CORTINA DE AIRE, ¿ES ESTO CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
374	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 6.1
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS POR EBULLICIÓN SOLICITADA HACE REFERENCIA AL MÉTODO DE EBULLICIÓN PARA HUMIDIFICAR, ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
375	REFERENCIA	PARTIDA 20, PUNTO 6.1
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS POR EBULLICIÓN SOLICITADA HACE REFERENCIA AL MÉTODO DE EBULLICIÓN PARA HUMIDIFICAR, ES CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
376	REFERENCIA	PARTIDA 22, PUNTO 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA LITERATURA DE NUESTRO FABRICANTE COMO: 100~240 V CA; Y CONSUMO ELÉCTRICO: 30 VA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
377	REFERENCIA	PARTIDA 22, PUNTO 3
	PREGUNTA	REFERENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON TECNOLOGÍA DE VIDA MEDIA MÍNIMA DE LAMPARAS DE AL MENOS 60,000 HRS. ES ESTO CORRECTO?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE
378	REFERENCIA	PARTIDA 22, PUNTO 11
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA DE LED, DE UNA DURABILIDAD DE 60,000 HORAS Y QUE SE BRINDE UNA TERAPIA CON LUZ TERAPEUTICA DENTRO DEL RANGO DE LOS 430 A 490 NM, LO CUAL ES PARTE DE UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICCIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
379	REFERENCIA	PARTIDA 22, CONSUMIBLES
	PREGUNTA	LA TECNOLOGÍA QUE OFERTAMOS NO NECESITA CONSUMIBLES CON RESPECTO AL ELEMENTO RADIANTE, TALES COMO BULBOS FLUORESCENTES AZULES O BLANCOS. POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA DE LED PARA SUMINISTRO DE LUZ TERAPEUTICA Y LUZ DE EXAMINACIÓN Y CON VIDA UTIL DE AL MENOS 60,000 HRS, LO CUAL ES PARTE DE UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICCIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
380	REFERENCIA	
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI <u>REQUIEREN CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE</u> , Y DE SER ASÍ; LA REQUIEREN EN FORMATO LIBRE O ESPECIAL Y EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA SE DEBERÁ ANEXAR?
	RESPUESTA	FORMATO LIBRE DEBIENDO INDICAR QUE APOYA LA PROPUESTA DEL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN EL SOBRE DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ES OPCIONAL
381	REFERENCIA	
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA PRESENTE LICITACIÓN ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS?
	RESPUESTA	NO ES LICITACION BAJO LOS TRATADOS FAVOR DE APEGARSE A BASES
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.		
382	REFERENCIA	PUNTO 3.11 COPIA DE 3 FACTURAS O CONTRATOS DEL LICITANTE A FAVOR DE CLIENTES DIFERENTES A LOS QUE SE LES HAYA VENDIDO BIENES IGUALES A LOS LICITADOS EN EL PERIODO (DE ENERO DE 2015 ^a DICIEMBRE DE 2015) PUDIENDOSE OCULTAR LOS PRECIOS EN LAS CITADAS FACTURAS, DEBIENDO CONTENER EL ACUSE DEL RECIBO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR FACTURAS DE LOS AÑOS 2012,2013,, 2014 Y 2015 PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES
INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.A. DE C.V.		

383	REFERENCIA	PARTIDA 7, PUNTO 14
		PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA CON 2 BARANDALES EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 BARANDALES EN LA PARTE INFERIOR, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA NORMA SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES EN SEGURIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS (EN 60601-2-52), MISMA QUE AVALA LA RESISTENCIA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS. TOMANDO EN CONSIDERACION DE ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA Y NO PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DEL PACIENTE, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO QUEDANDO SUJETA A LA VALIDACION DEL AREA TECNICA YA QUE IMPLICARIA CAMBIO DE ALGUNAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS (MEMBRANAS)



NOTAS GENERALES

- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) **PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX.**, Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS **28 Y 29 DE ABRIL DE 2016**, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN **DE 9:00 A 14:00 HORAS.**-----
- 2.- EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA **03 DE MAYO DE 2016 A LAS 10:30 HRS.** EN ESTE MISMO RECINTO, SE DEBERAN PRESENTAR CON 15 MINUTOS DE ANTICIPACION, YA QUE A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO-----




LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **15:25 HORAS.** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LO ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones	
LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS Representante de la Convocante	
LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ	

LICITANTES

VIASIS OTE SA de CV. J	 José Raúl Urueta Alvarado
Corporativo Promedica de Mexico SA. de CV.	 Enrique Delgado
Dewimed S.A.	 Carlos J. Solís Gallardo
Servicios de Ingeniería en Medicina Sade de r CU.	Victor H. Santos M. 
Ingeniería para el cuidado de la Salud SA de CV	Karla Basurto 
PROVEEDORA MEXICANA DE PARTICULOS DE COAGULACIÓN Y LABORATORIO SADO CV	 José de Jesús Hernández Luna

-----FIN DE TEXTO-----

