TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SALUD DE TLAXCALA
Dirección de Administración
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

No. Oficio **RM/1780/08/2016**

Santa Ana Chiautempan, Tlax., a 24 de Agosto de 2016.

Lic. Alejandra Flores Montalvo
Encargada de la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones de Gobierno del Estado
P r e s e n t e.

Derivado del minucioso y detallado análisis que realizó el Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento a la Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala y Dirección de Atención Primaria a la salud a las propuestas técnicas que presentaron los licitantes, envío a usted el Dictamen Técnico de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-70/2016 referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para O.P.D. Salud de Tlaxcala, mismo que ya fue enviado vía correo electrónico, referente a la partida 53101; por lo que solicito de la manera más atenta dé continuidad al proceso antes mencionado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

DRMSyA
25 AGO 2016
8:10 SRC
DEPTO. DE ADQUISICIONES

ELABORÓ
LIC. HECTOR JUAREZ BERISTAIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO
C.P. MARTIN CANAHUATI CARRETO
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

VoBo
LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Copias:
Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Psc.
Dr. José Hipólito Sánchez Hernández.- Director del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala.- Psc.
Dra. Claudia Salamanca Vázquez.- Directora de Atención Primaria a la Salud.- Psc.

MEPS**

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028

25/08/16

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL 3455 L.																
1	*Cat. Pág. única* 1. CAPACIDAD: 3,455 L. DESCRIPCIÓN 2. REGULADOR: DESMONTABLE. 0-15 LPM. COD. 4730. 3. INCLUYE: CÁNULA, 4. ADAPTADOR DE CÁNULA. 5. HUMIDIFICADOR, 6. CARRO PORTA CILINDRO. **Marca: Mada** **Modelo: 1833AE.-15C** **Procedencia: México**	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
4	MONITOR DOPPLER FETAL PORTÁTIL (BATERIA DE REPUESTO) *Cat. Pág. Única* **Marca: SONICMED** **Modelo: SE-175** **Procedencia: México**	PZA	183	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
5	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 y manual pág. 69 **Marca: Medela** **Modelo: Vario 18** **Procedencia: Suiza**																
6	**ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO** EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 1. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. *Cat. Pág.2* 2. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, *Cat. Pág.2* 3. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, *Cat. Pág.3* 4. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. *Cat. Pág.4* 5. CON AL MENOS 5 APERTURAS. *Cat. Pág.4* 6. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS O MAYOR. *Cat. Pág.4* 7. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. *Cat. Pág.5* 8. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. *Cat. Pág.5* 9. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. *Cat. Pág.4* 10. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. *Cat. Pág.6* 11. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. *Cat. Pág.6* 12. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. *Cat.*	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Pág.5 **Marca: Riester** **Modelo: ri-scope, 3750.003** **Procedencia: Alemania**																
7	**ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL** UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. *Cat. Pág.1* 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 *Cat. Pág.3* 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG *Cat. Pág.3* 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. *Cat. Pág.1* 2.-BRAZALETES *Cat. Pág.2* 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. *Cat. Pág.1 y 2* 2.2. REUSABLES DE NYLON. *Cat. Pág.2* 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. *Cat. Pág.2* 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. *Cat. Pág.2* 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. *Cat. Pág.3 y 1* 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. *Cat. Pág.3 y 1* 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. *Cat. Pág.1* **Marca: Riester** **Modelo: Precisa N 1360-107** **Procedencia: Alemania**	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
8	**ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA.** I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. *Cat. Pág.2* 1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. *Cat. Pág.2* 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. *Cat. Pág.2* 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. *Cat. Pág.2* 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. *Cat. Pág.2* 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. *Cat. Pág.2* 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. *Cat. Pág.2* 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. *Cat. Pág.2* 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. *Cat. Pág.2* **Marca: Riester** **Modelo: Anestophon 4177-01** **Procedencia: Alemania**	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
9	OXIMETRO DE PULSO ADULTO. *Cat. Pág. única* **Marca: HERGOM** **Modelo: MD300** **Procedencia: U.S.A.**	PZA	186	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
10	ESTERILIZADOR EN SECO CON 3 CHAROLAS. *Cat. Pág. única* **Marca: LORMA** **Modelo: M072** **Procedencia: MÉXICO**	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
11	FOCO DE REPUESTO ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. *Cat. Pág. 2* **Marca: Riester** **Modelo: 10607-1** **Procedencia: Alemania**	PZA	178	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
14	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD 90 LITROS. *Cat. Pág. 1* **Marca: Anelsam** **Modelo: S/M** **Procedencia: E.U.A.**	PZA	52	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
15	**AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA** PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. *Catálogo Página única* 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 2. INDICADOR DE PRESION, 3. INDICADOR DE TEMPERATURA. 4. VALVULA DE SEGURIDAD. 5. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 1. CAPACIDAD 12 LITROS 2. CON DOS CHAROLAS, 3. CAMARA DE 22X33 CMS.	PZA	25	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 5. VOLTAJE 127 VOLTS. 6. POTENCIA 1200 WATTS. **Marca: Cristofoli** **Modelo: Vitale 12** **Procedencia: Brasil**																
16	**UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA** UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. *Cat. Pág.2* 2. CONSUMO DE 40 WATTS. *Cat. Pág.2* 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. *Cat. Pág.1* 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, *Cat. Pág.2* 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). *Cat. Pág.2* **Marca: Satelec** **Modelo: P5 Booster** **Procedencia: Francia**	PZA	25	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
17	1. REFRIGERADORES PARA VACUNAS. LOS REFRIGERADORES PARA VACUNAS ESTAN DISEÑADOS PARA DAR UN CORRECTO ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMO VACUNAS DE VIRUS VIVOS, MEDICAMENTOS Y REACTIVOS. **MARCA:** VICTER **MODELO:** VPC 200-INOX-10C **PROCEDENCIA:** MEXICO ***Ver página A de catálogo.*** 2.PUERTA SOLIDA LISA Y SIN MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE 304. ***Ver página B de catálogo.*** 3. EMPAQUE MAGNETICO QUE OFRECE UN SELLADO HERMETICO. ***Ver página B de catálogo.*** 4. ENFRIAMIENTO POR CONVECCION CON UN CONGELADOR COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR EN LA PARTE TRASERA PARA LOGRAR UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE. ***Ver página B de catálogo.*** 5. PUERTA SOLIDA LISA Y SIN MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE 304. AISLADA CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE LISA SIN MOLDURAS , ANAQUELES, NI RETENES. ***Ver página A de catálogo.*** 6. CUATRO PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. ***Ver página B de catálogo.*** 7. CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE POR DUPLICADO QUE NO CONTACTA EL INTERIOR, AISLADA CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR. ***Ver página B de catálogo.*** 8. COMPRESOR HERMETICAMENTE SELLADO, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. CONDENSADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO. ENFRIAMIENTO POR CONVECCION CON UN CONGELADOR COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR EN LA PARTE TRASERA PARA LOGRAR UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE. ***Ver página B de catálogo.*** 9. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. ***Ver página B de catálogo.***	PIEZA	5	MAXIMO 40 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO	POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	10. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. ***Ver página B de catálogo.*** 11. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. ***Ver página B de catálogo.*** 12. PARO ARRANQUE AUTOMATICO. ***Ver página B de catálogo.*** 13. ILUMINACION INTERIOR EN LUZ BLANCA (LUZ FRIA) AL ABRIR LA PUERTA. ***Ver página B de catálogo.*** 14. DESHIELO AUTOMATICO POR RESISTENCIA. ***Ver página B de catálogo.*** 15. GRAFICADOR DE TEMPERATURA PARA SIETE DIAS CON RANGO DE -50°C A 50°C. ***Ver página B de catálogo.*** 16. PARRILLAS 3 ***Ver página A de catálogo.*** PARRILAS AJUSTABLES, MENSULAS Y CREMALLERAS EN ACERO INOXIDABLE. DOS CHAROLAS POR PARRILLA PERFORADAS UNIFORMEMENTE, SIN ESQUINAS, EN ACERO INOXIDABLE. ***Ver página B de catálogo.*** 17. AISLADO CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC. ***Ver página B de catálogo.*** 18. PANELES EXTERNOS E INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE 304. SIN PARTES FILOSAS, REBABAS O SOBRANTES DE MATERIAL. ***Ver página B de catálogo.*** 19. DOS CHAROLAS POR PARRILLA PERFORADAS UNIFORMEMENTE, SIN ESQUINAS, EN ACERO INOXIDABLE. ***Ver página B de catálogo.*** 20. ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL CON BATERIA DE RESPALDO AUTORECARGABLE PARA 48 HORAS (CUENTA CON INDICADOR EN CASO DE BATERIA BAJA) PARA LOS SIGUIENTES CASOS:																
	*TEMPERATURAS MAYORES A 8°C Y MENORES A 2°C (CONFIGURABLE), FALLA DE SUMINISTRO ELECTRICO, PUERTA ABIERTA POR MAS DE 1 MINUTO (CONFIGURABLE), FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA, BATERIA BAJA. ***Ver página B de catálogo.***																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1A PARTIDA 5	ASPIRADOR PORTÁTIL 1. ASPIRADOR PORTÁTIL. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 25 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 2. CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 585 MMHG. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 3. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 4 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 4. FLUJO DE 26 LITROS POR MINUTO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 5. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 7 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 6. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 8 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 7. MOTOR SILENCIOSO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 8. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 4 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 9. BASE RODABLE. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 19 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 10. CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 19 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** **MARCA: ATMOS** **MODELO: C 261** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**	PIEZA	178	MAXIMO 40 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO	POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	13. **ESTUCHE RÍGIDO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. ACCESORIOS a. **ESPECULO REUSABLE**. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. b. **PORTA-ESPÁTULAS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 022. INCLUYE BATERÍA. **MARCA: HEINE** **MODELO: K180** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																
ANEXO 1A PARTIDA 7	**ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL** DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA AL REDEDOR DEL BRAZO, UNA PERLLLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA 1.1. GRADUADA DE 0 – 300 MMHG 1.2 PRECISIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG 1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2.- BRAZALETES 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA 2.2. REUSABLES CON VELCRO LAVABLE FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. 2.1. 2.4 DE MEDIDA UNIVERSAL PARA; PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 4.-PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6. MANGUERAS O TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON	PZA	178	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1A PARTIDA 6	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. 1. **EQUIPO DE LUZ XENÓN-HALÓGENA Y FIBRA ÓPTICA**. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 2. **OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 3. **CON LÁMPARA DE LUZ XENÓN-HALÓGENA XHL DE 3.5 VOLTS CON FIBRA ÓPTICA.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 4. **SISTEMA DE SELLADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 5. **ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 6. **OFTALMOSCOPIO CON LÁMPARA DE LUZ XENÓN-HALÓGENA XHL DE 3.5 VOLTS.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 039. 7. **CON 4 APERTURAS Y 1 FILTRO. De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 039. 8. **27 LENTES DE CENTRO DE RANGO DE -35 D A +40 D**. De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 9. **MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 10. **RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE POR MEDIO DE USB. De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 11. **CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 12. **ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011.	PZA	178	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**

ANEXO 1A

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO REFACCIONES PERILLA, BOLSA LIBRE DE LÁTEX ANTIALÉRGICO. **CAT 02.122.00** **MARCA: DEWIMED** **MODELO: ANEROIDE** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1A PARTIDA 8	**ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA** INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y ARTICULARES DE ACERO INOXIDABLE 1.1.1ARGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. 2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN PLÁSTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. 3.TUBO FLEXIBLE DE SILICÓN CON UN LARGO DE 75 CM. MÍNIMO 4.·CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN ,FABRICADA ENACERO INOXIDABLE 4.1 CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 46MM / PEQUEÑA 35MM DE DIÁMETRO. 5.1 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLÁSTICO O FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACÚSTICO. ADICIONAL UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO Y UNA MEMBRANA DE REPUESTO	PZA	178	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
	CAT 02.246.00 **MARCA: DEWIMED** **MODELO: DÚPLEX** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																

ANEXO 1A

FEHLMEX S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
15	**AUTOCLAVE ELECTRICOSEMIAUTOMATICA 19 LTS** **MARCA: FEHLMEX** **MODELO: MAYA ES 1015** **PROCEDENCIA: MEXICO** Descripción. Equipo semi-portatil para esterilizar objetos que resisten altas temperatura, presión y humedad de vapor. 1.- cámara con dimensiones de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) con capacidad útil de 19 litros. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio, (Junta de aclaración de dudas Pag 26, Preg. 170)*** 2.- Tipo gabinete. ***PAGINA 10, Manual de operación y servicio*** 3.- Controlado por microprocesador. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio*** 4.- Cámara interna construida en acero inoxidable AISI 304, de acuerdo al código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I EDICIÓN 2013, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. ***PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio*** 5.- Puerta de apertura manual en acero inoxidable AISI 304, espesor de 12.7 mm acuerdo código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. ***PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio*** 6.- Temperatura de esterilización de 105 °C y 134 °C. ***PAGINA 12, Manual de operación y servicio*** 7.- Tecnología de remoción de aire gravitatorio. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 8.-Aislamiento de espuma de Melanina (basotec) de 25.4 cm de espesor Con ficha técnica de material. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 9.-Pantalla LCD. ***PAGINA 21, Manual de operación y servicio*** 10.- Selector de programas de esterilización: ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.1.-Flash. ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.2.- Instrumentos sin envolver. ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.3.- Instrumentos envueltos. ***PAGINA 24, Manual de operación y servicio*** 9.4.- Bowie & Dick. ***PAGINA 25, Manual de operación y servicio***	**EQUIPO**	**25**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

FEHLMEX S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9.5.- Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: ***PAGINA 27, Manual de operación y servicio*** 9.6.- Tiempo, presión y temperatura. ***PAGINA 27, Manual de operación y servicio*** 11.- Sistema de auto diagnóstico y detección de fallas por medio de microprocesador. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 12.- Pantalla digital para despliegue de parámetros: presión, temperatura, tiempo, ciclo, programación, selección de ciclos y alarmas. ***PAGINA 26, Manual de operación y servicio*** 13.- Sistema de seguridad que impida iniciar cualquier programa, si se encuentra abierta la puerta. ***PAGINA 52, Manual de operación y servicio*** 14.- Alarmas audibles y visibles: ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.1.- Puerta mal cerrada. ***PAGINA 52, Manual de operación y servicio*** 14.2.- Falla de presión de la cámara. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.3.- Falla en el sensor de temperatura. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.4.- Falla en el sensor de presión. ***PAGINA 52 Manual de operación y servicio*** 16.- Válvula de seguridad de vapor calibrada por sobre-presión. Con certificado de válvula. ***PAGINA 81, Manual de operación y servicio*** 17.- Filtros de aire de 0.01 micrones, con ficha técnica. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 18.- Manómetro indicadores de presión de la cámara interna con certificado de calibración. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio***																
	19.- Sistema de paro de emergencia del equipo por sobrecalentamiento. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 20.- Con sistema de sellado hermético con sello de silicón (empaque). ***PAGINA 71, Manual de operación y servicio*** 21.- Marco y panel frontal de acero inoxidable Tipo 304. Con certificado de fabricación a nombre fabricante. ***PAGINA 15,***																

ANEXO 1A

FEHLMEX S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Manual de operación y servicio 22.- Depósito de agua en acero inoxidable 304, inter-construido como parte del equipo, con certificado de material. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio*** 23.- Salida manual de agua a drenaje. ***PAGINA 70, Manual de operación y servicio*** 24.- Un sensor de temperatura PT 100 ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 25.- Generación de vapor por medio de resistencias sumergibles. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 26.- Transductores de presión absoluta. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 27.-Sistema de nivelación. ***PAGINA 8, Manual de operación y servicio*** 28.- ACCESORIOS: ***PÁGINA 85, 86 Manual de operación y servicio*** 29.- Charolas de acero inoxidable 304 (3 piezas). ***PAGINA 15, 17, 86, Manual de operación y servicio*** 30.- Soporte de charolas de acero inoxidable 304. ***PAGINA 17, 86, Manual de operación y servicio*** 31.- INSTALACIÓN: 127 V / 60 Hz. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 32.- Potencia 1200 watts. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio*** 33.- Dimensiones externas ancho 584 mm X alto 432 mm X profundidad 617 mm. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio*** NORMAS Y CERTIFICADOS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES PARA PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO Registro sanitario de acuerdo al modelo ofertado, Certificado ASME vigente a nombre del fabricante , ISO 9001:2008, ISO 13485 en donde se muestre el alcance del producto ofertado Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (Vigente), NOM-003-SCFI-2000.																

ANEXO 1A

FEHLMEX S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
17	**REFRIGERADOR DE 12 PIES PARA GUARDA DE VACUNAS** **MARCA: FEHLMEX** **MODELO: RLF 366** **PROCEDENCIA: MEXICO** 1.-REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA PARA REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. **(PORTADA DEL MANUAL)** 2.- CONSTA DE UNA SOLA PUESTA , CON SELLADO HERMETICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR **(PAGINA 3 CATALOGO TECNICO).** 3.- LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES. **(PAGINA 3 CATALOGO TECNICO)** 4.-REGATONES DE ACERO INOXLDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. **(PAGINA 5 CATALOGO TECNICO)** 5.-CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES. **(PAGINA 3 CATALOGO TECNICO).** 6.-COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. **(PAGINA 3,8 CATALOGO TECNICO)** 7.-CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS. **(PAGINA 4 CATALOGO TECNICO)** 8.-FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA HASTA +42 GRADOS CENTIGRADOS. **(PAGINA 4 CATALOGO TECNICO)** 9.- DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA , PARO ARRANQUE AUTOMATICO ILUMINACION INTERIOR, DESHIELO AUTOMATICO GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE AL MENOS -35 GRADOS CENTIGRADOS A + 15 GRADOS CENTIGRADOS . **(PAGINA 3, 4,8,11 CATALOGO TECNICO)** 10.-CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENOIENTEMENTE. **(PAGINA 3 CATALOGO TECNICO)** 11.-ASILAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES INTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. **(PAGINA 4 CATALOGO TECNICO)** 12.- CANASTILLA DE acero Inox AISI 304 PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS. **(PAGINA 3 CATALOGO TECNICO)** 13.-ALARMA VISUAL Y AUDIBLE:	**PZA**	**5**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
	Las alarmas audibles y visibles se pueden derivar por: a) Para temperaturas mayores o menores a las programadas, b)Falla en el suministro de energía principal c)Selección de límites de temperatura incorrectos, d) Puerta abierta demasiado tiempo(después de un minuto), e)Voltaje bajo de batería recargable, f) Falla del procesador en sistema de alarma automático, g)Falla en el Sensor de temperatura defectuoso. **(PAGINA 4 CATALOGO TECNICO)**																

ANEXO 1A

FISCHER MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
4 DEL ANEXO 1A	**FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES** **CLAVE: 531.292.0019** **ESPECIALIDAD (ES):** OBSTETRICIA **SERVICIO (S):** OBSTETRICIA. TOCOCIRUGIA **DESCRIPCIÓN:** 1. EQUIPO PORTATIL, 2. QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, 3. POR METODO NO INVASIVO, 4. POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: 5. TRANSDUCTOR PARA USO ESPECIFICO EN OBSTETRICIA; 6. CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SENAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. 7. QUE OPERE CON BATERIAS RECARGABLES O DESECHABLES. **SE OFERTAN CON BATERIAS DESECHABLES Y SE INCLUYE UN JUEGO MAS DE BATERIAS DESECHABLES** 8. INDICACION EN PANTALLA DE BATERIA BAJA. 9. APAGADO AUTOMATICO. 10. BOCINA. 11. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 12. PROCESADO DE AUTOCORRELACION **REFACCIONES** LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO **ACCESORIOS** **OPCIONALES:** LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: 13. AUDIFONOS CON CONECTOR **CONSUMIBLES:** LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 14. GEL CONDUCTOR. 15. BATERIAS RECARGABLES O DESECHABLES **SE OFERTA**	**EQUIPO**	**183**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

FISCHER MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CON BATERIAS DESECHABLES. 16. **INSTALACIÓN.** CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ (**NO REQUIERE)** **OPERACIÓN.** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN **MANTENIMIENTO** PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO **MARCA: DANATECH** **MODELO: SONOTRAX BASIC** **PROCEDENCIA: USA**																
9 DEL ANEXO 1A	**OXÍMETRO DE PULSO** **CLAVE: 531.667.0081** **ESPECIALIDAD (ES):** MÉDICAS Y QUIRURGICAS. **SERVICIO (S):** EQUIPO PARA LA MEDICION Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE PERIFERICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 1. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE. 2. FRECUENCIA CARDIACA. 3. CURVA DE PLETISMOGRAFIA. 4. TENDENCIAS DE SATURACION DE OXIGENO. 5. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. 6. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. 7. TECLADO. 8. VOLUMEN PARA TONO DE PULSO, AJUSTABLE.	**EQUIPO**	**186**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

FISCHER MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9. DIMENSIONES Y PESO **REFACCIONES** LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO **ACCESORIOS** **OPCIONALES:** LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 10. SALIDA DIGITAL PARA CONEXION A IMPRESORA O COMPUTADORA. 11. QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJA PERFUSION. 12. BATERIA RECARGABLE. 13. SENSORES REUTILIZABLES: DE DEDO TAMAÑO ADULTO **CONSUMIBLES:** NO REQUIERE **INSTALACIÓN.** 14. CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ **OPERACIÓN.** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN **MANTENIMIENTO** PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO **MARCA: DST** **MODELO: DS-1000** **PROCEDENCIA: USA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
1A 5	Aspirador portátil capacidad de succión de 0 a 200 mmHg, Con Manovacuómetro con escala en mm de hg., flujo de 15 litros por minuto, Panel de control continuo para: encendido y apagado, graduar el Nivel de succión Motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de Agua, Gabinete o base rodable con sistema de frenos en al menos dos ruedas Sistema de seguridad que evite el rebosamiento de líquidos. Marca: imebio Modelo: R-25 Procedencia: México	**Pza.**	**178**	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
1A 15	Autoclave eléctrica semiautomática de mesa para esterilizar Instrumental dental o quirúrgica campos quirúrgicos, gasas, Algodón y desechos Biológicos. Construida en acero inoxidable, Indicador de presión, Indicador de temperatura, Válvula de seguridad. Válvula de alivio, dimensiones de la cámara de esterilización: capacidad 12 litros con tres bandejas, cámara de 22x33 cms. dimensión externa 33.5 x 46.5 voltaje 127 volts. Potencia 1200 Watts. Marca: ARA Modelo: ARA-M2D Versión 1 Procedencia: México	Pza.	25	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
9	**OXÍMETRO DE MANO DE PULSO PORTÁTIL.** 1.- PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA, CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS E INFORMACIÓN: **(CATALOGO PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 2, 9)** 1.1.- DESPLIEGUE DEL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, EN UN RANGO DE 0 A 100%. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 9, 22)** 1.2.- FRECUENCIA DE PULSO DE 20 A 250 PULSOS POR MINUTO. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 23, 125)** 1.3.- DESPLIEGUE DE BARRA PLETISMOGRÁFICA. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 10, 20)** 1.4.- ÍNDICE DEL NIVEL DE PERFUSIÓN EN EL RANGO DE 0.03 A 20% **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 125)** 1.5.- ALARMAS AUDIOVISUALES DE BATERÍA BAJA. **(CATALOGO PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 11, 23, 26)** 2.- CON FUNCIÓN DE TEST DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO. **(MANUAL PÁG. 38)** 3.- SISTEMA DE ALARMA AUDIOVISUAL DE SENSOR DESCONECTADO **(CATALOGO PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 10, 26)** 4.- CON TECNOLOGÍA QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSIÓN. **(CATALOGO PAG. 1, MANUAL PÁG. 21)** 5.- CON INTERFAZ PARA COMUNICACIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS (INFRARROJO). **(MANUAL PÁG. 67)** 6.- TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA. **(CATALOGO PAG. 1, MANUAL PÁG. 12, 16)** 7. CAPACIDAD DE MEMORIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 50 EVENTOS. **(MANUAL PÁG. 65)** 8.- CON MALETÍN DE TRASPORTE PARA SU PROTECCIÓN **(MANUAL PÁG. 85)** 9.- CAPACIDAD DE SOPORTAR AMBIENTES DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 15 A 95% SIN CONDENSACIÓN. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 134)** 10.- RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -20° C A 70° C. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 134)** 11. PESO DE 290 GRAMOS INCLUYENDO BATERÍAS. **(CATALOGO**	PIEZA	186	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	Según Bases	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	**NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE PRESENTA LA COPIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015, YA QUE SE SOLICITA DEL MES DE JULIO DE 2016, INCUMPLIENDO EN EL PUNTO 4.5.4; NO PRESENTA CONSTANCIAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL CERTIFICADO DEL FABRICANTE INCUMPLIENDO CON LO**

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PAG. 2, MANUAL PÁG. 135) 12.- ACCESORIOS: **(MANUAL PÁG. 82)** 12.1.- 1 MALETÍN PARA GUARDA DE OXÍMETRO Y SENSORES. **(MANUAL PÁG. 85)** 12.2.- 1 SENSOR DE SPO2 REUSABLE TIPO DEDAL **(CATALOGO SENSORES PÁG. 1, MANUAL PÁG. 79)** 12.3.- 1 SENSOR SPO2 REUSABLE MULTISITIO **(CATALOGO SENSORES PÁG. 1, MANUAL PÁG. 80)** 13.- CONSUMIBLES: 2 BATERÍAS "AA". **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 29)** **MARCA COVIDIEN / NELLCOR** **MODELO N65** **POCEDENCIA IRLANDA**																**ESTIPULADO MEDIANTE LA PREGUNTA 222 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; NO PRESENTA LOS APOSTILLADOS DEL FABRICANTE, INCUMPLIENDO CON EL PUNTO 4.5.10 DE LAS BASES.**
13	**ELECTROCARDIÓGRAFO DE PROPÓSITO GENERAL** **DEFINICIÓN GMDN:** DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA DETECTAR, REGISTRAR Y GRABARLAS SEÑALES ELÉCTRICAS PRODUCIDAS POR LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN Y REPRODUCIR ESTAS SEÑALES, (VOLTAJE VS. TIEMPO) COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), NORMALMENTE EN FORMATO IMPRESO, PERO TAMBIÉN EN PANTALLA O EN SOPORTE DIGITAL PARA USO POSTERIOR. EL DISPOSITIVO TAMBIÉN PUEDE INCLUIR UNA VARIEDAD DE FUNCIONES, POR EJEMPLO, REGISTRO MONOCANAL O MULTICANAL, CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CAPACIDAD INTERPRETATIVA, PRUEBAS DURANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL PACIENTE. **CLAVE CABMS:** I090000186 DESCRIPCIÓN: 1.-ADQUISICIÓN: **CATALOGO 1 PAG. 2** 1.1.-CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN FORMA SIMULTÁNEA	PIEZA	1	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	Según Bases.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	**NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE PRESENTA LA COPIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015, YA QUE SE SOLICITA DEL MES DE JULIO**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DOCE DERIVACIONES. **CATALOGO 1 PAG. 2** 1.2.-SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO. **CATALOGO 1 PAG. 2** 1.3.-TECLADO ALFANUMÉRICO COMPLETO PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.4.-FRECUENCIA DE MUESTREO DE MÍNIMO 8000 HZ POR CADA PUNTA DEL CABLE DE PACINTE. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.5.-FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA 30 MINUTOS O QUE PERMITA REALIZAR AL MENOS 30 REGISTROS IMPRESOS. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.6.-FILTROS: **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.6.1.-FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.6.2.-FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.6.3.-FILTRO DE LÍNEA BASE. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.7.-FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN EL RANGO DE 120 A 300 HZ. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.8.-FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO EN EL RANGO DE 0.01 A 0.3 HZ. **CATALOGO 1 PAG. 3** 1.9.-PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. **MANUAL PAG. x** 1.10.-DETECCIÓN DE MARCAPASOS. **MANUAL PAG. 4-16** 2.-DESPLIEGUE: **MANUAL PAG. 1-32** 2.1.-PANTALLA DE 6.5" SENSIBLE AL TACTO A COLOR PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES, SIES Y 12 DERIVACIONES . **CATALOGO 1 PAG. 3, MANUAL PAG. 1-32, 1-36** 2.2.-AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD: **MANUAL PAG. 4-22** 2.2.1.-AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 25 Y 50 MM/SEG. **MANUAL PAG. 4-22** 2.2.2.-SENSIBILIDAD DE AL MENOS 5, 10 Y 20 MM /MV. **MANUAL PAG. 4-22** 3.-ALMACENAMIENTO: **CATALOGO 1 PAG. 3** 3.1.-ALMACENAMIENTO INTERNO DE 200 ESTUDIOS COMO. **CATALOGO 1 PAG. 3** 3.2.¬CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN																**DE 2016, INCUMPLIENDO EN EL PUNTO 4.5.4; NO PRESENTA CONSTANCIAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL CERTIFICADO DEL FABRICANTE INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO MEDIANTE LA PREGUNTA 222 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; NO PRESENTA LOS APOSTILLADOS DEL FABRICANTE, INCUMPLIENDO CON EL PUNTO 4.5.10 DE LAS BASES.**

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	COMPUTARIZADO O UNIDADES EXTERNA POR USB. **CATALOGO 1 PAG. 3** 4.-IMPRESIÓN: DE ARREGLO TERMICO INTERCONTRUIDO AL EQUIPO. CON SISTEMA DE ADQUSION DE PREVISULUZACION DEL TRAZO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN PANTALLA ANTES DE IMPRIMIR **CATALOGO 1 PAG. 3, MANUAL PAG. 3-29** 4.1.-IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES **MANUAL PAG. 4-1** 4.2.-SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 5 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE E INTERPRETACIÓN. **CATALOGO 1 PAG. 2** 4.3.-DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL. **MANUAL PAG. 2-3, 2-6** 5.-INTERPRETACIÓN: **MANUAL PAG. 4-6** 5.1.-MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LA AMPLITUD DE LAS ONDAS (P, Q, R, S Y T). **MANUAL PAG. 4-7** 5.2.-MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR). **MANUAL PAG. 4-7** 5.3.-SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS. **MANUAL PAG. XXIV** 6.-ACCESORIOS: 6.1.-CABLE PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS. **CATALOGO 1 PAG. 3** 6.2.-ELECTRODOS REUSABLES ADULTO, PEDIÁTRICO. **CATALOGO 1 PAG. 3** 7.-OTROS: **MANUAL PAG. 1-34** 7.1.-SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. **CATALOGO 1 PAG. 2, MANUAL PAG. 1-34** **ACCESORIOS OPCIONALES:** 8. CARRO DE TRANSPORTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL EQUIPO. **MANUAL PAG. 1-43**																
	CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. 9. GEL O PASTA CONDUCTORA. **CATALOGO 3** 10. PAPEL TÉRMICO. **MANUAL PAG. CATALOGOS 2 PAG. 3** 11. ELECTRODOS DESECHABLES. **CATALOGOS 2 PAG. 4**																

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. **INSTALACIÓN:** QUE OPERE A 120V 60 HZ +/- 10%. **CATALOGO 1 PAG. 3** **OPERACIÓN:** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. **MANTENIMIENTO:** PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. **NORMAS - CERTIFICADOS:** QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: PRODUCTO EXTRANJERO: (FDA, CE O JIS) Y PARA PRODUCTO NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (COFEPRIS). **MARCA PHILIPS** **MODELO TC30** **PROCEDENCIA E.U.A.**																
17	1.-REFIRGERADOR DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. **CATALOGO PAG. 1, 3** 2.-CONSTA DE UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMETICO, **CATALOGO PAG. 3** 3.-CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR **CATALOGO PAG. 3** 4.-LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES. **CATALOGO PAG. 3** 5.-REGATONES DE ACERO INOXLDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. **CATALOGO PAG. 2**	PIEZA	5	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	Según Bases.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	**NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE PRESENTA LA COPIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015, YA QUE SE SOLICITA DEL MES DE JULIO DE 2016, INCUMPLIENDO EN EL PUNTO 4.5.4; NO PRESENTA CONSTANCIAS DE**

ANEXO 1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.-CERRADURA DE SEGURIDAD CON UNA O DOS LLAVES. **CATALOGO PAG. 3** 7.-COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS. FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA HASTA +42 GRADOS CENTIGRADOS. **CATALOGO PAG. 4** 8.-DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, **CATALOGO PAG. 2** 9.-PARO- ARRANQUE AUTOMATICO. **CATALOGO PAG. 2** 10.-ILUMINACION INTERIOR, **CATALOGO PAG. 3** 11.-DESHIELO AUTOMATICO **CATALOGO PAG. 3** 12.-GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE -50 GRADOS CENTIGRADOS A + 50 GRADOS CENTIGRADOS. **CATALOGO PAG. 2** 13.- CON PARRILLAS DE ACERO INOXIOABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONATADAS INDEPENDIENTEMENTE. **CATALOGO PAG. 3** 14.-ASILAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, **CATALOGO PAG. 2** 15.-PANELES INTERIORES Y EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. **CATALOGO PAG. 2**																**CAPACITACION DEL PERSONAL CERTIFICADO DEL FABRICANTE INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO MEDIANTE LA PREGUNTA 222 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; NO PRESENTA LOS APOSTILLADOS DEL FABRICANTE, INCUMPLIENDO CON EL PUNTO 4.5.10 DE LAS BASES.**
	16.-CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS. **CATALOGO PAG. 4** 17.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE **CATALOGO PAG. 2** **MARCA SOBRINOX** **MODELO RSBC-112-SVA** **PROCEDENCIA MEXICO.**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
6 ANEXO 1-A	**ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO** 1.- EQUIPO DE LUZ HALÓGENA Y FIBRA ÓPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS, 2.- OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DE 3.5 VOLTS CON FIBRA ÓPTICA. 3.-SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS, 4.-ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, 5.- OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DE 3.5 VOLTS. 6.-CON LA MENOS 5 APERTURAS Y LENTE$ CENTRO DE RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRÍAS O MAYOR. 7.-MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO 8.-RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. 9.-CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ 10.-ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO. 11.-CON ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. 12.- ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATE LENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. 13.-INCLUYE. BATERÍA ALCALINA TAMAÑO O TIPO C **MODELO: 97200-C** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**	PIEZA	178	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1A

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
7 ANEXO 1-A	**ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL** UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA AL REDEDOR DEL BRAZO, UNA PERLILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG 1.2. CON DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2.-BRAZALETES 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA 2.2. REUSABLES DE NYLON NO CONDUCTIVA 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 4.-PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6. TUBO LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, TUBO O MANGUERA **MODELO: DS44-11** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**	PIEZA	178	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**

ANEXO 1A

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y ARTICULARES DE BRONCE CROMADO. 1.1.1 ARGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. 2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE GOMA GRADO MEDICO, LAVABLES. 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 50 CM. 4.•CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACIÓN ,FABRICADA EN BRONCE CROMADO. 4.1 CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO. 5.1 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICAOS EN UN MATERIAL DE PLÁSTICO O FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO	PIEZA	178	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**
8 ANEXO 1-A	**MODELO: 5079-73** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**																

ANEXO 1B

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
2	**MESA QUIRURGICA ELECTRICA**. ESPECIALDAD (S): SERVICIO (S): Quirófanos. DEFINICION: Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico, con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. DESCRIPCION: 1. Mesa quirúrgica con 5 secciones. *Cat. Pág.2* 2. Mesa rodable con sistema de frenos. *Cat. Pág.2* 3. Sistema de cuatro ruedas dobles regulables y electro conductoras de 125 mm. *Cat. Pág.2* 4. La mesa cuenta con conexión equipotencial. *Cat. Pág.4* 5. Cojines de 60 mm *Cat. Pág.4* 6. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 202 cm. *Cat. Pág.5* 7. Ancho total 520 mm *Cat. Pág.5* 8. Placa inferior (long. X an.) 1.120 x 580 mm *Cat. Pág.3* 9. Con base de acero inoxidable que permita una mejor movilidad de la mesa quirúrgica. *Cat. Pág.2* 10. Columna en acero inoxidable. *Cat. Pág.2* 11. Bastidor o estructura de superficie y rieles laterales en acero inoxidable. *Cat. Pág.2* 12. Radio transparente en todas sus secciones. *Cat. Pág.3* 13. Protección contra la entrada de líquidos IP X 4 *Cat. Pág.4* 14. La mesa debe tiene la capacidad de intercambiar la cabecera y las piernas para poner al paciente en posición inversa *Cat. Pág.3* 15. Mesa con secciones: Cabecera con ajuste de flexión continua de +30°/-45° grados. *Cat. Pág.5* 16. Pelvis y miembros pélvicos en placas independientes, desmontables y abatibles y con movimiento de tijera. *Cat. Pág.5* 17. Función para colocar la mesa en posición horizontal. *Cat.*	EQUIPO	16	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO SE ACEPTA Punto 3. No cumple no se demuestra en catálogo que el equipo cuente con ruedas dobles. Punto 6. No cumple la longitud solicitada por la convocante. Punto 7. No cumple ancho total solicitado por la convocante. Punto 18. No cumple Se solicita desactivar automáticamente tres minutos después de haber pulsado la última tecla. Punto 23. No**

ANEXO 1B

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Pág.4 18. El mando manual se desactiva automáticamente un minutos después de haber pulsado la última tecla. *Cat. Pág.2* 19. Accionamiento mecánico de los movimientos de: elevación y descenso, ajuste lateral y trendelenburg/ trendelenburg inverso *Cat. Pág.2* 20. Fowler mínimo +80 -45 grados, *Cat. Pág.5* 21. inclinación Trendelemburg de 30° grados y en posición inversa de 30° grados *Cat. Pág.5* 22. inclinación lateral, izquierda y derecha de 20° grados. *Cat. Pág.5* 23. Inclinación placas de piernas +20°/-90° *Cat. Pág.5* 24. Posición Flex y Reflex 240°/120° *Cat. Pág.5* 25. Regulación de altura 70-110 cm. *Cat. Pág.5* 26. Accesible al uso de intensificador de imagen. Cojín desmontable eléctricamente conductivo o antiestético en todas sus secciones y sin costuras. *Cat. Pág.4* 27. Carga máxima del paciente en estático de 297 Kg. *Cat. Pág.5* 28. Carga máxima del paciente en dinámico de 250 kg. *Cat. Pág.5* 29. Con accesorios en acero inoxidable *Cat. Pág. 5* 30. Quinta rueda para estabilidad direccional *Cat. Pág.2* 31. Indicador de la batería en el cargador *Cat. Pág. 1* 32. Indicador de la batería en el control alámbrico *Cat. Pág.4* 33. Tiempo de carga de una batería vacía de 6 horas *Cat. Pág. 4* 34. Capacidad de realizar todos los movimientos con carga máxima 50 veces *Cat. Pág.4* 35. Cumple con las exigencias de las normas 93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1-2:200, ISO 14971. SE CUMPLE 36. Con accesorios para cirugía general *Cat. Pág.5* Apoya brazo con pieza de fijación rápida con rotula 1 *Cat. Pág.5* Traba de muñeca 1 *Cat. Pág. 5*																**cumple se solicita inclinación de +20°/-90° Punto 26. No cumple no se demuestra en catálogo que el cojín ofertado sea sin costuras. Punto 30. No cumple En su propuesta no se demuestra que el equipo cuente con quinta rueda para estabilidad direccional. Punto 31. No cumple En su propuesta no se demuestra claramente en catálogo que el equipo cuente con indicador de batería en el**

ANEXO 1B

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Arco de anestesia con articulación central 1 *Cat. Pág.5* Pieza de fijación radial 1 *Cat. Pág. 5* Soporte para infusión 1 *Cat. Pág.5* Apoyo para hombros 2 *Cat. Pág.5* Soporte Universal para apoyo lateral y dorsal 2 *Cat. Pág.5* Pieza de fijación rápida 2 *Cat. Pág.5* Apoyo lateral y dorsal 2 *Cat. Pág.5* Traba para cuerpo 1 *Cat. Pág.5* Traba para pierna 2 *Cat. Pág.5* Producto de origen nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS. SE ADJUNTA Carta de apoyo del fabricante.SE ADJUNTA La presente ficha es congruencia al Centro Nacional De Excelencia Tecnológica, y en acorde a las necesidades de los usuarios de los Hospitales del OPD Salud de Tlaxcala, por lo que las características solicitadas deberán ser iguales o superiores a las establecidas en el contenido de las mismas. 2. - No se aceptan equipos de origen Italiano. ES EQUIPO MEXICANO 3. – Dentro de sus propuestas técnicas deberán integrar carta de apoyo del fabricante o distribuidor primario en México. SE ADJUNTA																**cargador. Punto 32. No En su propuesta no se demuestra claramente en catálogo que el equipo cuente con indicador de batería en el control alámbrico. Punto 36. No cumple El Arco de Anestesia que oferta en su propuesta no cuenta con articulación central.**
	Marca: Dimedic Modelo: MCE-II Procedencia: México																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA. CLAVE 531.616.5116 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICA ESPECIALIDAD (ES): SERVICIO (S): QUIRÓFANOS. DEFINICIÓN: MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. DESCRIPCIÓN: 1. MESA QUIRÚRGICA CON 5 SECCIONES. **CATALOGO 60, PAGINA 16, 21** 2. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. **CATALOGO 60, PAGINA 14, 19, 20, 21** 3. SISTEMA DE CUATRO RUEDAS DOBLES CON CUBIERTA DE PROTECCIÓN ANTI LÍQUIDOS, REGULABLES, ELECTRO CONDUCTORAS DE 125 MM. **CATALOGO 60, PAGINA 18, 20, 21, 22, 23; MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 11** 4. LA MESA DEBE CONTAR CON CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL. **CATALOGO 60, PAGINA 21, 22. MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 11** 5. COJINES DE 60 MM. **CATALOGO 60, PAGINA 19** 6. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 213 CM. **CATALOGO 60, PAGINA 18**																
ANEXO 1B PARTIDA 2		EQUIPO	16	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **Punto 24. No cumple se solicita Flexión 230° y referencia Flexión 220°** **Punto 36. No cumple El Arco de Anestesia que oferta en su propuesta técnica no cuenta con articulación central** **PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo**
	7. ANCHO TOTAL 590 MM **CATALOGO 60, PAGINA 18** 8. PLACA INFERIOR (LONG. X AN.) 1.120 X 580 MM **CATALOGO 60, PAGINA 18** 9. CON BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE Y LIGERO QUE PERMITA UNA MEJOR MOVILIDAD DE LA MESA QUIRÚRGICA. **CATALOGO 60, PAGINA 19.**																

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	10. COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE AL CROMO NÍQUEL. **CATALOGO 60, PAGINA 19; MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 34** 11. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE AL CROMO NÍQUEL. **CATALOGO 60, PAGINA 19; MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 34** 12. RADIO TRANSPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES. **CATALOGO 60, PAGINA 19, 22** 13. PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS IP X 4. **MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 44** 14. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR LA CABECERA Y LAS PIERNAS PARA PONER AL PACIENTE EN POSICIÓN INVERSA. **CATALOGO 60, PAGINA 15, 22** 15. MESA CON SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +25°/-45° GRADOS. **CATALOGO 60, PAGINA 17, 18, 21** 16. PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. **CATALOGO 60, PAGINA 17** 17. FUNCIÓN PARA COLOCAR LA MESA EN POSICIÓN HORIZONTAL. **CATALOGO 60, PAGINA 15, 20** 18. EL MANDO MANUAL SE DEBE DESACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE TRES MINUTOS DESPUÉS DE HABER PULSADO LA ÚLTIMA TECLA. **MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 18** 19. ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO Y MECÁNICO DE LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACIÓN Y DESCENSO, AJUSTE LATERAL Y TRENDELENBURG/ TRENDELENBURG INVERSO. **CATALOGO 60, PAGINA 19, 20** 20. FOWLER MÍNIMO +70 -50 GRADOS, **CATALOGO 60, PAGINA 18, 19** 21. INCLINACIÓN TRENDELEMBURG DE 30° GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA DE 30° GRADOS **CATALOGO 60, PAGINA 18, 19** 22. INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20° GRADOS. **CATALOGO 60, PAGINA 18, 19**																**con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	23. INCLINACIÓN PLACAS DE PIERNAS +20°/-90° **CATALOGO 60, PAGINA 18** 24. POSICIÓN FLEX Y REFLEX 220°/110° **CATALOGO 60, PAGINA 19** 25. REGULACIÓN DE ALTURA 69-105 CM. **CATALOGO 60, PAGINA 18, 19** 26. ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN. COJÍN DESMONTABLE ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTÉTICO EN TODAS SUS SECCIONES Y SIN COSTURAS. **CATALOGO 60, PAGINA 14, 19, 22, 23, 27** 27. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN ESTÁTICO DE 250 KG. **CATALOGO 60, PAGINA 18** 28. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN DINÁMICO DE 185 KG. **CATALOGO 60, PAGINA 18** 29. CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE AL CROMO NÍQUEL. **MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 34** 30. QUINTA RUEDA PARA ESTABILIDAD DIRECCIONAL. **CATALOGO 60, PAGINA 16, 19, 20, 21** 31. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CARGADOR, EN LA BASE DE LA MESA Y EN EL CONTROL DE MANDO. **CATALOGO 60, PAGINA 20, 22, 23; MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 13** 32. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CONTROL ALÁMBRICO **CATALOGO 60, PAGINA 20** 33. TIEMPO DE CARGA DE UNA BATERÍA VACÍA DE 8 – 10 HORAS. **CATALOGO 60, PAGINA 22; MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 13** 34. CAPACIDAD DE REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON CARGA MÁXIMA 50 VECES. **MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 13** 35. QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LAS NORMAS																

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1-2:200, ISO 14971. **MANUAL DE INSTRUCCIONES, PAGINA 3** 36. CON ACCESORIOS PARA CIRUGÍA GENERAL. **CATALOGO 92, PAGINA 2, 8, 9, 10** APOYA BRAZO CON PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ROTULA 1 TRABA DE MUÑECA 1 ARCO DE ANESTESIA CON ARTICULACIÓN CENTRAL 1 PIEZA DE FIJACIÓN RADIAL 1 SOPORTE PARA INFUSIÓN 1 APOYO PARA HOMBROS 2 SOPORTE UNIVERSAL PARA APOYO LATERAL Y DORSAL 2 PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA 2 APOYO LATERAL Y DORSAL 2 TRABA PARA CUERPO 1 TRABA PARA PIERNA 2 NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS																
	MARCA: SCHMITZ **MODELO: RC 40** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1B PARTIDA 3	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED DESCRIPCIÓN: EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN **DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR Y MEJORAS TECNOLÓGICAS Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.** DESCRIPCIÓN: 1. EQUIPO FIJO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES, ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE EL CAMPO QUIRÚRGICO. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 3, 5** 2. MONTAJE DE COLUMNA FIJA AL TECHO, CON 2 BRAZOS ARTICULADOS PORTA LÁMPARA, CADA UNO CON GIRO ROTATORIO DE 360°, AJUSTE VERTICAL DE 119 CM A -50/+ 45° **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14, 15** 3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA SALIDA LUMINICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MAS EFICAZ. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** 4. 4A, AB, 4C, 4D, 4E. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES. CARCASA FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO, TOTALMENTE SELLADA, RESISTENTE A QUIMICOS Y DEFORMACIONES. SATELITE CON FRENTE DE CRISTAL ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PANEL DE CONTROL CUBIERTO POR UNA LAMINA QUE FACILITA LA LIMPIEZA, SOPORTE PARA MANGO ESTERILIZABLE DE ALUMINIO. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 6, 9, 14** 5. INTEGRADO POR DOS BRAZOS CON EXTENSION L1/L2 750/850 MM. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 15** 6. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 9, 15**	EQUIPO	15	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: Punto 11.D. No cumple se solicita temperatura de color a 5600 Grados Kelvin es su propuesta técnica oferta temperatura de color de 4900 Grados Kelvin. Punto 12.D. . No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar una Temperatura de color de 5.600**

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6 A, 6B, 6C. INTEGRADA POR UNA LÁMPARA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. CARCASA RECTANGULAR EXTREMADAMENTE PLANA SIN BORDES NI MANERALES DE MANIPULACION SENCILLA, PERMITE OPTIMO FLUJO LAMINAR. DIMENSIONES 470x707x56 MM; 470x578x56 MM. PESO 19 KG; 16 KG. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 6, 14** 7. CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 9** 8. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 9** 9. FUENTE DE LUZ PARA CABEZAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** A. BOMBILLAS ULTRA BLANCAS DE LED. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** B. VIDA UTIL DE LOS LEDS DE 50,000 HORAS. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 6, 14** 10. PANEL DE CONTROL DE TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE, REGULACION Y SELECCIÓN DE COLOR DEL MODO DE LUZ AMBIENTE. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** A. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** B. INDICADOR PARA VER FALLO-CAUSA-SOLUCION.. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7** C. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 9 ETAPAS. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7, 14** 11. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 130,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** A. ARREGLO DE 38 MODULOS CADA UNO COMPUESTO DE 2 LEDS INDEPENDIENTES Y CONSUMO DE POTENCIA DE 40 W. **DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES PAGINA 457, PREGUNTA 126. SE PERMITE OFERTAR TECNOLOGIA. CATALOGO DEWILUX DL**																**Grados Kelvin.** **PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	160/130 LED, PAGINA 14 B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 130,000 LUXES. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** C. MODO DE LUZ AMBIENTE O PARA ENDOSCOPIA MEDIANTE SISTEMA UBICADO EN EL CABEZAL, CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN DE COLOR Y REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7, 9, 14** D. TEMPERATURA DE COLOR DE 4900 GRADOS KELVIN. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 96. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ REGULABLE DE 15 A 28 CM. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1 M. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 330 WATTS/ METROS2 **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** J. EQUIVALENTE FOTOMETRICO DE RADIACION 290 LM/W **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** 12. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** A. ARREGLO DE 50 MODULOS CADA UNO COMPUESTO DE 2 LEDS INDEPENDIENTES Y CONSUMO DE POTENCIA DE 50 W. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** C. MODO DE LUZ AMBIENTE O PARA ENDOSCOPIA MEDIANTE SISTEMA UBICADO EN EL CABEZAL, CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN DE COLOR Y REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 7, 9, 14** D. TEMPERATURA DE COLOR DE 4900 GRADOS KELVIN. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 96. **CATALOGO DEWILUX**																

ANEXO 1B

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DL 160/130 LED, PAGINA 14 G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ REGULABLE DE 15 A 28 CM. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1 M. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 525WATTS/ METROS2 **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** J. EQUIVALENTE FOTOMETRICO DE RADIACION 290 LM/W **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** 13. SUMINISTRO DE ENERGIA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120 V 60 HZ **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** 14. CORRIENTE DE SALIDA DEL EQUIPO MAXIMO DE 3.6A CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA 50W LUMINARIA 1 Y LUMINARIA 2 DE 3.2 A CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA 40W **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** 15. CLASIFICACION IP DE LA LAMPARA IP 42 **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 14** 16. REDUCIDA EMISION DE CALOR DEBIDO A UNA BAJA CARGA TERMICA DEL DIODO LUMINOSO Y AUSENCIA DE COMPONENTES DE RADIACION INFRAROJA Y UV EN LA LUZ EMITIDA LO QUE PERMITE QUE EL INCREMENTO DE LA TEMPERAURA DENTRO DEL CAMPO OPERATORIO SEA MENOS A 10°C Y SOBRE LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR A 1°C EVITANDO ASI LA DESHIDRATACION DE LOS TEJIDOS EXPUESTOS **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 8, 14** 17. CON SISTEMA DE BATERIA INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 7 HORAS SIN CAIDA NI PERDIDA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. **CATALOGO DEWILUX DL 160/130 LED, PAGINA 11; MANUAL DE USO, PAGINA 19, 26, 28, 29** REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO ACCESORIOS: 2 MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES **INCLUIDO EN OFERTA ECONÓMICA**																
	MARCA: DEWIMED **MODELO: DEWILUX DL 160/130** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

FEHLMEX, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED 120000 A 160000 LUXES **MARCA: FEHLMEX** **MODELO: FEH LED 130/160** **PROCEDENCIA: MEXICO**																
3	EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN: 1. EQUIPO FIJO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES, ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE EL CAMPO QUIRÚRGICO **(portada del manual)** 2. MONTAJE DE COLUMNA FIJA AL TECHO, CON DOS BRAZOS ARTICULADOS PORTA LÁMPARA, CADA UNO CON GIRO ROTATORIO DE 360°, AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90 CM A +/- 45°.**(pagina 1-2 del manual)** 3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA SALIDA LUMINICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MAS EFICAZ **(pagina 5-6 del manual)** 4. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: **(pagina 2-7 del manual)** A. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO **(pagina 2-7 del manual)** B. JUNTAS DE SILICONA **(pagina 2-7 del manual)** C. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO**(pagina 2-7 del manual)** D. SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO **(pagina 2-7 del manual)** E. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA **(pagina 2-7 del manual)** 5. INTEGRADO POR DOS BRAZOS CON EXTENSION L1/L2 700/850 MM **(pagina 2-7 del manual)** 6. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **(pagina 1-2 del manual)** A. DIAMETRO DEL CABEZAL 620 MM Y OTRO DE 740MM **(pagina 5-**	**PZA**	**15**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIOES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA NO CUMPLE EN SU PROPUESTA TECNICA EN EL PUNTO 17. NO CUMPLE, EN LA PÁGINA 3-2 DEL MANUAL NO HACE REFERENCIA A SISTEMA DE BATERIA INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30 MINUTOS.**

ANEXO 1B

FEHLMEX, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6 del manual) B. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM **(pagina 5-6 del manual)** C. PESO DEL CABEZAL 12 KG **(pagina 5-6 del manual)** 7. CABEZALES CERRADOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN **(pagina 3-2 del manual)** 8. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO **(pagina 3-2 del manual)** 9. FUENTE DE LUZ PARA AMBOS CABEZALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **(pagina 5-6 del manual)** A. BOMBILLAS BLANCAS DE LED **(pagina 5-6 del manual)** B.VIDA UTIL DE LOS LEDS DE 40,000 HORAS **(pagina 5-6 del manual)** 10. PANEL DE CONTROL DIGITAL O TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE **(pagina 2-14 del manual)** A. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO **(pagina 2-14 del manual)** B. INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO-CAUSA-SOLUCION **(pagina 2-14 del manual)** C. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA AJUSTANDO PRESIONANDO EL DEDO EN PANTALLAS HASTA EL RANGO DESEADO. **(pagina 2-14 del manual)(PREGUNTA 185 PAGINA 28 DE J.A.)** 11. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 130,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **(pagina 5-6 del manual)**																
	A. ARREGLO DE 24 BOMBILLAS BLANCAS LED, CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE REFLECTORES LEDS INDIBIDUALES. : **(pagina 5-6 del manual)(pregunta 186 pagina 28 de junta de aclaraciones)** B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 130,000 LUXES. **(pagina 5-6 del manual)** C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX(back light. **(pagina 5-6 del**																

ANEXO 1B

FEHLMEX, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	manual)(pregunta 187 pagina 28 de junta de aclaraciones.) D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600 GRADOS KELVIN **(pagina 5-6 del manual)** E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95% **(pagina 5-6 del manual)** F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 **(pagina 5-6 del manual)** G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 30 CM **(pagina 5-6 del manual)** H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M **(pagina 5-6 del manual)** I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 430 WATTS/ METROS2 **(pagina 5-6 del manual)** J. RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX **(pagina 5-6 del manual)** 12. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **(pagina 5-6 del manual)** A. ARREGLO DE 32 BOMBILLAS BLANCAS LED, CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE REFLECTORES LEDS INDIVIDUALES. : **(pagina 5-6 del manual)(pregunta 186 pagina 28 de junta de aclaraciones)** B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES **(pagina 5-6 del manual)** C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX **(pagina 5-6 del manual)** D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600 GRADOS KELVIN **(pagina 5-6 del manual)** E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 % **(pagina 5-6 del manual)** F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93% **(pagina 5-6 del manual)** ~~G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 30 CM **(pagina 5-6 del manual)**~~ H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M **(pagina 5-6 del manual)** I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 580 WATTS/ METROS2 **(pagina 5-6 del manual)** J. RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX **(pagina 5-6 del manual)** 13. SUMINISTRO DE ENERGIA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120 V 60 HZ																

ANEXO 1B

FEHLMEX, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	(pagina 5-3 del manual) 14. CORRIENTE DE SALIDA DEL EQUIPO PMAX IGUAL A 85 W IMAX IGUAL A 5A **(pagina 5-3 del manual) (pregunta 190 pagina 28 de junta de aclaraciones)** 15. CLASIFICACION IP DE LA LAMPARA IP 42 **(pagina 3-2 del manual)** 16.SISTEMA DE GESTION TERMICA INTEGRADO PARA DISIPAR EL CALOR PRODUCIDO POR LOS LED. **(pagina 2-5 del manual).** 17. CON SISTEMA DE BATERIA INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30 MINUTOS **(pagina 3-2 del manual)** REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO ACCESORIOS: 2 MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS POR PERSONAL CERTIFICADO DE FÁBRICA CURSOS DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO PROGRAMADOS PARA CADA TURNO DEL PERSONAL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS."																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Clave 531.616.5116.00																**NO SE ACEPTA**
ANEXO 1B PARTIDA 2	Mesa quirúrgica electrohidráulica. Mesa quirúrgica eléctrica Especialidad (s): Servicio (s): quirófanos. Definición: mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico, con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. Descripción: 1. Mesa quirúrgica con 5 secciones. 2. Mesa rodable con sistema de frenos. 3. Sistema de cuatro ruedas dobles regulables y electro conductoras de 125 mm. 4. La mesa debe contar con conexión equipotencial. 5. Cojines de 60 mm 6. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 213 cm. 7. Ancho total 590 mm 8. Placa inferior (long. X an.) 1.120 x 580 mm 9. Con base construida en acero inoxidable y ligero que permita una mejor movilidad de la mesa quirúrgica. 10. Columna en acero inoxidable. 11. Bastidor o estructura de superficie y rieles laterales en acero inoxidable. 12. Radio transparente en todas sus secciones. 13. Protección contra la entrada de líquidos IP X 4 14. La mesa debe tener la capacidad de intercambiar la cabecera y las piernas para poner al paciente en posición inversa 15. Mesa con secciones: Cabecera con ajuste de flexión continua de +25°/-45° grados. 16. Pelvis y miembros pélvicos en placas independientes, desmontables y abatibles y con movimiento de tijera. ~~17. Función para colocar la mesa en posición horizontal~~ 18. El mando manual se debe desactivar automáticamente tres minutos después de haber pulsado la última tecla. 19. Accionamiento electromecánico de los movimientos de: elevación y descenso, ajuste lateral y trendelemburg/ trendelemburg inverso. 20. Fowler +70 -50 grados,	Equipo	16	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	**POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: Propuesta Tecnica Punto 4. No cumple, en su propuesta técnica no demuestra que la mesa cuente con conexión equipotencial. Punto 13. Su propuesta para esta partida queda descalificada en congruencia a la respuesta 175 de la junta de aclaraciones donde se especifica que la protección contra la entrada de líquidos IP X 4 se deberá de mostrar en manuales y/o folletos que el equipo ofertado**

ANEXO 1B

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	21. inclinación Trendelemburg de 30° grados y en posición inversa de 30° grados. 22. inclinación lateral, izquierda y derecha de 20° grados. 23. Inclinación placas de piernas +20°/-90° 24. Posición Flex y Reflex 230°/110° 25. Regulación de altura 69-105 cm. 26. Accesible al uso de intensificador de imagen. Cojín desmontable eléctricamente conductivo o antiestético en todas sus secciones y sin costuras. 27. Carga máxima del paciente en estático de 250 Kg. 28. Carga máxima del paciente en dinámico de 185 kg. 29. Con accesorios en acero inoxidable 30. Quinta rueda para estabilidad direccional 31. Indicador de la batería en el cargador 32. Indicador de la batería en el control alámbrico 33. Tiempo de carga de una batería vacía de 8 a 10 horas 34. Capacidad de realizar todos los movimientos con carga máxima 50 veces 35. Que cumplan con las exigencias de las normas 93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1-2:200, ISO 14971. 36. Con accesorios para cirugía general Apoya brazo con pieza de fijación rápida con rotula 1 Traba de muñeca 1 Arco de anestesia con articulación central 1 Pieza de fijación radial 1 Soporte para infusión 1 Apoyo para hombros 2 Soporte Universal para apoyo lateral y dorsal 2 Pieza de fijación rápida 2 ~~Apoyo lateral y dorsal 2~~																**cuenta con dicha protección, toda vez que en su folleto no es suficiente con mencionar la característica. Punto 30. No cumple, en su propuesta técnica no demuestra la capacidad del equipo de contar con la quinta rueda para estabilidad direccional ya que no hace alusión a imagen o evidencia gráfica, toda vez que la fotografía que se incluye en su folleto es considerada como el producto final.**
	Traba para cuerpo 1 Traba para pierna 2 Normas y Certificados: Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 o ANSI /AAMI; Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS. Carta de																

ANEXO 1B

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	apoyo del fabricante o distribuidor primario con copia de carta apostillada del fabricante que lo acredita. La presente ficha es congruencia al Centro Nacional De Excelencia Tecnológica, y en acorde a las necesidades de los usuarios de los Hospitales del OPD Salud de Tlaxcala, por lo que las características solicitadas deberán ser iguales o superiores a las establecidas en el contenido de las mismas. Marca: IMEBIO Modelo: MG-70c Procedencia: México																
ANEXO 1B PARTIDA 3	Clave 531.562.1010 "Lámpara quirúrgica doble led. Equipo Fijo para iluminar el campo quirúrgico durante la Exploración o maniobras quirúrgicas. Equipo no invasivo, Utilizado en el quirófano de unidades de segundo y tercer Nivel de atención. Descripción: 1. Equipo fijo para la Iluminación específica de un sitio quirúrgico durante Periodos prolongados, que facilita al cirujano una Visualización óptima de pequeños objetos de bajo contraste A diversas profundidades o a través de incisiones, además de iluminar adecuadamente el campo quirúrgico. 2. Montaje de columna fija al techo, con dos brazos articulados porta lámpara, cada uno con giro rotatorio de 360°, ajuste vertical de 90 cm a +/- 45°. 3. Equipo con reflectores de lentes individuales para proporcionar una óptima salida Lumínica y un control de sombras más eficaz. 4. Equipo Fabricado con los siguientes materiales: A. Anillo De Cristal Inferior De Aluminio B. Juntas De Silicona C. Cristal Inferior de policarbonato D. Soporte cardan de acero con recubrimiento de polvo. E. Carcasa del panel de control de Poliamida 5. Integrado por dos brazos con extensión L1/L2 700/850 mm. 6. Integrada por dos lámparas con las siguientes características: A. Diámetro del cabezal 620 mm. B. Altura del cabezal 80 mm	Equipo	15	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **Propuesta Técnica** **Punto 11.C. No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de contar de Luz Ambiente de 300 LUX.** **PUNTO 11.D. No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar una Temperatura de color de 5.600 Grados Kelvin.** **Punto 11.I. No cumple, en su propuesta técnica no hay información**

ANEXO 1B

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	C. Peso del cabezal 13 kg. 7. Cabezales cerrados con superficie externa lisa sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. 8. Mango de ensamble rápido y no roscable, desmontable, esterilizable, de plástico. 9. Fuente de luz para ambos cabezales con las Siguientes características: A. Bombillas blancas de led. B. Vida útil de los leds de 30,000 horas. 10. Panel de control digital o teclas de membrana en el satélite o cabezal para control de encendido y apagado de la lámpara, aumento y disminución de la intensidad luminosa, encendido y apagado del modo de luz ambiente A. Indicador de estado Iluminado permanentemente durante el modo Stand By y durante el funcionamiento. B. Indicador en naranja para Ver fallo-causa-solución. C. Aumento de la intensidad luminosa en 7 etapas 11. Un cabezal con intensidad luminosa homogénea de 120,000 luxes con las siguientes Características: A. Arreglo de 120 bombillas blancas led en un arreglo de 6 regletas. B. Ajuste de la iluminancia 40,000 lux a 120,000 luxes. C. Modo de luz ambiente de 300 lux. D. Temperatura de color de 5.600 grados kelvin E. Índice de rendimiento de color RA de 95. F. Índice de rendimiento de color RA de 93. G. Diámetro de campo de luz de 20 cm. H. Profundidad de iluminación 1.3 m. I. Irradiancia central de 430 watts/ metros2. J. Relacion ee/ec 3.5 w/m2xlux.																**contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar IRRADIANCIA CENTRAL DE 430 WATTS/ METROS2** **Punto 11.J No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX** **Punto 12.C. No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de contar de Luz Ambiente de 300 LUX.** **Punto 12.D. . No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar una Temperatura de color de 5.600 Grados Kelvin.** **Punto 12.I. No cumple, en su propuesta técnica**
	12. Un Cabezal con intensidad luminosa homogénea de 160,000 Luxes con las siguientes características: A. Arreglo de 120 bombillas blancas led en un arreglo de 6 regletas. B. Ajuste de la iluminancia 40,000lux a 160,000 luxes. C. Modo de luz ambiente de 300 lux.																**no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar IRRADIANCIA CENTRAL DE 580 WATTS/ METROS2**

ANEXO 1B

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	D. Temperatura de color de 5.600 grados Kelvin. E. Índice de rendimiento de color RA de 95. F. Índice de rendimiento de color RA de 93. G. Diámetro de campo de luz de 20 cm. H. Profundidad de iluminación 1.3 m. I. Irradiancia central de 580 watts/ metros2. J. Relación EE/EC 3.5 W/m2xlux. 13. Suministro de energía principal del equipo 120 V 60 Hz.14. Corriente de salida del equipo PMAX igual a 120 w Imax igual a 5A. 15. Clasificación IP de la lámpara IP 42. 16. Sistema de gestión térmica integrado para disipar el calor Producido por los led. 17. Con sistema de batería integrado con capacidad de 30 minutos refacciones: según marca y modelo. Accesorios: 2 mangos desmontables y esterilizables Operación: por personal especializado y de acuerdo al Manual de operación. Mantenimiento: preventivos y correctivos por personal certificado de fábrica cursos de operación y de servicio programados para cada turno del personal manual de usuario original. Normas y certificados: para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, ce, JIS, IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por cofepris. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor primario con Copia de carta apostillada del fabricante que lo acredita. La presente ficha es congruencia al centro nacional de Excelencia tecnológica, y en acorde a las necesidades de los usuarios de los hospitales del OPD salud de Tlaxcala, por lo que las características solicitadas deberán ser iguales o superiores a las establecidas en el contenido de las Mismas." Marca: IMEBIO Modelo: LD-2a Procedencia: México																**Punto 12.J No cumple, en su propuesta técnica no hay información contundente que demuestre la capacidad del equipo de presentar RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX**

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1B PARTIDA 1	**MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO** CLAVE 531619.0403 EQUIPO QUE DETECTA, MIDE Y DESPLIEGA EN PANTALLA, DE FORMA CONTINUA MULTIPLES PARÁMETROS PISIOLÓGICOS ASOCIADOS A UN SOLO PACIENTE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA, PRESIÓN NO INVASIVA, OXÍMETRIA DE PULSO, CAPNOGRAFÍA Y PRESIÓN INVASIVA, CON OPCIÓN DE MEDIR GASTO CARDÍACO E INDICE BIESPECTRAL. DESCRIPCIÓN: 1. MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO **Catálogo 1 pág. 2** 2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED E MONITOREO POR MEDIO DE ALÁMBRICO O CONEXIÓN INALÁMBRICA. **Catálogo 1 pág.8** 3. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. **Catálogo 1 pág.13** 4. PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. **Catálogo 1 pág.2** 5. DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 32 CURVAS Y CASILLAS DE PARÁMETROS. **Manual pág.31, 138** 6. MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. **Manual pág.20** 7. ECG: **Manual pág.145** 7.1 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 12 DERIVACIONES **Manual pág.31, 153** 7.2 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES **Manual pág.160**	Equipo	28	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS** **PUNTO 4.5.9 Propuesta Técnica Punto 5.- No cumple, no demuestra capacidad de despliegue de hasta 32 curvas. Punto 23.- No cumple. No se demuestra en referencia la CAPACIDAD A FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA NO INVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS. Punto 30. No cumple, se referencia de 2 a**
	7.3 MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS). **Manual pág.181, 185** 7.4 DETECCIÓN DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS. **Manual pág.164, 165, 166** 7.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. **Manual**																

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	pág.147 7.6 PROTECCIÓN CONTRA DESCARCA DE DESFIBRILADOR. **Catálogo 1 pág. 9** 7.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS. **Manual pág.149** 8. SPO2: **Manual pág.209** 8.1 CURVA DE PLESTIMOGRAFÍA. **Manual pág.209, 217** 8.2 DESPLIEGUE NÚMERICO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO. **Manual pág.212** 9. RESPIRACIÓN. **Manual pág.203** 9.1 CURVA DE RESPIRACIÓN. **Manual pág.204** 9.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 15 A 300 RPM. **Manual pág.204, 520** 10. TEMPERATURA. **Manual pág.231** 10.1 DESPLIEGUE NÚMERICO DE AL MENOS DOS TEMPERATURAS (PIEL Y RECTAL O ESOFÁGICA) **Manual pág.31, 232** 10.2 MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (AT) **Manual pág.232** 11. PRESION NO INVASIVA **Manual pág.221** 11.1 DESPLIEGUE NÚMERICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIÁSTOLICA Y MEDIA). **Manual pág.224** 11.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIREFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO DESDE 1 HASTA 240 MINUTOS. **Manual pág.223** 11.3 AJUSTE AUTOMÁTICO DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. **Manual pág.525** 12. PRESIÓN INVASIVA. **Manual pág.239** 12.1 EN AL MENOS DOS CANALES. **Manual pág.240** 12.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICION DE AL MENOS SEIS DE LOS SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PRESIÓN GENERICA O ESPECIAL O DEFINIDA POR EL USUARIO,																**2.5 horas se solicita al menos 180 minutos (3 horas).** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal ~~certificado del~~ fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la**
	ARTERIO PULMONAR, INTRACRANEAL, AURICULAR DERECHA, AURICULAR IZQUIERDA, PRESIÓN ARTERIO UBILICAL, PRESIÓN VENOSA UNBILICAL. **Manual pág.240** 13. CAPNOGRAFÍA: **Manual pág.271** 13.1POR MEDIO DE MAINSTREAM O MICROSTREAM. **Manual pág.271**																

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	13.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO. **Manual pág.272** 14. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NÚMERICAS DE 96 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MÍNIMO 150, CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS. **Manual pág.350** 15. QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. **Catálogo 1 pág.2** 16. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENTOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES: **Catálogo 1 pág.7** 16.1 SATURACIÓN DE OXÍGENO **Manual pág.523** 16.2 FRECUENCIA CARDIACA **Manual pág.519** 16.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTÓLICA) **Manual pág.525** 16.4 TEMPERATURA **Manual pág.527** 16.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA **Manual pág.521** 16.6 CO2 **Manual pág.530** 16.7 PRESIÓN INVASIVA **Manual pág.526** 17. ALARMA DE APNEA **Manual pág.521** 18. ALARMA DE ARRITMIA. **Manual pág.177** 19. ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUE EN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL **Manual pág.88** 20. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. **Manual pág.31, 32** 21. INTERFACE, MENÚES, Y MENSAJES EN ESPAÑOL. **Manual pág.30** 22. FUNCIÓN O PERFIL DE CÁLCULOS HEMODINÁMICAS **Catálogo 1 pág.8** ~~23. CAPACIDAD A FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN CONTINUAN O~~ INVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS. **Manual pág. 223** 24. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. **Manual pág.54** 25. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE																junta de aclaraciones No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las bases.

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TENOLOGIA DEL FABRICANTE. **Manual pág.54** 26. CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE PARA EL DESPLIEGUE DE IMÁGENES TIPO DICOM, USO DE APLICACIONES DE INTERNET. **Manual pág.54** 27. CAPACIDAD A FUTURO DE LA MEDIDICÓN DEL ÍNDICE BIESPECTRAL MEDIANTE MÓDULO DE LA MISMA MARCA QUE EL MONTOR. **Manual pág.315, 316** 27.1 CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES EL VALOR DE ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICA DE LA CALIDAD DE SEÑAL, INICADOR DE ELECTROMIOGRAFIA. **Manual pág.315** 27.2 MENÚ DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE VALORES DE RELACIÓN DE SUPRESIÓN, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, POTENCIA TOTAL Y CUENTA DE DESCARGAS. **Manual pág.315** 28. CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO. **Manual pág.253** 28.1 POR TERMODILUCIÓN O GASTO CARDIACO CONTINUO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. **Manual pág.253** 28.2 FUNCIÓN PARA MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA. **Manual pág. 249** 28.3 DESPLIEGUE DE VALORES MUMÉRICOS DE ÍNDICE CARDÍACO. **Manual pág.255** 28.4 AL MENOS CINCO CURVAS DE PROMEDIO CONTINUO. **Manual pág.254** 29. CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MÓDULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE. TOF Y POSTETÁNICO. **Manual pág.321, 322**																
	30. BATERÍA DE RESPLADO INTERCONTRUIDA, CON CAPACIDAD PARA 180 MINUTOS. **Catálogo 1 pág.6** 31. INCLUIR SOPORTE A PARES. ACCESORIOS: PARA ADULTO/PEDIÁTRICO: LAS CANTIDADES SERAN DETEMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. **Catálogo 3**																

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	32. UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXÍMETRIA DE PULSO. **Manual pág.469, 472** 33. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL. **Manual pág.475** 34. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALERES. **Manual pág.461** 35. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTOS **Manual pág.458** 36. OPCIONAL UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 10 PUNTAS EN CASO DE REQUERIR DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS 12 DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNÓSTICA. **Manual pág.459** 37 PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREA: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS APEREAS DESECHABLES. **Manual pág.477** 38. PARA CO2 POR TÉNCINA MICROSTREASM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. **NO SE OFERTA ESA TECNOLOGIA** 39. PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA INCLUIR AL MENOS DOS CANALES, POR CANAL: 1 CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES O 10 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE, POR CADA CANAL. ACCESORIOS PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. **Manual pág.465** 40 UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO. **Manual pág.469** 41. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL. **Manual pág.475** 42. 20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAD DIFERENTES. UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. **Manual pág.464** 43. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS CONSUMIBLES PARA ADULTO/PEDIÁTRICO: LAS																

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. **Manual pág.458** 44. 100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO/PEDIÁTRICO CONSUMIBLES PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. **Catálogo 2 pág. 2** 45. 300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO, INSTALACIÓN. **Catálogo 2 pág. 2** 46. 110V, 60Hz. +/- 10% OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERO AL MANUAL DE OPERACIÓN. **Catálogo 1 pág.11** MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRÍMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE O QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **MARCA PHILIPS** **MODELO MX550** **PROCEDENCIA ALEMANIA**																

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1B PARTIDA 2	**MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA.** **MESA QUIRURGICA ELECTRICA ESPECIALDAD** (S): SERVICIO (S): Quirófanos. DEFINICION: Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico, con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. DESCRIPCION: 1. Mesa quirúrgica con hasta 6 secciones. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 2, 4, 6, 14, 15, MANUAL PÁG. 10, 32)** 2. Mesa rodable con sistema de frenos. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 2, 13, MANUAL PÁG. 5, 12, 20, 21, 24)** 3. Sistema de cuatro ruedas dobles regulables y electro conductoras de 125 mm. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 4, 14, MANUAL PÁG. 32).** 4. La mesa debe contar con conexión equipotencial. **(MANUAL PÁG. 4, 10, 28)** 5. Cojines de 80 mm **(CATÁLOGO 1 PÁG. 14, MANUAL PÁG. 18)** 6. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 10, 32)** 7. Ancho total 594 mm incluyendo rieles **(MANUAL PÁG. 32)** 8. Placa inferior "base de la mesa" (long. X an.) 1.200 x 610 mm **(MANUAL PÁG. 32)** 9. Con base de plástico resistente y ligero (ABS) que permita una mejor movilidad de la mesa quirúrgica. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 4, 14, MANUAL PÁG. 30).** 10. Columna en acero inoxidable. **(MANUAL PÁG. 30).** 11. Bastidor o estructura de superficie y rieles laterales en acero inoxidable. **(MANUAL PÁG. 30)** 12. Radio transparente en todas sus secciones. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 4, MANUAL PÁG. 10)** 13. Protección contra la entrada de líquidos IP X 4 **(MANUAL PÁG. 27, 29, 31)** 14. La mesa debe tener la capacidad de intercambiar la cabecera y las piernas para poner al paciente en posición inversa **(CATÁLOGO 1 PÁG. 12, 13, MANUAL PÁG. 10, 16, 21)** 15. Mesa hasta 6 con secciones: Cabecera con ajuste de flexión continua de +45°/-45° grados. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 4, 6, 7, 15, MANUAL PÁG. 12, 32)** 16. Pelvis y miembros pélvicos en placas independientes,	EQUIPO	16	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS PUNTO 4.5.9 Punto 3. No cumple no se demuestra en catálogo que el equipo cuente con ruedas electro conductoras. Punto 18. No cumple en la propuesta técnica ofertada el mando manual se debe desactivar automáticamente en cuatro minutos después de haber pulsado la última tecla se requiere que el mando manual se desactive automáticamente en tres minutos después de haber pulsado la última tecla.**

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	desmontables y abatibles y con movimiento de tijera. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 6, 7, MANUAL PÁG. 16)** 17. Función para colocar la mesa en posición horizontal **(CATÁLOGO 1 PÁG. 5, 12, MANUAL PÁG. 5, 22)** 18. El mando manual se debe desactivar automáticamente cuatro minutos después de haber pulsado la última tecla **(MANUAL PÁG. 21).-** 19. Accionamiento electro hidráulico de los movimientos de: elevación y descenso, ajuste lateral y trendelenburg/ trendelenburg inverso. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 2, 4, 12, 15, MANUAL PÁG. 10, 20)** 20. Fowler mínimo +80 -45 grados, **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 20, 32)** 21. inclinación Trendelemburg de 35° grados y en posición inversa de 35° grados **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 20, 32)** 22. inclinación lateral, izquierda y derecha de 20° grados. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 20, 32)** 23. Inclinación placas de piernas +70°/-95° **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 32)** 24. Posición Flex y Reflex 225°/100° **(CATÁLOGO 1 PÁG. 5, 12, 15, MANUAL PÁG. 20, 22)** 25. Regulación de altura 61-107 cm. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 15, MANUAL PÁG. 20, 32)** 26. Accesible al uso de intensificador de imagen. Cojín desmontable eléctricamente antiestético en todas sus secciones y sin costuras. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 4, 14, MANUAL PÁG. 10, 18)** 27. Carga máxima del paciente en estático de 490 Kg. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 13, 15)** 28. Carga máxima del paciente en dinámico de 325 kg. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 13, 15, MANUAL PÁG. 30)** 29. Con accesorios en acero inoxidable **(CATÁLOGO 2 PÁG. 2, 9, 10).-** 30. Quinta rueda para estabilidad direccional **(CATÁLOGO 1 PÁG. 12, 14, MANUAL PÁG. 20, 21, 24)** 31. Indicador de la batería en el cargador **(CATÁLOGO 1 PÁG. 12, MANUAL PÁG. 24, 26, 27)** 32. Indicador de la batería en el control alámbrico **(CATÁLOGO 1 PÁG. 12, MANUAL PÁG. 20)**																**Punto 20. No cumple se solicita Fowler mínimo de -50° en la propuesta técnica de licitante oferta de Fowler de -45° Punto 24. No cumple, se solicita Flexión 230° y presenta 225°. PUNTO 4.5.4 Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de**

ANEXO 1B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	33. Tiempo de carga de una batería vacía de 5 a 10 horas, dependiendo el nivel de carga de las baterías. **(MANUAL PÁG. 31)** 34. con duración de la batería de hasta 1 semana de operación. **(CATÁLOGO 1 PÁG. 14).** 35. Que cumplan con las exigencias de las normas 93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1-2:200, ISO 14001. **(MANUAL PÁG. 9).** 36. Con accesorios para cirugía general **(CATÁLOGO 2 PÁG. 2)** 36.1. Apoya brazo con pieza de fijación rápida con rotula (1 Pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 4).** 36.2. Traba de muñeca (1 pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5)** 36.3. Arco de anestesia con articulación central (1 pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 9).** 36.4. Pieza de fijación radial (1 pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 10)** 36.5. Soporte para infusión (1 pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 9).** 36.6. Apoyo para hombros (2 piezas) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5).** 36.7. Soporte Universal para apoyo lateral y dorsal (2 Piezas) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5, 10).** 36.8. Pieza de fijación rápida (2 piezas) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 10).**36.9. Apoyo lateral y dorsal (2 piezas) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5).**36.10. Traba para cuerpo (1 Pieza) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5).** 36.11. Traba para pierna (2 Piezas) **(CATÁLOGO 2 PÁG. 5).** Normas y Certificados: Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 o ANSI /AAMI; Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor primario con copia de carta apostillada del fabricante que lo acredita. La presente ficha es congruencia al Centro Nacional De Excelencia Tecnológica, y en acorde a las necesidades de los usuarios de los Hospitales del OPD Salud de Tlaxcala, por lo que las características solicitadas deberán ser iguales o superiores a las establecidas en el contenido de las mismas. **MARCA MERIVAARA MODELO PROMERIX B3. PROCEDENCIA FINLANDIA**																	**capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las bases.**

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1B PARTIDA 1	531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO EQUIPO QUE DETECTA, MIDE Y DESPLIEGA EN PANTALLA, DE FORMA CONTINUA MÚLTIPLES PARÁMETROS FISIOLÓGICOS ASOCIADOS A UN SOLO PACIENTE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA, PRESIÓN NO INVASIVA, OXIMETRÍA DE PULSO, CAPNOGRAFÍA Y PRESIÓN INVASIVA, CON OPCIÓN DE MEDIR GASTO CARDÍACO E INDICE BIESPECTRAL. BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 4, 26-2 DESCRIPCIÓN: BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 1.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 20 PULGADAS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO POR MEDIO DE ALÁMABRICO O CONEXIÓN INALÁMBRICA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 3-2, 3-3, 3-10 3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG Y SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-8 4.- PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT DATASHEET C700, PÁG. 2 5.- DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 32 CURVAS Y CASILLAS DE PARÁMETROS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 5 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-206.- MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-207.- ECG: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-27.1.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 12 DERIVACIONES NSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16, 8-207.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-197.3.- MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 10-3, 10-57.4.- DETECCIÓN DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 9-3, 9-4, 9-57.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-17	EQUIPO	28	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.6.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-7 7.7.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-5 8.- SPO2: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-2 8.1.- CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 8.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 9.- RESPIRACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2 9.1.- CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 9.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 15 A 300 LPM/1 A 150 BPM. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5, B-36, B-50 10.- TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2 10.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS DOS TEMPERATURAS (PIEL Y RECTAL O ESOFÁGICA) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2, 28-510.2.- MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (ΔT) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-511.- PRESIÓN NO INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-211.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIÁSTOLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-211.2.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO DESDE 1 HASTA 240 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7, 13-8, 13-911.3.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO.																
	INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-712.- PRESIÓN INVASIVA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-212.1.- EN AL MENOS DOS CANALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-10 12.2.- ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PRESIÓN GENERICA, ARTERIO PULMONAR, INTRACRANEAL, AURICULA																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DERECHA, AURICULA IZQUIERDA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2 13.- CAPNOGRAFÍA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-2 13.1.-POR MEDIO DE MAINSTREAM INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-6 13.2.- DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO.INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-9, 20-10 14.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 96 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MÍNIMO 150, CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 2 15.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5 16.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-2, 5-4, 5-1016.1.- SATURACIÓN DE OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1416.2.- FRECUENCIA CARDIACA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1216.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA)INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-13 16.4.- TEMPERATURA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1516.5.- FRECUENCIA RESPIRATORIA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1416.6.- CO2 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1116.7.- PRESIÓN INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-1017.- ALARMA DE APNEA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-20 18.- ALARMA DE ARRITMIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-10, 9-6 19.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-4																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	20.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-7 21.- INTERFASE, MENÚES Y MENSAJES EN ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-9 22.- FUNCIÓN DE CÁLCULOS HEMODINÁMICAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 17-2 23.- CAPACIDAD A FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA NOINVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 14-4 24.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. DATASHEET GATEWAY, PÁG.1 TRADUCCION SIMPLE DATASHEET GATEWEY PAG. 1 25.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 1 DATASHEET GATEWAY, PÁG.1 TRADUCCION SIMPLE DATASHEET GATEWEY PAG. 126.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE PARA EL DESPLIEGUE DE IMÁGENES TIPO DICOM, USO DE APLICACIONES DE INTERNET. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 227.- CAPACIDAD A FUTURO DE LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE BIESPECTRAL MEDIANTE MÓDULO DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-2, 26-427.1- CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES EL VALOR DE ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE LA CALIDAD DE SEÑAL, INDICADOR DE ELECTROMIOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-3, 26-6 27.2.- MENÚ DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE VALORES DE RELACIÓN DE SUPRESIÓN,																
	FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, POTENCIA TOTAL Y CUENTA DE DESCARGAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-6, 26-7 28.- CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-2 28.1.- POR TERMODILUCIÓN O GASTO CARDIACO CONTINUO DE																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-2 28.2.- FUNCIÓN PARA MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE CUÑA PULMONAR INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-20 28.3.- DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS DE ÍNDICE CARDÍACO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-4, 17-6 28.4.- CINCO CURVAS DE PROMEDIO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-12 29.- CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MÓDULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF Y POSTETÁNICO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 30.- BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA, CON CAPACIDAD PARA 240 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-18 31.- INCLUIR SOPORTE A PARED. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-4 BROCHURE OMEGA S, PÁG. 10ACCESORIOS: PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-1 32.-. UN CABLE TRONCAL Y UN SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-14, C-17 33.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-18																
	34.- BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-19, C-20 35.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-9, C-12																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	36.- OPCIONAL UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 10 PUNTAS EN CASO DE REQUERIR DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS 12 DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNÓSTICA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-9 37.- PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-25, C-26 38.- PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES SE OFERTA MAINSTREAM PUNTO 37 39.- PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA INCLUIR AL MENOS DOS CANALES, POR CANAL: 1 CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y 10 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE, POR CADA CANAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-23ACCESORIOS PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-1 40.- UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-14, C-17 41.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-18 42.- 20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-19, C-20																
	43.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10, C-12 CONSUMIBLES PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	INFINITY SERIES, PÁG. C-2 44.- 100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10 CONSUMIBLES PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-2 45.- 300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-1246.- 110V, 60 HZ. ±10%. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-12OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS – CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS																
	MARCA: DRÄGER MODELO: OMEGA S PROCEDENCIA:E.E.U.U.																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1B PARTIDA 2	CLAVE 531.616.5116 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICA ESPECIALIDAD (ES): SERVICIO (S): QUIRÓFANOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 7 INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 3, 7DEFINICIÓN: MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 7DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 111. MESA QUIRÚRGICA CON 5 SECCIONES. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 12. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 16, 123. SISTEMA DE CUATRO RUEDAS DOBLES REGULABLES Y ELECTRO CONDUCTORAS DE 125 MM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12, 52 4. LA MESA DEBE CONTAR CON CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11, 17 5. COJINES DE 60 MM FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300 6. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 213 CM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 7. ANCHO TOTAL 590 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 8. PLACA INFERIOR (LONG. X AN.) 1.120 X 580 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 24 9. CON BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE Y LIGERO QUE PERMITA UNA MEJOR MOVILIDAD DE LA MESA QUIRÚRGICA. ~~ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS 300, PÁG. 1 TRADUCCION~~ SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 10. COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE. CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 2, 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1 11. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 2, 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1	EQUIPO	16	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	12. RADIO TRANSPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 113. PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS IP X 4 INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 5314. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR LA CABECERA Y LAS PIERNAS PARA PONER AL PACIENTE EN POSICIÓN INVERSA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 115. MESA CON SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +25°/-45° GRADOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 5216. PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG.43 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 3 y 2417. FUNCIÓN PARA COLOCAR LA MESA EN POSICIÓN HORIZONTAL FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300 18. EL MANDO MANUAL SE DEBE DESACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE TRES MINUTOS DESPUÉS DE HABER PULSADO LA ÚLTIMA TECLA INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 24 19. ACCIONAMIENTO MECÁNICO DE LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACIÓN Y DESCENSO, AJUSTE LATERAL Y TRENDELENBURG/ TRENDELENBURG INVERSO INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12 20. FOWLER +70/ -50 GRADOS, INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 21. INCLINACIÓN TRENDELEMBURG DE 30° GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA DE 30° GRADOS INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 22. INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20° GRADOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 ~~23. INCLINACIÓN PLACAS DE PIERNAS +20°/ 90° INSTRUCCIONES~~ DE USO AXIS, PÁG. 52 24. POSICIÓN FLEX Y REFLEX 230°/110° CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 4 25. REGULACIÓN DE ALTURA 69- 105 CM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 26. ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN. COJÍN																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DESMONTABLE ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTÉTICO EN TODAS SUS SECCIONES Y SIN COSTURAS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12, 4327. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN ESTÁTICO DE 250 KG. FLYER AXIS 200-300, PÁG. 2 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-30028. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN DINÁMICO DE 185 KG. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 10 FLYER AXIS 200-300, PÁG. 2 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-30029. CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 130. QUINTA RUEDA PARA ESTABILIDAD DIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO AXIS 31. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CARGADOR INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 18 32. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CONTROL ALÁMBRICO FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300 33. TIEMPO DE CARGA DE UNA BATERÍA VACÍA DE 8 A 10 HORAS INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 20 34. CAPACIDAD DE REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON CARGA MÁXIMA 60 VECES INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 20 35. QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LAS NORMAS 93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1:200, ISO 14971. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 54 36. CON ACCESORIOS PARA CIRUGÍA GENERAL CATALOGO ACCESORIOS SCHAERER, PÁG. 3 36.1 APOYA BRAZO CON PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ROTULA 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1 36.2 TRABA DE MUÑECA 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 ~~TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1~~ 36.3 ARCO DE ANESTESIA CON ARTICULACIÓN CENTRAL 1 PIEZA DE FIJACIÓN RADIAL 1 CATALOGO ACCESORIOS SCHAERER, PÁG. 7 36.4 SOPORTE PARA INFUSIÓN 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1 36.5 APOYO PARA HOMBROS 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	36.6 SOPORTE UNIVERSAL PARA APOYO LATERAL Y DORSAL 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 36.7 PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1 36.8 APOYO LATERAL Y DORSAL 2 CATALOGO ACCESORIOS SCHAERER, PÁG. 1136.9 TRABA PARA CUERPO 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 136.10 TRABA PARA PIERNA 2 CATALOGO ACCESORIOS SCHAERER, PÁG. 8 NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS MARCA: SCHAERER																
	MODELO: AXIS 300 E																
	PROCEDENCIA: SUIZA																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CLAVE 531.562.1010 "LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED. A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13 B. EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13 C. DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 1. EQUIPO FIJO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES, ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE EL CAMPO QUIRÚRGICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 15, 17 2. MONTAJE DE COLUMNA FIJA AL TECHO, CON DOS BRAZOS ARTICULADOS PORTA LÁMPARA, CADA UNO CON GIRO ROTATORIO DE 360°, AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90 CM A +45º/-50°.INSTRUCCIONES DE MONTAJE POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40, 41, 42 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17 3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA SALIDA LUMINICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MAS EFICAZ CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 14. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 474.A. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 474.B. JUNTAS DE SILICONA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 474.C. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 474.D. SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 474.E. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 475. INTEGRADO POR DOS BRAZOS CON EXTENSION L1/L2 700/850 MM INSTRUCCIONES DE MONTAJE																
ANEXO 1B PARTIDA 3		EQUIPO	15	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40 6. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17, 81 6.A. DIAMETRO DEL CABEZAL 620 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 6.B. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 6.C. PESO DEL CABEZAL 13 KG INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 7. CABEZALES CERRADOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 8. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47, 49, 52 9. FUENTE DE LUZ PARA AMBOS CABEZALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 9.A. BOMBILLAS BLANCAS DE LED INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 9.B. VIDA UTIL DE LOS LEDS DE 30,000 HORAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 8010. PANEL DE CONTROL DIGITAL EN CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 2010.A. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 20, 3610.B.																
	INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO-CAUSA-SOLUCION INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 3610.C. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 4011. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 120,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INSTRUCCIONES DE															

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 79 11.A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 REGLETAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 15, 80 11.B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 120,000 LUXES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 11.D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 GRADOS KELVIN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 11.F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 11.G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2, 4 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 420 WATTS/ METROS2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 7911.J. RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 7912. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 7912.A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 REGLETAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 8012.B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG.																
	7912.C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 8012.D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 GRADOS KELVIN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 7912.E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 12.F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 CATÁLOGO																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 12.G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2, 4 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 560 WATTS/ METROS2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.J. RELACION EE/EC 3.5 W/M2XLUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 13. SUMINISTRO DE ENERGIA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120 V 60 HZ INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 14. CORRIENTE DE SALIDA DEL EQUIPO PMAX IGUAL A 120 W IMAX IGUAL A 5A INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 15. CLASIFICACION IP DE LA LAMPARA IP 42 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 82 16. SISTEMA DE GESTION TERMICA INTEGRADO PARA DISIPAR EL CALOR PRODUCIDO POR LOS LED CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 117. CON SISTEMA DE BATERIA INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30 MINUTOS ANEXO 1 UPSD. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 85E. ACCESORIOS: 2 MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 85, 49, 52OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS POR PERSONAL CERTIFICADO DE FÁBRICA CURSOS DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO PROGRAMADOS PARA CADA TURNO DEL PERSONAL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL																
	NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS MARCA: DRÄGER MODELO: POLARIS 100/200 PROCEDENCIA: ALEMANIA																
ANEXO 1B PARTIDA 4	CLAVE 531.497.2083 "INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS A. DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 221.- CONTROL: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 421.1.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 65, 103 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ISOLETTE 8000, PÁG. 201.2.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20ºC A 37ºC. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 39.0 ºC INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 111.3.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34 ºC HASTA 37.0 ºC. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 38 ºC INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11.-1.4.- RESOLUCIÓN DE 0.1ºC. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 79 1.5.- SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159	EQUIPO	13	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	1.6.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA CON 30% A 95% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 12 1.7.- CON SISTEMA DE MANEJO DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD (RESERVORIO PARA AGUA CONDENSADA) CON EL FIN DE EVITAR ACUMULACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 1.8. CON CÁMARA EVAPORADORA INTEGRADA AL RESERVORIO DE AGUA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 y 56 2.- MONITOREO DE PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.1.- DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 432.2.- TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 432.3.- TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 432.4.- CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE (CENTRAL Y PERIFÉRICA) INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 81 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 112.5.- HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 432.6.- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 432.7.- INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43, 78, 80 y 85. 2.8.- DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS DE 24 HORAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106																
	2.8.1- TEMPERATURA AIRE, DOS TEMPERATURA PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA Y CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO Y % DE POTENCIA DEL CALEFACTOR INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106 2.8.2.- TENDENCIAS DE 7 DÍAS PARA SEGUIMIENTO DEL PESO DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 3.- ALARMAS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 103 3.1.- CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS, DE TONOS Y CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA; CON SILENCIADOR TEMPORAL; CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA; DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 44, 102, 103 3.2.- TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1173.3.- TEMPERATURA BAJA DE PIEL DE PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE PIEL DE PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1183.4.- FALTA DE AGUA Y DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 119, 1203.5.- FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1223.6.- CONCENTRACIÓN ALTA DE OXÍGENO Y CONCENTRACIÓN BAJA DE OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 121, 1223.7.- FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1143.8.- FALLA DEL SISTEMA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1123.9.- FALLA DEL SENSOR DE PIEL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 116 3.10.- FALLA DE LA CIRCULACIÓN Y FLUJO DE AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 113, 117.- 3.11.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31 4.- PANTALLA: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 29 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11.- 4.1.- LCD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 29 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 5.- GABINETE: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24 5.1.- CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INCORPORAR UN SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24.- 5.2.- BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA INCUBADORA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24, 25, 73																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	5.3.- CAPACETE TRANSPARENTE CON DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24, 31 134 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 5 5.4.- CON DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 5, 11 INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 315.5.- QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 185.6.- CAPACETE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 129, 1305.7.- CON SEIS PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE QUE NO UTILICEN MANGAS. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 9, 115.8.- CON DIEZ ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 115.9.- BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 70, 170 CATALOGO SOFTBED, PÁG. 15.10.- CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 72, 94, 5.11.-CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 12 GRADOS INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156 5.11 BIS.- FILTRO DE AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 71, 170.- 5.12.- NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 47 DBA Y MENOR A 49DBA CON OXÍGENO SERVOCONTROLADO. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11, 12 5.13.- VELOCIDAD DEL AIRE SOBRE EL COLCHÓN MENOR A 10 CM/SEG INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 5.14.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11.- 5.15.- CON AL MENOS UN CAJÓN O PUERTA DE GABINETE QUE NO TENGA TOPE PARA EVITAR AZOTES. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 9.- 5.16.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31 6.- HUMIDIFICADOR: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG.																

ANEXO 1B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	30.- 6.1.- INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30, 56, 136 6.2.- QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS POR EBULLICIÓN INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 307.- BÁSCULA: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1607.1.- ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 317.2.- QUE MIDA HASTA 7 KG CON UNA RESOLUCIÓN DE 1 GR ACCESORIOS INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 160B. OPCIONALES: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1688.- CHAROLA PARA MONITOR. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 1709.- SOPORTE PARA SOLUCIONES CONSUMIBLES: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 17011.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUTILIZABLE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 168.- 12.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 168 C. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156.- C.1.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL RANGO DE 110 A 127V/60 HZ INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156 OPERACIÓN: POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA, CE O JIS. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÀCTICAS DE FABRICACIÒN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ~~CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO~~ CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA MARCA: DRÄGER MODELO: ISOLETTE 8000 PROCEDENCIA: E.E.U.U.																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 4	1.- INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS. DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. ***Referenciado en Catálogo 1, página 1*** 1.- CONTROL: ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 1.1.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** ***Referenciado en Manual 1, página 43*** 1.2.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20ºC A 42ºC. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 39.0 ºC ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** ***Referenciado en Manual 1, página 43*** 1.3.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34 ºC HASTA 37.5 ºC. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O ~~SOBRETEMPERATURA DE DE 30 HASTA 42 ºC~~ **Superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** ***Referenciado en Manual 1, página 48*** 1.4.- RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1ºC ***Referenciado en Manual 1, página 48***	**EQUIPO**	**13**	40 días hábiles según lo establecido en la pregunta 3 de la junta de aclaraciones	2 años contados a partid de la instalación y puesta en marcha, con 4 servicios de mantenimiento semestrales, según lo establecido en bases	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.7** **No cumple debido a que no presenta traducción simple al español de los certificados de calidad, de acuerdo a la junta de aclaraciones. Pregunta 236 relativa al punto 4.5.7 de las bases.**

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	1.5.- SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 22% A 65% CON INCREMENTOS DE 1% ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 1.6.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA CON 40% A 95% CON INCREMENTOS A 1% Superior a lo solicitado. ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 1.7.- CON SISTEMA DE MANEJO DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD (RESERVORIO PARA AGUA CONDENSADA) CON EL FIN DE EVITAR ACUMULACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA. ***Referenciado en Manual 1, página 105*** 1.8. CON CÁMARA EVAPORADORA INTEGRADA AL RESERVORIO DE AGUA. ***Referenciado en Manual 1, página 55*** 2.- MONITOREO DE PARÁMETROS: ***Referenciado en Manual 1, página 24*** 2.1.- DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ***Referenciado en Manual 1, página 24***																**PUNTO 4.5.9** **Punto. 1.5.- No cumple, presenta servocontrol de la concentración de oxígeno de rango 22% a 65% con incrementos de 1% se solicita SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%.** **Punto. 1.6. NO CUMPLE , PRESENTA SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL ~~DE LA HUMEDAD~~ RELATIVA CON 40% A 95% CON INCREMENTOS A 1%, SE REQUIERE SISTEMA DE**
	2.2.- TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA ***Referenciado en Manual 1, página 24 y 28*** 2.3.- TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA ***Referenciado en Manual 1, página 24 y 28***																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	2.4.- CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE (CENTRAL Y PERIFÉRICA) ***Referenciado en Manual 1, página 24 y 28*** 2.5.- HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA ***Referenciado en Manual 1, página 27 y 28*** 2.6.- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA ***Referenciado en Manual 1, página 27 y 28*** 2.7.- INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA ***Referenciado en Manual 1, página 28*** 2.8.- DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS DE 24 HORAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** ***Referenciado en Manual 1, página 40*** 2.8.1- TEMPERATURA AIRE, DOS TEMPERATURA PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA Y CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO Y % DE POTENCIA DEL CALEFACTOR ***Referenciado en Manual 1, página 41*** 2.8.2.- TENDENCIAS DE 8 DÍAS PARA SEGUIMIENTO DEL PESO DEL PACIENTE **Superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 3.- ALARMAS: ***Referenciado en Manual 1, página 104***																**HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA CON 30% O MENOR A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS NO MAYORES A 5%.** **Punto 1.7. No cumple, en su Manual solo presenta Alarma del sensor de humedad, Esta alarma se disparará si se forma alguna condensación en el sensor humedad sin embargo no hace referencia a SISTEMA DE MANEJO DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD (RESERVORIO PARA AGUA CONDENSADA)**

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.1.- CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA; CON SILENCIADOR TEMPORAL; CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA; DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS ***Referenciado en Manual 1, página 104*** 3.2.- TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE ***Referenciado en Manual 1, página 104*** 3.3.-TEMPERATURA BAJA DE PIEL DE PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE PIEL DE PACIENTE ***Referenciado en Manual 1, página 104*** 3.4.- FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD ***Referenciado en Manual 1, página 105*** 3.5.- FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO ***Referenciado en Manual 1, página 105*** 3.6.- CONCENTRACIÓN ALTA DE OXÍGENO Y CONCENTRACIÓN BAJA DE OXÍGENO ***Referenciado en Manual 1, página 105*** 3.7.- FALTA DE ENERGÍ ELÉCTRICA ***Referenciado en Manual 1, página 23***																**CON EL FIN DE EVITAR ACUMULACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA. Punto 5.14.- No cumple, no presenta en catálogo puerto de comunicación RS232.**
	3.8.- FALLA DEL SISTEMA ***Referenciado en Manual 1, página 108*** 3.9.- FALLA DEL SENSOR DE PIEL ***Referenciado en Manual 1, página 104***																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.10.- FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE ***Referenciado en Manual 1, página 108*** 3.11.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL ***Referenciado en Manual 1, página 108*** 4.- PANTALLA: ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 4.1.- LCD O ELECTROLUMINISCENTE **Control por pantalla táctil, superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.- GABINETE: ***Referenciado en Manual 1, página 15*** 5.1.- CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INCORPORAR UN SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA INCUBADORA (OPCIONAL). ***Referenciado en Catálogo 1, página 5*** ***Referenciado en Manual 1, página 19*** 5.2.- BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA INCUBADORA. ***Referenciado en Manual 1, página 20 y gráficamente 15***																
	5.3.- CAPACETE TRANSPARENTE CON DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. ***Referenciado en Catálogo 1, página 1*** 5.4.- CON DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	AIRE. ***Referenciado en Catálogo 1, página 1 y 2*** 5.5.- QUE PERMITA EL USODE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA. ***Referenciado en Manual 1, página 14*** 5.6.- CAPACETE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 5.7.- CON CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE QUE NO UTILICEN MANGAS. ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.8.- CON OCHO ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE. **Superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.9.- BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE ***Referenciado en Manual 1, página 83*** 5.10.- CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X ***Referenciado en Manual 1, página 84*** 5.11.-CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 13 GRADOS **Superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.11.- FILTRO DE AIRE ***Referenciado en Manual 1, página 79***																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	5.12.- NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE 41 DBA Y A 44DBA CON OXÍGENO SERVOCONTROLADO. **Superior a lo solicitado.** ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.13.- VELOCIDAD DEL AIRE SOBRE EL COLCHÓN DE 10 CM/SEG ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 5.14.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 ***Referenciado en Manual 1, página 85*** 5.15.- CON CAJÓN O PUERTA DE GABINETE QUE NO TENGA TOPE PARA EVITAR AZOTES. ***Referenciado en Manual 1, página 15*** 5.16.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL ***Referenciado en Catálogo 1, página 1*** 6.- HUMIDIFICADOR: ***Referenciado en Manual 1, página 55*** 6.1.- INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. ***Referenciado en Manual 1, página 55*** 6.2.- QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS POR EBULLICIÓN ***Referenciado en Catálogo 1, página 2***																
	7.- BÁSCULA: ***Referenciado en Manual 1, página 68*** 7.1.- ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA ***Referenciado en Manual 1, página 17 y 69***																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.2.- QUE MIDA 7 KG CON UNA RESOLUCIÓN DE 1 GR ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** ACCESORIOS OPCIONALES: 8.- CHAROLA PARA MONITOR. ***Referenciado en Catálogo 1, página 5*** 9.- SOPORTE PARA SOLUCIONES ***Referenciado en Catálogo 1, página 4*** CONSUMIBLES: 11.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUTILIZABLE ***Referenciado en Catálogo 1, página 5*** ***Se ofertan dos piezas*** 12.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. ***Referenciado en Manual 1, página 48*** ***Se ofertan cincuenta (50) piezas*** 13.- INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL RANGO DE 110 A 127V/60 HZ ***Referenciado en Manual 1, página 21*** OPERACIÓN: POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. **SE ANEXA CARTA Y CERTUFUCADIS COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA EN EL PUENTO 4.5.10** MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. **SE ANEXA CARTA Y CERTUFUCADIS COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA EN EL PUENTO 4.5.1** NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: CE. **SE ANEXA COPIA**																

ANEXO 1B

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. **NO APLICA POR OFERTAR EQUIPOS DE IMPOTACION.** DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. **SE ANEXA COPIA** LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **MARCA: ATOM MEDICAL CORPORATION URAWA FACTORY** **MODELO: INCUBADORA INCU i** **PROCEDENCIA: JAPÓN**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CLAVE: S/C "CAMA DE HOSPITALIZACION GENERAL.																**NO SE ACEPTA**
2	UNIDAD ELECTROMECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 1. CAMA CON SISTEMA ELECTRICOMECÁNICO PARA SU OPERACIÓN POR MEDIO COLUMNAS GEMELARES TELESCÓPICAS HERMETICAMENTE SELLADAS Y LIBRES DE RECUBIRMIENTOS PLASTICOS. *Cat. Pág.2* 2. OPERA CON CORRIENTE ALTERNA 120 V/60 HZ. *Cat. Pág.5* 3. CUENTA CON BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA (NO INTEGRADA, NO UPS) QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON INDICADOR LUMINOSO EN EL PANEL DE CONTROL. *Cat. Pág. 5 Y 3* 4. BARANDALES DE PLASTICO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES (MATERIAL ABS). *Cat. Pág.4 y manual página 9.* 4.1 CONTRUIDOS EN UNA SOLA PIEZA. *Cat. Pág. 3* 4.2 CUBREN EL 90% DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA. *Cat. Pág. 3.* 4.3 DIMENSIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN SEGURIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS (EN-60601-2-52) QUE NO PERMITAN LOS ATRAPAMIENTO DE EXTREMIDADES TANTO EN PACIENTES COMO AREA MEDICA. *Cat. Pág.4 y manual pág.1 y 9.* 4.4 ALTURA MINIMA DE 40 CM. *Cat. Pág.* 5. PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE GOBIERNE TODAS LAS FUNCIONES DE LA CAMA; Y CANDADOS QUE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LAS FUNCIONES POR ZONAS Y DE FORMA TOTAL PARA EL PACIENTE. *Cat. Pág.4 y manual pág. 34* 6. SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA CON LAS SIGUIENTES POSICIONES PRE-ASIGNADAS: *Cat. Pág.4* 6.1 POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES	EQUIPO	500	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS Punto 3. No cumple en su propuesta técnica no se aprecia que cuente con indicador luminoso en el panel de control de batería. Punto 4.3. No cumple se solicita que cumpla a la norma en seguridad de camas (EN-60601-2-52) en su propuesta técnica hace referencia a los estándares técnicos: CEI EN**

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DE LA PLATAFORMA EN POSICION HORIZONTAL. *Cat. Pág.2* 6.2 ANTITRENDELEMBURG. *Cat. Pág.2* 6.3 POCISION DE EXAMINACION. *Manual Pág. 9* 6.4 SILLA CARDIACA *Manual Pág.10* 7. TRENDELEMBURG REVERSO. *Cat. Pág. 2* 8. 4 (CUATRO) INDICADORES LIQUIDOS Y/O DE BALÍN DE ANGULACION (UNO EN CADA BARANDAL), CON SISTEMA DE ILUMINACION AUTOMATIZADA EN LA POSICION MAS BAJA DE LA CAMA (39.5 CM) *Cat. Pág. 1 y Manual Pág.36* 9. QUE PERMITA DAR POSICIONES: *Cat. Pág.2* 9.1 FOWLER DE 70° *Cat. Pág.2* 9.2 ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 35 ° *Cat. Pág.2* 9.3 PANTORRILAS 21° *Cat. Pág. Y manual pág. 10* 9.4 TRENDELEMBURG 17° *Cat. Pág.2* 9.5 ANTITRENDEMBURG 17° *Cat. Pág.2* 10. CON SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA DE RESPALDO DE ESPALDA POR MEDIO DE ASA INDEPENDIENTE QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA LLEVAR A LA POSICIÓN PARA RCP DE FORMA MECÁNICA Y SEGURA. *Manual Pág.10* 11. SUPERFICIE RÍGIDA CON PANELES DE PLASTICO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES (MATERIAL ABS) DESMONTABLES PARA SU CORRECTA LIMPIEZA. *Cat. Pág.4* 12. CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS 12CM PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. *Cat. Pág.2 y manual Pág. 9*																**6060I-I, 60601-2-38 y CEI EN 60601-2-38/AI. Punto 5. No cumple no presenta bloqueo por zonas solo presenta bloqueo central. Punto 6.1. No cumple se solicita que pueda realizar la posición de RCP posicionando las cuatro (4) secciones de la plataforma en posición horizontal. Punto 6.5. De acuerdo a junta aclaratoria pregunta 424 REFERENCIA Anexo 1c el**
	13. FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS CON PEDAL EN AMBOS LADOS DE LA CAMA EN AL MENOS 2 RUEDAS. *Cat. Pág.4 y 5 y manual Pág. 17.* 14. RUEDAS DE 125 MM, ANTIESTATICAS. *Cat. Pág.4 Y manual pág. 10*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	15. BARANDALES EN DOS SECCIONES CON CONTROL LUMINO INTEGRADO AL BARANDAL. *Cat. Pág.4 y manual pág. 34* 16. PIECERA Y CABECERA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DESMONTABLES CON SEGURO QUE EVITE LAS MOVILIZACIONES ACCIDENTALES. *Cat. Pág.4* 17. DIMENSIONES: *Cat. Pág.4* 17.1 EXTERNAS 98 CM DE ANCHO X 237 CM DE LARGO. *Cat. Pág. 4* 17.2 SUPERFICIE DEL PACIENTE 84 CM DE ANCHO X 220 CM DE LARGO. *Cat. Pág. 4* 17.3 EXTENSION DE LA PLATAFORMA 18 CM. *Cat. Pág. 2* 18. CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 250 KG O MAYOR *Cat. Pág.2* 19. ALTURA AJUSTABLE DE 40 A 80 CM. *Cat. Pág2* 20. ACCESORIOS: DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. 20.1 COLCHÓN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMA, HIGIÉNICO FLEXIBLE DE 15 CM DE ESPESOR COMO, CON TAMAÑO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA CAMA. *Manual Pág. 11* 20.2 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. *Manual Pág. 11* 20.3 NO ALERGÉNICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE Y ANTI- INFLAMABLE. ANTIESTÁTICO. *Manual Pág. 11* 21. POSTE METÁLICO CROMADOS PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (1 PIEZA) *Cat. Pág.11* 22. CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA FABRICADO DE PVC. *Cat. Pág.4*																**equipo debe contar con una tecla que de la posición de silla cardiaca de manera automática y no mediante la combinación de teclas.** **NO ESPECÍFICA QUE MODELO OFERTA Q 860 o Q960.**
	23. DOS GANCHOS PARA SOSTENER BOLSAS URINARIAS O DE DRENAJE. *Cat. Pág.4* ACCESORIOS OPCIONALES 24. GANCHOS/SOPORTES PARA LA GUARDA DE LOS POSTES. *Cat. Pág.5*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	25. INSTALACIÓN: 26. OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. ***SE INCLUYE*** 27. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. ***SE INCLUYE*** 27.1. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. ***SE INCLUYE*** 27.2. SE ENTREGA MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL. ***SE ADJUNTA*** 28. CAPACITACIÓN SOBRE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AL PERSONAL USUARIO QUE EL INSTITUTO DESIGNE Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE BIOMÉDICA QUE EL INSTITUTO DESIGNE. ***SE INCLUYE*** NORMAS Y CERTIFICADOS: PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO CUMPLE CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; *SE CUMPLE* CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. SE ADJUNTA LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." **Marca: Malvestio** **Modelo: SERIE Q 860-900** **Procedencia: Italia**																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	531.191.0417 CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.																
6	DESFIBRILADOR-MONITOR. DEFINCIÓN: UN CARRO RODABLE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR Y EL MONITOREO DE ALGUNOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, QUE CONCENTRA EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS. INCLUYE DESFIBRILADOR CON MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, BOLSAS DE REANIMACIÓN Y EQUIPO DE INTUBACIÓN CON TANQUE DE OXÍGENO. DESCRIPCIÓN: 1. CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. *Cat. Pág.1* 2. CARRO DE EMERGENCIA. *Cat. Pág.1* 2.1. DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DE UNA SOLA PIEZA Y MESA EXTRAÍBLE. *Cat. Pág.1* 2.2. DIMENSIONES: LONGITUD DE 75 CMS, 61.5 CMS DE FONDO Y 105 CMS DE ALTO. *Cat. Pág.1* 2.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. *Cat. Pág.1 y manual carro pág. 1* 2.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO. *Cat. Pág.* 2.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN DOS RUEDAS. *Cat. Pág.1* 2.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR-MONITOR: *Cat. Pág. 1 y manual carro pág. 1*	EQUIPO	41	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS Punto 7.2.1. No cumple, se pide Ecg de 12 derivaciones y en su propuesta técnica solo hacen mención a 7 derivaciones. NO CUMPLE CON E PUNTO 4.5.2. PRESENTA EN SU REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL DESFIBRILADOR SER DE PROCEDENCIA CHINA.**
	2.6.1. CON CAPACIDAD DE GIRO. *Cat. Pág. 1* 2.6.2. CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. *Cat. Pág. 1* 2.6.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. *Cat. Pág.1* 2.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. *Cat.*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Pág.1 2.8. CON CINCO CAJONES: *Cat. Pág. 1* 2.8.1. UN CAJÓN CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. *Cat. Pág. 1* 2.9. SISTEMA DE SEGURIDAD. *Cat. Pág. 1* 2.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. *Cat. Pág. 1* 2.10. CON POSTE PORTAVENOCLÍSIS CON AJUSTE DE ALTURA E INTEGRADO. *Cat. Pág.1* 2.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO *Cat. Pág. 1* 2.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. *Cat. Pág. 1* 2.13. CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. *Cat. Pág. 1* 3. REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE). *Cat. Pág.14* 3.1. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. *Cat. Pág.14* 3.2. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. *Cat. Pág.14* 3.3. AUTOINFLABLE. *Cat. Pág.14* 3.4. TAMAÑO ADULTO (UNA PIEZA). *Cat. Pág.14A* 3.4.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML *Cat. Pág. 14A* 3.5. TAMAÑO PEDIÁTRICO (UNA PIEZA). *Cat. Pág.14* 3.6. TAMAÑO NEONATAL (UNA PIEZA). *Cat. Pág.14* 3.6.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 280 ML. *Cat. Pág.14* 3.7. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA *Cat. Pág. 14* 3.7.1. TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, ESTERILIZABLES EN VAPOR *Cat. Pág.14 Y 14A*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.7.2. ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE. *Cat. Pág. 14* 3.8. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. *Cat. Pág. 14* 3.9. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. *Cat. Pág.14* 4. EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: *Cat. Pág.6* 4.1. MANGO: *Cat. Pág. 10A* 4.1.1. HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN. *Cat. Pág. 10A* 4.1.2. ACABADO ACANALADO O RUGOSO. *Cat. Pág.10A* 4.1.3. COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS. *Cat. Pág.10A* 4.2. BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA. *Cat. Pág.11* 4.3. ILUMINACIÓN LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 VOLTS. *Cat. Pág. 11* 4.4. HOJAS DE LARINGOSCOPIO *Cat. Pág. 10* 4.4.1. DE ACERO INOXIDABLE. *Cat. Pág. 7A* 4.4.2. RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 6 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 00, 0,1, 2, 3 Y 4. *Cat. Pág.10* 4.4.3. CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 4 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4. *Cat. Pág.10* 4.5. ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. *Cat. Pág.12* 5. UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO ""E"" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA Y FRASCO HUMIFICADOR. *Cat. Pág.15* 6. DESFIBRILADOR. *Cat. Pág.2*																
	6.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. *Cat. Pág.3 manual desfibrilador pág. 2-2* 6.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	BIFÁSICA SELECCIONABLE A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 Y 360 JULIOS. *Cat. Pág.3* 6.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. *Cat. Pág. 3 y manual desfibrilador pág. 24-3* 6.4. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. *Cat. Pág. 5* 6.5. TIEMPO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS PARA 200 JULIOS. *Cat. Pág. 4* 6.6. CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). *Cat. Pág. 3, manual desfibrilador pág. 2-2 y manual desfibrilador pág. 10-1* 6.7. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. *Cat. Pág. 5 y manual desfibrilador pág. 2-2* 6.8. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS. *Cat. Pág.5* 6.9. CON SENSOR INTEGRADO DE RCP, MOSTRADO EN PANTALLA. *Cat. Pág.4* 7. MONITOR. *Cat. Pág. 4* 7.1. PANTALLA LCD A COLOR 8.4 PULGADAS. *Cat. Pág. 4* 7.2. ECG. *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 7-5* 7.2.1. DOCE DERIVACIONES. *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 7-5* 7.2.2. UN CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE DIEZ PUNTAS *Cat. Pág. 5* 7.2.3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA FRECUENCIA CARDIACA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 5-7 y 5-8*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.3. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). *Cat. Pág. 4* 7.4. PRESIÓN NO INVASIVA: *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 2-2* 7.4.1. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO *Cat. Pág. 4* 7.4.2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 5-7.* 7.4.3. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. *Cat. Pág. 4* 7.4.4. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. *Cat. Pág.1* 7.5. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. *Cat. Pág. 4* 8. PALAS. *Cat. Pág. 5* 8.1. PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA. *Cat. Pág. 5* 8.2. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. *Cat. Pág.5* 8.3. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. *Cat. Pág.5* 8.4. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS																
	PARA DESFIBRILACIÓN. *Cat. Pág.5* 9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES *Cat. Pág4 manual desfibrilador pág. 5-2* 9.1. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. *Cat. Pág.4 manual desfibrilador*																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	pág. 5-7. 9.2. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. *Cat. Pág.4 manual desfibrilador pág. 5-7 y 5-8* 9.3. DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA *Cat. Pág.4* 10.SISTEMA DE REGISTRO *Cat. Pág. 4 manual desfibrilador pág. 5-7.* 10.1. IMPRESIÓN INTEGRADA. *Cat. Pág.4* 10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. *Cat. Pág. 4* 10.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. 10.4. UN CANAL. *Cat. Pág. 4* 11. SPO2: *Cat. Pág. 3* 11.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA Y/O BARRA DE PULSO Y FRECUENCIA DE PULSO *Cat. Pág. 3* 11.2. CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO MULTISITIO. *Cat. Pág.3* 11.3. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN EL PORCENTAJE DE SPO2. *Cat. Pág.3 manual desfibrilador pág. 5-7.* 12. BATERÍA. *Cat. Pág. 5* 12.1. RECARGABLE E INTEGRADA *Cat. Pág. 5* 12.2. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. *Cat. Pág. 5* 12.3. PERMITe DAR 200 DESFIBRILACIONES A CARGA DE 200J Ó 10 HORAS DE MONITOREO CONTINUO. *Cat. Pág.5* 12.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 HORAS. *Cat. Pág.5* 13. NIBP *Cat. Pág. 3* 13.1 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA *Cat. Pág. 3* 13.2 DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LA PRESIÓN SISTÓLICA,																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DIASTÓLICA Y MEDIA *Cat. Pág. 3* 14. TEMPERATURA *Cat. Pág. 3* 14.1 MONITOREO DE TEMPERATURA CUTÁNEA DESPLEGADA EN PANTALLA, CUANDO MENOS UN CANAL. *Cat. Pág. 3* CONSUMIBLES: 1.- 100 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG. *INCLUIDOS* 2.- CINCO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. *INCLUIDOS* 3.- DOS TUBOS DE PASTA CONDUCTORA. *INCLUIDOS* 4.- DOS ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN. *INCLUIDOS* 5.- UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA. *INCLUIDOS* 6.- UN FOCO PARA LARINGOSCOPIO. *INLCUIDOS* REFACCIONES: DE ACUERDO A MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V A 60 HZ +/- 10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO CUMPLE CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. *SE ADJUNTA* LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE																

ANEXO 1C

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **Marca: Dimedic, Riester** **Modelo: Linkar, Ri-standard** **Procedencia: México, Alemania**																
8	513.810.0051 SILLAS DE RUEDAS PLEGABLE (DESCANSA PIES). *Cat. Pág.2* NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. *SE ADJUNTA* CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. SE ADJUNTA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A CONSIDERAR, LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**	PZA	113	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
6 ANEXO 1C	531.191.0417 "CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, DESFIBRILADOR-MONITOR. **DESFIBRILADOR** **MARCA: PRIMEDIC** **MODELO: EVO 2** **PROCEDENCIA: ALEMANIA** DEFINCIÓN: UN CARRO RODABLE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR Y EL MONITOREO DE ALGUNOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, QUE CONCENTRA EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS. INCLUYE DESFIBRILADOR CON MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, BOLSAS DE REANIMACIÓN Y EQUIPO DE INTUBACIÓN CON TANQUE DE OXÍGENO. DESCRIPCIÓN: 1. CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. **FOLLETO 1 PAG. 1, FOLLETO 5 PAG. 1** 2. CARRO DE EMERGENCIA. **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.1. DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO DE UNA SOLA PIEZA Y MESA EXTRAÍBLE. **FOLLETO 1 PAG. 1** 2.2. DIMENSIONES: LONGITUD DE 91 CMS, 61 CMS DE FONDO Y 100 CMS DE ALTO **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. **FOLLETO 1 PAG. 1** 2.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR- MONITOR: **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.6.1. CON CAPACIDAD DE GIRO. **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.6.2. CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.6.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR.	EQUIPO	41	40 Días Hábiles Posteriores a la Emisión del Fallo (Según Junta de Aclaraciones)	2 Años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	FOLLETO 1 PAG. 4 2.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.8. CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO: **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.8.1. UN CAJÓN CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.9. SISTEMA DE SEGURIDAD. **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. **FOLLETO 1 PAG. 7** 2.10. CON POSTE PORTAVENOCLÍSIS CON AJUSTE DE ALTURA E INTEGRADO. **FOLLETO 1 PAG. 4** 2.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO **FOLLETO 1 PAG. 4 Y MANUAL 2 PAG. 26** 2.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. **FOLLETO 1 PAG. 1** 2.13.CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. **FOLLETO 1 PAG. 4** 3. REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE). **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.1. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.2. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.3. AUTOINFLABLE. **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.4. TAMAÑO ADULTO (UNA PIEZA). **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.4.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML COMO MÍNIMO **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.5. TAMAÑO PEDIÁTRICO (UNA PIEZA). **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.6. TAMAÑO NEONATAL (UNA PIEZA). **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.6.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MÁXIMO. **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.7. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.7.1. TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL,																	

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ESTERILIZABLES EN VAPOR **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.7.2. ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE. **FOLLETO 2 PAG. 1** 3.8. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. **FOLLETO 2 PAG. 2** 3.9. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. **FOLLETO 2 PAG. 2** 4. EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: **FOLLETO 3 PAG. 76** 4.1. MANGO: **FOLLETO 2 PAG. 77** 4.1.1. HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN. **FOLLETO 2 PAG. 77** 4.1.2. ACABADO ACANALADO O RUGOSO. **FOLLETO 2 PAG. 77** 4.1.3. COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS **FOLLETO 2 PAG. 77** 4.2. BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. **FOLLETO 2 PAG. 76 y 77** 4.3. ILUMINACIÓN HALÓGENA, XENÓN O LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS COMO MÍNIMO. **FOLLETO 2 PAG. 77** 4.4. HOJAS DE LARINGOSCOPIO **FOLLETO 2 PAG. 93** 4.4.1. DE ACERO INOXIDABLE. **FOLLETO 2 PAG. 93** 4.4.2. RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 6 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 00, 0,1, 2, 3 Y 4. **FOLLETO 2 PAG. 94** 4.4.3. CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 4 PIEZAS DE LO NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4. **FOLLETO 2 PAG. 93** 4.5. ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. **FOLLETO 2 PAG. 116** 5. UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO ""E"" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA Y FRASCO HUMIFICADOR. **FOLLETO 4 PAG. 12** 6. DESFIBRILADOR. **FOLLETO 5 PAG. 1** 6.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. **FOLLETO 5 PAG. 14** 6.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	BIFÁSICA SELECCIONABLE A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 Y 360 JULIOS COMO MÁXIMO. **SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA 316: "DEBERA DE CONTAR CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 Y 360 JULIOS" FOLLETO 5 PAG. 14** 6.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. **MANUAL PAG. 332** 6.4. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. **MANUAL PAG. 240** 6.5. TIEMPO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS O MENOR PARA 200 JULIOS. **FOLLETO 5 PAG. 14** 6 6. CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). **FOLLETO 5 PAG. 7** 6.7. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. **SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA 259: "CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACION EXTERNA Y/O INTERNA (CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO)" FOLLETO 5 PAG. 14** 6.8. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS. **FOLLETO 5 PAG. 11 Y 14** 6.9. CON SENSOR INTEGRADO DE RCP, MOSTRADO EN PANTALLA. **FOLLETO 5 PAG. 8** 7. MONITOR. **FOLLETO 5 PAG. 14** 7.1. PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 21.2 CM (8.4 PULGADAS) COMO MÍNIMO. **FOLLETO 5 PAG. 14** 7.2. ECG. **FOLLETO 5 PAG. 14** 7.2.1. DOCE DERIVACIONES. **FOLLETO 5 PAG. 14** 7.2.2. UN CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE DIEZ PUNTAS **MANUAL PAG. 38** 7.2.3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA FRECUENCIA CARDIACA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). **MANUAL PAGS. 66, 96 Y 324**																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.3. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). **FOLLETO 5 PAGS. 8, 9 Y 14** 7.4. PRESIÓN NO INVASIVA: **FOLLETO 5 PAG. 9** 7.4.1. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO **FOLLETO 5 PAG. 15 Y MANUAL PAG. 189** 7.4.2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. **MANUAL PAG. 67** 7.4.3. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. **FOLLETO 5 PAG. 9** 7.4.4. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES **MANUAL PAG. 38** 7.5. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. **MANUAL PAG.74 Y 75** 8. PALAS. **FOLLETO 5 PAG. 10** 8.1. PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA. **FOLLETO 5 PAG. 11 Y MANUAL PAG. 333** 8.2. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. **FOLLETO 5 PAG. 7 Y 11** 8.3. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. **FOLLETO 5 PAG. 7 Y 11** 8.4. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. **FOLLETO 5 PAG. 14** 9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES **MANUAL PAG. 324**																
	9.1. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. **MANUAL PAG. 67** 9.2. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. **MANUAL PAG. 70** 9.3. DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA **MANUAL PAG. 52** 10. SISTEMA DE REGISTRO **FOLLETO 5 PAG. 15** 10.1. IMPRESIÓN INTEGRADA. **FOLLETO 5 PAG. 15**																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. **MANUA PAG. 285 Y 286** 10.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. **MANUAL PAG. 285 Y 286** 10.4. UN CANAL COMO MÍNIMO. **FOLLETO 5 PAG. 15** 11. SPO2: **FOLLETO 5 PAG. 14** 11.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA Y/O BARRA DE PULSO Y FRECUENCIA DE PULSO **FOLLETO 5 PAG. 8 Y 9** 11.2. CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO Y/O PEDIÁTRICO O MULTISITIO. **MANUAL PAG. 38** 11.3. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN EL PORCENTAJE DE SPO2. **MANUAL PAG. 67** 12. BATERÍA. **FOLLETO 5 PAG. 15** 12.1. RECARGABLE E INTEGRADA **FOLLETO 5 PAG. 12 Y 15** 12.2. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. **FOLLETO 5 PAG. 12** 12.3. QUE PERMITA DAR AL MENOS 200 DESFIBRILACIONES A CARGA DE 200J Ó 10 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. **FOLLETO 5 PAG. 15** 12.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 HORAS COMO MÍNIMO. **FOLLETO 5 PAG. 15** 13. NIBP **FOLLETO 5 PAG. 15** 13.1 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA **FOLLETO 5 PAG. 15** 13.2 DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA **FOLLETO 5 PAG. 9** 14. TEMPERATURA **FOLLETO 5 PAG. 9**																
	14.1 MONITOREO DE TEMPERATURA CUTÁNEA DESPLEGADA EN PANTALLA, CUANDO MENOS UN CANAL **FOLLETO 5 PAG. 9** CONSUMIBLES: 1.- 100 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG **MANUAL PAG. 38**																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	2.- CINCO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. **MANUAL PAG. 39** 3.- DOS TUBOS DE PASTA CONDUCTORA. **FOLLETO GEL PAG. 4** 4.- DOS ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN **MANUAL PAG. 38** 5.- UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA. **FOLLETO 1 PAG. 4** 6.- UN FOCO PARA LARINGOSCOPIO. REFACCIONES: DE ACUERDO A MARCA Y MODELO. **FOLLETO 3 PAG. 100** INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V A 60 HZ +/- 10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DEAPOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	**PUNTO 4.5.1.**	**PUNTO 4.5.2.**	**PUNTO 4.5.3.**	**PUNTO 4.5.4.**	**PUNTO 4.5.5.**	**PUNTO 4.5.6.**	**PUNTO 4.5.7.**	**PUNTO 4.5.8.**	**PUNTO 4.5.9.**	**PUNTO 4.5.10.**	**PUNTO 4.5.11.**	**OBSERVACIONES**
7 ANEXO 1C	531. 328.0181 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CORTE Y HEMOSTASIA DE TEJIDOS POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO. **MODELO: SULTRON 300** **MARCA: LED** **PROCEDENCIA: COMUNIDAD EUROPEA** DESCRIPCIÓN: 1.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICRO CONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. 2.- SALIDA MONOPOLAR: **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS. DOS CANALES DE SALIDA PARA CORTE MONOPOLAR, CON SUS DOS CONTROLES INDEPENDIENTES. **FOLLETO, PAGINA 2 Y FICHA TECNICA, PAGINA 1** 2.2.- CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS **FOLLETO, PAGINA 2** 2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 WATTS. **FOLLETO, PAGINA 2** 3.- SALIDA BIPOLAR: **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 80 WATTS. **FOLLETO, PAGINA 2** 3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 4.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO: **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 4.1.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR. DEBE CONTAR CON SISTEMA QUE SE ADAPTA AUTOMATICAMENTE A LA POTENCIA. **FOLLETO, PAGINA 3 Y FICHA TECNICA PAGINA 1** 4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. **FOLLETO, PAGINA 3 Y FICHA TECNICA, PAGINA 1**	EQUIPO	10	40 Días Hábiles Posteriores a la Emisión del Fallo (Según Junta de Aclaraciones)	2 Años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	5.- FRECUENCIA DE SALIDA. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.1.- FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 425 KHZ. LAS FLUCTUACIONES AUTOMATICAMENTE COMPENSADAS ANTES DE INICIAR LA ENTREGA DE LA POTENCIA DE ALTA FRECUENCIA. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 ,FOLLETO PAGINA 2** 6.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD **FICHA TECNICA PAGINA 1** 6.1.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 6.2.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 7.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 8.- EVACUADOR DE HUMO, DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 1** 8.1.- CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FUNCIONES: SUCCIÓN REGULABLE, PRE FILTRADO PARA CAPTURAR PARTÍCULAS DE AL MENOS 0.12 MICRAS. **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** 8.2.- INDICADOR DE VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS. **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** 8.3.- CONTROL DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA AL ACTIVARSE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. ACCESORIOS: TODOS DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** 9.- CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL MODELO OFERTADO. **FICHA TECNICA, PAGINA 1**																
	10.- PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 11.- PEDAL BIPOLAR. **FICHA TECNICA PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 12.- LÁPIZ CON ELECTRODO DE CUCHILLA LARGO MÍNIMO 10CM. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 13.- PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA O RECTA CON CABLE DE																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CONEXIÓN. **ACCESORIOS SURTRON PAG 1** 14.- PLACA DE RETORNO DE PACIENTE CON CABLE DE CONEXIÓN. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 15.- ASAS PARA CONIZACIÓN CON DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 10CM. CONSUMIBLES: TODOS DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. **ACCESORIOS SURTRON PAG 1** 16.- PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CABLE DE CONEXIÓN. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 17.- LÁPIZ MONOPOLAR DESECHABLE. **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 18.- CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR. **ACCESORIOS SURTRON PAG 1** 19.- ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE NAVAJA, ASA, BOLA Y AGUJA CON LONGITUD MÍNIMA DE 10CM. . **FICHA TECNICA, PAGINA 2 Y FOLLETO, PAGINA 4** 20.- FILTRO PARA EL EVACUADOR DE HUMO. . **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** 21.- MANGUERAS PARA EL EVACUADOR DE HUMOS . **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** 22.- REDUCTOR PARA CONECTAR EL ESPECULO VAGINAL. . **FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2** REFACCIONES: 23.- SEGÚN MARCA Y MODELO OFERTADO. . INSTALACIÓN: 24.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, POR PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 25.- 120 VCA ± 10%, 60 HZ. INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO MÉDICO. OPERACIÓN: 26.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: 27.- PREVENTIVO.																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	28.- CORRECTIVO. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS."																
9 ANEXO 1C	531.168.0069 "ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA DETECTAR, REGISTRAR Y GRABAR LAS SEÑALES ELÉCTRICAS PRODUCIDAS POR LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN Y REPRODUCIR ESTAS SEÑALES, (VOLTAJE VS. TIEMPO) COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), NORMALMENTE EN FORMATO IMPRESO PERO TAMBIÉN EN PANTALLA O EN SOPORTE DIGITAL PARA USO POSTERIOR. EL DISPOSITIVO TAMBIÉN PUEDE INCLUIR UNA VARIEDAD DE FUNCIONES, POR EJEMPLO REGISTRO MONOCANAL O MULTICANAL, CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CAPACIDAD INTERPRETATIVA, PRUEBAS DURANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL PACIENTE **MODELO: 08MT PLUS** **MARCA: BTL** **PROCEDENCIA: INGLATERRA** DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN: 1.1.- CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. **FICHA TECNICA, PAGINA 1**	EQUIPO	18	40 Días Hábiles Posteriores a la Emisión del Fallo (Según Junta de Aclaraciones)	2 Años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	1.2.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO.**FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.3.- TECLADO ALFANUMÉRICO EN PANTALLA Y TECLAS DE FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL PANEL FRONTAL. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.4.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 2,000 HZ / 12 DERIVACIONES. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.5.- FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE 3 A 4 HORAS DE REGISTRO CONTINUO O 15 MTS DE IMPRESIÓN CONTINUA. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.6.- FILTROS: **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.6.1.- FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.6.2.- FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ Y 25 HZ. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.6.3.- FILTRO DE LÍNEA BASE DE 0.125 (1.5 S), 0.25 (0.6S), 0.5 (0.3S), 1.5 (0.1S) SPLINES **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.7.- FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR DE 150 HZ. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.8.- FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO DE 0.04 HZ. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.9.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.10.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.11.- TOMA DE RITMOS DE UNA O DOS DERIVACIONES (A ELECCIÓN DEL USUARIO) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE ARRITMIAS. CON DIEZ FORMATOS PROGRAMABLES PARA TOMA DE RITMOS. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.12.- COMPLEJOS PROMEDIOS DE ECG CON MARCAS. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 1.13.- RESOLUCION DIGITAL DE 3.9 UV **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.14.- CONVERSIÓN A/D 13 BITS **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.15.- RANGO DINÁMICO 15.9 MV **MANUAL PAGINA 42,** 1.16.- VOLTAJE DE POLARIZACIÓN ± 400 MV **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.17.- VOLTAJE MÁXIMO CONSISTENTE ± 5 V **FICHA TECNICA,**																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PAGINA 2 1.18.- IMPEDANCIA DE ENTRADA > 20 MΩ **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 1.19.- RAZÓN DE RECHAZO A MODO COMÚN > 100 DB **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 2.- DESPLIEGUE: **FICHA TECNICA PAGINA 1** 2.1.- PANTALLA TACTIL A COLOR LCD DE 5.7" PARA MONITOREO DE HASTA 12 DERIVACIONES DE ECG SELECCIONABLES POR EL USUARIO, QUE MUESTRA MENSAJES EN PANTALLA COMO: FORMATO SELECCIONADO, FRECUENCIA CARDIACA, NOMBRE DEL PACIENTE, ESTADO DE LOS FILTROS, ESTADO DE LA BATERÍA, AMPLIFICACIÓN/ATENUACIÓN DE LAS DERIVACIONES, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Y MENSAJES DE AVISO DEL SISTEMA. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 2.2.- AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD: **MANUAL, PAGINA 12** 2.2.1.- AL MENOS CUATRO VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 10, 25 Y 50 MM/SEG. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 2.2.2.- SENSIBILIDAD DE AL MENOS 2.5, 5, 10 Y 20 MM /MV. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 3.- ALMACENAMIENTO: **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 3.1.- ALMACENAMIENTO INTERNO DE 100 REGISTROS COMO MÍNIMO. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 3.2.- CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 3.3.- ALMACENAJE DE ECG EN MEMORIA USB. **MANUAL, PAGINA 29, SEGUN JUNTA DE ACLARACIONES** 4.- IMPRESIÓN. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 4.1.- IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 112 MM CUADRICULADO, CON ANOTACIONES DE: FILTROS, VELOCIDAD DE PAPEL, SENSIBILIDAD, DATOS DEL PACIENTE, DATOS DEL MÉDICO, FECHA, HORA, ENTRE OTROS. IMPRESIÓN DIRECTA A IMPRESORA LASER O DE INYECCION DE TINTA. **FICHA TECNICA, PAGINA 1**																	

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	**PUNTO 4.5.1.**	**PUNTO 4.5.2.**	**PUNTO 4.5.3.**	**PUNTO 4.5.4.**	**PUNTO 4.5.5.**	**PUNTO 4.5.6.**	**PUNTO 4.5.7.**	**PUNTO 4.5.8.**	**PUNTO 4.5.9.**	**PUNTO 4.5.10.**	**PUNTO 4.5.11.**	**OBSERVACIONES**
	4.2.- FORMATOS DE IMPRESIÓN ILIMITADOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE E INTERPRETACIÓN. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 4.3.- DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.- INTERPRETACIÓN: **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.1.- MEDICIONES DE AMPLITUDES PARA TODAS LAS DERIVACIONES EN LAS ONDAS: P+ (MV), P- (MV), Q (MV), R (MV), S (MV), R' (MV), S' (MV), T+ (MV), T- (MV), ST (MV) Y STS (MV/S). **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.2.- MEDICIONES DE LOS INTERVALOS FC (/MIN), RR (MS), RRP (%), P (MS), QRS (MS), PQ (MS), QT (MS), QTC MS. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.3.- EJES: PO, QRSO, TO **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 5.4.- COMPLEJOS PROMEDIOS DE LAS 12 DERIVACIONES INTERPRETACIÓN EN PALABRAS, AUTOMÁTICA PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 6.- ACCESORIOS: **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 6.1.- CABLE PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS. **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 6.2.- ELECTRODOS REUSABLES ADULTO Y PEDIÁTRICO. **FICHA TECNICA, PAGINA 2.**																
	7. OTROS: 7.1.- SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. **FICHA TECNICA, PAGINA 1** 7.2.- CONEXIÓN A: PC POR MEDIO DE: RS-232, USB ACCESORIOS: CON CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO CARRO DE TRANSPORTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL EQUIPO. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE																

ANEXO 1C

ABSTEL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ESFUERZO, MEDIANTE PROGRAMA ADICIONAL. CAPACIDAD A FUTURO DE PRUEBAS DE ESPIROMETRÍA. **FICHA TECNICA, PAGINA 1 Y FICHA TECNICA, PAGINA 2** CONSUMIBLES: GEL O PASTA CONDUCTORA. PAPEL TÉRMICO DE 112 MM **FICHA TECNICA, PAGINA 2** 100 ELECTRODOS DESECHABLES. **FICHA TECNICA, PAGINA 2,** REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: QUE OPERE A 120V 60 HZ +/- 10%. **MANUAL PAGINA 41** OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS."																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 7	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL 531. 328.0181 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CORTE Y HEMOSTASIA DE TEJIDOS POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO. DESCRIPCIÓN: 1.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3, 4** 2.- SALIDA MONOPOLAR: **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA DE 400 WATTS. DOS CANALES DE SALIDA PARA CORTE MONOPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA**3 2.2.- CON 3 MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIAS DE 250, 200 Y 150 WATTS. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 2.3.- CON DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA DE 120 Y 100 WATTS. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 3.- SALIDA BIPOLAR: **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 99 WATTS. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3** 4.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO: **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4**	EQUIPO	10	40 Días Hábiles Posteriores a la Emisión del Fallo (Según Junta de Aclaraciones)	2 Años	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 9. CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO EN SU PROPUESTA NO PRESENTA IMAGEN, NI CATALOGO NI FOLLETO. No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**

ANEXO 1C

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4.1.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4** 4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4** 5.- FRECUENCIA DE SALIDA. **INSTRUCCIONES DE USO, PAGINA 28** 5.1.- FRECUENCIA DE 400-500 KHZ. LAS FLUCTUACIONES AUTOMATICAMENTE COMPENSADAS ANTES DE INICIAR LA ENTREGA DE LA POTENCIA DE ALTA FRECUENCIA. **INSTRUCCIONES DE USO, PAGINA 28** 6.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4** 6.1.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4** 6.2.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 4** 7.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 3, 4** 8.- EVACUADOR DE HUMO, COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. **CATALOGO ATMOSAFE, PAGINA 9** 8.1.- CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FUNCIONES: SUCCIÓN REGULABLE, PRE FILTRADO PARA CAPTURAR PARTÍCULAS DE AL MENOS 0.09 MICRAS. **CATALOGO ATMOSAFE, PAGINA 2, 3** 8.2.- INDICADOR DE VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS. **CATALOGO ATMOSAFE, PAGINA 2** 8.3.- CONTROL DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA AL ACTIVARSE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. **CATALOGO ATMOSAFE, PAGINA 2** ACCESORIOS: TODOS DE COMPATIBLES CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA.																

ANEXO 1C

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9.- CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL MODELO OFERTADO. **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA** 10.- PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 2** 11.- PEDAL BIPOLAR. **CATALOGO EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA, PAGINA 2** 12.- LÁPIZ CON ELECTRODO DE CUCHILLA LARGO MÍNIMO 10CM. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 14, 38** 13.- PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA O RECTA CON CABLE DE CONEXIÓN. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 40, 45** 14.- PLACA DE RETORNO DE PACIENTE CON CABLE DE CONEXIÓN. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 43** 15.- ASAS PARA CONIZACIÓN CON DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 10CM. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 16** CONSUMIBLES: TODOS COMPATIBLES CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. 16.- PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CABLE DE CONEXIÓN. **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA** 17.- LÁPIZ MONOPOLAR DESECHABLE. **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA** 18.- CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 40** 19.- ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE NAVAJA, ASA, BOLA Y AGUJA CON LONGITUD MÍNIMA DE 10CM. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 13, 14** 20.- FILTRO PARA EL EVACUADOR DE HUMO. **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA** 21.- MANGUERAS PARA EL EVACUADOR DE HUMOS **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA**																

ANEXO 1C

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	22.- REDUCTOR PARA CONECTAR EL ESPECULO VAGINAL. **INCLUIDO EN OFERTA ECONOMICA** REFACCIONES: 23.- SEGÚN MARCA Y MODELO OFERTADO. INSTALACIÓN: 24.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, POR PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 25.- 120 VCA ± 10%, 60 HZ. INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO MÉDICO. **CATALOGO GENERADORES DE AF, PAGINA 5** OPERACIÓN: 26.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: 27.- PREVENTIVO. 28.-CORRECTIVO. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGENEXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS."																
	MARCA: DEWIMED **MODELO: DEWI HF 400** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 6	531.191.0417 "CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, DESFIBRILADOR-MONITOR. DEFINCIÓN: UN CARRO RODABLE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR Y EL MONITOREO DE ALGUNOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, QUE CONCENTRA EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS. INCLUYE DESFIBRILADOR CON MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, BOLSAS DE REANIMACIÓN Y EQUIPO DE INTUBACIÓN CON TANQUE DE OXÍGENO. DESCRIPCIÓN: 1. CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. 2. CARRO DE EMERGENCIA. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1** 2.1. DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO DE UNA SOLA PIEZA Y MESA EXTRAÍBLE. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1** 2.2. DIMENSIONES: LONGITUD DE 91 CMS, 61 CMS DE FONDO Y 100 CMS DE ALTO **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1** 2.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1** 2.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1.** 2.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 1.** 2.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR- MONITOR: **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3** 2.6.1. CON CAPACIDAD DE GIRO. **CAT.1 CARRO ROJO PÁGINA 3.** 2.6.2. CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3.** 2.6.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3.** 2.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 2.** 2.8. CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO: **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 2.** 2.8.1. UN CAJÓN CON	PIEZA	41	40 DÍAS	SEGÚN LO ESTIPULADO EN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 7.1 No cumple, se solicita parantalla de al menos 8,4 pulgadas yen su literatura se encuentra pantalla de 6,5 pulgadas. 7.2.1 No cumple Se solicita ECG de 12 derivaciónes, a pesar de mencionar el uso de un cable de 12 derivaciones, el equipo sólo despliega 7 derivaciones. PUNTO 4.5.10 No presenta**
	DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. 2.9. SISTEMA DE SEGURIDAD. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 2.** 2.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 2.** 2.10. CON POSTE PORTAVENOCLÍSIS CON																

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	AJUSTE DE ALTURA E INTEGRADO. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3.** 2.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3.** 2.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 2.** 2.13. CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. **CAT.1 CARRO ROJO PAGINA 3.** 3. REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE). **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.1. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.2. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.3. AUTOINFLABLE. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.4. TAMAÑO ADULTO (UNA PIEZA). **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.4.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML COMO MÍNIMO. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.5. TAMAÑO PEDIÁTRICO (UNA PIEZA). **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.6. TAMAÑO NEONATAL (UNA PIEZA). **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8** 3.6.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MÁXIMO. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 8.** 3.7. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA **CAT.2 RESUCITADORES PAG 14.** 3.7.1. TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, ESTERILIZABLES EN VAPOR. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 14.** 3.7.2. ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 14.** 3.8. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 9.** 3.9. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. **CAT.2 RESUCITADORES PAG 9.** 4. EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: 4.1. MANGO: **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 4** 4.1.1. HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 4.** 4.1.2.																**constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
	ACABADO ACANALADO O RUGOSO. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 4.** 4.1.3. COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 2.** 4.2. BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 5.** 4.3. ILUMINACIÓN HALÓGENA,																	

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	XENÓN O LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS COMO MÍNIMO. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 4.** 4.4. HOJAS DE LARINGOSCOPIO **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 2.** 4.4.1. DE ACERO INOXIDABLE. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 2.** 4.4.2. RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 6 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 00, 0,1, 2, 3 Y 4. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 4.** 4.4.3. CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 4 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4. 4. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 2. 4.5.**- ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. **CAT. 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN PAG 6.** 5. UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO ""E"" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA Y FRASCO HUMIFICADOR. 6. DESFIBRILADOR. **CAT. 4 TANQUE O2 PAG 1.** 6.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 16.** 6.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 Y 360 JULIOS COMO MÁXIMO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 171**- 6.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 78.** 6.4. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 148.** 6.5. TIEMPO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS O MENOR PARA 200 JULIOS. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 171.** 6.6. CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 38.** 6.7. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 71.** 6.8. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS.																	
	CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 42. 6.9. CON SENSOR INTEGRADO DE RCP, MOSTRADO EN PANTALLA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 94.** 7. MONITOR. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 170.** 7.1. PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 21.2 CM (8.4 PULGADAS) COMO MÍNIMO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 170.** 7.2. ECG. 7.2.1. DOCE DERIVACIONES. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 117.** 7.2.2. UN																

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE DIEZ PUNTAS 7.2.3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA FRECUENCIA CARDIACA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). 7.3. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). 7.4. PRESIÓN NO INVASIVA: **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 21.** 7.4.1. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 21.** 7.4.2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 21.** 7.4.3. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 21.** 7.4.4. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 21.**7.5. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. 8. PALAS. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 43.** 8.1. PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 43 Y 45.** 8.2. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 44 Y 85.** 8.3. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 44 Y 85.** 8.4. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 51.**																	
	9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 119,** 9.1. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 119.** 9.2. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 57 y 171..** 9.3. DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 167 y 171..**																	

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	10. SISTEMA DE REGISTRO **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 131.** 10.1. IMPRESIÓN INTEGRADA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 131.** 10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 125.** 10.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 123.** 10.4. UN CANAL COMO MÍNIMO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 125.** 11.SPO2: 11.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA Y/O BARRA DE PULSO Y FRECUENCIA DE PULSO 11.2. CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO Y/O PEDIÁTRICO O MULTISITIO. **SI SE OFERTA** 11.3. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN EL PORCENTAJE DE SPO2. 12.BATERÍA. 12.1. RECARGABLE E INTEGRADA **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 175.** 12.2. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 175.** 12.3. QUE PERMITA DAR AL MENOS 200 DESFIBRILACIONES A CARGA DE 200J Ó 10 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 175.** 12.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 HORAS COMO MÍNIMO. **CAT. 5 DESFIBRILADOR PAG 175.** 13. NIBP 13.1 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA 13.2 DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA 14. TEMPERATURA 14.1 MONITOREO DE TEMPERATURA CUTÁNEA DESPLEGADA EN PANTALLA, CUANDO MENOS UN CANAL CONSUMIBLES: 1.- 100 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG **SI SE OFERTA** 2.- CINCO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. **SI SE**																

ANEXO 1C

DIAGNOSTICS SOLUTIONS SAPI DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	OFERTA 3.- DOS TUBOS DE PASTA CONDUCTORA. **SI SE OFERTA** 4.- DOS ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN **SI SE OFERTA** 5.- UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA. **SI SE OFERTA** 6.- UN FOCO PARA LARINGOSCOPIO. REFACCIONES: DE ACUERDO A MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V A 60 HZ +/- 10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." **MARCA: ZOLL / METRO / WELCH ALLYN** **MODELO: R SERIES, LIFELINE** **PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
3	CLAVE. 531.941.0980 **VENTILADOR VOLUMÉTRICO** NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO. DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. DESCRIPCIÓN: 1. CONTROLES: **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML). RANGO LÍMITE INFERIOR 2 A LÍMITE SUPERIOR 3,000. SE AGREGA SOFTWARE NEO MODE 2.0 Permite la ventilación en pacientes neonatales tan pequeños como de 300 gramos y Volumen de tan solo 2 ml. **CATALOGO 1 PAGINA 4, 8** 2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). RANGO LÍMITE INFERIOR 2 ALÍMITE SUPERIOR 120. **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). RANGOLÍMITE INFERIOR 1 ALÍMITE SUPERIOR 95. **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA RANGO (RPM). LÍMITE INFERIOR 0,5 ALÍMITE SUPERIOR 150 **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). RANGO LÍMITE INFERIOR 0,1 A LÍMITE SUPERIOR 10 **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.5. PLATEAU Ó PAUSA INSPIRATORIA. 2.6. PAUSA ESPIRATORIA O ESPIRACIÓN MANTENIDA. **MANUAL PAGINA 4-24** 2.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.8. RESPIRACIÓN MANUAL. SI **CATALOGO 1 PAGINA 14** 2.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LIMITE INFERIOR 1 O APAGADO. LÍMITE SUPERIOR 50 **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTANEA ASISTIDA (ASB) LÍMITE SUPERIOR 95 **CATALOGO 1 PAGINA 10** 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 15 Y 30 MINUTOS.	EQUIPO	40	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	SEGÚN LO ESTIPULADO EN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS** **PUNTO 4.5.9 Propuesta Técnica Punto 2.3. No cumple, no se demuestra en catálogos desde el rango solicitado. Punto 2.4. No cumple, no se demuestra en catálogos desde el rango solicitado. Punto 6.2. No cumple, no se demuestra en catálogos. Punto 6.3. No cumple, no se demuestra en catálogos. Punto 6.7. No cumple, no se demuestra en catálogos que cuente con puertos USB (3).**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CATALOGO 1 PAGINA 6, 7 2.12. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN Y VOLUMEN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) RANGO LÍMITE INFERIOR 0,3 O MENOR. A LÍMITE SUPERIOR 15. **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.13. BIAS FLOW. **CATALOGO 1 PAGINA 8** 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. **CATALOGO 1 PAGINA 9** 2.15. 100 % O2 DURANTE 3 MINUTO. **CATALOGO 1 PAGINA 14** 3. MODOS VENTILATORIOS: **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS. **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE. **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. **MANUAL PAGINA RT 7-4, 9-1** 3.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS, INCLUYENDO POR VOLUMEN, PARA TODOS LOS PACIENTES, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS. **CATALOGO 1 PAGINA 9, 10** 3.7. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BIPAP) Y CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). **CATALOGO 1 PAGINA 2, 10** 3.8. CON GARANTÍA DE VOLUMEN PARA CPAP. **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.9. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS O (CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV). **CATALOGO 1 PAGINA 10** 3.10. VENTILACIÓN CON GARANTÍA DE VOLUMEN EN NEONATOS **CATALOGO 1 PAGINA 10**																**PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones** **No presenta los apostillados del**

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.11. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN INICIALES MEDIANTE PESO Y EDAD DEL PACIENTE. **CATALOGO 1 PAGINA 3** 3.12. CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO **MANUAL PAGINA 4-16** 3.13. CAPACIDAD A FUTURO DE PRESIÓN SOPORTE VARIABLE Y PROPORCIONAL. **MANUAL PAGINA A-41, A-42** 4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.4. PEEP **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.8. RELACIÓN I: E. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.9. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.10. FIO2 **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 4.12. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.13. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.14. CÁLCULO DE RESISTENCIA. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.15. CÁLCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB). **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.16. CÁLCULO DE ÍNDICE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL) O MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) O FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP). **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.17. CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRATORIO O BUCLE PRESIÓN																**fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las bases.**

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TRAQUEAL VS. VOLUMEN. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.18. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: **CATALOGO 1 PAGINA 11, 12** 4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.18.2. FLUJO-TIEMPO **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.19. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.20. CON MONITORIZACIÓN DE CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. SE AGREEGA UN CAPNOGRAFO CON OXIMETRIA DE MISMA MARCA DEL VENTILADOR. **CATALOGO 2 PAGINA 1, 2** 4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL. **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.22. CON ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 3 DÍAS. **CATALOGO 1 PAGINA 4** 4.23. PORCENTAJE O VOLUMEN DE FUGAS **CATALOGO 1 PAGINA 12** 4.24. MEDICIÓN DE PEEP INTRINSECA **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.25. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100. **CATALOGO 1 PAGINA 11** 4.26. CONTROL DEL PEEP INCIAL Y FINAL. **MANUAL PAGINA 1-19, MANUAL PAGINA RT 14-5** 4.27. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FALLA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN SISTEMA REMOTO EN SITIO. **CATALOGO 1 PAGINA 1** 4.28. CAPACIDAD A FUTURO DE UN PROTOCOLO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RETIRADA DE VENTILACIÓN. **CATALOGO 1 PAGINA 5**																
	4.29. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO PULMONAR DEL PACIENTE, MUESTREO DE LA RESISTENCIA Y COMPLIANCIA DEL PACIENTE. **APENDICE MECANICA RESPIRATORIA PAGINA 14** 5. ALARMAS: **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1. AUDIBLES, VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES.																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CATALOGO 1 PAGINA 13 5.1.1. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.2. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.3. APNEA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.4. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.5. VOLUMEN CORRIENTE. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.7. FIO2 ALTA Y BAJA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.9. FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.10. BATERÍA BAJA. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR. **CATALOGO 1 PAGINA 13** 5.1.12. SILENCIO DE ALARMA. **CATALOGO 1 PAGINA 14** 6. GENERALES: **CATALOGO 1 PAGINA 14** 6.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO CON ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO. **CATALOGO 1 PAGINA 14** 6.2. VÁLVULA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AIRE AMBIENTE PARA RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE EN CASO DE FALLO DEL SUMINISTRO DE AIRE. SE AGREGA AL CARRO UN COMPRESOR DE AIRES CON BATERIA DE UNA HORA PARA EN CASO DE FALLA DEL SUMINSTRO DE PARED, **CATALOGO 1 PAGINA 2, 14, MANUAL DE SERVICIO PAGINA 74** 6.3. SENSOR DE FLUJO DISTAL DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTE PARA MEDICIÓN DE FLUJO EN PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS Y A SU VEZ SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES. **MANUAL DE SERVICIO PAGINA 77** 6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA PARA TUBOS DE 2.5 MM A 12 MM. **CATALOGO 1 PAGINA 4, MANUAL PAGINA 4-5**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.5. COMPENSACIÓN DE FUGAS AUTOMÁTICO. **CATALOGO 1 PAGINA 9** 6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON SOPORTE AL VENTILADOR. **CATALOGO 1 PAGINA 18** 6.7. PANTALLA A COLOR DE 18,1" CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN. CON CONECTORES RS232 (2) Y PUERTO RED. **CATALOGO 1 PAGINA 1, 2, MANUAL DE SERVICIO PAGINA 27, 52** 6.8. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. **CATALOGO 1 PAGINA 1** 6.9. PERILLA SELECTORA PARA AJUSTE Y CONFIRMACIÓN DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. **CATALOGO 1 PAGINA 14** 7. ACCESORIOS INCLUIDOS: **CATALOGO 1 PAGINA 17** 7.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. **CATALOGO 1 PAGINA 17** 7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO. **CATALOGO 1 PAGINA 14** 7.3. MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE. **CATALOGO 1 PAGINA 17** 7.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. 7.5. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). **CATALOGO 1 PAGINA 18** 7.6. CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). **CATALOGO 1 PAGINA 18**																
	7.7. CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO/PEDIÁTRICA Y NEONATAL. **CATALOGO 1 PAGINA 18** 8. ACCESORIOS **CATALOGO 1 PAGINA 13** 8.1. PULMÓN DE PRUEBA. **CATALOGO 1 PAGINA 17** 9. CONSUMIBLES: **CATALOGO 1 PAGINA 18** 9.1. SENSOR DE FLUJO DISTAL TIPO ANEMOMETRÍA PARA																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS Y SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES **CATALOGO 1 PAGINA 18** 9.2. MASCARILLAS **CATALOGO 1 PAGINA 18** 9.3. FILTROS **CATALOGO 1 PAGINA 17** 10. INSTALACIÓN: **CATALOGO 1 PAGINA 15** 10.1. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V / 60 HZ +/- 10% **CATALOGO 1 PAGINA 15** 10.2. NEUMÁTICA: **CATALOGO 1 PAGINA 16** 10.2.1. OXÍGENO **CATALOGO 1 PAGINA 16** 10.2.2. AIRE **CATALOGO 1 PAGINA 16** NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. PARA PRODUCTO EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE O JIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS."																
	MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT **MODELO PB840** **PROCEDENCIA IRLANDA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
6	**CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, DESFIBRILACIÓN-MONITOR.** **CLAVE. 531.191.0417** DEFINICIÓN: UN CARRO RODABLE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR Y EL MONITOREO DE ALGUNOS PÁRAMETROS FISIOLÓGICOS, QUE CONCENTRAN EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS, INCLUYE DESFIBRILADOR CON MONITOREO MULTIPAMAMÉTRICO, BOLSAS DE REANIMACIÓN Y EQUIPO DE INTUBACIÓN CON TANQUE DE OXÍGENO. DESRIPCIÓN: 1. CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. **Catálogo 1 pág. 1** 2. CARRO DE EMERGENCIA. **Catálogo 2 pág.1** 2.1 DE MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DE UNA SOLA PIEZA Y MESA EXTRAÍBLE. **Catálogo 2 pág.1** 2.2 DIMENSIONES: LONGITUD DE 115.6 CMS. 57.5 CMS DE FONDO Y 96.5 CMS DE ALTO. **Catálogo 2 pág.1** 2.3 CON MANUBIO PARA SU CONDUCCIÓN **Catálogo 2 pág.1** 2.4 4 RUEDAS ANTÍESTATICAS, GIATORIAS DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. **Catálogo 2 pág.1** 2.5 CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. **Catálogo 2 pág.1** 2.6 SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR. MONITOR: **Catálogo 2 pág.1** 2.6.1 CON CAPACIDAD DE GIRO **Catálogo 2 pág.1** 2.6.2 CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICION. **Catálogo 2 pág.1** 2.6.3 CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADO. **Catálogo 2 pág.1** 2.7 SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. **Catálogo 2 pág.1** 2.8 CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO. **Catálogo 2 pág.1**	EQUIPO	41	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS** **PUNTO 4.5.9** **Propuesta Técnica 12.3 No cumple, en su propuesta 50 ciclos o desarme a 200 joules se solicita QUE PERMITA DAR AL MENOS 200 DESFIBRILACIONES A CARGA DE 200 JOULES.** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de**

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	2.8.1 UN CAJON CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN. CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. **Catálogo 2 pág.1** 2.9 SISTEMA DE SEGURIDAD. **Catálogo 2 pág.1** 2.9.1 CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. **Catálogo 2 pág.1, 4** 2.10 CON POSTE PORTAVENOCLISIS CON AJUSTE DE ALTURA E INTEGRADO. **Catálogo 2 pág.1** 2.11 TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM, COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE MONTADA AL CARRO **Catálogo 2 pág.1** 2.12 ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. **Catálogo 2 pág.1** 2.13 CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. **Catálogo 2 pág.1** 3 REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE). **Catálogo 2 pág.3** 3.1 DESARMABLE Y ESTERIZABLE EN VAPOR. **Catálogo 2 pág.3** 3.2 BOLSA DE SILICON TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. **Catálogo 2 pág.3** 3.3 AUTOINFLABLE. **Catálogo 2 pág.3** 3.4 TAMAÑO ADULTO (UNA PIEZA). **Catálogo 2 pág.3** 3.4.1 VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML COMO MÍNIMO. **Catálogo 2 pág.3** 3.5 TAMAÑO PEDÍATRICO (UNA PEZA) **Catálogo 2 pág.3** 3.6 TAMAÑO NEONATAL (UNA PIEZA) **Catálogo 2 pág.3** 3.6.1 VOLUMEN DE LA BOLSA DE 300 ML. **Catálogo 2 pág.3** 3.7 MASCARILLA DE LA MISMA MARCA **Catálogo 2 pág.3**																**obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las bases.**
	3.7.1 TAMAÑO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, ESTERILIZABLES EN VAPOR. **Catálogo 2 pág.3** 3.7.2 ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y A VÁLVULA HACIA PACIENTE. **Catálogo 2 pág.3** 3.8 VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. **Catálogo 2 pág.3**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.9 CONEXIÓN PARA OXIGENO SUMPLENTARIO **Catálogo 2 pág.3** 4. EQUIPO DE INTUBACIÓN ROTRAQUEAL: **Catálogo 2 pág.2** 4.1 MANGO: **Catálogo 2 pág.2** 4.1.1 HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN. **Catálogo 2 pág.2** 4.1.2 ACABADO ACANALADO O RUGOSO. **Catálogo 2 pág.2** 4.1.3 COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS. **Catálogo 2 pág.2** 4.2 BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA CON CARGADOR. CARGADOR DE LAMISMA MARCA DEL EQUIPO. **Catálogo 2 pág.2** 4.3 ILUMINACIÓN HALÓGENA, LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS. **Catálogo 2 pág.2** 4.4 HOJAS DE LARINGOSCOPIO. **Catálogo 2 pág.2** 4.4.1 DE ACERO INOXIDABLE. **Catálogo 2 pág.2** 4.4.2 RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 6 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 Y 4. **Catálogo 2 pág.2** 4.4.3 CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 4 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 1, 2, 3, 4 Y **Catálogo 2 pág.2** 4.5. ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. **Catálogo 2 pág.2** 5. UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO "E" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA Y FRASCO HUMINIFICADOR. **Catálogo 2 pág.1** 6. DESFIBRILADOR. **Catálogo 1 pág.1** 6.1 PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTÍNUO INTEGRADO. **Catálogo 1 pág.2** 6.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE A 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 200 JULIOS. **Catálogo 1 pág.5, 7, 8** 6.3 CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS. **Catálogo 1 pág.8** 6.4 CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. **Catálogo 1 pág.2**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.5 TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS PARA 200 JULIO. **Catálogo 1 pág.7.** 6.6 CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODE DEA). **Catálogo 1 pág.8.** 6.7 CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. **Catálogo 1 pág.5** 6.8 CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS. **Catálogo 1 pág.15** 6.9 CON SENSOR INTEGRADO DE RCP, MOSTRADO EN PANTALLA. **Catálogo 1 pág.4, 13; Manual pág.175** 7. MONITOR. **Catálogo 1 pág.1** 7.1 PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 2.2 CM. (8.4 PULGADAS). **Catálogo 1 pág.9** 7.2 ECG **Catálogo 1 pág.3.** 7.2.1 DOCE DERIVACIONES **Catálogo 1 pág.3.** 7.2.2 UN CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE DIEZ PUNTAS. **Catálogo 1 pág.15.** 7.2.3 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA FRECUENCIA CARDIACA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). **Catálogo 1 pág.8, 9.** 7.3 CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG COMO MINIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERICACIONES: (DI, DII, DIII, AVR AVL, AVF Y V). **Catálogo 1 pág.4, 8, 9** 7.4 PRESIÓN NO INVASIVA: **Catálogo 1 pág.3; Manual pág.107** 7.4.1 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO **Catálogo 1 pág.11; Manual pág.110** 7.4.2 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA **Catálogo 1 pág.10; Manual pág.111** 7.4.3 DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTOLICA, DIASTÓLICA,																
	Y MEDIA. **Catálogo 1 pág.4; Manual pág.107** 7.4.4 BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. **Catálogo 1 pág.16, 17** 7.5 DESPLIEGUE EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. **Catálogo 1 pág.5**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	8. PALAS. **Catálogo 1 pág.6** 8.1 PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/ PEDIATRICOAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA **Catálogo 1 pág.5, 8** 8.2 CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL **Catálogo 1 pág.8.** 8.3 BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL **Catálogo 1 pág.8** 8.4 CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. **Catálogo 1 pág.5** 9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. **Catálogo 1 pág.8** 9.1 SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. **Catálogo 1 pág.9; Manual pág.104** 9.2 DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE **Catálogo 1 pág.8, 9** 9.3 DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA **Catálogo 1 pág.9** 10. SISTEMA DE REGISTRO **Catálogo 1 pág.9** 10.1 IMPRESIÓN INTEGRADA **Catálogo 1 pág.1** 10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMAICÓN RRELATIVA AL EVENTO REGRISTRADO. **Catálogo 1 pág.9.** 10.3 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMATICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. **Catálogo 1 pág.10** 10.4 UN CANAL COMO MÍNIMO **Catálogo 1 pág.9** 11. SPO2 **Manual pág.99** 11.1 PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLESTIMOGRAFÍA Y/O BARRA DE PULSO Y FRECUENCIA DE PULSO. **Manual pág.103** 11.2 CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO Y/P ÉDIATRICO O MULTISITIO. **Catálogo 1 pág.16** 11.3 ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN EL PORCENTAJE DE SPO2. **Manual pág.104.** 12. BATERÍA **Catálogo 1 pág.9**																
	12.1 RACARGABLE E INTEGRADA **Catálogo 1 pág.9** 12.2 CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. **Manual pág.290** 12.3 QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA DE 200 J O 9 HORAS DE MONITOREO CONTINUO. **Manual pág.334** 12.4 TIEMP DE CARGA MÁXIMO DE 3 HORAS **Catálogo 1 pág.9**																

ANEXO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	13. NIBP **Manual pág. 107** 13.1 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICO **Manual pág.110.** 13.2 DESPLIEGUE DE PANTALLA DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLIOCA Y MEDIA **Manual pág.107** 14. TEMPERATURA **Manual pág.133** 14.1 MONITOREO DE TEMPERATURA CUTÁNEA DEPLEGABLE EN PANTALLA, CUANDO MENOS UN CANAL. **Manual pág.16, 133** **CONSUMIBLES:** 1. 100 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG. **Catálogo 1 pág.15.-** 2. CINCO ELECTRODOS AUTOHADERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. **Catálogo 1 pág.15** 3. DOS TUBOS DE PASTA CONDUCTORA. **Catálogo 1 pág.18** 4. DOS ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN **Catálogo 1 pág.18** 5. UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA. **Catálogo 2 pág.4** 6. UN FOCO PARA LARINGOSCOPIO, **Catálogo 2 pág.2** **REFACCIONES.** DE ACUERDO A MARCA Y MODELO **INTALACIÓN:** ALIMENTAICÍON ELÉCTRICA 110 V A 60 HZ +/- 10% **Catálogo 1 pág.14** **OPERACIÓN:** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. **NORMAS Y CERTIFICADO:** PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2.50 O ANSI/AAMI, PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLOGICA Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTARÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAD EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **MARCA PHILIPS / INTERMETRO** **MODELO HEARTSTART MRx / LIFELINE** **PROCEDENCIA E.U.A.**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
Anexo 1C Partida 2	CLAVE: S/C "CAMA DE HOSPITALIZACION GENERAL. UNIDAD ELECTROMECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 1. CAMA ELECTRICA RODABLE DE MULTIPLES POSICIONES CON SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE ACTUADORES ELECTRICOS HERMETICAMENTE SELLADOS, LIBRES DE CORROSION, CON UNA ALTA DINAMICA DE CARGA, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y BAJO CONSUMO DE CORRIENTE CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) (PORTADA) 2. QUE OPERE CON CORRIENTE ALTERNA 120 V/60 HZ MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 3. QUE CUENTE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA (NO INTEGRADA, NO UPS) QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON INDICADOR LUMINOSO EN EL PANEL DE CONTROL. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 16 4. BARANDALES DE PE ELEMENTOS DE MOLDEADO DE RESINA MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 4.1 CONTRUIDOS EN UNA SOLA PIEZA. 5. PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE GOBIERNE TODAS LAS FUNCIONES DE LA CAMA; Y CANDADOS QUE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LAS FUNCIONES POR ZONAS Y DE FORMA TOTAL PARA EL PACIENTE. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26 6. SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA CON LAS SIGUIENTES POSICIONES PRE-ASIGNADAS: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26.- 6.1 POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES DE LA PLATAFORMA EN POSICION HORIZONTAL.- 6.2 ANTITRENDELEMBURG.- 6.3 POCISION DE EXAMINACION.- 6.4 SILLA CARDIACA.- 7. TRENDELEMBURG REVERSO CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 8. 4 (CUATRO) INDICADORES DE ANGULACION (UNO EN CADA BARANDAL) MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34	EQUIPO	500	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	SEGÚN LO ESTIPULADO EN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9. QUE PERMITA DAR POSICIONES: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34 9.1 FOWLER DE 65° O MAYOR 9.2 ANGULACIÓN DERODILLAS DE 35 ° O MAYOR 9.3 PANTORRILAS 21° O MAYOR 9.4 TRENDELEMBURG 16° O MAYOR 9.5 ANTITRENDEMBURG 16° O MAYOR 10. CON SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA DE RESPALDO DE ESPALDA POR MEDIO DE ASA O MANGO INDEPENDIENTE QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA LLEVAR A LA POSICIÓN PARA RCP DE FORMA MECÁNICA Y SEGURA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 2711. SUPERFICIE RÍGIDA CON PANELES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES, RECUBIERTOS DE PINTURA EN POLVO, DESMONTABLES PARA SU CORRECTA LIMPIEZA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 5212. CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA)13. FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS CON PEDAL EN AMBOS LADOS DE CAMA EN AL MENOS 2 RUEDAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 29 14. RUEDAS DE 150 MM, ANTIESTATICAS MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 15. BARANDALES EN DOS SECCIONES CON CONTROL LUMINO INTEGRADO AL BARANDAL. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 16. PIECERA Y CABECERA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DESMONTABLES CON SEGURO QUE EVITE LAS MOVILIZACIONES ACCIDENTALES. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 14 17. DIMENSIONES: CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 17.1 EXTERNAS 105 CM DE ANCHO X 220 CM DE LARGO 17.2 SUPERFICIE DEL PACIENTE 91 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO. 17.3 EXTENCION DE LA PLATAFORMA 35 CM.																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	18. CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 245 KG CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA).- 19. ALTURA AJUSTABLE DE 35 – 68 CM CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA).- 20. ACCESORIOS: DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 37 20.1 COLCHÓN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMA, HIGIÉNICO FLEXIBLE DE 14 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON TAMAÑO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA CAMA. CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 20.2 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 20.3 NO ALERGÉNICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE Y ANTIINFLAMABLE ANTIESTÁTICO. CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 21. POSTE METÁLICO CROMADOS PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (1 PIEZA) MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 39 22. CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA FABRICADO DE PVC. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 23. DOS GANCHOS PARA SOSTENER BOLSAS URINARIAS O DE DRENAJE. ACCESORIOS OPCIONALES MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 33 24. GANCHOS/SOPORTES PARA LA GUARDA DE LOS POSTES. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 39 25. INSTALACIÓN: 25.1. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 25.2 .SE ENTREGA MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL O INGLÉS. 26. OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 27. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	28. CAPACITACIÓN SOBRE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AL PERSONAL USUARIO QUE EL INSTITUTO DESIGNE Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE BIOMÉDICA QUE EL INSTITUTO DESIGNE. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. MARCA: PARAMOUNT BED MODELO: QUALITAS BETA INTEGRADA PA-6435 PROCEDENCIA: JAPON																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
Anexo 1C Partida 3	CLAVE. 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO- ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16, 25 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVITA V300, PÁG. 69 DATASHEET EVITA V300, PÁG. 1, 4 DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 1. CONTROLES: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 41, 250 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML).LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 3,000. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN).LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 120 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2512.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2512.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM).LÍMITE INFERIOR 0,5 LÍMITE SUPERIOR 150 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2502.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0,1 LÍMITE SUPERIOR 10 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2502.5. PAUSA INSPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1032.6. ESPIRACIÓN MANTENIDA.INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1042.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2512.8. RESPIRACIÓN MANUAL. SI INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1032.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LIMITE INFERIOR 0. LÍMITE SUPERIOR 50 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTANEA ASISTIDA MEDIANTE PRESIÓN SOPORTE LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251	EQUIPO	40	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10,15 Y 30 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 253 2.12. MECANISMO DE TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,2. LÍMITE SUPERIOR 15 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 ANEXO 3 CARTA TRIGGER 2.13. FLUJO BASE DE 6 L/MIN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.15. 100 % O2 DURANTE 3 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 104 3. MODOS VENTILATORIOS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 282 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 284, 286 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 293, 2953.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2963.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2993.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 3043.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS INCLUYENDO POR VOLUMEN PARA TODOS, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 96, 3243.7. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BIPAP) Y CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 291, 298 3.8. CON GARANTÍA DE VOLUMEN PARA CPAP. INSTRUCCIONES																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DE USO EVITA V300, PÁG. 300 3.9. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS (CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN). INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253, 290 3.10. VENTILACIÓN CON GARANTÍA DE VOLUMEN EN NEONATOS INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 311 3.11. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN INICIALES MEDIANTE PESO Y EDAD DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 71 3.12. CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 288 3.13. CAPACIDAD A FUTURO DE PRESIÓN SOPORTE VARIABLE Y PROPORCIONAL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 302 4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256 4.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256 4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2564.3. PRESIÓN DE PLATEAU. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2564.4. PEEP INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2564.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2594.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2574.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2594.8. RELACIÓN I: E. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2594.9. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2574.10. FIO2 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2564.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 374.12. INDICADOR DE																
	HORAS DE USO EN PANTALLA. ANEXO 2 HORAS DE USO 4.13. CÁLCULO DE COMPLIANCE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261 4.14. CÁLCULO DE RESISTENCIA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261 4.15. ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB).																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261 4.16. CÁLCULO DE FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261 4.17. BUCLE PRESIÓN TRAQUEAL VS. VOLUMEN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 312 4.18. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 98, 262 4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262 4.18.2. FLUJO-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262 4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262 4.19. DESPLIEGUE DE DOS BUCLES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 99 4.20. CON MONITORIZACIÓN DE CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 151, 327 4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 3124.22. CON ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 7 DÍAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1364.23. PORCENTAJE Y VOLUMEN DE FUGAS INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2614.24. MEDICIÓN DE PEEP INTRINSECA INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 3194.25. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2614.26. CONTROL DEL PEEP INTERMITENTE DE 1 A 20 CICLOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2534.27. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FALLA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN SISTEMA REMOTO EN SITIO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2414.28. CAPACIDAD A FUTURO DE UN PROTOCOLO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RETIRADA DE VENTILACIÓN. CATALOGO SMART CARE, PÁG. 2 4.29. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ESTADO PULMONAR DEL PACIENTE, MUESTREO DE LA RESISTENCIA Y COMPLIANCIA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 321 5. ALARMAS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 128 5.1. AUDIBLES, VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 128 5.1.1. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 212 5.1.2. PEEP BAJO Y DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 191, 211 5.1.3. APNEA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 188 5.1.4. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 218, 219 5.1.5. VOLUMEN CORRIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 220, 221 5.1.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 203 5.1.7. FIO2 ALTA Y BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 203 5.1.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2155.1.9. FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 188 5.1.10. BATERÍA BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 189 5.1.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1975.1.12. SILENCIO DE ALARMA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1326. GENERALES: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 3296.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO CON ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 329, 3306.2. VÁLVULA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AIRE AMBIENTE PARA RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE EN CASO DE FALLO DEL SUMINISTRO DE AIRE. DATASHEET EVITA V300, PÁG. 3 6.3. SENSOR DE FLUJO DISTAL DE TECNOLOGÍA DE HILOSCALIENTE PARA MEDICIÓN DE FLUJO EN PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS Y A SU VEZ SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES CON DETECCION DE FLUJO MINIMO DE 0.2 L/MIN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 61, 258, 327 6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA PARA TUBOS DE 2.5 MM A 12 MM. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 252, 312 6.5. COMPENSACIÓN DE FUGAS AUTOMÁTICO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 324 6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON SOPORTE AL VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 23 LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47 6.7. PANTALLA A COLOR DE 15,4"" CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN. CON CONECTORES RS232 (2) ASÍ COMO PUERTOS USB (3) Y PUERTO LAN. DATASHEET EVITA V300, PÁG. 4 6.8. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 1826.9. PERILLA SELECTORA PARA AJUSTE Y CONFIRMACIÓN DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 367. ACCESORIOS INCLUIDOS: LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 447.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 60 7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 237.3. MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE. LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 457.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. ANEXO 1 REGULADORES 7.5. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47 7.6. CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47 7.7. CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO/PEDIÁTRICA Y NEONATAL. LISTA DE ACCESORIOS EVITA																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	V300, PÁG. 49 8. ACCESORIOS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 50 8.1. PULMÓN DE PRUEBA. LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 50 9. CONSUMIBLES: LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 52 9.1. SENSOR DE FLUJO DISTAL TIPO ANEMOMETRÍA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS Y SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL E FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES CON DETECCION DE FLUJO MINIMO DE 0.2 L/MIN INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 61, 258, 327 9.2. MASCARILLAS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 539.3. FILTROS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 5610. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26 10.1. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V / 60 HZ +/- 10% INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2610.2. NEUMÁTICA: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2610.2.1. OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 2610.2.2. AIRE INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485.PARA PRODUCTO EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 YALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE O JIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." MARCA: DRÄGER MODELO: EVITA 300 PROCEDENCIA: ALEMANIA																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
Anexo 1C Partida 4	531.252.0033 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIASERVICIO(S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES,UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. A. DEFINICIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6A.1 EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6, 7, 61B. DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61.- CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROCONTROLADOR. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BABYTHERM 8004, PÁG. 212.- CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL CON SUPRESIÓN DE ALARMAS POR 15 MIN Y SERVOCONTROLADO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 23, 24, 25, 743.- CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 4.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS2323 QUE DÉ POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN CON MONITORES DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS TEMPERATURAS CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA EVALUAR MEJOR EL DESEMPEÑO TÉRMICO DEL NIÑO.INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 65, 74 5.- DESPLIEGUES DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 5.2. TEMPERATURA DE CONTROL. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.8 5.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN SEGMENTOS DE 10%.INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 6.- CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 35 A 37.5ºC. RESOLUCIÓN DE	Equipo	30	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	LA TEMPERATURA 0.1°C. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 25, 687.- FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 19 8.- ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 75 8.1.- TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA) INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 568.2.- FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 56 8.3.- FALLA DEL SISTEMA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55 8.4.- FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55 8.5.- VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. ALARMA CADA 15 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 24 8.6.- SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 9.- CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 10.- CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE CERÁMICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61, 62, 74 11.- CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES DE AL MENOS 23 CM. CON PASACABLES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PÁG. 13 ANEXO 1 BABYTHERM PASA CABLES PAG. 1 12.- CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O																
	INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE -15 A 20 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 1413.- ALTURA VARIABLE, CON CONTROL MEDIANTE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CUNA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 1914.- RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO EN DOS																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	RUEDAS COMO MÍNIMO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 7, 6115.- CON AL MENOS DOS CAJONES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6116.- CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL COLCHÓN. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 1217.- ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE 90ºA LOS LADOS, QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X SIN INTERRUMPIR EL CALENTAMIENTO. 18.- LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN EN DOS NIVELES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 74 19.- COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 53 CATÁLOGO SOFTBED PAG. 1 20.- REGLETA DE TOMA CORRIENTE FIJADO A RIEL INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 17 21.- REPISA PARA MONITOR E INSTRUMENTAL. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 11 22.- MONITOR DE SIGNOS VITALES, DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8 23.- CON PANTALLA DE 8,4", TIPO TFT A COLOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8, D-4 DATASHEET GAMMA XL, PÁG. 4 24.- CON AL MENOS 4 CANALES PARA EL DESPLIEGUE DE PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 2-10 DATASHEET GAMMA XL, PÁG. 4 25.- CON MONITOREO DE ECG, SPO2, TEMPERTAURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8 26.- CON MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8, 15-227.- BATERÍA INTERNA DE 210 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	XL, PÁG. 2-328.- CON TECLADO DE MEMBRANA Y BOTÓN ROTATORIO PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-17, 1-18C. ACCESORIOS: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.78C. 1 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA A LOS LADOS DEL CALEFACTOR (NO RODABLE). EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS. CON CONTADOR DE HORAS DE USO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 41, 62, 74C. 2 BÁSCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 66C. 3 SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6 C.4 CRONOMETRO DE APGAR.ANEXO 2- CRONÓMETRO APGAR PAG 1, 2 D. CONSUMIBLES: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 78 D.1.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.78 D.2.- CINCO SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL CENTRAL Y CINCO SENSORES DE PIEL PERIFÉRICA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 78 D.3.- CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS CON ELECTRODOS DESECHABLES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-2, A-3, A-4 D.4.- SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-10D. 5.- SENSOR DE SPO2 MULTISITIO REUSABLE Y CABLE TRONCAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-6D.																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.- BRAZALETES DESECHABLES PARA PANI EN DOS MEDIDAS DIFERENTES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-12D. 7.- MANGUERA REUTILIZABLE PARA PANI. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-12E. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-1F. INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. ±10%. INSTRUCCIONES DE MANUAL DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 69 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. D-5 OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. MARCA: DRÄGER MODELO: BABYTHERM 8004 + GAMMA XL PROCEDENCIA: ALEMANIA/E.E.U.U.																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
Anexo 1C Partida 5	531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CONJUNTO DE EQUIPOS MÉDICOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE APOYO ANESTÉSICO EN PACIENTES NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO; CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR Y MONITORIZAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, GASES MEDICINALES Y/O AGENTES ANESTÉSICOS. INCLUYE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS INVASIVOS DE FORMA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 16, 105 DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 201.- GABINETE:INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 201.1.- MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES O DOSIFICADORES ELECTRÓNICOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 79 1.2.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 230, 250 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 3 1.3.- CON TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 70 1.4.- CAPACIDAD DE INCORPORAR YUGOS ELECTRÓNICOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 22, 60 1.5.- CAJÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 1.6.- MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20, 233 1.7.- MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 1.8.- CUATRO RUEDAS, SISTEMA DE FRENO CENTRAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.9.- MANÓMETROS DIGITALES. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 31.9.1. TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). ANEXO 2	EQUIPO	10	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 31.9.2. DOS PARA CILINDROS (O2, N2O). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 31.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 90 MIN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2651.11. CON ILUMINACIÓN INTERCONSTRUIDA PARA EL ÁREA DE TRABAJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 202.- VAPORIZADOR O DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 1 BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 12.1. SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA (SEVOFLURANE Y DESFLUORANE). BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 1 2.2. CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 113 y 118 2.3. INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO. CAPACIDAD DE VOLUMEN DE RELLENO DE 300 A 360 ML INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 16, 108 3.- SUMINISTRO DE GAS FRESCO: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 95 3.1. FLUJÓMETRO VIRTUAL, CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA: CON SISTEMA DE CONFIRMACIÓN PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES EN LAS MEZCLAS DE GASES. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23, 96 3.1.1. CONTROL DE AJUSTE EN PANTALLA DEL FLUJO TOTAL DEL GAS FRESCO Y DESPLIEGUE DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 95, 144 3.1.2. DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL FLUJÓMETRO VIRTUAL PARA CADA GAS MEDICINAL CODIFICADO DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE, AIRE-AMARILLO, N2O-AZUL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 145 ANEXO 2 FLUJÓMETROS CODIFICADOS3.2. CON MEZCLADOR ELECTRÓNICO. ACTIVADO MEDIANTE BOTONES PARA LA DOSIFICACIÓN DE GAS FRESCO: AJUSTE DE LA CONCENTRACIÓN DE O2 Y DEL FLUJO DE GAS FRESCO. CON CAPACIDAD DE REPRESENTAR EL APROVECHAMIENTO DE GAS FRESCO CON																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	GRÁFICO DE BARRAS EN TRES RANGOS (DEMASIADO, EFICIENTE Y BAJO). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 96, 145, 1523.3. GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25%. DESPLIEGUE DEL CONSUMO DE GAS FRESCO (DE AGENTES ANESTÉSICOS COMO DE GASES MEDICINALES) POR EL PACIENTE Y POR EL EQUIPO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 97, 2623.4.-FLUSH DE OXÍGENO DIRECTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1013.5.- CON INDICADOR DE CONSUMO DE GASES MEDICINALES EN LITROS (AIRE, O2 Y N2O) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 262 BROCHURE PRIMUS/PRIMUS IE SOFTWARE 4, PÁG. 1 4.- CIRCUITO DE PACIENTE: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 4.1. UN CÁNISTER INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 231 4.1.1. CON CAPACIDAD DE 1500 ML. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 231, 253 4.1.2. REUSABLE Y ESTERILIZABLE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 228, 231 4.1.3. CON FILTRO DE POLVO, EN CASO DE REQUERIRSE. NO SE REQUIERE EN CASO DE USAR CAL SODADA MARCA DRÄGER 4.1.4. CON SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS. ANEXO 3 ABSORBEDOR 4.1.5. ALARMA PARA EL CONTROL DE CAMBIO PARA RECORDAR AL PERSONAL LOS INTERVALOS DE SUSTITUCIÓN DE LA CAL SODADA INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 121, 173, 198 4.2. CON TRAMPA DE AGUA Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO. BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 216 4.3. SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1194.4. CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1194.5. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO. ANEXO 4 FILTRO ANESTÉSICO4.6. TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. INSTRUCCIONES DE USO																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PRIMUS IE, PÁG. 228, 2694.7. VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 994.8. VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 994.9. VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1004.10. BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 69 5.- VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA: CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 3 5.1. TECLADO SENSIBLE DE MEMBRANA Y PERILLA SELECTORA.INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 36 5.2. DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL.INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 124, 160, 167 5.3. PANTALLA: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268 5.3.1. TIPO TFT INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268 5.3.2. TAMAÑO DE 12". INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268 5.3.3. POLICROMÁTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268 5.3.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 170 5.3.5. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 235.3.6. DESPLIEGUE DE TRES CURVAS SIMULTÁNEAS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 235.4.- MODOS DE VENTILACIÓN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 165.4.1. CONTROLADO POR VOLUMEN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1025.4.2. CONTROLADO POR PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1105.4.3. SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 102, 1105.4.4. PRESIÓN SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1145.4.5. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN CON VOLUMEN CORRIENTE Y FRECUENCIA GARANTIZADA (AUTO																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	FLOW). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1065.5. CONTROLES Y AJUSTE DE: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 39, 250 5.5.1. VOLUMEN CORRIENTE EN EL RANGO DE 5 A 1400 ML. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.2. PRESIÓN LÍMITE EN EL RANGO DE 10 A 70 CMH2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 5.5.3. PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 5 A 70 CMH2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 5.5.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA EN EL RANGO DE 3 A 100 RESPIRACIONES POR MINUTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.5. PEEP ELECTRÓNICO EN EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O. RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE 1 CM H20 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 252, 255 5.5.6. RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.7. PAUSA INSPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.8. SENSIBILIDAD POR FLUJO INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 103, 252 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG.4 5.5.9. PRESIÓN SOPORTE.INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 252 5.5.10. AJUSTE DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN EN FUNCIÓN DEL PESO IDEAL Y DE LA EDAD DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 68, 945.6. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 235.6.1. FRACCIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE OXÍGENO (FIO2) POR TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2605.6.2. VOLUMEN CORRIENTE.																
	INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1445.6.3. VOLUMEN MINUTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1445.6.4. PRESIÓN MEDIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1445.6.5. PRESIÓN PICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1445.6.6. PEEP. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1445.6.7. FRECUENCIA RESPIRATORIA INSTRUCCIONES DE USO																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PRIMUS IE, PÁG. 145 5.6.8. COMPLIANCE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 145 5.6.9. MAC (CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 148 5.6.10. PRESIÓN DE MESETA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.7. DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23 5.7.1. CURVA DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.7.2. CURVA DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.7.3. DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN, CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO. EN MÁQUINA DE ANESTESIA Y EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 146, 153 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6 5.7.4. CON CAPACIDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE EL VENTILADOR Y UN DISPOSITIVO EXTERNO MÉDICO O NO MÉDICO (POR EJEMPLO, MONITORES HEMODINÁMICOS, SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS U ORDENADORES CON WINDOWS) A TRAVÉS DE LA INTERFAZ RS-232. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 24, 285.8. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR): INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 128, 129, 1375.8.1. FIO2 (ALTA Y BAJA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2065.8.2. VOLUMEN MINUTO INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2125.8.3. PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2075.8.4. APNEA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1955.8.5. PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 209, 210 5.8.6. FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 200																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	5.8.7. FALLA EN MEDICIÓN O2, PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 203 5.8.8. FUGA EN CIRCUITO DE PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 204 5.8.9. FALLA EN SENSOR DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 200 5.8.10. FALLA EN EL SENSOR DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 202 5.9. INHABILITACIÓN DE ALARMAS PARA EL MODO BYPASS CARDIACO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 135 5.10. CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 100 5.11. COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 5.12. INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23 5.13. INDICADOR BATERÍA BAJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1866.- SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 84, 887.- MONITOR DE SIGNOS VITALES: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 47.1. MONITOR MODULAR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-27.2. TECLADO DE MEMBRANA Y PERILLA SELECTORA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-6, 1-217.3. PANTALLA POLICROMÁTICA CON TECNOLOGÍA TFT DE 15".INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20, B-197.4. SALIDA ANALÓGICA DE ECG Y SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-87.5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE 8 CURVAS SIMULTÁNEAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20 7.6. DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-9 7.7. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 6-2, B-14																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.8. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 240 MIN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-18 7.9. MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20 7.10. ECG INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-2 7.10.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-17 7.10.2. AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16 7.10.3. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL TRES CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES DE ECG. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16, 8-207.10.4. ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 10-47.10.5. ANÁLISIS DE ARRITMIAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 9-27.10.6. CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-227.10.7. DETECCIÓN DE MARCAPASOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-57.13.1-BIS.-DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-57.14-BIS.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-27.14.1-BIS.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 7.14.2-BIS.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7 7.14.3-BIS.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-8, 13-9 7.15-BIS.- RESPIRACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2 7.15.1-BIS.- CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.15.2-BIS.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	RESPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.10.8.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-7 7.11. CO2 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 7.11.1. POR MEDIO DE SIDESTREAM (CORRIENTE LATERAL) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 258 7.11.2. DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS; INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1447.12. SPO2 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-27.12.1. CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-87.12.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-87.13. TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-57.13.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-57.14. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-27.14.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 7.14.2. AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7 7.14.3. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-8, 13-9 7.15. RESPIRACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2																
	7.15.1. CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.15.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.16. PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.16.1. DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-10 7.16.2. ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2 7.16.3. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2, 15-147.17. ESPIROMETRÍA:INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6, 29-147.17.1. CURVA DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-67.17.2. VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 2577.17.3. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 256, 2577.17.4. DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN, CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE 4 LAZOS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6, 29-117.17.5. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-16 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 257 7.18.- GASES: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 258 7.18.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 260 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 7.18.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 261 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 7.18.3. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 261 7.18.4. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 260 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-16 7.18.5. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ALVEOLAR MÍNIMA (MAC) EN BASE A LA EDAD DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 148 7.18.6. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 149 7.19. PROFUNDIDAD HIPNÓTICA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-27.19.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-3, 26-67.19.2. CURVA DE EEG. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-37.20. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-2, 5-4, 5-107.20.1. FRECUENCIA CARDÍACA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-127.20.2. CO2. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 1377.20.3. SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-147.20.4. TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-15 7.20.5. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-13 7.20.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA.INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-14 7.20.7. PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-10 7.20.8. GASES ANESTÉSICOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 138 7.20.9. PROFUNDIDAD HIPNÓTICA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-10 7.21. INHABILITACIÓN DE ALARMAS PARA EL MODO BYPASS																
	CARDIACO. EN EL EQUIPO DE ANESTESIA Y EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 135 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 2-16 7.22. ALARMA DE APNEA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-20 7.23. ALARMA DE ARRITMIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	SERIES, PÁG. 5-10, 9-6 7.24. CON SILENCIADOR DE ALARMAS.INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-78.- RELAJACIÓN MUSCULAR: DESPLIEGUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-28. 1. DESPLIEGUE NUMÉRICO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-58 2. MODOS DE ESTIMULACIÓN: TREN DE CUATRO, TETÁNICO Y ESTIMULO ÚNICO O SIMPLE. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-5, 25-69.- FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON MODO BYPASS CARDIACO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 13510.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DATASHEET GATEWAY, PÁG. 111.- UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2- VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. LISTA DE ACCESORIOS PRIMUS/PRIMUS IE, PÁG. 3 ACCESORIOS: PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-2 1. CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ADULTO ESTERILIZABLE Y LIBRE DE LÁTEX CON TUBOS CORRUGADOS DE AL MENOS 1.5 M DE LONGITUD, PIEZA EN "Y" ACODADA. CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL REUSABLE ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 37, 38 2. UN CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL, TIPO BAIN, SEMICERRADO O EQUIVALENTE. ANEXO 1 CIRCUITO BAIN 3. MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, ESTERILIZABLE Y LIBRE																
	DE LÁTEX: UNA TAMAÑO ADULTO, UNA TAMAÑO PEDIÁTRICO. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 73 4. BOLSA PARA VENTILACIÓN REUSABLE, ESTERILIZABLE Y LIBRE DE LÁTEX: DE 500 ML, DE 1.5 LTS, DE 2.3 LTS Y 3 LTS. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 53 5. CAPACIDAD DE USAR ACCESORIOS DE RADIOFRECUENCIA,																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TRAMPA DE AGUA, SENSORES DE FLUJO. ACCESORIOS INFINITY ID, PÁG. 8, 9 y 10 6. UN CABLE TRONCAL, UN SENSOR TIPO DEDAL Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO PORTATIL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 131, 140 7. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 144 8. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO, UNO ADULTO OBESO Y UNO PEDIÁTRICO; UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. PARA PACIENTE NEONATAL 20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 145, 146, 148 9. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS DE CINCO PUNTAS. PARA PACIENTE NEONATAL UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 115, 121 10. PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: 20 SENSORES REUSABLES Y CABLES, 40 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS REUSABLE Y 40 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES. SE OFERTA SIDESTREAM 11. PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 12 TRAMPAS DE AGUA, 20 LÍNEAS DE MUESTRA. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 168																
	12. PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. SE OFERTA SIDESTREAM 13. PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA INCLUIR AL MENOS: 2 CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR Y 2 KITS DE																

ANEXO 1C

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TRANSDUCTOR DESECHABLE POR CADA CANAL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 155 14. PARA RELAJACIÓN MUSCULAR: SENSOR ADULTO Y PEDIÁTRICO. Y ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 162 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-2 15. PARA MONITORIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA: CABLE TRONCAL Y SENSOR PARA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-29 CONSUMIBLES: ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 17, 69 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10C1. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON BOLSA Y MASCARILLA TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 17, 69C2. 100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO Y 300 NEONATALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO INSTALACIÓN:ELÉCTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-12NEUMÁTICA: AIRE, OXÍGENO Y N2O. OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO																
	MARCA: DRÄGER																
	MODELO: PRIMUS IE + KAPPA PROCEDENCIA: ALEMANIA/E.E.U.U.																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1 "C" Partida 3	MARCA: CAREFUSION MODELO: AVEA PROCEDENCIA: EUA ESPECIFICACIONES DE CEDULA ANEXO 1-C DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE **VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO-ADULTO.** DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 1 DESCRIPCIÓN: 1. CONTROLES: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML). LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 3,000. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 92 SEGUN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 128 REFERENCIA: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL PEDIATRICO ADULTO 0. VOLUMEN CORRIENTE LÍMITE SUPERIOR: 3000 PREGUNTA Se ha demostrado que el mantener volúmenes corrientes bajos disminuye la lesión pulmonar, lo cual se Implementa una constante basándonos al peso ideal corporal del paciente por la constante 6 a 8 ml para obtener el volumen	EQUIPO	40	EL PLAZO DE EENTREGA SE AMPLIA A MAXIMO 40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO, SEGÚN PREGUNTA 3 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.6** **No menciona en su carta bajo protesta de decir verdad los números de partida y anexos a los que corresponde incumpliendo con el punto 4.5.6 de las presentes bases.** **PUNTO 4.5.9.** **Punto 3.12 No cumple, no demuestra el modo de ventilación controlada por volumen minuto mandatorio.**
	corriente ideal y a la necesidad de cada patrón respiratorio de cada paciente, lo cual el límite del volumen que solicita la convocante es excesivamente alto y rebasa los límites de seguridad de protección ventilatoria para el paciente. Lo que solicitamos a la convocatoria nos permita ofertar nuestra tecnología un límite de volumen corriente de 2000 ml. ¿Se																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	acepta? RESPUESTA SE ACEPTA LIMITE SUPERIOR DE AL MENOS 2500 ML) 2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 120 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 92 2.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 95 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 154 2.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM). LÍMITE INFERIOR 0,5 LÍMITE SUPERIOR 150 HOJA DE DATOS TECNICOS PAG. 1 2.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0,1 LÍMITE SUPERIOR 10 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90 2.5. PLATEAU Ó PAUSA INSPIRATORIA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 93 2.6. PAUSA ESPIRATORIA O ESPIRACIÓN MANTENIDA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 92 2.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 95 2.8. RESPIRACIÓN MANUAL. SI MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 53 2.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LIMITE INFERIOR 1 O APAGADO. LÍMITE SUPERIOR 50 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 94 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTANEA ASISTIDA (ASB) LÍMITE SUPERIOR 95 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 89, 214 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10,15 Y 30																**Punto 4.26 No cumple, no demuestra control del PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos. Punto 4.28 No cumple, no demuestra la capacidad de implementar un protocolo clinico basado en el conocimiento de la mecanica respiratoria del paciente. Punto 6.7 No cumple, no se demuestra en catálogos que cuente con puerto Lan ni los**
	MINUTOS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. XiV, 21, 55 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES: PREGUNTA: 114 REFERENCIA ANEXO 1C PARTIDA 3 PUNTO: 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA																**puertos USB y la pantalla ofertada es de 12" pulgadas, se**

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10,15 Y 30 MINUTOS. PREGUNTA Se solicita a la convocante favor de permitir ofertar El nebulizador está sincronizado con la inhalación, suministra gas en los parámetros establecidos de FiO2/FiHe y está activo durante 20 minutos, ya que no afecta en ningún modo el tratamiento a los pacientes comprometidos con la vía aérea. ¿Se acepta nuestra propuesta? RESPUESTA SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO NI LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES 2.12. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN Y VOLUMEN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,3 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 15. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 90, 95, 101 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 491 REFERENCIA ANEXO 1C, PARTIDA 3 VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO-ADULTO, PUNTO 2.12. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN Y VOLUMEN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,3 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 15. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0.3 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 15, YA QUE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ES INUSUAL Y POCO PRÁCTICO PROGRAMAR UN DISPARO AUTOMÁTICO POR VOLUMEN, ¿SE ACEPTA? RESPUESTA SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO NI LIMITANTE PARA																**solicita Pantalla a color de 15,4". PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
	LOS DEMAS LICITANTES 2.13. BIAS FLOW O FLUJO BASE O CONTINUO, DE 6 L/MIN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 101 HOJA DE DATOS TECNICOS PAG. 2 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 116 REFERENCIA ANEXO 1C PARTIDA 3 PUNTO: 2.13. BIAS FLOW O FLUJO BASE O																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CONTINUO, DE 6 L/MIN. PREGUNTA Se solicita a la convocante favor de permitir ofertar un rango de .0.4 to 5 L/min, ya que no afecta en ningún modo el tratamiento a los pacientes comprometidos con la vía aérea. ¿Se acepta nuestra propuesta? RESPUESTA SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CON LAS CARACTERISTICAS LAS CUALES DEBEN SER IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN BASES 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 100 2.15. 100 % O2 DURANTE 3 MINUTO. HOJA DE DATOS TECNICOS PAG. 1 3. MODOS VENTILATORIOS: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 78, 89 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 89 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 89 3.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 97 3.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 89 3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN																
	MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 83, 84, 85, 86 3.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS, INCLUYENDO POR VOLUMEN, PARA TODOS LOS PACIENTES, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 3, 83, 149 3.7. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	(BIPAP) Y CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 80, 81 3.8. CON GARANTÍA DE VOLUMEN PARA CPAP. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 97, 99 3.9. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS O (CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV). MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 67 3.10. VENTILACIÓN CON GARANTÍA DE VOLUMEN EN NEONATOS MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 67 3.11. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN INICIALES MEDIANTE PESO Y EDAD DEL PACIENTE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 60, 63 3.12. CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 130 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 129 REFERENCIA VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL PEDIATRICO ADULTO 3.12. VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO Y PRESIÓN SOPORTE PROPORCIONAL PREGUNTA Solicitamos a la convocante ofertar nuestra tecnología con un modo de ventilación donde se le asegure al paciente, el volumen minuto mínimo y se pueda proporcionar una presión de soporte variable de manera automática, asegurando la sincronía del paciente manteniendo objetivos de volumen minuto de acuerdo a																
	su mecánica pulmonar ¿Se acepta? RESPUESTA SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CON LAS CARACTERISTICAS LAS CUALES DEBEN SER IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN BASES																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.13. CAPACIDAD A FUTURO DE PRESIÓN SOPORTE VARIABLE Y PROPORCIONAL. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 103 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 129 REFERENCIA VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL PEDIATRICO ADULTO 3.12. VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO Y PRESIÓN SOPORTE PROPORCIONAL PREGUNTA Solicitamos a la convocante ofertar nuestra tecnología con un modo de ventilación donde se le asegure al paciente, el volumen minuto mínimo y se pueda proporcionar una presión de soporte variable de manera automática, asegurando la sincronía del paciente manteniendo objetivos de volumen minuto de acuerdo a su mecánica pulmonar ¿Se acepta? RESPUESTA SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CON LAS CARACTERISTICAS LAS CUALES DEBEN SER 4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 105, 124, 132 4.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 163, 214 4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 107, 126, 163, 214 4.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 214, 242 4.4. PEEP MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 118, 214																
	4.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 214 4.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 213, 214 4.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 214																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4.8. RELACIÓN I: E. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 214 4.9. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 125, 213 4.10. FIO2 MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 126, 214 4.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. XV, 167 4.12. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 222 4.13. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 3, 127 4.14. CÁLCULO DE RESISTENCIA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 126, 224, 225 4.15. CÁLCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB). MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 126, 214 4.16. CÁLCULO DE ÍNDICE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL) O MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) O FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP). MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 216, 228 4.17. CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRATORIO O BUCLE PRESIÓN TRAQUEAL VS. VOLUMEN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 216, 229 4.18. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 105 4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 105, 107 4.18.2. FLUJO-TIEMPO MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 105, 107																
	4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 105, 107 4.19. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 108 4.20. CON MONITORIZACIÓN DE CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 133, 136 4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 106, 107 4.22. CON ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 7 DÍAS. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 128 ANEXO A PAG. 9-2, 9-3 4.23. PORCENTAJE O VOLUMEN DE FUGAS MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 213 4.24. MEDICIÓN DE PEEP INTRINSECA MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 121, 127 4.25. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 115, 127 4.26. CONTROL DEL PEEP INTERMITENTE DE 1 A 20 CICLOS. MAN. DE USUARIO PAG. 118 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: 118 REFERENCIA ANEXO 1C PARTIDA 3 PUNTO: 4.26. CONTROL DEL PEEP INTERMITENTE DE 1 A 20 CICLOS. PREGUNTA Se solicita a la convocante favor de aclarar este punto, ya que indica control y está ubicado como parte de los parámetros monitorizados. ¿Favor de explicar que solicita? RESPUESTA DEBE DE DEMOSTRAR EN CATALOGOS Y/O MANUALES EL AJUSTE DEL PEEP INTERMITENTE EN RANGO DE 1 A 20 CICLOS O EXHALACIONES 4.27. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FALLA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN SISTEMA REMOTO EN SITIO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 205, 208 4.28. CAPACIDAD A FUTURO DE UN PROTOCOLO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RETIRADA DE VENTILACIÓN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 229, 230																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4.29. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO PULMONAR DEL PACIENTE, MUESTREO DE LA RESISTENCIA Y COMPLIANCIA DEL PACIENTE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 228 5. ALARMAS: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 167, 171 5.1. AUDIBLES, VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 171, 5.1.1. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 175 5.1.2. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 176, 180 5.1.3. APNEA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 178, 180 5.1.4. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 177, 180 5.1.5. VOLUMEN CORRIENTE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 177, 178, 180 5.1.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 178, 180 5.1.7. FIO2 ALTA Y BAJA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 179 5.1.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 174, 179 5.1.9. FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 167, 181 5.1.10. BATERÍA BAJA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 168, 181 5.1.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 173, 174, 179 5.1.12. SILENCIO DE ALARMA. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 173 6. GENERALES: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 211 6.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO CON ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO.																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 211 6.2. VÁLVULA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AIRE AMBIENTE PARA RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE EN CASO DE FALLO DEL SUMINISTRO DE AIRE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 173, 174 6.3. SENSOR DE FLUJO DISTAL DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTE PARA MEDICIÓN DE FLUJO EN PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS Y A SU VEZ SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 188, 217, 218 6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA PARA TUBOS DE 2.5 MM A 12 MM. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 2 6.5. COMPENSACIÓN DE FUGAS AUTOMÁTICO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 3 6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON SOPORTE AL VENTILADOR. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 16, 17 CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. PORTADA 6.7. PANTALLA A COLOR DE 15,4"" CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN. CON CONECTORES RS232 (2) ASÍ COMO PUERTOS USB (3) Y PUERTO LAN. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 205 HOJA DE DATOS TECNICOS PAG. 2 6.8. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 208																
	6.9. PERILLA SELECTORA PARA AJUSTE Y CONFIRMACIÓN DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 51, 54, 172 7. ACCESORIOS INCLUIDOS: CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. PORTADA 7.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE.																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. 3 7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 8 7.3. MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 26, 27 7.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 211 7.5. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). CAT. DE ACCESORIO F&P PAG. 29 7.6. CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). CAT. DE ACCESORIOS FISHER PAG. 41 7.7. CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO/PEDIÁTRICA Y NEONATAL. CAT. DE ACCESORIO F&P PAG. 27 8. ACCESORIOS CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. PORTADA, 3 8.1. PULMÓN DE PRUEBA. CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. 68 9. CONSUMIBLES: CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. PORTADA 9.1. SENSOR DE FLUJO DISTAL TIPO ANEMOMETRÍA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS Y SENSOR DE FLUJO PROXIMAL																
	ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 18, 218 9.2. MASCARILLAS																

ANEXO 1C

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CAT. DE ACCESORIOS AVEA PAG. 68 9.3. FILTROS CAT. DE ACCESORIOS HUDSON PAG. 6 10. INSTALACIÓN: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 7 10.1. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V / 60 HZ +/- 10% MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 7, 201 10.2. NEUMÁTICA: MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 7, 201 10.2.1. OXÍGENO MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 7, 201 10.2.2. AIRE MAN. DE USUARIO AVEA PAG. 7, 201 NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. PARA PRODUCTO EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE O JIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." SE ANEXA: ISO 13485 FDA CARTA DE FABRICANTE																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 1	**A.**- CLAVE S/C (CENETEC) "EQUIPO PARA ADMINISTRAR FOTOTERAPIA A RECIÉN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA EN ZONA DE RIESGO (POSIBLE DAÑO NEUROLÓGICO). EQUIPO DISEÑADO PARA EMITIR LUZ AZUL CON UNA LONGITUD DE ONDA ESPECÍFICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. EL EQUIPO PUEDE CONSISTIR DE UNA **FUENTE DE LUZ LED (SUPERIOR A LO SOLICITADO)** CON UN CABLE FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA Y UNA MANTA TRANSPARENTE QUE TRANSMITE LA LUZ Y CUBRE EL CUERPO DEL NEONATO. **REFERENCIA CATALOGO 1. PÁG. 1; MANUAL 1 PÁG. PORTADA, 11.** DESCRIPCIÓN: 1.- FUENTE LUMINOSA CON MANTA QUE SUMINISTRA LUZ TERAPÉUTICA. **REFERENCIA CATALOGO 1. PÁG. 1; MANUAL 1; PÁG. 13, 14.** 2.- CON POTENCIA MÁXIMA DE 100 WATTS. **REFERENCIA MANUAL 1; PÁG. 45. SUPERIOR A LO SOLICITADO AL OFOTERTAR TECNOLOGIA DE LED QUE REDUCE EL CONSUMO DE POTENCIA.** 3.- VIDA MEDIA DE 20,000 HORAS. **REFERENCIA CATALOGO 1. PÁG. 2; MANUAL 1; PÁG. 11. SUPERIOR A LO SOLICITADO AL OFOTERTAR TECNOLOGIA DE LED** 4.- CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ. **REFERENCIA CATALOGO 1. PÁG. 1; MANUAL 1; PÁG. 25.** 5.- IRRADIACIÓN DE 26.5 MICROWATTS/CM2/NANOMETRO. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 450 A 480 NANÓMETROS. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 2; MANUAL 1; PÁG. 40. SUPERIOR A LO SOLICITADO AL OFOTERTAR TECNOLOGIA DE LED QUE REDUCE EL CONSUMO DE POTENCIA.** 6.- CONTROL DE LA IRRADIANCIA AJUSTABLE. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 1, 2; MANUAL 1; PÁG. 25, 40.**	**EQUIPO**	**30**	40 días hábiles según lo establecido en la pregunta 3 de la junta de aclaraciones	2 años contados a partid de la instalación y puesta en marcha, con 4 servicios de mantenimiento semestrales, según lo establecido en bases	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.7** **No cumple debido a que no presenta traducción simple al español de los certificados de calidad, de acuerdo a la junta de aclaraciones. Pregunta 236 relativa al punto 4.5.7 de las bases.**
	7.- FILTROS DE ULTRAVIOLETA E INFRARROJOS. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 1;** 8.- CONTADOR DE HORAS DE LUZ TERAPÉUTICA. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 1; MANUAL 1; PÁG. 13, 30, 41.** 9.- CON ACCESO A LA SUSTITUCIÓN DE LA FUENTE DE LUZ. **REFERENCIA MANUAL 1; PÁG. 35. SUPERIOR A LO SOLICITADO**																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	AL OFOTERTAR TECNOLOGIA DE LED QUE AL NO SER REQUERIDO. 10.- INDICADOR DE FALLA DE VENTILACIÓN O DEL SISTEMA. **REFERENCIA MANUAL 1; PÁG. 35; MANUAL 2 PÁG. 27.** 11.- DE USO CONTINUO. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 1;** 12.- PORTÁTIL. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG., 1, 2; MANUAL 1 PÁG. 13.** **B**.- ACCESORIOS: MANTA. CONSUMIBLES: FUNDAS PARA MANTA. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG. 2; MANUAL 1 PÁG. 41.** FUENTE DE LUZ O FOCO SEGUN TECNOLOGIA. **NO SE OFERTA AL NO SER QUERIDO POR OFERTAR TECNOLOGIA DE LED SUPERIOR A LO SOLICITADO.** **C**.- REFACCIONES: SEGUN MARCA YMODELO. **REFERENCIA MANUAL 1; PÁG. 35.** **D.-** INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. **REFERENCIA CATALOGO 1 PÁG. 2; MANUAL 1 PÁG. 4.** NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLEN CON EL SIGUIENTE SERTIFICADO SIGUIENTES: CE. **SE ANEXA COPIA** CARTA DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. **SE ANEXA COPIA** LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." **PRODUCTO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA**																
	MARCA: ATOM MEDICAL CORPORATION URAWA FACTOTY **MODELO: BILI THERAPY PAD TYPE** **PROCEDENCIA: JAPÓN**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 3	1.- VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL - PEDIÁTRICO - ADULTO. DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. ***Referenciado en Catálogo 1, página 1*** DESCRIPCIÓN: 1. CONTROLES: ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML).LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 2,500. ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN).LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 200. ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 5 LÍMITE SUPERIOR 90 ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM).LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 150 ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0,2 LÍMITE SUPERIOR 8 ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.5. PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA	**EQUIPO**	**40**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016. **PUNTO 4.5.7** No cumple debido a que no presenta traducción simple al español de los certificados de calidad, de acuerdo a la junta de aclaraciones. Pregunta 236 relativa al punto 4.5.7 de las bases. **PUNTO 4.5.9**
	Referenciado en Catálogo 1, página 9 2.6. PAUSA ESPIRATORIA O ESPIRACIÓN MANTENIDA ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 2.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.8. RESPIRACIÓN MANUAL																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Referenciado en Catálogo 1, página 14 2.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LIMITE INFERIOR 0 O APAGADO. LÍMITE SUPERIOR 45 ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTANEA ASISTIDA (ASB) LÍMITE SUPERIOR 200 ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10,15 Y 30 MINUTOS ***Referenciado en Catálogo 1, página 7*** 2.12. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN Y VOLUMEN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,1 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 20 **SUPERIOR A LO SOLICITADO** ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.13. BIAS FLOW O FLUJO BASE O CONTINUO, DE 1.5 L/MIN. ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN ***Referenciado en Catálogo 1, página 9*** 2.15. 100 % O2 DURANTE 2 MINUTO ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 3. MODOS VENTILATORIOS: ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN ***Referenciado en Catálogo 1, página 10***																	**Punto 2.3. No cumple, no se demuestra en catálogos desde el rango solicitado.** **Punto 2.4. No cumple, no se demuestra en catálogos desde el rango solicitado.** **6.2. No cumple, no se demuestra en catálogos.** **6.3. No cumple, no se demuestra en catálogos.** **Punto 6.7.- No cumple, no se demuestra en catálogos que cuente con puertos USB (3).**
	3.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS ***Referenciado en Catálogo 1, página 8 y 10*** 3.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 10***																	

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN ***Referenciado en Catálogo 1, página 9*** 3.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS, INCLUYENDO POR VOLUMEN, PARA TODOS LOS PACIENTES, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS ***Referenciado en Catálogo 1, página 2 y 10*** 3.7. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BIPAP) Y CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV) ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.8. CON GARANTÍA DE VOLUMEN PARA CPAP ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.9. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS O (CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV) ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.10. VENTILACIÓN CON GARANTÍA DE VOLUMEN EN NEONATOS ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 3.11. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN INICIALES MEDIANTE PESO ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 3.12. CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO ***Referenciado en Catálogo 1, página 8*** 3.13. CAPACIDAD A FUTURO DE PRESIÓN SOPORTE VARIABLE Y PROPORCIONAL ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: ***Referenciado en Catálogo 1, página 11***																
	4.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU ***Referenciado en Catálogo 1, página 11***																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4.4. PEEP ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.8. RELACIÓN I:E ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.9. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.10. FIO2 ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 4.12. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.13. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.14. CÁLCULO DE RESISTENCIA ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.15. CÁLCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB) ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.16. CÁLCULO DE ÍNDICE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL) O MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) O FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP) ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.17. CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRATORIO O BUCLE PRESIÓN TRAQUEAL VS. VOLUMEN ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.18. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE DOS CURVAS DE VENTILACIÓN: ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Referenciado en Catálogo 1, página 12 4.18.2. FLUJO-TIEMPO ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.19. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.20. CON MONITORIZACIÓN DE CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS ***Se oferta módulo de Monitoreo de CO2 a futuro*** 4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.22. CON ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 72 HORAS ***Referenciado en Catálogo 1, página 4 y 12*** 4.23. PORCENTAJE O VOLUMEN DE FUGAS ***Referenciado en Catálogo 1, página 12*** 4.24. MEDICIÓN DE PEEP INTRINSECA ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.25. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100 ***Referenciado en Catálogo 1, página 11*** 4.26. CONTROL DEL PEEP INTERMITENTE DE 1 A 20 CICLOS ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 4.27. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FALLA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN SISTEMA REMOTO EN SITIO ***Referenciado en Catálogo 1, página 5*** 4.28. CAPACIDAD A FUTURO DE UN PROTOCOLO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RETIRADA DE VENTILACIÓN ***Referenciado en Catálogo 1, página 4*** 4.29. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO PULMONAR DEL PACIENTE, MUESTREO DE LA RESISTENCIA Y COMPLIANCIA DEL PACIENTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 11 y 12*** 5. ALARMAS:																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Referenciado en Catálogo 1, página 13 5.1. AUDIBLES, VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.1. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.2. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.3. APNEA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.4. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.5. VOLUMEN CORRIENTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.7. FIO2 ALTA Y BAJA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.9. FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.10. BATERÍA BAJA ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR ***Referenciado en Catálogo 1, página 13*** 5.1.12. SILENCIO DE ALARMA. ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 6. GENERALES: ***Referenciado en Catálogo 1, página 16*** 6.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO CON ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 6.2. VÁLVULA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AIRE AMBIENTE PARA RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE EN CASO DE FALLO DEL SUMINISTRO DE AIRE ***Referenciado en Catálogo 1, página 13***																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.3. SENSOR DE FLUJO DISTAL ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA PARA TUBOS DE 2.5 MM A 12 MM. ***Referenciado en Catálogo 1, página 10*** 6.5. COMPENSACIÓN DE FUGAS AUTOMÁTICO ***Referenciado en Catálogo 1, página 9*** 6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON SOPORTE AL VENTILADOR ***Referenciado en Catálogo 1, página 17*** ***Referenciado en Catálogo 2, Página 2*** 6.7. PANTALLA A COLOR DE 18.1"" CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN. CON CONECTORES ***Referenciado en Catálogo 1, página 1 y 2*** 6.8. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL ***Referenciado en Catálogo 1, página 4*** 6.9. PERILLA SELECTORA PARA AJUSTE Y CONFIRMACIÓN DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL ***Referenciado en Catálogo 1, página 2 y 14*** 7. ACCESORIOS INCLUIDOS: ***Referenciado en Catálogo 1, página 17*** 7.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 17*** 7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO ***Referenciado en Catálogo 1, página 17*** 7.3. MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE ***Referenciado en Catálogo 1, página 17***																
	7.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 7.5. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) ***Referenciado en Catálogo 2, página 7***																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.6. CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) ***Referenciado en Catálogo 2, página 6*** 7.7. CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO/PEDIÁTRICA Y NEONATAL ***Referenciado en Catálogo 2, página 24*** 8. ACCESORIOS: ***Referenciado en Catálogo 1, página 17*** 8.1. PULMÓN DE PRUEBA ***Referenciado en Catálogo 2, página 28*** 9. CONSUMIBLES: ***Referenciado en Catálogo 2, página 1*** 9.1. SENSOR DE FLUJO DISTAL TIPO ANEMOMETRÍA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS Y SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES ***Referenciado en Catálogo 1, página 18 NO SE OFERTA AL NO SER REQUERIDO DEACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE*** 9.2. MASCARILLAS ***Referenciado en Catálogo 1, página 18***																
	9.3. FILTROS ***Referenciado en Catálogo 1, página 18*** 10. INSTALACIÓN: ***Referenciado en Catálogo 1, página 4***																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	10.1. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V / 60 HZ +/- 10% ***Referenciado en Catálogo 1, página 15*** 10.2. NEUMÁTICA: ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 10.2.1. OXÍGENO ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** 10.2.2. AIRE ***Referenciado en Catálogo 1, página 14*** NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. **SE ANEXA COPIA** PARA PRODUCTO EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 **SE ANEXA COPIA** CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE **SE ANEXA CARTA** LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **MARCA: COVIDIEN (ANTERIORMENTE NELLCOR PURITAN BENNETT IRELAND, LTD.)** **MODELO: VENTILADOR SERIE 840** **PROCEDENCIA: IRLANDA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1C PARTIDA 4	1.- CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA SERVICIO(S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. ***Referenciado en Manual 1, página 1 y 8*** ***Referenciado en Catálogo 1, página 1 y 2*** DESCRIPCIÓN: 1.- CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 2.- CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL CON SUPRESIÓN DE ALARMAS POR 15 MIN Y SERVOCONTROLADO ***Referenciado en Manual 1, página 17 y 19*** ***Referenciado en Catálogo 1, página 1*** 3.- CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100% ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 4.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS2323 QUE DÉ POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN CON MONITORES DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS TEMPERATURAS CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA EVALUAR MEJOR EL DESEMPEÑO TÉRMICO DEL NIÑO ***Referenciado en Manual 1, página 40*** 5.- DESPLIEGUES DE: ***Referenciado Gráficamente en Manual 1, página 17*** 5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA DE MANERA SIMULTÁNEA ***Referenciado en Manual 1, página 18*** 5.2. TEMPERATURA DE CONTROL ***Referenciado en Manual 1, página 18*** 5.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN SEGMENTOS DE 10% ***Referenciado en Manual 1, página 18 y 29***	**EQUIPO**	**30**	**40 DIAS HABILES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PREGUNTA 3 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**	**2 AÑOS CONTADOS A PARTID DE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CON 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEMESTRALES, SEGÚN LO ESTABLESIDO EN BASES**	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.7** **No cumple debido a que no presenta traducción simple al español de los certificados de calidad, de acuerdo a la junta de aclaraciones. Pregunta 236 relativa al punto 4.5.7 de las bases.** **PUNTO 4.5.9**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Referenciado Gráficamente en página 17 6.- CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38ºC. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. ***Referenciado en Manual 1, página 30*** 7.- FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO ***Referenciado en Manual 1, página 50*** 8.- ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS DE: ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** ***Referenciado en Manual 1, página 54 y Gráficamente en página 17*** 8.1.- TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA) ***Referenciado en Manual 1, página 54*** 8.2.- FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE ***Referenciado en Manual 1, página 54*** 8.3.- FALLA DEL SISTEMA ***Referenciado en Manual 1, página 57*** 8.4.- FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ***Referenciado en Manual 1, página 57*** 8.5.- VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. ALARMA CADA 15 MINUTOS ***Referenciado en Manual 1, página 54*** 8.6.- SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS ***Referenciado en Manual 1, página 19*** 9.- CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN ***Referenciado en Manual 1, página 25***																**Punto 4, No cumple, presenta puerto de entrada salida para ordenador sin embargo se solicita PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 QUE DÉ POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN CON MONITORES DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS TEMPERATURAS CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA EVALUAR MEJOR EL DESEMPEÑO TÉRMICO**
	10.- CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE CERÁMICO ***Referenciado Gráficamente en Manual 1, página 15*** 11.- CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES DE 23 CM. CON PASACABLES ***Referenciado en Manual 1, página 42 y 47*** 12.- CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y																**Punto 22. No cumple, presenta catálogo de Monitor de Signos Vitales de diferente de**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE -13 A 13 GRADOS DE INCLINACIÓN DE MANERA CONTINUA ***Referenciado en Manual 1, página 38*** 13.- ALTURA VARIABLE, CON CONTROL MEDIANTE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CUNA ***Referenciado en Manual 1, página 21 y Gráficamente en página 15*** 14.- RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS ***Referenciado en Manual 1, página 20*** 15.- CON UN CAJONES ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 16.- CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL COLCHÓN ***Referenciado en Manual 1, página 43*** 17.- ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE 120ºA LOS LADOS, QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X SIN INTERRUMPIR EL CALENTAMIENTO ***superior a lo solicitado.*** ***Referenciado en Manual 1, página 41*** 18.- LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN EN DOS NIVELES ***Lámpara de examinación con control de intensidad por mando, superior a lo solicitado.*** ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** ***Referenciado en Manual 1, página 41*** 19.- COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** ***Referenciado en Manual 1, página 47***																	**Marca de la Cuna se solicita MONITOR DE SIGNOS VITALES, DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA.** **Punto 29.1. No cumple, presenta en catálogo lámpara de fototerapia unidad de montaje sin embargo se requiere LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA A LOS LADOS DEL CALEFACTOR.**
	20.- TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO UNO COMO MÍNIMO ***Referenciado en Catálogo 4, página 1 y 2*** 21.- CHAROLA O REPISA PARA MONITOR E INSTRUMENTAL ***Referenciado en Catálogo 1, página 6***																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	22.- MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA AVADVANCE MODELO PM 2000 XL PRO ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 23.- ***Pantalla TFT LCD de 15" a color y táctil, superior a lo solicitado.*** ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 24.- ***Con 8 canales para el despliegue de parámetros, superior a lo solicitado*** ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 25.- CON MONITOREO DE ECG, SPO2, TEMPERTAURA ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 26.- CON MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 27.-***Batería interna de hasta 6 horas, superior a lo solicitado*** ***Referenciado en Catálogo 3, página 1*** 28.- CON TECLADO DE MEMBRANA Y BOTÓN ROTATORIO PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS. Y ***Sistema de selección por pantalla táctil, superior a lo solicitado.*** ***Referenciado Gráficamente en Catálogo 3, página 1*** ***Referenciado en Catálogo 3, página 2*** 29.- ACCESORIOS: ***Referenciado en Catálogo 1, página 3*** 29.1.- LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA A LOS LADOS DEL CALEFACTOR (NO RODABLE) ***Referenciado en Catálogo 2, página 1*** 29.2.- EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 450 A 475 NANÓMETROS ***Referenciado en Catálogo 2, página 2*** 29.3.- CON CONTADOR DE HORAS DE USO																
	Referenciado en Catálogo 2, página 2 30.- BÁSCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE ***Referenciado en Catálogo 1, página 6*** 31.- SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES.																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Referenciado en Catálogo 1, página 6 32.- CRONOMETRO DE APGAR ***Con temporizador RCP y APGAR, superior a lo solicitado.*** ***Referenciado en Catálogo 1, página 2*** 33.- CONSUMIBLES: ***Referenciado en Catálogo 1, página 6*** 33.1.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA ***Referenciado en Catálogo 1, página 6*** ***Se ofertan 50piezas*** 33.2.- CINCO SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL CENTRAL Y CINCO SENSORES DE PIEL PERIFÉRICA ***Referenciado en Catálogo 1, página 6*** ***Se ofertan 5 piezas de cada tipo*** 33.3.- CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS CON ELECTRODOS DESECHABLES ***Se ofertan 1 piezas*** 33.4.- SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE ***Se ofertan 1 piezas*** 33.5.- SENSOR DE SPO2 MULTISITIO REUSABLE Y CABLE TRONCAL ***Se ofertan 1 piezas sensor y troncal*** 33.6.- BRAZALETES DESECHABLES PARA PANI EN DOS MEDIDAS DIFERENTES ***Se ofertan 1 piezas en dos medidas direntes*** 33.7.- MANGUERA REUTILIZABLE PARA PANI ***Se ofertan 1 piezas***																
	34.- REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO ***Referenciado en Catálogo 1, página 6*** 35.- INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. ±10% ***Referenciado en Catálogo 1, página 2***																

ANEXO 1C

VIASIS OTE, S.A .DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	**PUNTO 4.5.1.**	**PUNTO 4.5.2.**	**PUNTO 4.5.3.**	**PUNTO 4.5.4.**	**PUNTO 4.5.5.**	**PUNTO 4.5.6.**	**PUNTO 4.5.7.**	**PUNTO 4.5.8.**	**PUNTO 4.5.9.**	**PUNTO 4.5.10.**	**PUNTO 4.5.11.**	**OBSERVACIONES**
	OPERACIÓN: POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. **SE ANEXA CARTA Y CERTUFUCADIS COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA EN EL PUENTO 4.5.10** MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. **SE ANEXA CARTA Y CERTUFUCADIS COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA EN EL PUENTO 4.5.1** NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: CE. **SE ANEXA COPIA** PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. **NO APLICA POR OFERTAR EQUIPOS DE IMPOTACION.** DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. **SE ANEXA COPIA** LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. **MARCA: ATOM MEDICAL CORPORATION URAWA FACTORY** **MODELO: INFA WARMER i** **PROCEDENCIA: JAPÓN**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
2 ANEXO 1-C	CLAVE: S/C "**CAMA DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL.** UNIDAD ELECTROMECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 1. CAMA CON SISTEMA ELECTROMECÁNICO PARA SU OPERACIÓN POR MEDIO COLUMNAS GEMELARES TELESCÓPICAS HERMÉTICAMENTE SELLADAS Y LIBRES DE RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS. 2. QUE OPERE CON CORRIENTE ALTERNA 120 V/60 HZ 3. QUE CUENTE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA (NO INTEGRADA, NO UPS) QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON INDICADOR LUMINOSO EN EL PANEL DE CONTROL. 4. BARANDALES DE PLÁSTICO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES (MATERIAL ABS). 4.1 CONSTRUIDOS EN UNA SOLA PIEZA. 4.2 DEBEN CUBRIR MÍNIMO EL 90% DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA. 4.3 DIMENSIONES DE ACUERDO ALA NORMA EN SEGURIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS (EN-60601-2-52) QUE NO PERMITAN LOS ATRAPAMIENTO DE EXTREMIDADES TANTO EN PACIENTES COMO AREA MEDICA. 4.4 ALTURA MÍNIMA DE 40 CM 5. PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE GOBIERNE TODAS LAS FUNCIONES DE LA CAMA; Y CANDADOS QUE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LAS FUNCIONES POR ZONAS Y DE FORMA TOTAL PARA EL PACIENTE. 6. SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA CON LAS SIGUIENTES POSICIONES PRE-ASIGNADAS: 6.1 POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES DE LA PLATAFORMA EN POSICIÓN HORIZONTAL.	EQUIPO	500	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.9** **6.1 No cumple, en su referencia NO PRESENTA POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES DE LA PLATAFORMA EN POSICION HORIZONTAL.** **9.2. No cumple, en su referencia**

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6.2 ANTITRENDELEMBURG 6.3 POSICIÓN DE EXAMINACIÓN 6.4 SILLA CARDIACA 7. TRENDELEMBURG REVERSO 8. 4 (CUATRO) INDICADORES LÍQUIDOS DE ANGULACIÓN (UNO EN CADA BARANDAL), CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTOMATIZADA EN LA POSICIÓN MAS BAJA DE LA CAMA (39.5 CM) 9. QUE PERMITA DAR POSICIONES: 9.1 FOWLER DE 65° O MAYOR 9.2 ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 35 ° O MAYOR 9.3 PANTORRILLAS 21° O MAYOR 9.4 TRENDELEMBURG 16° O MAYOR 9.5 ANTITRENDEMBURG 16° O MAYOR 10. CON SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA DE RESPALDO DE ESPALDA POR MEDIO DE ASA O MANGO INDEPENDIENTE QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA LLEVAR A LA POSICIÓN PARA RCP DE FORMA MECÁNICA Y SEGURA. 11. SUPERFICIE RÍGIDA CON PANELES DE PLÁSTICO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES (MATERIAL ABS) DESMONTABLES PARA SI CORRECTA LIMPIEZA. 12. CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS 16 CM O MAYOR PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. 13. FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS CON PEDAL EN AMBOS LADOS DE CAMA EN AL MENOS 2 RUEDAS.																**presenta Especificaciones Técnicas Angulación de Rodillas de 28° se solicita ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 35 ° O MAYOR. 18. No cumple, en su referencia presenta Especificaciones Técnicas Carga segura de trabajo 220 kg se solicita CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 250 KG O MAYOR. PUNTO 4.5.10 No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	14. RUEDAS DE 150 MM, ANTIESTÁTICAS 15. BARANDALES EN DOS SECCIONES CON CONTROL LUMINO INTEGRADO AL BARANDAL. 16. PIECERA Y CABECERA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DESMONTABLES CON SEGURO QUE EVITE LAS MOVILIZACIONES ACCIDENTALES. 17. DIMENSIONES: 17.1 EXTERNAS 99.5 CM DE ANCHO X 223 CM DE LARGO. (+/-5 %) 17.2 SUPERFICIE DEL PACIENTE 90 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO. (+/-5 %) 17.3 EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA 31 CM. (+/-5 %) 18. CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 250 KG O MAYOR 19. ALTURA AJUSTABLE DE 49.5 – 77.5 CM (+/- 5 %). 20. ACCESORIOS: DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. 20.1 COLCHÓN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMA, HIGIÉNICO FLEXIBLE DE 14 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON TAMAÑO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA CAMA. 20.2 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 20.3 NO ALERGÉNICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE Y ANTIINFLAMABLE. ANTIESTÁTICO. 21. POSTE METÁLICO CROMADOS PARA SOLUCIONES																
	INTRAVENOSAS (1 PIEZA) 22. CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA FABRICADO DE PVC. 23. DOS GANCHOS PARA SOSTENER BOLSAS URINARIAS O DE DRENAJE. ACCESORIOS OPCIONALES																

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	24. GANCHOS/SOPORTES PARA LA GUARDA DE LOS POSTES. 25. INSTALACIÓN: 25.1. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 25.2. SE ENTREGA MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL O INGLÉS. 26. OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 27. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. 28. CAPACITACIÓN SOBRE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AL PERSONAL USUARIO QUE EL INSTITUTO DESIGNE Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE BIOMÉDICA QUE EL INSTITUTO DESIGNE. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS" **MODELO: HR900** **MARC: HILL ROM** **PROCEDENCIA: USA**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	"ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.																**NO SE ACEPTA**
9 ANEXO 1-C	DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA DETECTAR, REGISTRAR Y GRABAR LAS SEÑALES ELÉCTRICAS PRODUCIDAS POR LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN Y REPRODUCIR ESTAS SEÑALES, (VOLTAJE VS. TIEMPO) COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), NORMALMENTE EN FORMATO IMPRESO PERO TAMBIÉN EN PANTALLA O EN SOPORTE DIGITAL PARA USO POSTERIOR. EL DISPOSITIVO TAMBIÉN PUEDE INCLUIR UNA VARIEDAD DE FUNCIONES, POR EJEMPLO REGISTRO MONOCANAL O MULTICANAL, CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CAPACIDAD INTERPRETATIVA, PRUEBAS DURANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL PACIENTE. DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN: 1.1.- CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. 1.2.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO. 1.3.- TECLADO ALFANUMÉRICO EN PANTALLA Y TECLAS DE FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL PANEL FRONTAL. 1.4.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 2,000 HZ / 12 DERIVACIONES. 1.5.- FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE 3 A 4 ORAS DE REGISTRO CONTINUO O 15 MTS DE IMPRESIÓN CONTINUA. 1.6.- FILTROS: 1.6.1.- FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ. 1.6.2.- FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ Y 25 HZ. ~~1.6.3.- FILTRO DE LÍNEA BASE DE 0.125 (1.5 S), 0.25 (0.6S), 0.5~~ (0.3S), 1.5 (0.1S) SPLINES 1.7.- FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR DE 150 HZ. 1.8.- FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO DE 0.04 HZ. 1.9.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. 1.10.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. 1.11.- TOMA DE RITMOS DE UNA O DOS DERIVACIONES (A	EQUIPO	18	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.9** **1.4 no presenta derivaciones** **1.5 no demuestra batería interna recargable con duración mínima de tres a cuatro horas de registro continuo, o 15 metros de impresión continúa** **1.6.2 no presenta filtro muscular de 25**

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ELECCIÓN DEL USUARIO) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE ARRITMIAS. CON DIEZ FORMATOS PROGRAMABLES PARA TOMA DE RITMOS. 1.12.- COMPLEJOS PROMEDIOS DE ECG CON MARCAS. 1.13.- RESOLUCIÓN DIGITAL DE 3.9 UV 1.14.- CONVERSIÓN A/D 13 BITS 1.15.- RANGO DINÁMICO 15.9 MV 1.16.- VOLTAJE DE POLARIZACIÓN ± 400 MV 1.17.- VOLTAJE MÁXIMO CONSISTENTE ± 5 V 1.18.- IMPEDANCIA DE ENTRADA > 20 MO 1.19.- RAZÓN DE RECHAZO A MODO COMÚN > 100 DB 2.- DESPLIEGUE: 2.1.- PANTALLA TÁCTIL A COLOR LCD DE 5.7" PARA MONITOREO DE HASTA 12 DERIVACIONES DE ECG SELECCIONABLES POR EL USUARIO, QUE MUESTRA MENSAJES EN PANTALLA COMO: FORMATO SELECCIONADO, FRECUENCIA CARDIACA, NOMBRE DEL PACIENTE, ESTADO DE LOS FILTROS, ESTADO DE LA BATERÍA, AMPLIFICACIÓN/ATENUACIÓN DE LAS DERIVACIONES, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Y MENSAJES DE AVISO DEL SISTEMA. 2.2.- AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD: 2.2.1.- AL MENOS CUATRO VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 10, 25 Y 50 MM/SEG. 2.2.2.- SENSIBILIDAD DE AL MENOS 2.5, 5, 10 Y 20 MM /MV. 3.- ALMACENAMIENTO:																**HZ** **1.11 no hace referencia en su catálogo.** **1.12 no hace referencia en su catálogo** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**
	3.1.- ALMACENAMIENTO INTERNO DE 100 REGISTROS COMO MÍNIMO.																
	3.2.- CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO. 3.3.- ALMACENAJE DE ECG EN MEMORIA USB.																

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	4.- IMPRESIÓN: 4.1.- IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN ROLLO DE PAPEL TÉRMICO DE 112 MM CUADRICULADO, CON ANOTACIONES DE: FILTROS, VELOCIDAD DE PAPEL, SENSIBILIDAD, DATOS DEL PACIENTE, DATOS DEL MÉDICO, FECHA, HORA, ENTRE OTROS. IMPRESIÓN DIRECTA A IMPRESORA LASER O DE INYECCIÓN DE TINTA. 4.2.- FORMATOS DE IMPRESIÓN ILIMITADOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE E INTERPRETACIÓN. 4.3.- DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL. 5.- INTERPRETACIÓN: 5.1.- MEDICIONES DE AMPLITUDES PARA TODAS LAS DERIVACIONES EN LAS ONDAS: P+ (MV), P- (MV), Q (MV), R (MV), S (MV), R' (MV), S' (MV), T+ (MV), T- (MV), ST (MV) Y STS (MV/S). 5.2.- MEDICIONES DE LOS INTERVALOS FC (/MIN), RR (MS), RRP (%), P (MS), QRS (MS), PQ (MS), QT (MS), QTC MS. 5.3.- EJES: PO, QRSO, TO 5.4.- COMPLEJOS PROMEDIOS DE LAS 12 DERIVACIONES INTERPRETACIÓN EN PALABRAS, AUTOMÁTICA PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 6.- ACCESORIOS: 6.1.- CABLE PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS. 6.2.- ELECTRODOS REUSABLES ADULTO Y PEDIÁTRICO. 7.- OTROS:																
	7.1.- SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. 7.2.- CONEXIÓN A: PC POR MEDIO DE: RS-232, USB ACCESORIOS: CON CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO CARRO DE TRANSPORTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL EQUIPO.																

ANEXO 1C

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESFUERZO, MEDIANTE PROGRAMA ADICIONAL. CAPACIDAD A FUTURO DE PRUEBAS DE ESPIRÓMETRO CONSUMIBLES: GEL O PASTA CONDUCTORA. PAPEL TÉRMICO DE 112 MM 100 ELECTRODOS DESECHABLES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: QUE OPERE A 120V 60 HZ +/- 10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." **MODELO: CP-150** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**																

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
6	**ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL** UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. *Cat. Pág.1* 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 *Cat. Pág.3* 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG *Cat. Pág.3* 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. *Cat. Pág.1* 2.-BRAZALETES *Cat. Pág.2* 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. *Cat. Pág.1 y 2* 2.2. REUSABLES DE NYLON. *Cat. Pág.2* 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. *Cat. Pág.2* 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. *Cat. Pág.2* 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. *Cat. Pág.3 y 1* 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. *Cat. Pág.3 y 1* 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. *Cat. Pág.1* **Marca: Riester** **Modelo: Precisa N 1360-107** **Procedencia: Alemania**	PZ	25	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
7	**ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA.** I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. *Cat. Pág.2*	PZ	16	SEGÚN BASES Y A LO ACORDAD	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. *Cat. Pág.2* 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. *Cat. Pág.2* 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. *Cat. Pág.2* 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. *Cat. Pág.2* 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. *Cat. Pág.2* 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. *Cat. Pág.2* 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. *Cat. Pág.2* 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. *Cat. Pág.2* **Marca: Riester** **Modelo: Anestophon 4177-01** **Procedencia: Alemania**			O EN LA JUNTA DE ACLARACIONES													
9	**ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO** EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 13. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. *Cat. Pág.*2 14. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, *Cat. Pág.2* 15. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, *Cat. Pág.3* 16. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. *Cat. Pág.4* 17. CON AL MENOS 5 APERTURAS. *Cat. Pág.4* 18. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30	PZ	10	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DIOPTRIAS O MAYOR. *Cat. Pág.4* 19. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. *Cat. Pág.5* 20. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. *Cat. Pág.5* 21. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. *Cat. Pág.4* 22. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. *Cat. Pág.6* 23. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. *Cat. Pág.6* 24. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. *Cat. Pág.5* **Marca: Riester** **Modelo: ri-scope, 3750.003** **Procedencia: Alemania**																
17	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE CON RESPALDO. *Catálogo página 2* 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. 2. TUBO DE ACERO DE 22.2 MM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 3. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 16 MM. DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 4. HUSILLO FIJO EN EL ASIENTO PARA AJUSTE DE ALTURA PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 22.2 mm DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 5. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO	PZ	6	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	6. RESPALDO DE LAMINA DE ACERO DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X ALTURA MÁXIMA 97.5 CM. **Marca: Promedimex** **Modelo: S/M** **Procedencia: México**																
18	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE SIN RESPALDO, *Catálogo página 2* 1. ASIENTO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE, 2. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO, 3. PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO , 4. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO , 5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, CON HUSILLO, DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X 45 A 55 CM DE ALTURA. **Marca: Promedimex** **Modelo: S /M** **Procedencia:** México	PZ	4	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
19	**BOTE DE BASURA DE PEDAL.** *Catálogo página 2* 1. DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROFUNDIDAD	PZ	9	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	QUE PERMITAN ACCIONAR MECANISMO, 2. ESTRUCTURA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 3. MECANISMO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA, 4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12, ACABADO GALVANIZADO CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM. DE ESPESOR. 5. TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES 26X26X60. **Marca: Promedimex** **Modelo: S /M** **Procedencia:** México			JUNTA DE ACLARACIONES													
20	**UNIDAD DENTAL** *Cat. Pág. única* SILLON HIDRAULICO Y MECANICO: SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. *Cat. Pág. única*	PZ	7	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
	b) EL ASIENTO SE ACCIONA POR LA PALANCA CROMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO																

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. EL TREN DELENBOURG CUENTA CON UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. *Cat. Pág. única* TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS CUENTAN CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE. ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. EL TRIMODULAR CUENTA CON JERINGA TRIPLE Y CONEXIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD SE OPERAR OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DE PRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERE AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. CUENTA CON CONEXION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA SE ENCUENTRA																
	JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TARJA DE CERÁMICA AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA SON DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE																

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	EYECTOR QUIRURGICO. *Cat. Pág. única* **Marca: Peymar** **Modelo: Constelación** **Procedencia:** México																
21	**CORTINA ANTIBACTERIANA** *Cat. Pág. Única* CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 40CM, INCLUYE: 1. BASE DE RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN ACABADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA BLANCA, CON CORREDERAS MAQUINA DE NYLON AUTO DESLIZABLE DE ALTA RESISTENCIA Y GANCHO DE METAL CROMADO. 2. COLOR DUNE. LAS DIMENSIONES DE LA CORTINA SON LAS SIGUIENTES 3.00 MT. DE LONGITUD X 2.30 DE ALTURA **Marca: Dimedic** **Modelo: S / M** **Procedencia:** México	PZ	16	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
24	**MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL.** *Catálogo página 2* 1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA. 2. GABINETE INFERIOR,. 3. POSICION A BASE DE CREMALLERA. 4. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO. 5. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL. 6. ESTRUCTURA TUBULAR EN 1 1/4 CAL. 18 CROMADA. 7. HOMBRERA SUJETADOR Y VOLANTE LAVABLE. 8. DOS CREMALLERAS.	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	9. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL 10. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia:** México																
27	VITRINA CONTRAMURO PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL DE 90 CM. *Catálogo página 2* 1. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO, CAL. 18, ACABADA EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, 3. ENTREPAÑOS DE VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS, 4. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, DIMENSIONES GENERALES: 090X0.2X0.6 MT **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**	PZ	5	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
28	**LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ.** *Catálogo página 2* APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA	PZ	1	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. 1. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. 2. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. 3. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. 4. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA 5. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. 6. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. **Marca: Promedimex** **Modelo: SD-5** **Procedencia: México**			ACLARACIONES													
32	BOTE DE BASURA DE CAMPANA *Catálogo página 2* 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 2. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. No. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS, 3. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE, 4. CON EJES DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 ACABADO PULIDO MATE. DIMENSIONES GENERALES 0.40 X 0.26 X 0.68 M DE ALTURA	PZ	75	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Marca: Promedimex **Modelo: S / M** **Procedencia: México**																
33	BURÓ HOSPITALARIO CON CAJÓN. *Catálogo página 2* 1. ESMALTADO LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. 2. CUBIERTA DE MELAMINA. 3. CAJÓN Y PUERTA CON JALADERA EMBUTIDA. 4. ENTREPAÑO METÁLICO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA. MEDIDAS GENERALES: 45 X 35 X 80 CM **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
35	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS *Catálogo página 2* 1. CUBIERTAS DE HULE NATURAL DE 4 mm. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 1" X 1" ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 VISTA PERIMETRAL ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.40 X 0.50 X 0.33 DE ALTURA. **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
36	**ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL** UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. *Cat. Pág.1* 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 *Cat. Pág.3* 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG *Cat. Pág.3* 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. *Cat. Pág.1* 2.-BRAZALETES *Cat. Pág.2* 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. *Cat. Pág.1 y 2* 2.2. REUSABLES DE NYLON. *Cat. Pág.2* 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. *Cat. Pág.2* 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. *Cat. Pág.2* 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. *Cat. Pág.3 y 1* 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. *Cat. Pág.3 y 1* 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. *Cat. Pág.1* **Marca: Riester** **Modelo: Precisa N 1360-107** **Procedencia: Alemania**	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
38	**MESA PASTEUR** DIMENSIONES 64X47X100 CM. 1. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, 4. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**			JUNTA DE ACLARACIONES													
39	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD: 90LITROS *Catálogo página 1* **Marca: Anelsam** **Modelo: S/M** **Procedencia: E.U.A.**	PZ	3	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
40	**UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA** UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. *Cat. Pág.2* 2. CONSUMO DE 40 WATTS. *Cat. Pág.2* 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. *Cat. Pág.1* 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, *Cat. Pág.2* 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES.	PZ	5	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). *Cat. Pág.2* **Marca: Satelec** **Modelo: P5 Booster** **Procedencia: Francia**																
41	**AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA** PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. *Catálogo Página única* 6. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 7. INDICADOR DE PRESION, 8. INDICADOR DE TEMPERATURA. 9. VALVULA DE SEGURIDAD. 10. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 7. CAPACIDAD 12 LITROS 8. CON DOS CHAROLAS, 9. CAMARA DE 22X33 CMS. 10. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 11. VOLTAJE 127 VOLTS. 12. POTENCIA 1200 WATTS. **Marca: Cristofoli** **Modelo: Vitale 12** **Procedencia: Brasil**	PZ	5	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
43	ROBOTINES DENTALES PORTATILES. *Catálogo Único* **Marca: Anelsam** **Modelo: S / M**	PZ	4	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	Procedencia: E.U.A.																
44	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2 9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 manual pág. 69 **Marca: Medela** **Modelo: Vario 18** **Procedencia: Suiza**	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
47	BIOMBO DOBLE DE 2 X 0.80 METROS METAL *Catálogo página 2* **Marca: Promedimex** ~~**Modelo: S / M**~~ **Procedencia: México**	PZ	2	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
48	**CARRO PARA CURACIONES** 1. ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO ACABADO	PZ	1	SEGÚN BASES Y A LO ACORDADO EN LA JUNTA	SEGÚN BASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	CROMADO. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. 4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 5. PROTECTOR DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 " DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO PULIDO. 6. RODAJAS DE HULE NATURAL MACIZO DE 4" DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.80 X 0.50 X 1.05 DE ALTURA. **Marca: Promedimex** **Modelo: S / M** **Procedencia: México**			DE ACLARACIONES													

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1E PARTIDA 6	**ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL** DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA AL REDEDOR DEL BRAZO, UNA PERLLLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE.	PIEZA	25	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	1.- CARATULA CON ESCALA 1.1. GRADUADA DE 0 – 300 MMHG 1.2 PRECISIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG 1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2.- BRAZALETES 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA 2.2. REUSABLES CON VELCRO LAVABLE FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. 2.1. 2.4 DE MEDIDA UNIVERSAL PARA; PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 4.-PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6. MANGUERAS O TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO REFACCIONES PERILLA, BOLSA LIBRE DE LÁTEX ANTIALÉRGICO. **CAT 02.122.00** **MARCA: DEWIMED** **MODELO: ANEROIDE** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**			AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)													**PUNTOS:** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 7	**ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA** INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y ARTICULARES DE ACERO INOXIDABLE 1.1.1ARGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO.	PIEZA	16	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal**
	2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN PLÁSTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. 3.TUBO FLEXIBLE DE SILICÓN CON UN LARGO DE 75 CM. MÍNIMO 4.-CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN ,FABRICADA ENACERO INOXIDABLE 4.1 CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL			(JUNTA DE ACLARACIONES)													

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	TUBO. 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 46MM / PEQUEÑA 35MM DE DIÁMETRO. 5.1 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLÁSTICO O FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACÚSTICO. ADICIONAL UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO Y UNA MEMBRANA DE REPUESTO **CAT 02.246.00** **MARCA: DEWIMED** **MODELO: DÚPLEX** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 9	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. 1. **EQUIPO DE LUZ XENÓN-HALÓGENA Y FIBRA ÓPTICA**. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 2. **OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 3. **CON LÁMPARA DE LUZ XENÓN-HALÓGENA XHL DE 3.5 VOLTS CON FIBRA ÓPTICA.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 4. **SISTEMA DE SELLADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 5. **ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 6. **OFTALMOSCOPIO CON LÁMPARA DE LUZ XENÓN-HALÓGENA XHL DE 3.5 VOLTS.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 039. 7. **CON 4 APERTURAS Y 1 FILTRO. De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 039. 8. **27 LENTES DE CENTRO DE RANGO DE -35 D A +40 D**. De	PIEZA	10	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 9. **MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 10. **RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE POR MEDIO DE USB. De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 11. **CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 121. 12. **ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. 13. **ESTUCHE RÍGIDO.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. ACCESORIOS a. **ESPECULO REUSABLE**. CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 011. b. **PORTA-ESPÁTULAS.** CATALOGO HEINE 2016, MODELO K180, PÁG. 022. INCLUYE BATERÍA. **MARCA: HEINE** **MODELO: K180** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E	**MARTILLO BUCK**			40 DÍAS HÁBILES													**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10**
PARTIDA 11	MARTILLO PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SÓLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. ACERO DE ALTA CALIDAD ALEMÁN CROMADO. **CAT 02.308.18** **MARCA: DEWIMED**	PIEZA	15	POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MODELO: BUCK **PROCEDENCIA: ALEMANIA**			ACLARACIONES)													**No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 28	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ. 1. **APARATO RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE.** CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 2. **FUENTE DE LUZ LED.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 3. **INTENSIDAD DE LUZ >42.000 LUXES.** CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 4. **TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 K.** De acuerdo a la junta de aclaraciones 292 referencia página 45 de 118. ~~CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099.~~ 5. **CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.** CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 6. **CABEZAL LIGERO Y UN CUELLO DE CISNE.** CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 7. **ILUMINACIÓN SIN SOMBRAS, POSICIONAMIENTO DE**	PIEZA	1	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.10** **No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	FORMA CÓMODA Y PRECISA. CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. INCLUYE PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. **CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099.** **MARCA: HEINE** **MODELO: EL3 LED** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 31	BASCULA PESA BEBE DESCRIPCIÓN. 1.- BÁSCULA MECÁNICA METÁLICA. **CATÁLOGO DETECTO 2341; MANUAL DEL PROPIETARIO, PAGINA 3** 2.- DESPLIEGUE DEL PESO EN KILOGRAMOS Y GRAMOS. **CATÁLOGO DETECTO 2341; MANUAL DEL PROPIETARIO, PAGINA 2** 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 16 KILOGRAMOS. **CATÁLOGO DETECTO 2341; MANUAL DEL PROPIETARIO, PAGINA 2** 4.- AJUSTE MANUAL A CERO MEDIANTE UN BOTÓN GIRATORIO INTEGRADO Y SISTEMA DE BLOQUEO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO. **CATÁLOGO DETECTO 2341** 5.- DIVISIÓN DE 5 GRAMOS. **CATÁLOGO DETECTO 2341; MANUAL DEL PROPIETARIO, PAGINA 2** 6.- SENSIBILIDAD DE 5 GRAMOS. **CATÁLOGO DETECTO 2341** 7.- CHAROLA PARA COLOCACIÓN DEL BEBÉ FABRICADA DE ACERO CON BORDES CURVOS. **CATÁLOGO DETECTO 2341; MANUAL DEL PROPIETARIO, PAGINA 3** 8.- AJUSTE MANUAL DE CERO Y TARA. **CATÁLOGO DETECTO 2341** **MARCA: DETECTO** **MODELO: 2341** **PROCEDENCIA: E.U.A.**	PIEZA	1	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA	**ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL** DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA AL	PIEZA	2	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR**

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
36	REDEDOR DEL BRAZO, UNA PERLLLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA 1.1. GRADUADA DE 0 – 300 MMHG 1.2 PRECISIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG 1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2.- BRAZALETES 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA 2.2. REUSABLES CON VELCRO LAVABLE FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. 2.1. 2.4 DE MEDIDA UNIVERSAL PARA; PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 4.-PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6. MANGUERAS O TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO REFACCIONES PERILLA, BOLSA LIBRE DE LÁTEX ANTIALÉRGICO. **CAT 02.122.00** **MARCA: DEWIMED** **MODELO: ANEROIDE** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**			FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)													**EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 42	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN F.O. 1. APARATO RODABLE. CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 2. ILUMINACIÓN LED. CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. 3. ELIMINA LAS SOMBRAS EN EL CAMPO DE ILUMINACIÓN. CATÁLOGO HEINE 2016, MODELO EL3 LED, PÁG. 099. **MARCA: HEINE**	PIEZA	24	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del**

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	**PUNTO 4.5.1.**	**PUNTO 4.5.2.**	**PUNTO 4.5.3.**	**PUNTO 4.5.4.**	**PUNTO 4.5.5.**	**PUNTO 4.5.6.**	**PUNTO 4.5.7.**	**PUNTO 4.5.8.**	**PUNTO 4.5.9.**	**PUNTO 4.5.10.**	**PUNTO 4.5.11.**	**OBSERVACIONES**
	MODELO: EL3 LED **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de aclaraciones.**
ANEXO 1E PARTIDA 44	1. ASPIRADOR PORTATIL. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 25 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 2. CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 585 MMHG. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 3. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 4 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 4. FLUJO DE 26 LITROS POR MINUTO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 5. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 7 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 6. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 8 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 7. MOTOR SILENCIOSO. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 21 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 8. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA.	PIEZA	2	40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO (JUNTA DE ACLARACIONES)	24 MESES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.10 No presenta constancias de capacitación del personal certificado del fabricante incumpliendo con lo estipulado mediante la pregunta 222 de la junta de**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

DEWIMED, S.A.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 4 MODELO C 261 MARCA ATMOS. 9. BASE RODABLE. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 19 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 10. CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 19 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** 11. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. **MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 4 MODELO C 261 MARCA ATMOS.** **MARCA: ATMOS** **MODELO: C 261** **PROCEDENCIA: ALEMANIA**																**aclaraciones.**

ANEXO 1E

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA 19 LITROS																
41	**MARCA: FEHLMEX** **MODELO: MAYA ES 1015** **PROCEDENCIA: MEXICO** Descripción. Equipo semi-portatil para esterilizar objetos que resisten altas temperatura, presión y humedad de vapor. 1.- cámara con dimensiones de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) con	**EQUIPO**	**5**	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES POSTERIOES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	capacidad útil de 19 litros. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio (Junta de aclaración de dudas Pag 33, Preg. 211)*** 2.- Tipo gabinete. ***PAGINA 10, Manual de operación y servicio*** 3.- Controlado por microprocesador. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio*** 4.- Cámara interna construida en acero inoxidable AISI 304, de acuerdo al código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I EDICIÓN 2013, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. ***PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio*** 5.- Puerta de apertura manual en acero inoxidable AISI 304, espesor de 12.7 mm acuerdo código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. ***PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio*** 6.- Temperatura de esterilización de 105 °C y 134 °C. ***PAGINA 12, Manual de operación y servicio*** 7.- Tecnología de remoción de aire gravitatorio. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 8.-Aislamiento de espuma de Melanina (basotec) de 25.4 cm de espesor Con ficha técnica de material. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 9.-Pantalla LCD. ***PAGINA 21, Manual de operación y servicio*** 10.- Selector de programas de esterilización: ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.1.-Flash. ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.2.- Instrumentos sin envolver. ***PAGINA 23, Manual de operación y servicio*** 9.3.- Instrumentos envueltos. ***PAGINA 24, Manual de operación y servicio*** 9.4.- Bowie & Dick. ***PAGINA 25, Manual de operación y servicio*** 9.5.- Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: ***PAGINA 27, Manual de operación y servicio*** 9.6.- Tiempo, presión y temperatura. ***PAGINA 27, Manual de operación y servicio*** 11.- Sistema de auto diagnóstico y detección de fallas por medio de microprocesador. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 12.- Pantalla digital para despliegue de parámetros: presión,																	

ANEXO 1E

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	temperatura, tiempo, ciclo, programación, selección de ciclos y alarmas. ***PAGINA 26, Manual de operación y servicio*** 13.- Sistema de seguridad que impida iniciar cualquier programa, si se encuentra abierta la puerta. ***PAGINA 52, Manual de operación y servicio*** 14.- Alarmas audibles y visibles: ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.1.- Puerta mal cerrada. ***PAGINA 52, Manual de operación y servicio*** 14.2.- Falla de presión de la cámara. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.3.- Falla en el sensor de temperatura. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 14.4.- Falla en el sensor de presión. ***PAGINA 52 Manual de operación y servicio*** 16.- Válvula de seguridad de vapor calibrada por sobre-presión. Con certificado de válvula. ***PAGINA 81, Manual de operación y servicio*** 17.- Filtros de aire de 0.01 micrones, con ficha técnica. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 18.- Manómetro indicadores de presión de la cámara interna con certificado de calibración. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio*** 19.- Sistema de paro de emergencia del equipo por sobrecalentamiento. ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 20.- Con sistema de sellado hermético con sello de silicón (empaque). ***PAGINA 71, Manual de operación y servicio*** 21.- Marco y panel frontal de acero inoxidable Tipo 304. Con certificado de fabricación a nombre fabricante. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio***																
	22.- Depósito de agua en acero inoxidable 304, inter-construido como parte del equipo, con certificado de material. ***PAGINA 15, Manual de operación y servicio*** 23.- Salida manual de agua a drenaje. ***PAGINA 70, Manual de operación y servicio***																

ANEXO 1E

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	24.- Un sensor de temperatura PT 100 ***PAGINA 51, Manual de operación y servicio*** 25.- Generación de vapor por medio de resistencias sumergibles. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 26.- Transductores de presión absoluta. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 27.-Sistema de nivelación. ***PAGINA 8, Manual de operación y servicio*** 28.- ACCESORIOS: ***PÁGINA 85, 86 Manual de operación y servicio*** 29.- Charolas de acero inoxidable 304 (3 piezas). ***PAGINA 15, 17, 86, Manual de operación y servicio*** 30.- Soporte de charolas de acero inoxidable 304. ***PAGINA 17, 86, Manual de operación y servicio*** 31.- INSTALACIÓN: 127 V / 60 Hz. ***PAGINA 13, Manual de operación y servicio*** 32.- Potencia 1200 watts. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio*** 33.- Dimensiones externas ancho 584 mm X alto 432 mm X profundidad 617 mm. ***PAGINA 14, Manual de operación y servicio*** NORMAS Y CERTIFICADOS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES PARA PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO Registro sanitario de acuerdo al modelo ofertado, Certificado ASME vigente a nombre del fabricante , ISO 9001:2008, ISO 13485 en donde se muestre el alcance del producto ofertado Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (Vigente), NOM-003-SCFI-2000.																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

GRADO MEDICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):																
ANEXO 1E PARTIDA 20	1.- UNIDAD DENTAL: SILLON HUDRAULICO Y MECANICO: REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL 2.- SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H b) EL ASIENTO DE ACCIONA POR LA PALANCA CROMODA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. FOLLETO EQUIPO DENTAL 3.- EL TREN DELLENBOURG CUENTA CN UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL	**PZA**	**7**	Según junta de Aclaraciones 40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	" según bases " (24 meses a partir Posterior a la entrega")	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**
	4.- TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS DEBEN CONTAR CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO																

ANEXO 1E

GRADO MEDICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	INOXIDABLE. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y FOLLETO MODELO 2011A-H 5.- ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL 6.- TRIMODULAR DEBE CONTAR CCON JERINGA TRIPLE Y CONECCIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 7.- LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DEBE DE OPERARSE OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DEPRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERA AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 8.-DEBE CONTAR CON CONECCION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA E CUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TRAJA DE ACERO INOXIDABLE O DE POLICARBONATO AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA DEBEN SER DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO. REF, FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL **MARCA: CONFORTE** **MODELO 2011A-NH** **PROCEDENCIA:NACIONAL (MÉXICO)**																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
ANEXO 1E PARTIDA 44	Aspirador portátil capacidad de succión de 0 a 200 MMHG, con manovacuómetro con escala en mmHg. Flujo de 15 litros por minuto, panel de control continua para: Encendido y apagado, graduar el nivel de succión, motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de agua gabinete o base rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas, sistema de seguridad que evite el rebosamiento de líquidos. Marca: IMEBIO Modelo: R-25 Procedencia: México	**PZA**	**2**	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	24 meses posteriores a la entrega.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**SE ACEPTA**

ANEXO 1E

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
12	**OXIMETRO DE MANO DE PULSO PORTÁTIL.** 1.- PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA, CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS E INFORMACIÓN: **(CATALOGO PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 2, 9)** 1.1.- DESPLIEGUE DEL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, EN UN RANGO DE 0 A 100%. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 9, 22)** 1.2.- FRECUENCIA DE PULSO DE 20 A 250 PULSOS POR MINUTO. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 23, 125)** 1.3.- DESPLIEGUE DE BARRA PLETISMOGRÁFICA. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 10, 20)** 1.4.- ÍNDICE DEL NIVEL DE PERFUSIÓN EN EL RANGO DE 0.03 A 20% **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 125)** 1.5.- ALARMAS AUDIOVISUALES DE BATERÍA BAJA. **(CATALOGO**	**PIEZA**	**15**	40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo.	Según Bases	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	**NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE PRESENTA LA COPIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES DE AGOSTO DE**

ANEXO 1E

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 11, 23, 26) 2.- CON FUNCIÓN DE TEST DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO. **(MANUAL PÁG. 38)** 3.- SISTEMA DE ALARMA AUDIOVISUAL DE SENSOR DESCONECTADO **(CATALOGO PAG. 1, 2, MANUAL PÁG. 10, 26)** 4.- CON TECNOLOGÍA QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSIÓN. **(CATALOGO PAG. 1, MANUAL PÁG. 21)** 5.- CON INTERFAZ PARA COMUNICACIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS (INFRARROJO). **(MANUAL PÁG. 67)** 6.- TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA. **(CATALOGO PAG. 1, MANUAL PÁG. 12, 16)** 7. CAPACIDAD DE MEMORIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 50 EVENTOS. **(MANUAL PÁG. 65)** 8.- CON MALETÍN DE TRASPORTE PARA SU PROTECCIÓN **(MANUAL PÁG. 85)** 9.- CAPACIDAD DE SOPORTAR AMBIENTES DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 15 A 95% SIN CONDENSACIÓN. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 134)** 10.- RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -20° C A 70° C. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 134)** 11. PESO DE 290 GRAMOS INCLUYENDO BATERÍAS. **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 135)** 12.- ACCESORIOS: **(MANUAL PÁG. 82)** 12.1.- 1 MALETÍN PARA GUARDA DE OXÍMETRO Y SENSORES. **(MANUAL PÁG. 85)** 12.2.- 1 SENSOR DE SPO2 REUSABLE TIPO DEDAL **(CATALOGO SENSORES PÁG. 1, MANUAL PÁG. 79)** 12.3.- 1 SENSOR SPO2 REUSABLE MULTISITIO **(CATALOGO SENSORES PÁG. 1, MANUAL PÁG. 80)**																**2015, YA QUE SE SOLICITA DEL MES DE JULIO DE 2016, INCUMPLIENDO EN EL PUNTO 4.5.4; NO PRESENTA CONSTANCIAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL CERTIFICADO DEL FABRICANTE INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO MEDIANTE LA PREGUNTA 222 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; NO PRESENTA LOS**
	13.- CONSUMIBLES: 2 BATERÍAS "AA". **(CATALOGO PAG. 2, MANUAL PÁG. 29)** **MARCA COVIDIEN / NELLCOR** **MODELO N65** **PROCEDENCIA IRLANDA**																**APOSTILLADOS DEL FABRICANTE, INCUMPLIENDO**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
																	CON EL PUNTO 4.5.10 DE LAS BASES.

ANEXO 1E

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
6 ANEXO 1-E	**"ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL.** UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. 1.- CARÁTULA CON ESCALA 1.1.- GRADUADA DE 0 A 300. 1.2.- PRECISIÓN PARA PARA MEDIR PRESIÓN DE ± 3 MMHG 1.3.- CON DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG 2.- BRAZALETES	PIEZA	25	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4 Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT**
	2.1.- CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA. 2.2.- REUSABLES DE NYLON NO CONDUCTIVA 2.3.- CIERRE TIPO VELCRO 2.4.- DE DIFERENTES MEDIDAS: PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO																

ANEXO 1E

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	GRANDE U OBESO. 4.- PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE 5.-ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6.- TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM. BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, TUBO O MANGUERA." **MODELO: DS44-11** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**																**del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**
7 ANEXO 1-E	**"ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA** INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DE UN PACIENTE. 1.- ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, 1.1.- ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO 2.- OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE GOMA GRADO MÉDICO, LAVABLES. 3.- TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 50 CM. 4.- CÁPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN BRONCE CROMADO 4.1.- CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 5.- CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO,	PIEZA	16	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de**
	5.1.- MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIAS DE 100 A 500 HZ. 5.2.- CON ANILLO CON ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO."																**la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.**

ANEXO 1E

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	MODELO: 5079-73 **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**																**PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**
9 ANEXO 1-E	**ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO** 1.-EQUIPO DE LUZ HALÓGENA Y FIBRA ÓPTICA, UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. 2.-OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DE 3.5 VOLTS POR FIBRA ÓPTICA. 3.-SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. 4.-ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. 5.-OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DE 3.5 VOLTS. 6.-CON AL MENOS 5 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A +30 DIOPTRÍAS O MAYOR. 7.-MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO 8.-RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO "C". 9.-CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO. 10.-CON ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. 11.-ESPECULO REUSABLE, PORTA-ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA.	PIEZA	10	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.**
	12.-INCLUYE: BATERÍA ALCALINA TAMAÑO O TIPO "C". **MODELO: 97200-C** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**																**PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante,**

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
																	incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.
28 ANEXO 1-E	**LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ.** 1.-APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. 2.-FUENTE DE LUZ HALÓGENA, 3.-INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. 4.-TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. 5.-CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, 6.- TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. 7.-CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN 8.- QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. 9.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. **MODELO: 48810** **MARCA: WELCH ALLYN** **PROCEDENCIA: USA**	PIEZA	1	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante,**
																	incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ANEXO 1E

VITER MEDICAL, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA	PUNTO 4.5.1.	PUNTO 4.5.2.	PUNTO 4.5.3.	PUNTO 4.5.4.	PUNTO 4.5.5.	PUNTO 4.5.6.	PUNTO 4.5.7.	PUNTO 4.5.8.	PUNTO 4.5.9.	PUNTO 4.5.10.	PUNTO 4.5.11.	OBSERVACIONES
	"ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL.																
36 ANEXO 1-E	UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. 1.- CARÁTULA CON ESCALA 1.1.- GRADUADA DE 0 A 300. 1.2.- PRECISIÓN PARA PARA MEDIR PRESIÓN DE ± 3 MMHG 1.3.- CON DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG 2.- BRAZALETES 2.1.- CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA. 2.2.- REUSABLES DE NYLON NO CONDUCTIVA 2.3.- CIERRE TIPO VELCRO 2.4.- DE DIFERENTES MEDIDAS: PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 4.- PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE 5.-ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. 6.- TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM. BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, TUBO O MANGUERA."	PIEZA	2	40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	**NO SE ACEPTA POR INCUMPLIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:** **PUNTO 4.5.4** **Presenta copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes de agosto 2016 incumpliendo con el punto 4.5.4 de las bases que pide copia fotostática de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT del mes de Julio de 2016.** **PUNTO 4.5.10** **No presenta los apostillados del fabricante, incumpliendo con el punto 4.5.10 de las presentes bases.**
	MODELO: DS44-11 **MARCA: WELCH ALLYN**																
	PROCEDENCIA: USA																

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ELABORO:	REVISO	Vo. Bo.
Lic. Héctor Juárez Beristain Área de Licitaciones	**C.P. Martín Cuayahui Carreto** Jefe de Oficina de Adquisiciones	**Lic. Velia Carrasco Hernández** Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ANEXOS 1B, 1C

Revisó:	Autorizó:
Ing. Rodrigo Domínguez Vázquez Infraestructura Médica O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud	**Cristhian Erick Temoltzin Carreto** Jefe del Departamento de Planeación Evaluación y Seguimiento a la Operación del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud

ANEXO 1A, 1E

Revisó:	Autorizó:
Dr. Mario Francisco Palacios Alcalá Responsable de la Oficina de Evaluación y Seguimiento	**Dra. Claudia Salamanca Vázquez** Directora de Atención Primaria a la salud de la Secretaria de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SALUD DE TLAXCALA
Dirección de Administración
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

OF/RM/01808/08/2016

Asunto: Dictamen Económico GET-LPN-070/2016

Santa Ana Chiautempan, Tlax., agosto 26 del 2016

Lic. Alejandra Flores Montalvo
Encargada de la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, de Gobierno del Estado
P r e s e n t e.

Derivado del oficio No. REPSS/DG/00941/2016 signado por el Dr. José Hipólito Sánchez Hernández, Director General de O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mediante el cual se realiza el dictamen y validación a las propuestas económicas de los anexos 1B y 1C, así mismo el Dr. Mario Francisco Palacios Alcalá, Jefe de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Atención Primaria a la Salud en relación a los anexos 1A y 1E a las respectivas propuestas económicas presentadas por los licitantes participantes en la Licitación Publica Nacional GET-LPN-070/2016 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio. Anexo al presente el dictamen económico, información que ya fue enviada vía correo electrónico.

No omito informar que las partida 1 del anexo 1B se cancela de conformidad al punto 16.5, y las partidas 2, 3, 11, 12 y 13 correspondiente al anexo 1A, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 42, 45, 46, 49, 50, 51 y 52 pertenecientes al Anexo 1E se declaran desiertas de acuerdo al punto 16.8 de las bases de la presente licitación.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

DRMSyA
29 AGO 2016
8:58
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A T E N T A M E N T E

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de la Secretaría de
Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala

Elaboró
Lic. Héctor Juárez Beristain
Apoyo Administrativo

Revisó
C.P. Martín Cuevanti Carreto
Jefe de Oficina de Adquisiciones

Vo. Bo.
Lic. Velia Carrasco Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

29.08.16
9:30

Copias:
Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento.
Dr. José Hipólito Sánchez Hernández.- Director General del O.P.D. REPSS.- Mismo fin.
Lic. Stefano Pierluigi Capasso Gamboa.- Contralor Interno del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Mismo fin.

Meps

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1B					
1	531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO EQUIPO QUE DETECTA, MIDE Y DESPLIEGA EN PANTALLA, DE FORMA CONTINUA MÚLTIPLES PARÁMETROS FISIOLÓGICOS ASOCIADOS A UN SOLO PACIENTE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA, PRESIÓN NO INVASIVA, OXIMETRÍA DE PULSO, CAPNOGRAFÍA Y PRESIÓN INVASIVA, CON OPCIÓN DE MEDIR GASTO CARDÍACO E INDICE BIESPECTRAL. BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 4, 26-2 DESCRIPCIÓN: BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 1.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 20 PULGADAS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO POR MEDIO DE ALÁMABRICO O CONEXIÓN INALÁMBRICA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 3-2, 3-3, 3-10 3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG Y SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-8 4.- PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT DATASHEET C700, PÁG. 2 5.- DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 32 CURVAS Y CASILLAS DE PARÁMETROS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 5 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-206.- MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-207.- ECG: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-27.1.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 12 DERIVACIONES NSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16, 8-207.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-197.3.- MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 10-3, 10-57.4.- DETECCIÓN DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 9-3, 9-4, 9-57.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-17 7.6.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-7 7.7.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-5 8.- SPO2: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-2 8.1.- CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 8.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 9.- RESPIRACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2 9.1.- CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 9.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 15 A 300 LPM/1 A 150 BPM. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5, B-36, B-50 10.- TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2 10.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS DOS TEMPERATURAS (PIEL Y RECTAL O ESOFÁGICA) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2, 28-5 10.2.- MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (ΔT) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-5 11.- PRESIÓN NO INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 11.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIÁSTOLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2	28	EQUIPO	$ 596,000.00	$ 16,688,000.00	$ 16,688,000.00

1

Partida cancelada

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
2	CLAVE 531.616.5116 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICA ESPECIALIDAD (ES): SERVICIO (S): QUIRÓFANOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 7 INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 3, 7 DEFINICIÓN: MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 7 DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11 1. MESA QUIRÚRGICA CON 5 SECCIONES. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 2. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 16, 12 3. SISTEMA DE CUATRO RUEDAS DOBLES REGULABLES Y ELECTRO CONDUCTORAS DE 125 MM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12, 52 4. LA MESA DEBE CONTAR CON CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11, 17 5. COJINES DE 60 MM FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300 6. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 213 CM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 7. ANCHO TOTAL 590 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 8. PLACA INFERIOR (LONG. X AN.) 1.120 X 580 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 24 9. CON BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE Y LIGERO QUE PERMITA UNA MEJOR MOVILIDAD DE LA MESA QUIRÚRGICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS 200, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1	16	EQUIPO	$ 836,010.00	$ 13,376,160.00	$ 13,376,160.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
3	CLAVE 531.562.1010 "LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED. A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13 B. EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13 C. DESCRIPCIÓN:INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 1. EQUIPO FIJO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES, ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE EL CAMPO QUIRÚRGICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 15, 17 2. MONTAJE DE COLUMNA FIJA AL TECHO, CON DOS BRAZOS ARTICULADOS PORTA LÁMPARA, CADA UNO CON GIRO ROTATORIO DE 360°, AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90 CM A +45º/- 50°.INSTRUCCIONES DE MONTAJE POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40, 41, 42 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17 3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA SALIDA LUMINICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MAS EFICAZ CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 1 4. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 4.A. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 4.B. JUNTAS DE SILICONA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 4.C. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 4.D. SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 4.E. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47 5. INTEGRADO POR DOS BRAZOS CON EXTENSION L1/L2 700/850 MM INSTRUCCIONES DE MONTAJE POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40 6. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17, 81 6.A. DIAMETRO DEL CABEZAL 620 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 6.B. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 6.C. PESO DEL CABEZAL 13 KG INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81 7. CABEZALES CERRADOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 8. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47, 49, 52 9. FUENTE DE LUZ PARA AMBOS CABEZALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 9.A. BOMBILLAS BLANCAS DE LED INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15 9.B. VIDA UTIL DE LOS LEDS DE 30,000 HORAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 10. PANEL DE CONTROL DIGITAL EN CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 20 10.A. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 20, 36	5	EQUIPO	$ 245,010.00	$ 3,675,150.00	$ 3,675,150.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
4	CLAVE 531.497.2083 "INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS . A. DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 22 1.- CONTROL: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 42 1.1.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 65, 103 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ISOLETTE 8000, PÁG. 20 1.2.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20ºC A 37ºC. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 39.0 ºC INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 1.3.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34 ºC HASTA 37.0 ºC. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 38 ºC INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 1.4.- RESOLUCIÓN DE 0.1ºC. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 79 1.5.- SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159 1.6.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA CON 30% A 95% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 12 1.7.- CON SISTEMA DE MANEJO DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD (RESERVORIO PARA AGUA CONDENSADA) CON EL FIN DE EVITAR ACUMULACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 1.8. CON CÁMARA EVAPORADORA INTEGRADA AL RESERVORIO DE AGUA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 y 56 2.- MONITOREO DE PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.1.- DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.2.- TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.3.- TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.4.- CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE (CENTRAL Y PERIFÉRICA) INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 81 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 2.5.- HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.6.- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43 2.7.- INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43, 78, 80 y 85. 2.8.- DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS DE 24 HORAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106 2.8.1- TEMPERATURA AIRE, DOS TEMPERATURA PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA Y CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO Y % DE POTENCIA DEL CALEFACTOR INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106 2.8.2.- TENDENCIAS DE 7 DÍAS PARA SEGUIMIENTO DEL PESO DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 3.- ALARMAS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 103	13	EQUIPO	$ 428,250.00	$ 5,567,250.00	$ 5,567,250.00
	SUBTOTAL				$ 39,306,560.00	$ 39,306,560.00
	IVA				$ 6,289,049.60	$ 6,289,049.60
	MONTO OFERTADO:				**$ 45,595,609.60**	**$ 45,595,609.60**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1B: **$** **45,595,609.60**

ANEXO 1C

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
2	CLAVE: S/C "CAMA DE HOSPITALIZACION GENERAL. UNIDAD ELECTROMECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 1. CAMA ELECTRICA RODABLE DE MULTIPLES POSICIONES CON SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE ACTUADORES ELECTRICOS HERMETICAMENTE SELLADOS, LIBRES DE CORROSION, CON UNA ALTA DINAMICA DE CARGA, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y BAJO CONSUMO DE CORRIENTE CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) (PORTADA) 2. QUE OPERE CON CORRIENTE ALTERNA 120 V/60 HZ MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 3. QUE CUENTE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA (NO INTEGRADA, NO UPS) QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON INDICADOR LUMINOSO EN EL PANEL DE CONTROL. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 16 4. BARANDALES DE PE ELEMENTOS DE MOLDEADO DE RESINA MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 4.1 CONTRUIDOS EN UNA SOLA PIEZA. 5. PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE GOBIERNE TODAS LAS FUNCIONES DE LA CAMA; Y CANDADOS QUE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LAS FUNCIONES POR ZONAS Y DE FORMA TOTAL PARA EL PACIENTE. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26 6. SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA CON LAS SIGUIENTES POSICIONES PRE-ASIGNADAS: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26 6.1 POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES DE LA PLATAFORMA EN POSICION HORIZONTAL. 6.2 ANTITRENDELEMBURG 6.3 POCISION DE EXAMINACION 6.4 SILLA CARDIACA 7. TRENDELEMBURG REVERSO CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 8. 4 (CUATRO) INDICADORES DE ANGULACION (UNO EN CADA BARANDAL) MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34 9. QUE PERMITA DAR POSICIONES: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34 9.1 FOWLER DE 65° O MAYOR 9.2 ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 35 ° O MAYOR 9.3 PANTORRILAS 21° O MAYOR 9.4 TRENDELEMBURG 16° O MAYOR 9.5 ANTITRENDEMBURG 16° O MAYOR 10. CON SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA DE RESPALDO DE ESPALDA POR MEDIO DE ASA O MANGO INDEPENDIENTE QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA LLEVAR A LA POSICIÓN PARA RCP DE FORMA MECÁNICA Y SEGURA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 27 11. SUPERFICIE RÍGIDA CON PANELES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES, RECUBIERTOS DE PINTURA EN POLVO, DESMONTABLES PARA SU CORRECTA LIMPIEZA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 12. CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 13. FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS CON PEDAL EN AMBOS LADOS DE CAMA EN AL MENOS 2 RUEDAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20	500	EQUIPO	$ 71,531.83	$ 35,765,915.00	$ 35,765,915.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
3	CLAVE. 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO- ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16, 25 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVITA V300, PÁG. 69 DATASHEET EVITA V300, PÁG. 1, 4 DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 1. CONTROLES: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 41, 250 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML).LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 3,000. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN).LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 120 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM).LÍMITE INFERIOR 0,5 LÍMITE SUPERIOR 150 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0,1 LÍMITE SUPERIOR 10 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.5. PAUSA INSPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 103 2.6. ESPIRACIÓN MANTENIDA.INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 104 2.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.8. RESPIRACIÓN MANUAL. SI INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 103 2.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LIMITE INFERIOR 0. LÍMITE SUPERIOR 50 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTANEA ASISTIDA MEDIANTE PRESIÓN SOPORTE LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10,15 Y 30 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 253 2.12. MECANISMO DE TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,2. LÍMITE SUPERIOR 15 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 ANEXO 3 CARTA TRIGGER 2.13. FLUJO BASE DE 6 L/MIN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.15. 100 % O2 DURANTE 3 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 104 3. MODOS VENTILATORIOS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 282 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 284, 286 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 293, 295 3.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 296 3.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 299 3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 304 3.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS INCLUYENDO POR VOLUMEN PARA TODOS CON COMPENSACIÓN	40	EQUIPO	$ 789,890.00	$ 31,595,600.00	$ 31,595,600.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
4	531.252.0033 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIASERVICIO(S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES,UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. A. DEFINICIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6A.1 EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6, 7, 61B. DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61.- CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROCONTROLADOR. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BABYTHERM 8004, PÁG. 212.- CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL CON SUPRESIÓN DE ALARMAS POR 15 MIN Y SERVOCONTROLADO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 23, 24, 25, 743.- CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 4.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS2323 QUE DÉ POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN CON MONITORES DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS TEMPERATURAS CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA EVALUAR MEJOR EL DESEMPEÑO TÉRMICO DEL NIÑO.INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 65, 74 5.- DESPLIEGUES DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 5.2. TEMPERATURA DE CONTROL. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.8 5.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN SEGMENTOS DE 10%.INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 6.- CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 35 A 37.5ºC. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 25, 687.- FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 19 8.- ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 75 8.1.- TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA) INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 568.2.- FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 56 8.3.- FALLA DEL SISTEMA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55 8.4.- FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55 8.5.- VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. ALARMA CADA 15 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 24 8.6.- SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 9.- CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8 10.- CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE CERÁMICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61, 62, 74 11.- CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES DE AL MENOS 23 CM. CON PASACABLES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PÁG. 13 ANEXO 1 BABYTHERM PASA CABLES PAG. 1 12.- CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE -15 A 20 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 1413 - ALTURA VARIABLE, CON CONTROL MEDIANTE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CUNA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-	30	EQUIPO	$ 467,799.00	$ 14,033,970.00	$ 14,033,970.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
5	531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CONJUNTO DE EQUIPOS MÉDICOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE APOYO ANESTÉSICO EN PACIENTES NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO; CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR Y MONITORIZAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, GASES MEDICINALES Y/O AGENTES ANESTÉSICOS. INCLUYE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS INVASIVOS DE FORMA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 16, 105 DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.- GABINETE:INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.1.- MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES O DOSIFICADORES ELECTRÓNICOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 79 1.2.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 230, 250 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 3 1.3.- CON TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 70 1.4.- CAPACIDAD DE INCORPORAR YUGOS ELECTRÓNICOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 22, 60 1.5.- CAJÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 1.6.- MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20, 233 1.7.- MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 1.8.- CUATRO RUEDAS, SISTEMA DE FRENO CENTRAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.9.- MANÓMETROS DIGITALES. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3 1.9.1. TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3 1.9.2. DOS PARA CILINDROS (O2, N2O). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3 1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 90 MIN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 265 1.11. CON ILUMINACIÓN INTERCONSTRUIDA PARA EL ÁREA DE TRABAJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 2.- VAPORIZADOR O DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 1 BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 1 2.1. SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA (SEVOFLURANE Y DESFLUORANE). BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 1 2.2. CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 113 y 118 2.3. INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO. CAPACIDAD DE VOLUMEN DE RELLENO DE 300 A 360 ML INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 16, 108 3.- SUMINISTRO DE GAS FRESCO: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 95 3.1. FLUJÓMETRO VIRTUAL, CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA: CON SISTEMA DE CONFIRMACIÓN PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES EN LAS MEZCLAS DE GASES. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23, 96 3.1.1. CONTROL DE AJUSTE EN PANTALLA DEL FLUJO TOTAL DEL GAS FRESCO Y DESPLIEGUE DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2)	10	EQUIPO	$ 1,663,000.00	$ 16,630,000.00	$ 16,630,000.00
	SUBTOTAL				$ 98,025,485.00	$ 98,025,485.00
	IVA				$ 15,684,077.60	$ 15,684,077.60
	MONTO OFERTADO:				**$ 113,709,562.60**	**$ 113,709,562.60**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1C: **$ 113,709,562.60**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXOS 1B y 1C : **$ 159,305,172.20**

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

ELABORÓ:

LIC. HECTOR JUAREZ BERISTAIN
AREA DE LICITACIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

VALIDÓ:

CRISTHIAN ERICK TEMOLTZIN CARRETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL O.P.D. REPSS

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

3 Falta Partida 44.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
5	Aspirador portátil capacidad de succión de 0 a 200 mmHg, con Manovacuómetro con escala en mm de hg., flujo de 15 litros por minuto, panel de control continuo para: encendido y apagado, graduar el Nivel de succión, motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de Agua, gabinete o base rodable con sistema de frenos en al menos dos ruedas Sistema de seguridad que evite el rebosamiento de líquidos. Marca: imebio Modelo: R-25 Procedencia: México	178	PZA	$ 17,200.00	$ 3,061,600.00	$ 3,061,600.00
15	Autoclave eléctrica semiautomática de mesa para esterilizar instrumental dental o quirúrgica campos quirúrgicos, gasas, Algodón y desechos Biológicos. Construida en acero inoxidable, indicador de presión, indicador de temperatura, válvula de seguridad. Válvula de alivio, dimensiones de la cámara de esterilización: capacidad 12 litros con tres bandejas, cámara de 22x33 cms. dimensión externa 33.5 x 46.5 voltaje 127 volts. Potencia 1200 Watts. Marca: ARA Modelo: ARA-M2D Versión 1 Procedencia: México	25	PZA	$ 39,000.00	$ 975,000.00	
	SUBTOTAL				$ 4,036,600.00	$ 3,061,600.00
	IVA				$ 645,856.00	$ 489,856.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR				**$ 4,682,456.00**	**$ 3,551,456.00**
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR					**$ 3,551,456.00**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO : **$ 3,551,456.00**

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISO:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

FEHLMEX S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	No entra en Económico.					
	ANEXO 1A					
15	AUTOCLAVE ELECTRICOSEMIAUTOMATICA 19 LTS MARCA: FEHLMEX MODELO: MAYA ES 1015 PROCEDENCIA: MEXICO Descripción. Equipo semi-portatil para esterilizar objetos que resisten altas temperatura, presión y humedad de vapor. 1.- cámara con dimensiones de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) con capacidad útil de 19 litros. PAGINA 14, Manual de operación y servicio, (Junta de aclaración de dudas Pag 26, Preg. 170) 2.- Tipo gabinete. PAGINA 10, Manual de operación y servicio 3.- Controlado por microprocesador. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 4.- Cámara interna construida en acero inoxidable AISI 304, de acuerdo al código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I EDICIÓN 2013, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio 5.- Puerta de apertura manual en acero inoxidable AISI 304, espesor de 12.7 mm acuerdo código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio 6.- Temperatura de esterilización de 105 °C y 134 °C. PAGINA 12, Manual de operación y servicio 7.- Tecnología de remoción de aire gravitatorio. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 8.-Aislamiento de espuma de Melanina (basotec) de 25.4 cm de espesor Con ficha técnica de material. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 9.-Pantalla LCD. PAGINA 21, Manual de operación y servicio 10.- Selector de programas de esterilización: PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.1.-Flash. PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.2.- Instrumentos sin envolver. PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.3.- Instrumentos envueltos. PAGINA 24, Manual de operación y servicio 9.4.- Bowie & Dick. PAGINA 25, Manual de operación y servicio 9.5.- Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: PAGINA 27, Manual de operación y servicio 9.6.- Tiempo, presión y temperatura. PAGINA 27, Manual de operación y servicio 11.- Sistema de auto diagnóstico y detección de fallas por medio de microprocesador. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 12.- Pantalla digital para despliegue de parámetros: presión, temperatura, tiempo, ciclo, programación, selección de ciclos y alarmas. PAGINA 26, Manual de operación y servicio 13.- Sistema de seguridad que impida iniciar cualquier programa, si se encuentra abierta la puerta. PAGINA 52, Manual de operación y servicio 14.- Alarmas audibles y visibles: PAGINA 51, Manual de operación y servicio	25	EQUIPO	$ 29,000.00	$ 725,000.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

FEHLMEX S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	14.1.- Puerta mal cerrada. PAGINA 52, Manual de operación y servicio 14.2.- Falla de presión de la cámara. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 14.3.- Falla en el sensor de temperatura. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 14.4.- Falla en el sensor de presión. PAGINA 52 Manual de operación y servicio 16.- Válvula de seguridad de vapor calibrada por sobre-presión. Con certificado de válvula. PAGINA 81, Manual de operación y servicio 17.- Filtros de aire de 0.01 micrones, con ficha técnica. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 18.- Manómetro indicadores de presión de la cámara interna con certificado de calibración. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 19.- Sistema de paro de emergencia del equipo por sobrecalentamiento. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 20.- Con sistema de sellado hermético con sello de silicón (empaque). PAGINA 71, Manual de operación y servicio 21.- Marco y panel frontal de acero inoxidable Tipo 304. Con certificado de fabricación a nombre fabricante. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 22.- Depósito de agua en acero inoxidable 304, inter-construido como parte del equipo, con certificado de material. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 23.- Salida manual de agua a drenaje. PAGINA 70, Manual de operación y servicio 24.- Un sensor de temperatura PT 100 PAGINA 51, Manual de operación y servicio 25.- Generación de vapor por medio de resistencias sumergibles. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 26.- Transductores de presión absoluta. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 27.-Sistema de nivelación. PAGINA 8, Manual de operación y servicio 28.- ACCESORIOS: PÁGINA 85, 86 Manual de operación y servicio 29.- Charolas de acero inoxidable 304 (3 piezas). PAGINA 15, 17, 86, Manual de operación y servicio 30.- Soporte de charolas de acero inoxidable 304. PAGINA 17, 86, Manual de operación y servicio 31.- INSTALACIÓN: 127 V / 60 Hz. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 32.- Potencia 1200 watts. PAGINA 14, Manual de operación y servicio 33.- Dimensiones externas ancho 584 mm X alto 432 mm X profundidad 617 mm. PAGINA 14, Manual de operación y servicio NORMAS Y CERTIFICADOS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES PARA PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO Registro sanitario de acuerdo al modelo ofertado, Certificado ASME vigente a nombre del fabricante , ISO 9001:2008, ISO 13485 en donde se muestre el alcance del producto ofertado Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (Vigente), NOM-003-SCFI-2000.					

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

FEHLMEX S.A DE C.V.

No está en el acta de A.E.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
17	REFRIGERADOR DE 12 PIES PARA GUARDA DE VACUNAS MARCA: FEHLMEX MODELO: RLF 366 PROCEDENCIA: MEXICO 1.-REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA PARA REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. (PORTADA DEL MANUAL) 2.- CONSTA DE UNA SOLA PUESTA , CON SELLADO HERMETICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR (PAGINA 3 CATALOGO TECNICO). 3.- LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES. (PAGINA 3 CATALOGO TECNICO) 4.-REGATONES DE ACERO INOXLDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. (PAGINA 5 CATALOGO TECNICO) 5.-CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES. (PAGINA 3 CATALOGO TECNICO). 6.-COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. (PAGINA 3,8 CATALOGO TECNICO) 7.-CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS. (PAGINA 4 CATALOGO TECNICO) 8.-FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA HASTA +42 GRADOS CENTIGRADOS. (PAGINA 4 CATALOGO TECNICO) 9.- DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA , PARO ARRANQUE AUTOMATICO ILUMINACION INTERIOR, DESHIELO AUTOMATICO GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE AL MENOS -35 GRADOS CENTIGRADOS A + 15 GRADOS CENTIGRADOS . (PAGINA 3, 4,8,11 CATALOGO TECNICO) 10.-CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENOIENTEMENTE. (PAGINA 3 CATALOGO TECNICO) 11.-ASILAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES INTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. (PAGINA 4 CATALOGO TECNICO) 12.- CANASTILLA DE acero Inox AISI 304 PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS. (PAGINA 3 CATALOGO TECNICO) 13.-ALARMA VISUAL Y AUDIBLE: Las alarmas audibles y visibles se pueden derivar por: a) Para temperaturas mayores o menores a las programadas, b)Falla en el suministro de energía principal c)Selección de límites de temperatura incorrectos, d) Puerta abierta demasiado tiempo(después de un minuto), e)Voltaje bajo de batería recargable, f) Falla del procesador en sistema de alarma automático, g)Falla en el Sensor de temperatura defectuoso. (PAGINA 4 CATALOGO TECNICO	5	EQUIPO	$ 40,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00
	SUBTOTAL				$ 925,000.00	$ 200,000.00
	IVA				$ 148,000.00	$ 32,000.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				$ 1,073,000.00	$ 232,000.00
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					$ 232,000.00
	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1A :	$			232,000.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

FEHLMEX S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1E					
41	AUTOCLAVE ELECTRICOSEMIAUTOMATICA 19 LTS MARCA: FEHLMEX MODELO: MAYA ES 1015 PROCEDENCIA: MEXICO Descripción. Equipo semi-portatil para esterilizar objetos que resisten altas temperatura, presión y humedad de vapor. 1.- cámara con dimensiones de 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) con capacidad útil de 19 litros. PAGINA 14, Manual de operación y servicio, (Junta de aclaración de dudas Pag 26, Preg. 170) 2.- Tipo gabinete. PAGINA 10, Manual de operación y servicio 3.- Controlado por microprocesador. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 4.- Cámara interna construida en acero inoxidable AISI 304, de acuerdo al código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I EDICIÓN 2013, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio 5.- Puerta de apertura manual en acero inoxidable AISI 304, espesor de 12.7 mm acuerdo código ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I, con certificado de material de acuerdo a Código ASME Sección II. PAGINA 15, 16 Manual de operación y servicio 6.- Temperatura de esterilización de 105 °C y 134 °C. PAGINA 12, Manual de operación y servicio 7.- Tecnología de remoción de aire gravitatorio. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 8.-Aislamiento de espuma de Melanina (basotec) de 25.4 cm de espesor Con ficha técnica de material. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 9.-Pantalla LCD. PAGINA 21, Manual de operación y servicio 10.- Selector de programas de esterilización: PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.1.-Flash. PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.2.- Instrumentos sin envolver. PAGINA 23, Manual de operación y servicio 9.3.- Instrumentos envueltos. PAGINA 24, Manual de operación y servicio 9.4.- Bowie & Dick. PAGINA 25, Manual de operación y servicio 9.5.- Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: PAGINA 27, Manual de operación y servicio 9.6.- Tiempo, presión y temperatura. PAGINA 27, Manual de operación y servicio 11.- Sistema de auto diagnóstico y detección de fallas por medio de microprocesador. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 12.- Pantalla digital para despliegue de parámetros: presión, temperatura, tiempo, ciclo, programación, selección de ciclos y alarmas. PAGINA 26, Manual de operación y servicio 13.- Sistema de seguridad que impida iniciar cualquier programa, si se encuentra abierta la puerta. PAGINA 52, Manual de operación y servicio 14.- Alarmas audibles y visibles: PAGINA 51, Manual de operación y servicio 14.1.- Puerta mal cerrada. PAGINA 52, Manual de operación y servicio 14.2.- Falla de presión de la cámara. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 14.3.- Falla en el sensor de temperatura. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 14.4.- Falla en el sensor de presión. PAGINA 52 Manual de operación y servicio 16.- Válvula de seguridad de vapor calibrada por sobre-presión. Con certificado de válvula. PAGINA 81, Manual de operación y servicio 17.- Filtros de aire de 0.01 micrones, con ficha técnica. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 18.- Manómetro indicadores de presión de la cámara interna con certificado de calibración. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 19.- Sistema de paro de emergencia del equipo por sobrecalentamiento. PAGINA 51, Manual de operación y servicio 20.- Con sistema de sellado hermético con sello de silicón (empaque). PAGINA 71, Manual de operación y servicio 21.- Marco y panel frontal de acero inoxidable Tipo 304. Con certificado de fabricación a nombre fabricante. PAGINA 15, Manual de operación y servicio	5	EQUIPO	$ 29,000.00	$ 145,000.00	

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-70/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

FEHLMEX S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	22.- Deposito de agua en acero inoxidable 304, inter-construido como parte del equipo, con certificado de material. PAGINA 15, Manual de operación y servicio 23.- Salida manual de agua a drenaje. PAGINA 70, Manual de operación y servicio 24.- Un sensor de temperatura PT 100 PAGINA 51, Manual de operación y servicio 25.- Generación de vapor por medio de resistencias sumergibles. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 26.- Transductores de presión absoluta. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 27.-Sistema de nivelación. PAGINA 8, Manual de operación y servicio 28.- ACCESORIOS: PÁGINA 85, 86 Manual de operación y servicio 29.- Charolas de acero inoxidable 304 (3 piezas). PAGINA 15, 17, 86, Manual de operación y servicio 30.- Soporte de charolas de acero inoxidable 304. PAGINA 17, 86, Manual de operación y servicio 31.- INSTALACIÓN: 127 V / 60 Hz. PAGINA 13, Manual de operación y servicio 32.- Potencia 1200 watts. PAGINA 14, Manual de operación y servicio 33.- Dimensiones externas ancho 584 mm X alto 432 mm X profundidad 617 mm. PAGINA 14, Manual de operación y servicio NORMAS Y CERTIFICADOS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES PARA PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO Registro sanitario de acuerdo al modelo ofertado, Certificado ASME vigente a nombre del fabricante , ISO 9001:2008, ISO 13485 en donde se muestre el alcance del producto ofertado Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (Vigente), NOM-003-SCFI-2000.					
	SUBTOTAL				$ 145,000.00	$ -
	IVA				$ 23,200.00	$ -
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				$ 168,200.00	$ -
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					$ -

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1E : $ -

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISO:

MARTIN QUIAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1C					
8	513.810.0051 SILLAS DE RUEDAS PLEGABLE (DESCANSA PIES). Cat. Pág.2 NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. SE ADJUNTA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. SE ADJUNTA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A CONSIDERAR, LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON IGUALES O SUPERIOES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	113	PZA	$ 2,300.00	$ 259,900.00	$ 259,900.00
	SUBTOTAL				$ 259,900.00	**$ 259,900.00**
	IVA				$ 41,584.00	$ 41,584.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 301,484.00**	**$ 301,484.00**
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					**$ 301,484.00**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1C: **$ 301,484.00**

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

ELABORÓ:

LIC. HECTOR JUAREZ BERISTAIN
AREA DE LICITACIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

VALIDÓ:

CRISTHIAN ERICK TEMOLTZIN CARRETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL O.P.D. REPSS

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
1	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL 3455 L. Cat. Pág. única 1. CAPACIDAD: 3,455 L. DESCRIPCIÓN 2. REGULADOR: DESMONTABLE. 0-15 LPM. COD. 4730. 3. INCLUYE: CÁNULA, 4. ADAPTADOR DE CÁNULA. 5. HUMIDIFICADOR, 6. CARRO PORTA CILINDRO. Marca: Mada Modelo: 1833AE.-15C	**178**	**Pieza**	$ 7,196.00	$ 1,280,888.00	$ **1,280,888.00**
4	MONITOR DOPPLER FETAL PORTÁTIL (BATERIA DE REPUESTO) Cat. Pág. Única Marca: SONICMED Modelo: SE-175 Procedencia: México	**183**	**Pieza**	$ 2,900.00	$ 530,700.00	$ **530,700.00**
5	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2 9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 y manual pág. 69 Marca: Medela Modelo: Vario 18 Procedencia: Suiza	**178**	**Pieza**	$ 18,150.00	$ 3,230,700.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
6	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 1. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. Cat. Pág.2 2. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, Cat. Pág.2 3. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, Cat. Pág.3 4. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. Cat. Pág.4 5. CON AL MENOS 5 APERTURAS. Cat. Pág.4 6. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS O MAYOR. Cat. Pág.4 7. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. Cat. Pág.5 8. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. Cat. Pág.5 9. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. Cat. Pág.4 10. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. Cat. Pág.6 11. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. Cat. Pág.6 12. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. Cat. Pág.5 Marca: Riester Modelo: ri-scope, 3750.003 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ 5,700.00	$ 1,014,600.00	$ 1,014,600.00
7	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ 1,100.00	$ 195,800.00	$ 195,800.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
8	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. Cat. Pág.2 1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. Cat. Pág.2 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. Cat. Pág.2 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. Cat. Pág.2 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. Cat. Pág.2 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. Cat. Pág.2 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. Cat. Pág.2 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. Cat. Pág.2 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. Cat. Pág.2 Marca: Riester Modelo: Anestophon 4177-01 Procedencia: Alemania	**178**	**Pieza**	$ 270.00	$ 48,060.00	$ **48,060.00**
9	OXIMETRO DE PULSO ADULTO. Cat. Pág. única Marca: HERGOM Modelo: MD300 Procedencia: U.S.A.	**186**	**Pieza**	$ 750.00	$ 139,500.00	$ **139,500.00**
10	ESTERILIZADOR EN SECO CON 3 CHAROLAS. Cat. Pág. única Marca: LORMA Modelo: M072 Procedencia: MÉXICO	178	Pieza	$ 3,900.00	$ 694,200.00	$ **694,200.00**
11	FOCO DE REPUESTO ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. Cat. Pág. 2 Marca: Riester Modelo: 10607-1 Procedencia: Alemania	**178**	**Pieza**	$ -	$ -	
14	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD 90 LITROS. Cat. Pág. 1 Marca: Anelsam Modelo: S/M Procedencia: E.U.A.	**52**	**Pieza**	$ 12,350.00	$ 642,200.00	$ **642,200.00**

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
15	AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. Catálogo Página única 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 2. INDICADOR DE PRESION, 3. INDICADOR DE TEMPERATURA. 4. VALVULA DE SEGURIDAD. 5. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 1. CAPACIDAD 12 LITROS 2. CON DOS CHAROLAS, 3. CAMARA DE 22X33 CMS. 4. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 5. VOLTAJE 127 VOLTS. 6. POTENCIA 1200 WATTS. Marca: Cristofoli Modelo: Vitale 12 Procedencia: Brasil	25	Pieza	$ 17,900.00	$ 447,500.00	$ 447,500.00
16	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. Cat. Pág.2 2. CONSUMO DE 40 WATTS. Cat. Pág.2 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. Cat. Pág.1 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, Cat. Pág.2 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). Cat. Pág.2 Marca: Satelec Modelo: P5 Booster	25	Pieza	$ 14,750.00	$ 368,750.00	$ 368,750.00
	SUBTOTAL				$ 8,592,898.00	$ 5,362,198.00
	IVA				$ 1,374,863.68	$ 857,951.68
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 9,967,761.68**	**$ 6,220,149.68**
	MONTO ACEPTADO PORPROVEEDOR:					**$ 6,220,149.68**
	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1A:	**$**			**6,220,149.68**	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1E					
6	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	25	Pieza	$ 1,100.00	$ 27,500.00	$ 27,500.00
7	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. Cat. Pág.2 1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. Cat. Pág.2 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. Cat. Pág.2 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. Cat. Pág.2 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. Cat. Pág.2 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. Cat. Pág.2 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. Cat. Pág.2 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. Cat. Pág.2 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. Cat. Pág.2 Marca: Riester Modelo: Anestophon 4177-01 Procedencia: Alemania	16	Pieza	$ 270.00	$ 4,320.00	$ 4,320.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
9	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 1. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. Cat. Pág.2 2. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, Cat. Pág.2 3. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, Cat. Pág.3 4. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. Cat. Pág.4 5. CON AL MENOS 5 APERTURAS. Cat. Pág.4 6. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS O MAYOR. Cat. Pág.4 7. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. Cat. Pág.5 8. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. Cat. Pág.5 9. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. Cat. Pág.4 10. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. Cat. Pág.6 11. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. Cat. Pág.6 12. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. Cat. Pág.5 Marca: Riester Modelo: ri-scope, 3750.003 Procedencia: Alemania	10	Pieza	$ 5,700.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00
17	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE CON RESPALDO. Catálogo página 2 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. 2. TUBO DE ACERO DE 22.2 MM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 3. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 16 MM. DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 4. HUSILLO FIJO EN EL ASIENTO PARA AJUSTE DE ALTURA PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 22.2 mm DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 5. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO 6. RESPALDO DE LAMINA DE ACERO DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X ALTURA MÁXIMA 97.5 CM. Marca: Promedimex Modelo: S/M Procedencia: México	6	Pieza	$ 855.00	$ 5,130.00	$ 5,130.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
18	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE SIN RESPALDO, Catálogo página 2 1. ASIENTO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE, 2. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO, 3. PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO , 4. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO , 5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, CON HUSILLO, DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X 45 A 55 CM DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	4	Pieza	$ 660.00	$ 2,640.00	$ 2,640.00
19	BOTE DE BASURA DE PEDAL. Catálogo página 2 1. DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROFUNDIDAD QUE PERMITAN ACCIONAR MECANISMO, 2. ESTRUCTURA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 3. MECANISMO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA, 4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12, ACABADO GALVANIZADO CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM. DE ESPESOR. 5. TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES 26X26X60. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	9	Pieza	$ 1,117.50	$ 10,057.50	$ 10,057.50

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
20	UNIDAD DENTAL Cat. Pág. única SILLON HIDRAULICO Y MECANICO: SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. Cat. Pág. única b) EL ASIENTO SE ACCIONA POR LA PALANCA CROMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. EL TREN DELENBOURG CUENTA CON UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. Cat. Pág. única TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS CUENTAN CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE. ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. EL TRIMODULAR CUENTA CON JERINGA TRIPLE Y CONEXIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD SE OPERAR OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DE PRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERE AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. CUENTA CON CONEXION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA SE ENCUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TARJA DE CERÁMICA AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA SON DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO. Cat. Pág. única Marca: Peymar Modelo: Constelación Procedencia: México	7	Pieza	$ 26,900.00	$ 188,300.00	$ 188,300.00
21	CORTINA ANTIBACTERIANA Cat. Pág. Única CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 40CM, INCLUYE: 1. BASE DE RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN ACABADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA BLANCA, CON CORREDERAS MAQUINA DE NYLON AUTO DESLIZABLE DE ALTA RESISTENCIA Y GANCHO DE METAL CROMADO. 2. COLOR DUNE. LAS DIMENSIONES DE LA CORTINA SON LAS SIGUIENTES 3.00 MT. DE LONGITUD X 2.30 DE ALTURA Marca: Dimedic Modelo: S / M Procedencia: México	16	Pieza	$ 2,260.00	$ 36,160.00	$ 36,160.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
24	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL. Catálogo página 2 1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA. 2. GABINETE INFERIOR,. 3. POSICION A BASE DE CREMALLERA. 4. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO. 5. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL. 6. ESTRUCTURA TUBULAR EN 1 1/4 CAL. 18 CROMADA. 7. HOMBRERA SUJETADOR Y VOLANTE LAVABLE. 8. DOS CREMALLERAS. 9. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL 10. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 5,100.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00
26	TRIPIE PORTA SUEROS. Catálogo página 2 1. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 1/2 " DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 2. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO CAL. 16, FUNDICION GRIS ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO ACABADO CROMADO, 4. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION. 5. RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 2" DE HULE COLOR NEGRO, 6. TUBULAR DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	3	Pieza	$ 1,035.00	$ 3,105.00	$ 3,105.00
27	VITRINA CONTRAMURO PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL DE 90 CM. Catálogo página 2 1. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO, CAL. 18, ACABADA EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, 3. ENTREPAÑOS DE VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS, 4. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, DIMENSIONES GENERALES: 090X0.2X0.6 MT Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	5	Pieza	$ 1,950.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
28	Catálogo página 2 APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. 1. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. 2. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. 3. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. 4. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA 5. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. 6. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. Marca: Promedimex Modelo: SD-5 Procedencia: México	1	Pieza	$ 9,340.00	$ 9,340.00	$ 9,340.00
32	BOTE DE BASURA DE CAMPANA Catálogo página 2 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 2. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. No. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS, 3. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE, 4. CON EJES DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 ACABADO PULIDO MATE. DIMENSIONES GENERALES 0.40 X 0.26 X 0.68 M DE ALTURA Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	75	Pieza	$ 1,140.00	$ 85,500.00	$ 85,500.00
33	BURÓ HOSPITALARIO CON CAJÓN. Catálogo página 2 1. ESMALTADO LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. 2. CUBIERTA DE MELAMINA. 3. CAJÓN Y PUERTA CON JALADERA EMBUTIDA. 4. ENTREPAÑO METÁLICO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA. MEDIDAS GENERALES: 45 X 35 X 80 CM Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 1,410.00	$ 2,820.00	$ 2,820.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
35	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS Catálogo página 2 1. CUBIERTAS DE HULE NATURAL DE 4 mm. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 1" X 1" ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 VISTA PERIMETRAL ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.40 X 0.50 X 0.33 DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 855.00	$ 1,710.00	$ 1,710.00
36	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	2	Pieza	$ 1,100.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
38	MESA PASTEUR DIMENSIONES 64X47X100 CM. 1. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, 4. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 2,682.50	$ 5,365.00	$ 5,365.00
39	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD: 90LITROS Catálogo página 1 Marca: Anelsam Modelo: S/M Procedencia: E.U.A.	3	Pieza	$ 12,350.00	$ 37,050.00	$ 37,050.00
40	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. Cat. Pág.2 2. CONSUMO DE 40 WATTS. Cat. Pág.2 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. Cat. Pág.1 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, Cat. Pág.2 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). Cat. Pág.2 Marca: Satelec Modelo: P5 Booster Procedencia: Francia	5	Pieza	$ 14,750.00	$ 73,750.00	$ 73,750.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
41	AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. Catálogo Página única 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 2. INDICADOR DE PRESION, 3. INDICADOR DE TEMPERATURA. 4. VALVULA DE SEGURIDAD. 5. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 1. CAPACIDAD 12 LITROS 2. CON DOS CHAROLAS, 3. CAMARA DE 22X33 CMS. 4. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 5. VOLTAJE 127 VOLTS. 6. POTENCIA 1200 WATTS. Marca: Cristofoli Modelo: Vitale 12 Procedencia: Brasil	5	Pieza	$ 17,900.00	$ 89,500.00	$ 89,500.00
43	ROBOTINES DENTALES PORTATILES. Catálogo Único Marca: Anelsam Modelo: S / M Procedencia: E.U.A.	4	Pieza	$ 13,100.00	$ 52,400.00	$ 52,400.00
44	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2 9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 manual pág. 69 Marca: Medela Modelo: Vario 18 Procedencia: Suiza	2	Pieza	$ 18,150.00	$ 36,300.00	$ 36,300.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
47	BIOMBO DOBLE DE 2 X 0.80 METROS METAL Catálogo página 2 Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 1,850.00	$ 3,700.00	$ 3,700.00
48	CARRO PARA CURACIONES. Catalogo pagina 2 1. ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO ACABADO CROMADO. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. 4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 5. PROTECTOR DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 " DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO PULIDO. 6. RODAJAS DE HULE NATURAL MACIZO DE 4" DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.80 X 0.50 X 1.05 DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	1	Pieza	$ 4,640.00	$ 4,640.00	$ 4,640.00
	SUBTOTAL				$ 758,437.50	$ 758,437.50
	IVA				$ 121,350.00	$ 121,350.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 879,787.50**	**$ 879,787.50**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1E: **$ 879,787.50**

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN COYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ABSTEL SA DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1C					
6	531.191.0417 "CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, DESFIBRILADOR-MONITOR. DESFIBRILADOR MARCA: PRIMEDIC MODELO: EVO 2 PROCEDENCIA: ALEMANIA DEFINCIÓN: UN CARRO RODABLE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR Y EL MONITOREO DE ALGUNOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, QUE CONCENTRA EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS. INCLUYE DESFIBRILADOR CON MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, BOLSAS DE REANIMACIÓN Y EQUIPO DE INTUBACIÓN CON TANQUE DE OXÍGENO. DESCRIPCIÓN: 1. CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. FOLLETO 1 PAG. 1,FOLLETO 5 PAG. 1 2. CARRO DE EMERGENCIA. FOLLETO 1 PAG. 4 2.1. DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO DE UNA SOLA PIEZA Y MESA EXTRAÍBLE. FOLLETO 1 PAG. 1 2.2. DIMENSIONES: LONGITUD DE 91 CMS, 61 CMS DE FONDO Y 100 CMS DE ALTO FOLLETO 1 PAG. 7 2.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. FOLLETO 1 PAG. 1 2.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. FOLLETO 1 PAG. 7 2.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. FOLLETO 1 PAG. 7 2.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR- MONITOR: FOLLETO 1 PAG. 4 2.6.1. CON CAPACIDAD DE GIRO. FOLLETO 1 PAG. 4 2.6.2. CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. FOLLETO 1 PAG. 4 2.6.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. FOLLETO 1 PAG. 4 2.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. FOLLETO 1 PAG. 4 2.8. CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO: FOLLETO 1 PAG. 4 2.8.1. UN CAJÓN CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. FOLLETO 1 PAG. 7 2.9. SISTEMA DE SEGURIDAD. FOLLETO 1 PAG. 7 2.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. FOLLETO 1 PAG. 7 2.10. CON POSTE PORTAVENOCLÍSIS CON AJUSTE DE ALTURA E INTEGRADO. FOLLETO 1 PAG. 4 2.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO FOLLETO 1 PAG. 4 Y MANUAL 2 PAG. 26 2.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. FOLLETO 1 PAG. 1 2.13.CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. FOLLETO 1 PAG. 4 3. REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE). FOLLETO 2 PAG. 1 3.1. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. FOLLETO 2 PAG. 1	41	EQUIPO	$315,900.00	$ 12,951,900.00	$ 12,951,900.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ABSTEL SA DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
7	531. 328.0181 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CORTE Y HEMOSTASIA DE TEJIDOS POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO. MODELO: SULTRON 300 MARCA: LED PROCEDENCIA: COMUNIDAD EUROPEA DESCRIPCIÓN: 1.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICRO CONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. 2.- SALIDA MONOPOLAR: FICHA TECNICA, PAGINA 1 2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS. DOS CANALES DE SALIDA PARA CORTE MONOPOLAR, CON SUS DOS CONTROLES INDEPENDIENTES. FOLLETO, PAGINA 2 Y FICHA TECNICA, PAGINA 1 2.2.- CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS FOLLETO, PAGINA 2 2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 WATTS. FOLLETO, PAGINA 2 3.- SALIDA BIPOLAR: FICHA TECNICA, PAGINA 1 3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 80 WATTS. FOLLETO, PAGINA 2 3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. FICHA TECNICA, PAGINA 1 4.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO: FICHA TECNICA, PAGINA 1 4.1.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTAdO AL GENERADOR. DEBE CONTAR CON SISTEMA QUE SE ADAPTA AUTOMATICAMENTE A LA POTENCIA. FOLLETO, PAGINA 3 Y FICHA TECNICA PAGINA 1 4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. FOLLETO, PAGINA 3 Y FICHA TECNICA, PAGINA 1 5.- FRECUENCIA DE SALIDA. FICHA TECNICA PAGINA 2 5.1.- FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 425 KHZ. LAS FICHA TECNICA , PAGINA 2 AUTOMATICAMENTE COMPENSADAS ANTES DE INICIAR LA ENTREGA DE LA POTENCIA DE ALTA FRECUENCIA. FOLLETO PAGINA 2 6.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD FICHA TECNICA, PAGINA 1 6.1.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. FICHA TECNICA, PAGINA 1 6.2.-POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. FICHA TECNICA, PAGINA 1 7.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. FICHA TECNICA, PAGINA 1 8.- EVACUADOR DE HUMO, DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 1 8.1.- CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FUNCIONES: SUCCIÓN REGULABLE, PRE FILTRADO PARA CAPTURAR PARTÍCULAS DE AL MENOS 0.12 MICRAS. FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2 8.2.- INDICADOR DE VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS. FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2 8.3.- CONTROL DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA AL ACTIVARSE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. ACCESORIOS: TODOS DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. FICHA TECNICA EVACUADOR, PAGINA 2	10	EQUIPO	$ 230,000.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ABSTEL SA DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
9	531.168.0069 "ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA DETECTAR, REGISTRAR Y GRABAR LAS SEÑALES ELÉCTRICAS PRODUCIDAS POR LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN Y REPRODUCIR ESTAS SEÑALES, (VOLTAJE VS. TIEMPO) COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), NORMALMENTE EN FORMATO IMPRESO PERO TAMBIÉN EN PANTALLA O EN SOPORTE DIGITAL PARA USO POSTERIOR. EL DISPOSITIVO TAMBIÉN PUEDE INCLUIR UNA VARIEDAD DE FUNCIONES, POR EJEMPLO REGISTRO MONOCANAL O MULTICANAL, CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CAPACIDAD INTERPRETATIVA, PRUEBAS DURANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL PACIENTE MODELO: 08MT PLUS MARCA: BTL PROCEDENCIA: INGLATERRA DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN: 1.1.- CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.2.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO.FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.3.- TECLADO ALFANUMÉRICO EN PANTALLA Y TECLAS DE FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL PANEL FRONTAL. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.4.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 2,000 HZ / 12 DERIVACIONES. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.5.- FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE 3 A 4 HORAS DE REGISTRO CONTINUO O 15 MTS DE IMPRESIÓN CONTINUA. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.6.- FILTROS: FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.6.1.- FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.6.2.- FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ Y 25 HZ. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.6.3.- FILTRO DE LÍNEA BASE DE 0.125 (1.5 S), 0.25 (0.6S), 0.5 (0.3S), 1.5 (0.1S) SPLINES FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.7.- FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR DE 150 HZ. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.8.- FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO DE 0.04 HZ. FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.9.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.10.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.11.- TOMA DE RITMOS DE UNA O DOS DERIVACIONES (A ELECCIÓN DEL USUARIO) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE ARRITMIAS. CON DIEZ FORMATOS PROGRAMABLES PARA TOMA DE RITMOS. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.12.- COMPLEJOS PROMEDIOS DE ECG CON MARCAS. FICHA TECNICA, PAGINA 1 1.13.- RESOLUCION DIGITAL DE 3.9 UV FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.14.- CONVERSIÓN A/D 13 BITS FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.15.- RANGO DINÁMICO 15.9 MV MANUAL PAGINA 42, 1.16.- VOLTAJE DE POLARIZACIÓN ± 400 MV FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.17.- VOLTAJE MÁXIMO CONSISTENTE ± 5 V FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.18.- IMPEDANCIA DE ENTRADA > 20 MΩ FICHA TECNICA, PAGINA 2 1.19.- RAZÓN DE RECHAZO A MODO COMÚN > 100 DB FICHA TECNICA, PAGINA 2	18	EQUIPO	$ 69,500.00	$ 1,251,000.00	$ 1,251,000.00
	SUBTOTAL				$ 16,502,900.00	$ 16,502,900.00

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-030/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ABSTEL SA DE CV

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	IVA				$ 2,640,464.00	**$ 2,640,464.00**
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 19,143,364.00**	**$ 19,143,364.00**
	MONTO ACEPTADO PORPROVEEDOR:					**$ 19,143,364.00**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1C : **$ 19,143,364.00**

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

ELABORÓ:

LIC. HECTOR JUAREZ BERISTAIN
AREA DE LICITACIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

VALIDÓ:

CRISTHIAN ERICK TEMOLTZIN CARRETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL O.P.D. REPSS

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: FISCHER MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
4	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES CLAVE: 531.292.0019 ESPECIALIDAD (ES): OBSTETRICIA SERVICIO (S): OBSTETRICIA. TOCOCIRUGIA DESCRIPCIÓN: 1. EQUIPO PORTATIL, 2. QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, 3. POR METODO NO INVASIVO, 4. POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: 5. TRANSDUCTOR PARA USO ESPECIFICO EN OBSTETRICIA; 6. CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SENAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. 7. QUE OPERE CON BATERIAS RECARGABLES O DESECHABLES. SE OFERTAN CON BATERIAS DESECHABLE 8. INDICACION EN PANTALLA DE BATERIA BAJA. 9. APAGADO AUTOMATICO. 10. BOCINA. 11. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 12. PROCESADO DE AUTOCORRELACION REFACCIONES LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: 13. AUDIFONOS CON CONECTOR CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 14. GEL CONDUCTOR. 15. BATERIAS RECARGABLES O DESECHABLES SE OFERTA CON BATERIAS DESECHABLES. INSTALACIÓN. CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ (NO REQUIERE) OPERACIÓN. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO MARCA: DANATECH MODELO: SONOTRAX BASIC PROCEDENCIA: USA	**183**	**EQUIPO**	$ 3,000.00	$ 549,000.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: FISCHER MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
9	9 DEL ANEXO 1A OXÍMETRO DE PULSO CLAVE: 531.667.0081 ESPECIALIDAD (ES): MÉDICAS Y QUIRURGICAS. SERVICIO (S): EQUIPO PARA LA MEDICION Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE PERIFERICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 1. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE. 2. FRECUENCIA CARDIACA. 3. CURVA DE PLETISMOGRAFIA. 4. TENDENCIAS DE SATURACION DE OXIGENO. 5. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. 6. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. 7. TECLADO. 8. VOLUMEN PARA TONO DE PULSO, AJUSTABLE. 9. DIMENSIONES Y PESO REFACCIONES LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 10. SALIDA DIGITAL PARA CONEXION A IMPRESORA O COMPUTADORA. 11. QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJA PERFUSION. 12. BATERIA RECARGABLE. 13. SENSORES REUTILIZABLES: DE DEDO TAMAÑO ADULTO CONSUMIBLES: NO REQUIERE INSTALACIÓN. 14. CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ OPERACIÓN. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO MARCA: DST MODELO: DS-1000 PROCEDENCIA: USA EQUIPO 186 $7,990.00 MN $1,486,140.00 MN	186	EQUIPO	$ 7,990.00	$ 1,486,140.00	
	SUBTOTAL				$ 2,035,140.00	$ -
	IVA				$ 325,622.40	$ -
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 2,360,762.40**	$ -
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					**$ -**
	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO :	**$**			**-**	

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DE LICITANTE: DELCA CIENTIFICA S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
17	1. REFRIGERADORES PARA VACUNAS. LOS REFRIGERADORES PARA VACUNAS ESTAN DISEÑADOS PARA DAR UN CORRECTO ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMO VACUNAS DE VIRUS VIVOS, MEDICAMENTOS Y REACTIVOS. MARCA: VICTER MODELO: VPC 200-INOX-10C PROCEDENCIA: MEXICO Ver página A de catálogo. 2.PUERTA SOLIDA LISA Y SIN MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE 304. Ver página B de catálogo. 3. EMPAQUE MAGNETICO QUE OFRECE UN SELLADO HERMETICO. Ver página B de catálogo. 4. ENFRIAMIENTO POR CONVECCION CON UN CONGELADOR COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR EN LA PARTE TRASERA PARA LOGRAR UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE. Ver página B de catálogo. 5. PUERTA SOLIDA LISA Y SIN MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE 304. AISLADA CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE LISA SIN MOLDURAS , ANAQUELES, NI RETENES. Ver página A de catálogo. 6. CUATRO PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. Ver página B de catálogo. 7. CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE POR DUPLICADO QUE NO CONTACTA EL INTERIOR, AISLADA CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR. Ver página B de catálogo. 8. COMPRESOR HERMETICAMENTE SELLADO, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. CONDENSADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO. ENFRIAMIENTO POR CONVECCION CON UN CONGELADOR COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR EN LA PARTE TRASERA PARA LOGRAR UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE. Ver página B de catálogo. 9. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. Ver página B de catálogo. 10. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. Ver página B de catálogo. 11. CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C (CONFIGURABLE) EN TEMPERATURAS AMBIENTALES DE HASTA 42 °C. Ver página B de catálogo. 12. PARO ARRANQUE AUTOMATICO. Ver página B de catálogo. 13. ILUMINACION INTERIOR EN LUZ BLANCA (LUZ FRIA) AL ABRIR LA PUERTA. Ver página B de catálogo. 14. DESHIELO AUTOMATICO POR RESISTENCIA. Ver página B de catálogo. 15. GRAFICADOR DE TEMPERATURA PARA SIETE DIAS CON RANGO DE -50°C A 50°C. Ver página B de catálogo. 16. PARRILLAS 3 Ver página A de catálogo. PARRILAS AJUSTABLES, MENSULAS Y CREMALLERAS EN ACERO INOXIDABLE. DOS CHAROLAS POR PARRILLA PERFORADAS UNIFORMEMENTE, SIN ESQUINAS, EN ACERO INOXIDABLE. Ver página B de catálogo. 17. AISLADO CON POLIURETANO DE 38 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC. Ver página B de catálogo	5	PIEZA	$ 44,945.00	$ 224,725.00	

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA

Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DE LICITANTE: DELCA CIENTIFICA S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	17. AISLADO CON POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC. Ver página B de catálogo. 18. PANELES EXTERNOS E INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE 304. SIN PARTES FILOSAS, REBABAS O SOBRANTES DE MATERIAL. Ver página B de catálogo. 19. DOS CHAROLAS POR PARRILLA PERFORADAS UNIFORMEMENTE, SIN ESQUINAS, EN ACERO INOXIDABLE. Ver página B de catálogo. 20. ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL CON BATERIA DE RESPALDO AUTORECARGABLE PARA 48 HORAS (CUENTA CON INDICADOR EN CASO DE BATERIA BAJA) PARA LOS SIGUIENTES CASOS: *TEMPERATURAS MAYORES A 8°C Y MENORES A 2°C (CONFIGURABLE), FALLA DE SUMINISTRO ELECTRICO, PUERTA ABIERTA POR MAS DE 1 MINUTO (CONFIGURABLE), FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA, BATERIA BAJA. Ver página B de catálogo.					
	SUBTOTAL				$ 224,725.00	$ -
	IVA				$ 35,956.00	$ -
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				$ 260,681.00	$ -
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					$ -

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO : $ -

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: GRADO MEDICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Falta propuesta en acta económica

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1E					
44	1.- UNIDAD DENTAL: SILLON HUDRAULICO Y MECANICO: REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL 2.- SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H b) EL ASIENTO DE ACCIONA POR LA PALANCA CROMODA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. FOLLETO EQUIPO DENTAL 3.- EL TREN DELLENBOURG CUENTA CN UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 4.- TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS DEBEN CONTAR CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y FOLLETO MODELO 2011A-H 5.- ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL 6.- TRIMODULAR DEBE CONTAR CCON JERINGA TRIPLE Y CONECCIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 7.- LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DEBE DE OPERARSE OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DEPRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERA AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 8.-DEBE CONTAR CON CONECCION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA E CUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TRAJA DE ACERO INOXIDABLE O DE POLICARBONATO AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA DEBEN SER DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO. REF, FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL MARCA: CONFORTE MODELO 2011A-NH PROCEDENCIA:NACIONAL (MÉXICO)	7	PZA	NO COTIZO	NO COTIZO	
	SUBTOTAL				$ -	$ -
	IVA				$ -	$ -
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				$ -	$ -
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					$ -

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO : $ -

Fecha de elaboración: viernes, 26 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SALUD DE TLAXCALA
Dirección de Administración
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Edgar

OF/RM/01808/08/2016

Asunto: Dictamen Económico GET-LPN-070/2016

Santa Ana Chiautempan, Tlax., agosto 26 del 2016

Lic. Alejandra Flores Montalvo
Encargada de la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, de Gobierno del Estado
P r e s e n t e.

Derivado del oficio No. REPSS/DG/00941/2016 signado por el Dr. José Hipólito Sánchez Hernández, Director General de O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mediante el cual se realiza el dictamen y validación a las propuestas económicas de los anexos 1B y 1C, así mismo el Dr. Mario Francisco Palacios Alcalá, Jefe de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Atención Primaria a la Salud en relación a los anexos 1A y 1E a las respectivas propuestas económicas presentadas por los licitantes participantes en la Licitación Publica Nacional GET-LPN-070/2016 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio. Anexo al presente el dictamen económico, información que ya fue enviada vía correo electrónico.

No omito informar que las partida 1 del anexo 1C se cancela de conformidad al punto 16.5, y las partidas 2, 3, 11, 12 y 13 correspondiente al anexo 1A, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 42, 45, 46, 49, 50, 51 y 52 pertenecientes al Anexo 1E se declaran desiertas de acuerdo al punto 16.8 de las bases de la presente licitación.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALIA MAYOR
29 AGO 2016
8:55
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES

ATENTAMENTE

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala

Elaboró

Lic. Héctor Juárez Beristain
Apoyo Administrativo

Revisó

C.P. Martín Cervantes Carreto
Jefe de Oficina de Adquisiciones

Vo. Bo.

Lic. Velia Carrasco Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Copias:
Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento.
Dr. José Hipólito Sánchez Hernández.- Director General del O.P.D. REPSS.- Mismo fin.
Lic. Stefano Pierluigi Capasso Gamboa.- Contralor Interno del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Mismo fin.

Meps

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
1	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL 3455 L. Cat. Pág. única 1. CAPACIDAD: 3,455 L. DESCRIPCIÓN 2. REGULADOR: DESMONTABLE. 0-15 LPM. COD. 4730. 3. INCLUYE: CÁNULA, 4. ADAPTADOR DE CÁNULA. 5. HUMIDIFICADOR, 6. CARRO PORTA CILINDRO. Marca: Mada Modelo: 1833AE.-15C	178	Pieza	$ 7,196.00	$ 1,280,888.00	$ 1,280,888.00
4	MONITOR DOPPLER FETAL PORTÁTIL (BATERIA DE REPUESTO) Cat. Pág. Única Marca: SONICMED Modelo: SE-175 Procedencia: México	183	Pieza	$ 2,900.00	$ 530,700.00	$ 530,700.00
5	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2 9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 y manual pág. 69 Marca: Medela Modelo: Vario 18 Procedencia: Suiza	178	Pieza	$ 18,150.00	$ 3,230,700.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
6	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 1. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. Cat. Pág.2 2. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, Cat. Pág.2 3. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, Cat. Pág.3 4. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. Cat. Pág.4 5. CON AL MENOS 5 APERTURAS. Cat. Pág.4 6. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS O MAYOR. Cat. Pág.4 7. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. Cat. Pág.5 8. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. Cat. Pág.5 9. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. Cat. Pág.4 10. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. Cat. Pág.6 11. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. Cat. Pág.6 12. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. Cat. Pág.5 Marca: Riester Modelo: ri-scope, 3750.003 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ 5,700.00	$ 1,014,600.00	$ 1,014,600.00
7	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ 1,100.00	$ 195,800.00	$ 195,800.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
8	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. Cat. Pág.2 1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. Cat. Pág.2 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. Cat. Pág.2 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. Cat. Pág.2 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. Cat. Pág.2 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. Cat. Pág.2 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. Cat. Pág.2 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. Cat. Pág.2 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. Cat. Pág.2 Marca: Riester Modelo: Anestophon 4177-01 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ 270.00	$ 48,060.00	$ 48,060.00
9	OXIMETRO DE PULSO ADULTO. Cat. Pág. única Marca: HERGOM Modelo: MD300 Procedencia: U.S.A.	186	Pieza	$ 750.00	$ 139,500.00	$ 139,500.00
10	ESTERILIZADOR EN SECO CON 3 CHAROLAS. Cat. Pág. única Marca: LORMA Modelo: M072 Procedencia: MÉXICO	178	Pieza	$ 3,900.00	$ 694,200.00	$ 694,200.00
11	FOCO DE REPUESTO ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. Cat. Pág. 2 Marca: Riester Modelo: 10607-1 Procedencia: Alemania	178	Pieza	$ -	$ -	
14	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD 90 LITROS. Cat. Pág. 1 Marca: Anelsam Modelo: S/M Procedencia: E.U.A.	52	Pieza	$ 12,350.00	$ 642,200.00	$ 642,200.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
15	AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. Catálogo Página única 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 2. INDICADOR DE PRESION, 3. INDICADOR DE TEMPERATURA. 4. VALVULA DE SEGURIDAD. 5. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 1. CAPACIDAD 12 LITROS 2. CON DOS CHAROLAS, 3. CAMARA DE 22X33 CMS. 4. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 5. VOLTAJE 127 VOLTS. 6. POTENCIA 1200 WATTS. Marca: Cristofoli Modelo: Vitale 12 Procedencia: Brasil	25	Pieza	$ 17,900.00	$ 447,500.00	$ 447,500.00
16	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. Cat. Pág.2 2. CONSUMO DE 40 WATTS. Cat. Pág.2 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. Cat. Pág.1 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, Cat. Pág.2 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). Cat. Pág.2 Marca: Satelec Modelo: P5 Booster	25	Pieza	$ 14,750.00	$ 368,750.00	$ 368,750.00
	SUBTOTAL				$ 8,592,898.00	$ 5,362,198.00
	IVA				$ 1,374,863.68	$ 857,951.68
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 9,967,761.68**	**$ 6,220,149.68**
	MONTO ACEPTADO PORPROVEEDOR:					**$ 6,220,149.68**
	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1A:	**$**			**6,220,149.68**	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1E					
6	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	25	Pieza	$ 1,100.00	$ 27,500.00	$ 27,500.00
7	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. I INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO CROMADO. Cat. Pág.2 1.1.1 ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO. Cat. Pág.2 2. OLIVAS FEXIBLES FABRICADAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES. Cat. Pág.2 3. TUBO FLEXIBLE DE PVC CON UN LARGO DE 77 CM. Cat. Pág.2 4. CAPSULA SENCILLA PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ALUMINIO. Cat. Pág.2 4.1 CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. Cat. Pág.2 5. CAPSULA PARA MEMBRANA DE 4.8 CM DE DIAMETRO. Cat. Pág.2 5.1 MEMBRANA ACUSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE PLASTICO PARA FRECUENCIA DE 100 A 1.500 HZ. Cat. Pág.2 5.2. CON ANILLO DE ROSCA. OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACUSTICO. Cat. Pág.2 Marca: Riester Modelo: Anestophon 4177-01 Procedencia: Alemania	16	Pieza	$ 270.00	$ 4,320.00	$ 4,320.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
9	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO EQUIPO DE LUZ LED Y FIBRA OPTICA, UTILIZANDO EN LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. 1. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE LUZ LED DE 3.5 VOLTS CON FIBRA OPTICA. Cat. Pág.2 2. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS, Cat. Pág.2 3. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, Cat. Pág.3 4. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTS. Cat. Pág.4 5. CON AL MENOS 5 APERTURAS. Cat. Pág.4 6. Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS O MAYOR. Cat. Pág.4 7. MANGO METALICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO C. Cat. Pág.5 8. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. Cat. Pág.5 9. ACOPLAMIENTO DEL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECANICO DE GIRO. Cat. Pág.4 10. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. Cat. Pág.6 11. ESPECULO REUSABLE, PORTA ABATELENGUAS O PORTA ABAJA LENGUAS O PALAS BAJA LENGUA. Cat. Pág.6 12. INCLUYE. BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. Cat. Pág.5 Marca: Riester Modelo: ri-scope, 3750.003 Procedencia: Alemania	10	Pieza	$ 5,700.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00
17	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE CON RESPALDO. Catálogo página 2 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. 2. TUBO DE ACERO DE 22.2 MM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 3. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 16 MM. DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 4. HUSILLO FIJO EN EL ASIENTO PARA AJUSTE DE ALTURA PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 22.2 mm DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 5. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO 6. RESPALDO DE LAMINA DE ACERO DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X ALTURA MÁXIMA 97.5 CM. Marca: Promedimex Modelo: S/M Procedencia: México	6	Pieza	$ 855.00	$ 5,130.00	$ 5,130.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
18	BANCO GIRATORIO FIJO DE ALTURA VARIABLE SIN RESPALDO, Catálogo página 2 1. ASIENTO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE, 2. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO, 3. PATAS DE TUBO DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO , 4. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO , 5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, CON HUSILLO, DIMENSIONES GENERALES: 30 CM. DE DIAMETRO X 45 A 55 CM DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	4	Pieza	$ 660.00	$ 2,640.00	$ 2,640.00
19	BOTE DE BASURA DE PEDAL. Catálogo página 2 1. DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROFUNDIDAD QUE PERMITAN ACCIONAR MECANISMO, 2. ESTRUCTURA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 3. MECANISMO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA, 4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12, ACABADO GALVANIZADO CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM. DE ESPESOR. 5. TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES 26X26X60. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	9	Pieza	$ 1,117.50	$ 10,057.50	$ 10,057.50

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
20	UNIDAD DENTAL Cat. Pág. única SILLON HIDRAULICO Y MECANICO: SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. Cat. Pág. única b) EL ASIENTO SE ACCIONA POR LA PALANCA CROMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. EL TREN DELENBOURG CUENTA CON UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. Cat. Pág. única TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS CUENTAN CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE. ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. EL TRIMODULAR CUENTA CON JERINGA TRIPLE Y CONEXIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD SE OPERAR OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DE PRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERE AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. CUENTA CON CONEXION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA SE ENCUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TARJA DE CERÁMICA AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA SON DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO. Cat. Pág. única Marca: Peymar Modelo: Constelación Procedencia: México	7	Pieza	$ 26,900.00	$ 188,300.00	$ 188,300.00
21	CORTINA ANTIBACTERIANA Cat. Pág. Única CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 40CM, INCLUYE: 1. BASE DE RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN ACABADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA BLANCA, CON CORREDERAS MAQUINA DE NYLON AUTO DESLIZABLE DE ALTA RESISTENCIA Y GANCHO DE METAL CROMADO. 2. COLOR DUNE. LAS DIMENSIONES DE LA CORTINA SON LAS SIGUIENTES 3.00 MT. DE LONGITUD X 2.30 DE ALTURA Marca: Dimedic Modelo: S / M Procedencia: México	16	Pieza	$ 2,260.00	$ 36,160.00	$ 36,160.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
24	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL. Catálogo página 2 1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA. 2. GABINETE INFERIOR,. 3. POSICION A BASE DE CREMALLERA. 4. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO. 5. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL. 6. ESTRUCTURA TUBULAR EN 1 1/4 CAL. 18 CROMADA. 7. HOMBRERA SUJETADOR Y VOLANTE LAVABLE. 8. DOS CREMALLERAS. 9. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL 10. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 5,100.00	$ 10,200.00	$ **10,200.00**
26	TRIPIE PORTA SUEROS. Catálogo página 2 1. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 1/2 " DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, 2. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO CAL. 16, FUNDICION GRIS ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO ACABADO CROMADO, 4. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION. 5. RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 2" DE HULE COLOR NEGRO, 6. TUBULAR DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. Marca: Promedimex Modelo: S /M Procedencia: México	3	Pieza	$ 1,035.00	$ 3,105.00	$ **3,105.00**
27	VITRINA CONTRAMURO PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL DE 90 CM. Catálogo página 2 1. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO, CAL. 18, ACABADA EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, 3. ENTREPAÑOS DE VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS, 4. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, DIMENSIONES GENERALES: 090X0.2X0.6 MT Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	5	Pieza	$ 1,950.00	$ 9,750.00	$ **9,750.00**

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
28	Catálogo página 2 APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. 1. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. 2. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. 3. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. 4. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA 5. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. 6. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. Marca: Promedimex Modelo: SD-5 Procedencia: México	1	Pieza	$ 9,340.00	$ 9,340.00	$ 9,340.00
32	BOTE DE BASURA DE CAMPANA Catálogo página 2 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 2. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. No. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS, 3. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE, 4. CON EJES DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, 5. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 ACABADO PULIDO MATE. DIMENSIONES GENERALES 0.40 X 0.26 X 0.68 M DE ALTURA Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	75	Pieza	$ 1,140.00	$ 85,500.00	$ 85,500.00
33	BURÓ HOSPITALARIO CON CAJÓN. Catálogo página 2 1. ESMALTADO LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. 2. CUBIERTA DE MELAMINA. 3. CAJÓN Y PUERTA CON JALADERA EMBUTIDA. 4. ENTREPAÑO METÁLICO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA. MEDIDAS GENERALES: 45 X 35 X 80 CM Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 1,410.00	$ 2,820.00	$ 2,820.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
35	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS Catálogo página 2 1. CUBIERTAS DE HULE NATURAL DE 4 mm. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 1" X 1" ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 VISTA PERIMETRAL ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.40 X 0.50 X 0.33 DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 855.00	$ 1,710.00	$ 1,710.00
36	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANOMETRO ANEROIDE. 1.- CARATULA CON ESCALA. Cat. Pág.1 1.1. GRADUADA DE 0 A 300 Cat. Pág.3 1.2 PRESICIÓN PARA MEDIR PRESIÒN DE +-3 MMHG Cat. Pág.3 1.3. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. Cat. Pág.1 2.-BRAZALETES Cat. Pág.2 2.1 CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX INTEGRADA. Cat. Pág.1 y 2 2.2. REUSABLES DE NYLON. Cat. Pág.2 2.3 CIERRE TIPO VELCRO. Cat. Pág.2 2.4 DE DIFERENTES MEDIDAS; PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. Cat. Pág.2 4.-PERILLA DE INSUFLACION LIBRE DE LATEX CON VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. Cat. Pág.3 y 1 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE. Cat. Pág.3 y 1 6. MANGUERAS LIBRES DE LATEX CON LONGITUD DE 50 CM, BRAZALETE NEONATAL. PERILLAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, MANGUERA. Cat. Pág.1 Marca: Riester Modelo: Precisa N 1360-107 Procedencia: Alemania	2	Pieza	$ 1,100.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
38	MESA PASTEUR DIMENSIONES 64X47X100 CM. 1. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, 4. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 2,682.50	$ 5,365.00	$ 5,365.00
39	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO DENTAL CAPACIDAD: 90LITROS Catálogo página 1 Marca: Anelsam Modelo: S/M Procedencia: E.U.A.	3	Pieza	$ 12,350.00	$ 37,050.00	$ 37,050.00
40	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS 1. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27 A 32 HZ SELECTOR DE POTENCIA. Cat. Pág.2 2. CONSUMO DE 40 WATTS. Cat. Pág.2 3. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION SPRAY. Cat. Pág.1 4. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, Cat. Pág.2 5. INSERTOS FABRICADAS DE TITANIO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). Cat. Pág.2 Marca: Satelec Modelo: P5 Booster Procedencia: Francia	5	Pieza	$ 14,750.00	$ 73,750.00	$ 73,750.00

DICTAMEN ECONÓMICO

LICIRTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
41	AUTOCLAVE ELECTRICO SEMIAUTOMATICA DE MESA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL DENTAL O QUIRURGICA CAMPOS QUIRURGICOS, GASAS. ALGODON Y DESECHOS BIOLOGICOS. Catálogo Página única 1. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. 2. INDICADOR DE PRESION, 3. INDICADOR DE TEMPERATURA. 4. VALVULA DE SEGURIDAD. 5. VALVULA DE ALIVIO, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION: 1. CAPACIDAD 12 LITROS 2. CON DOS CHAROLAS, 3. CAMARA DE 22X33 CMS. 4. DIMENSION EXTERNA 33.5 X 46.5 5. VOLTAJE 127 VOLTS. 6. POTENCIA 1200 WATTS. Marca: Cristofoli Modelo: Vitale 12 Procedencia: Brasil	5	Pieza	$ 17,900.00	$ 89,500.00	$ 89,500.00
43	ROBOTINES DENTALES PORTATILES. Catálogo Único Marca: Anelsam Modelo: S / M Procedencia: E.U.A.	4	Pieza	$ 13,100.00	$ 52,400.00	$ 52,400.00
44	ASPIRADOR PORTATIL 1. ASPIRADOR PORTATIL CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 563 MMHG. Ver catálogo pág. 2 2. CON MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., Ver catálogo pág.2 3. FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO, Ver catálogo pág.2 4. PANEL DE CONTROL CONTINUO PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, Ver catálogo pág. 2 5. GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, Ver catálogo pág.2 6. MOTOR SILENCIOSO, Ver catálogo pág.2 7. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA Ver catálogo pág.2 8. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS Ver catálogo pág.2 9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. Ver catálogo pág.2 manual pág. 69 Marca: Medela Modelo: Vario 18 Procedencia: Suiza	2	Pieza	$ 18,150.00	$ 36,300.00	

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
47	BIOMBO DOBLE DE 2 X 0.80 METROS METAL Catálogo página 2 Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	2	Pieza	$ 1,850.00	$ 3,700.00	$ 3,700.00
48	CARRO PARA CURACIONES. Catalogo pagina 2 1. ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO ACABADO CROMADO. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. 4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 5. PROTECTOR DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 " DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO PULIDO. 6. RODAJAS DE HULE NATURAL MACIZO DE 4" DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.80 X 0.50 X 1.05 DE ALTURA. Marca: Promedimex Modelo: S / M Procedencia: México	1	Pieza	$ 4,640.00	$ 4,640.00	$ 4,640.00
	SUBTOTAL				$ 758,437.50	$ 722,137.50
	IVA				$ 121,350.00	$ 115,542.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				**$ 879,787.50**	**$ 837,679.50**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1E: **$ 837,679.50**

Fecha de elaboración: martes, 30 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUAREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ARA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1A					
5	Aspirador portátil capacidad de succión de 0 a 200 mmHg, con Manovacuómetro con escala en mm de hg., flujo de 15 litros por minuto, panel de control continuo para: encendido y apagado, graduar el Nivel de succión, motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de Agua, gabinete o base rodable con sistema de frenos en al menos dos ruedas Sistema de seguridad que evite el rebosamiento de líquidos. Marca: imebio Modelo: R-25 Procedencia: México	**178**	**PZA**	$ 17,200.00	**$ 3,061,600.00**	**$ 3,061,600.00**
15	Autoclave eléctrica semiautomática de mesa para esterilizar instrumental dental o quirúrgica campos quirúrgicos, gasas, Algodón y desechos Biológicos. Construida en acero inoxidable, indicador de presión, indicador de temperatura, válvula de seguridad. Válvula de alivio, dimensiones de la cámara de esterilización: capacidad 12 litros con tres bandejas, cámara de 22x33 cms. dimensión externa 33.5 x 46.5 voltaje 127 volts. Potencia 1200 Watts. Marca: ARA Modelo: ARA-M2D Versión 1 Procedencia: México	**25**	**PZA**	$ 39,000.00	$ 975,000.00	
	ANEXO 1E					
44	Aspirador portátil capacidad de succión de 0 a 200 MMHG, con Manovacuómetro con escala en mmHg. Flujo de 15 litros por minuto, panel de control continuo para: encendido y apagado, graduar el Nivel de succión, motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de Agua, gabinete o base rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas, Sistema de seguridad que evite el rebosamiento de líquidos. Marca: IMEBIO Modelo: R-25 Procedencia: México	**2**	**PZA**	$ 17,200.00	**$ 34,400.00**	**$ 34,400.00**
	SUBTOTAL				$ 4,036,600.00	$ 3,096,000.00
	IVA				$ 645,856.00	$ 495,360.00
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR				**$ 4,682,456.00**	**$ 3,591,360.00**
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR					**$ 3,591,360.00**

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1A : **$ 3,591,360.00**

Fecha de elaboración: martes, 30 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN CUAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUAREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DICTAMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOMBRE DEL LICITANTE: GRADO MEDICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO
	ANEXO 1E					
20	1.- UNIDAD DENTAL: SILLON HUDRAULICO Y MECANICO: REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL 2.- SILLON LISO SIN COSTURAS CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO EN EL BRAZO FIJO. REF. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H A) LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DESCENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE DESCENSO ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. Y REF. FOLLETO MODELO 2011A-H b) EL ASIENTO DE ACCIONA POR LA PALANCA CROMODA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. FOLLETO EQUIPO DENTAL 3.- EL TREN DELLENBOURG CUENTA CN UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 4.- TRIMODULAR TODAS LAS MAGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DE BACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS DEBEN CONTAR CON GARANTIA DE UN AÑO ANTE CUALQUIER DEFECTO LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE. FOLLETO EQUIPO DENTAL Y FOLLETO MODELO 2011A-H 5.- ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUJA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL 6.- TRIMODULAR DEBE CONTAR CCON JERINGA TRIPLE Y CONECCIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 7.- LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DEBE DE OPERARSE OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA DEPRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERA AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE DEBE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. REF FOLLETO EQUIPO DENTAL 8.-DEBE CONTAR CON CONECCION PARA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA E CUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON ESCUPIDERA: CON UNA TRAJA DE ACERO INOXIDABLE O DE POLICARBONATO AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBOS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPIDERA DEBEN SER DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO. REF, FOLLETO MODELO 2011A-H Y FOLLETO EQUIPO DENTAL MARCA: CONFORTE MODELO 2011A-NH PROCEDENCIA:NACIONAL (MÉXICO)	7	PZA	NO COTIZO	NO COTIZO	
	SUBTOTAL				$ -	$ -
	IVA				$ -	$ -
	MONTO OFERTADO POR PROVEEDOR:				$ -	$ -
	MONTO ACEPTADO POR PROVEEDOR:					$ -

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO ANEXO 1E : $ -

Fecha de elaboración: martes, 30 de agosto de 2016

VO.BO.

LIC. VELIA BARRASCO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

REVISÓ:

MARTIN COAYAHUI CARRETO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

VO.BO.

DRA. CLAUDIA SALAMANCA VAZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
DEL O.P.D. SALUD DED TLAXCALA

ELABORO:

LIC. HÉCTOR JUÁREZ BERISTAIN
ÁREA DE LICITACIONES

REVISO:

DR. MARIO FRANCISCO PALACIOS ALCALA
OFICINA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO